

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy znaczników na bazie złota dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytanie złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy znaczników na bazie złota dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie:**

1. Czy Zamawiający dopuści złoty znacznik, stosowany w radioterapii do precyzyjnej lokalizacji guza za pomocą obrazowania, wprowadzony przez igłę grubszą niż 20 G bez możliwości wpływania na kształt znacznika. Możliwość wpływania na kształt znacznika jest cechą nie odgrywającą większej roli podczas prowadzenia terapii, a wymóg ten znacznie ogranicza możliwość składania ofert przez inne firmy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ. Kształtowanie znacznika ma znaczenie przy stosowaniu go u pacjentów planowanych do wysokospecjalistycznej radioterapii po prostatetomii.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

DYREKTOREM,  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr Wojciech Szrajber (2)