



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”


Łódź, dn. 18.02.2013r.
Nr sprawy 7/ZP/2013

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź
tel. (042) 689 59 10,11, 12
tel. / fax. (042) 689 54 09
www.kopernik.lodz.pl


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na **dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Liczba stron specyfikacji: 60

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
Zatwierdził:  (2)
mgr Wojciech Szrajber

Ilekcioć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, pod pozycją 759 ze zmianami. Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36 Ustawy.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.**

Przedmiot zamówienia został podzielony na **2 pakiety**. Składają się na niego następujące elementy:

Pakiet nr 1 - RTG ze skanerem – 1 szt.

Pakiet nr 2 - RTG bez skanera – 1 szt.

Szczegółowy opis parametrów granicznych urządzenia oraz warunków gwarancyjnych znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu nr **WND-RPLD.05.01.00-00-112/09 „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”**.

2. **Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety.**
3. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod pojęciem:

Urządzenia medyczne i kodem 33.10.00.00 – 1

Aparatura rentgenowska i kodem 33.11.10.00 – 1

4. Wykonawca zainstaluje urządzenie o którym mowa w pkt. 1

RTG ze skanerem – 1 szt.

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna (Zakład Diagnostyki Obrazowej) WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

RTG bez skanera – 1 szt.

Zakład Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Przez „zainstalowanie” Zamawiający rozumie wszystkie niezbędne prace instalacyjno – montażowe w zakresie koniecznym do uruchomienia i przekazania aparatu do eksploatacji. Prace muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. 2011r. nr 31 poz. 158) *w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej w celu rozmieszczenia, zainstalowania i uruchomienia dostarczonego sprzętu.*

5. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Pomieszczenie zostanie udostępnione Wykonawcom w następujących godzinach:

Zakład Diagnostyki Obrazowej godziny 8:00 – 15:00

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w/w sprawie jest dr n. med. Cezary Chudobiński tel. 042 689 57 51

Zakład Radiologii godziny 8:00 – 15:00

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w/w sprawie jest Aleksandra Sauter tel. 042 689 59 47



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

6. Prace Projektowe i Instalacyjne:

Wykonawca sprawdzi i ewentualnie dostosuje pomieszczenia i instalacje do wymagań aparatów i do obowiązujących przepisów:

RTG ze skanerem – 1 szt.

w szczególności:

- Wykonanie wewnętrznej instalacji zasilającej, sterującej, i sygnalizacyjnej wraz z kanałami kablowymi (sterownia, aparat RTG, skrzynka rozdzielcza) w pomieszczeniu RTG.
- Wykonanie kablowego przyłącza elektrycznego – długość kabla ok. 60 mb (licząc po długości kabla) od rozdzielnicy (poziom –1) do wewnętrznej skrzynki rozdzielczej wraz z wymaganym osprzętem łączeniowo – zabezpieczeniowym. UWAGA! Wskazana jest wizja lokalna odnośnie możliwości wykorzystania do przyłącza rozdzielnicy na poziomie –1 (istnieją inne odbiory niż przedmiotowe RTG).
- Wykonanie ścianki działowej w sterowni (podział sterowni na część MR i RTG) wraz z zakupem i montażem drzwi do sterowni w wykonanym uprzednio otworze drzwiowym do uzgodnienia z użytkownikiem.
- Wykonawca wyeliminuje, zapewni brak szkodliwego oddziaływania RTG na sąsiadujący MR i na odwrót.
- Instalacja lokalnego klimatyzatora zapewniającego warunki temperaturowe w pomieszczeniu RTG w zakresie min. 19 – 25 °C
- Sprawdzenie i ewentualnie przy nie spełnianiu warunków, zapewnienie właściwych i wymaganych obowiązującymi przepisami prawa warunków pracy aparatu i obsługi.

RTG bez skanera 1 szt.

w szczególności:

- Sprawdzenie i dostosowanie do obowiązujących wymagań układu wentylacyjno – grzewczego.
- Założenie klimatyzacji w adaptowanych pomieszczeniach.
- Zainstalowanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem kasetonowym.
- Sprawdzenie i ewentualna adaptacja instalacji zasilającej do aparatu, wraz z modernizacją wewnętrznej skrzynki rozdzielczej.
- Wymiana stolarki okiennej.
- Założenie lub adaptacja wymaganych kanałów kablowych, montaż wykładziny podłogowej.
- Sprawdzenie i ewentualna wymiana szyby ołowiowej.
- Malowanie pomieszczeń.


Ponadto w zakresie obu urządzeń należy wykonać projekt ochrony radiologicznej (lub zweryfikować istniejące projekty) oraz testy akceptacyjne w zakresie testów specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na eksploatację pracowni i aparatu RTG - (upoważnienie Zamawiającego).

7. UWAGA!!!

Wykonawca obowiązany jest przygotować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego schematyczną propozycję rozmieszczenia urządzeń na załączonym rzucie architektonicznym. Propozycję rozmieszczenia Wykonawca dołączy do składanej oferty. Zamawiający zastrzega, iż ostateczne zatwierdzenie i uzgodnienie propozycji rozmieszczenia urządzeń nastąpi po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Rzut architektoniczny pomieszczeń stanowi – załącznik nr 12 do SIWZ.

Zamawiający zaleca weryfikację załączonych rzutów architektonicznych w trakcie wizji lokalnej.




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

8. Do odbioru technicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej, potwierdzony przez uprawnionego projektanta oraz protokoły pomiarów elektrycznych,
 - protokół pomiarów wentylacji,
 - karty katalogowe producentów dodatkowych urządzeń wyposażenia (klimatyzacja/wentylacja itd.) wraz z parametrami technicznymi i gwarancjami.
9. Oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji wynosił nie mniej niż 24 miesiące. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej.

W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania upgradu (w ramach ceny sprzedaży) do najnowszej wersji oprogramowania informatycznego do obsługi RTG.
11. Do urządzenia musi być dołączona **instrukcja obsługi w języku polskim** do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz instrukcja serwisowa.
12. Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem Zamawiającemu **stanowiskową instrukcję BHP** (§41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).
13. Wykonawca wyposaży urządzenie oraz wszystkie oferowane składowe systemu w **paszport techniczny**. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj aparatu, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji.
14. Wykonawca do realizacji instalacji, uruchomienia i serwisowania będzie bazował na własnej organizacji serwisowej posiadającej potwierdzone przez producenta sprzętu uprawnienia do instalacji, uruchomienia i serwisowania przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1.
16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18. **Zaoferowany sprzęt medyczny musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji muszą być zgodne z warunkami minimalnymi opisanymi w SIWZ. Nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2.**
19. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Złożenie załącznika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony – **Załącznik nr 9 do SIWZ** z wykazem zakresu zadań zleczanych Podwykonawcom. W przypadku nie złożenia w/w załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.
20. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi **60 dni od dnia podpisania umowy** co zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego według harmonogramu:
 - dostawa sprzętu,
 - prace instalacyjne, montażowe, czynności umożliwiające uruchomienie i przekazanie do eksploatacji pracowni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym projekty osłon lub weryfikacja istniejących projektów i wykonanie testów akceptacyjnych w zakresie testów specjalistycznych,
 - odbiór urządzenia, zakończony podpisaniem protokołu odbioru technicznego, będącego podstawą wystawienia faktury.

Przez protokół odbioru technicznego Zamawiający rozumie instalację, uruchomienie i dopuszczenie do eksploatacji urządzenia.

2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Dział Pozyskiwania i Wdrażania Projektów Inwestycyjnych, Dział Aparatury Medycznej, Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Radiologii.**
3. Miejsce realizacji dostawy: Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna – Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93 – 513 Łódź.
4. **Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru technicznego i wystawieniu faktury VAT.** Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. Zastrzeżony w zdaniu poprzednim termin płatności może ulec wydłużeniu do 60 dni w przypadku, gdy Zamawiający na dzień płatności faktury nie otrzymał środków finansowych z budżetu UE. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury, a Wykonawca nie naliczy Zamawiającemu za ten okres odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w dokonaniu zapłaty należnego wynagrodzenia.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, pod pozycją 759 ze zmianami) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronicę oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone,



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.

6. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza) musi być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. **Oferta winna zawierać:** formularz oferty sporządzony na załączonym formularzu lub wg jego wzoru – **zał. nr 2 do SIWZ** (UWAGA!!! Formularz oferty nie jest uważany za stronę tytułową).

Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o złożenie wraz z pisemną ofertą wersję elektroniczną formularza oferty – w szczególności załączniki nr: 2 i 3. Zamawiający zamieści odpowiedni plik w formacie Word na swojej stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl. Uzupełniony plik należy nagrać na opisany danymi Wykonawcy nośnik cyfrowy i załączyć do oferty.

8. Oferta musi zawierać stronę tytułową – **zał. nr 1 do SIWZ** (podpisaną na końcu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) z nazwą postępowania i następującymi danymi Wykonawcy:
 - a) oznaczenie wykonawcy,
 - b) adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
 - c) numer telefonu służbowego,
 - d) **numer faksu służbowego czynnego przez całą dobę, przy pomocy którego Zamawiający będzie mógł przysyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,**
 - e) adres poczty elektronicznej **przy pomocy, którego Zamawiający będzie mógł przysyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,**
 - f) NIP wykonawcy,
 - g) REGON wykonawcy,
 - h) oznaczenie banku i numer konta, na które należy zwrócić wadium.
9. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony. Oferta na dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) o wartości powyżej 200 000 EURO dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Znak sprawy – 7/ZP/2013

Ilość stron Nie otwierać przed dniem

10. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IV. SIWZ. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

Forma: własnoręczny podpis (jeśli jest to z pieczętką), data i napis „za zgodność z oryginałem”.

Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano. Nie dopuszcza się potwierdzenie na następnej, pustej stronie.

W przypadku nieczytelnej kserokopii lub gdy kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

11. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być paraflowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być paraflowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

**IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj.:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”


„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

- także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 - 12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **Upewnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.** Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie: **min. 1 dostawy rodzajowo odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wykonanej w ramach jednej umowy, o wartości brutto.:**

w zakresie Pakietu nr 1

– min. **800 000,00 zł**

w zakresie Pakietu nr 2

– min. **800 000,00 zł**

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na poziomie:

w zakresie Pakietu nr 1

– min. **800 000,00 zł**

w zakresie Pakietu nr 2

– min. **800 000,00 zł**

UWAGA! W przypadku składania oferty na większą ilość pakietów niż jeden, Wykonawca zobowiązany jest spełnić ten warunek sumując kwoty poszczególnych pakietów.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia oraz dokumentów o których mowa w pkt. V. I niniejszej SIWZ.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 Ust. 1

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

- a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – zgodnie z **załącznikiem nr 4** do SIWZ,



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

- b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Jeżeli Wykonawca powołując się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia z którego treści wynikać będzie zakres faktycznego dysponowania zasobami tych podmiotów.

- c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli wykonawca powołując się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z której zdolności finansowej korzysta na podstawie art., 26 ust. 2 b ustawy, potwierdzających wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - **Załącznik nr 5** do SIWZ,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
- c) **w stosunku do osób fizycznych** oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 - **Załącznik nr 6** do SIWZ,
- d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**
- e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,**



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

- f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, **wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
- g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, **wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

A. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- d) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- a) **oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).**
- b) w zakresie **wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r.** składamy:

➤ **Deklarację Zgodności Producenta** – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”


„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

- **Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE)** – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
 - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - **oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela** wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - *obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie*;
 - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie **wniosek o przeniesienie danych** do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679)
 - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - **zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);
lub
 - w przypadku dystributorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - **powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).
- c) Załącznik nr 3 – zestawienie parametrów granicznych, warunków gwarancji i szkoleń pracowników
- d) oświadczenie wykonawcy zobowiązujące do dostarczenia urządzenia wolnego od wad fizycznych i prawnych - **załącznik nr 7** do SIWZ.
- d) oświadczenie zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy w zakresie wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – treść oświadczenia stanowi **załącznik nr 9** do SIWZ.

5. Warunki wymagane przy złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna).

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego;
- b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – **należy załączyć je do oferty**; Przedstawiciele/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
- c) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
- d) dokumenty z pkt. 2 a) - c) każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty w zakresie pkt. 1 i 4 oraz zabezpieczenie oferty wadium, jeżeli jest wymagane podmioty składają razem.
- e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **45 000,00 zł** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 zł).

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na jeden lub więcej pakietów zamówienia, obowiązany jest wnieść wadium sumując poszczególne wartości pakietów. Łączna kwota wadium jest sumą kwot za poszczególne pakiety zamówienia.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na poszczególne pakiety w następujących wysokościach:

Pakiet 1	22 500,00 zł
Pakiet 2	22 500,00 zł
SUMA:	45 000,00 zł

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

PKO S.A. V O./Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

do dnia składania ofert do godziny 10.00 z zaznaczeniem: „Wadium na dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Nr sprawy 7/ZP/2013”

2. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
3. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się **przelewem** na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1.
5. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
6. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Pakiet nr 1 - RTG ze skanerem – 1 szt.

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:

Cena oferty **70 %**

Ocena techniczna **30 %**

Kryterium cena – w ramach tego kryterium oceania będzie całkowita cena brutto podana przez Wykonawcę w ofercie.

Ocena oferty zostanie obliczona wg wzoru

$$\frac{C_n \times 70}{C_b} = P_c$$

gdzie:

P_c punkty otrzymane za cenę

C_n cena najniższej oferty

C_b cena badanej oferty

Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie **70 punktów**, reszta ofert proporcjonalnie mniej, stosownie do wyżej wskazanego wzoru.

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Sposób obliczenia ceny oferty:

- a) na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją zamówienia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT),
- b) wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej 5 w dół),
- c) Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich,
- d) oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Kryterium ocena techniczna – będzie podlegać indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji Przetargowej w oparciu o parametry oceniane wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ

Ocena ostateczna dla tego kryterium będzie obliczana wg wzoru:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódźskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

$$\frac{OTb \times 30}{OTn} = Pt$$

gdzie:

Pt punkty otrzymane za ocenę techniczną

OTn ilość punktów oferty najkorzystniejszej

OTb ilość punktów uzyskania przez badaną ofertę

Wykonawca, który zaoferuje zestaw sprzętu zapewniający najkorzystniejsze parametry w zakresie kryterium oceny technicznej zostanie najwyżej oceniony przez Członków Komisji i otrzyma najwyższą ilość punktów w w/w kryterium inni Wykonawcy uzyskają odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych zgodnie z wyżej opisanymi wzorami.

$$\text{Ocena końcowa} = Pc + Pt$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów.

Pakiet nr 2 - RTG bez skanera – 1 szt.

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:

Cena oferty **100 %**

Kryterium cena – w ramach tego kryterium oceania będzie całkowita cena brutto podana przez Wykonawcę w ofercie.

Ocena oferty zostanie obliczona wg wzoru

Ocena oferty zostanie obliczona wg wzoru

$$\frac{Cn \times 100}{Cb} = Pc$$

gdzie:

Pc punkty otrzymane za cenę

Cn cena najniższej oferty

Cb cena badanej oferty

Ocena końcowa oferty: $O_K = C$

Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie **100 punktów**, reszta ofert proporcjonalnie mniej, stosownie do wyżej wskazanego wzoru.

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Sposób obliczenia ceny oferty:

- na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją zamówienia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT),
- wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej 5 w dół),



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódźkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

- c) Wykonawca podaje wartości netto i brutto w złotych polskich,
- d) oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. III. 9 SIWZ i zaadresowanej na zamawiającego kopercie należy złożyć w KANCELARII SZPITALA - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 – 15.00.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia **02.04.2013r. o godz. 10.00.**
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
4. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawcy mogą zwracać się o wyjaśnienia dotyczące wszelkich związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim, którzy pobrali pisemną wersję SIWZ, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl

3. Do kontaktów z oferentami w sprawach j. w. upoważnieni są:
 - Pan Kazimierz Tokarski – Dział Aparatury Medycznej – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 53 95 – (w sprawach merytorycznych)
 - Pani Olga Kazimierczak - Florjańska – Dział Pozyskiwania i Wdrażania Projektów Inwestycyjnych – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 58 98 – (w sprawach merytorycznych)
 - Pani Agnieszka Wawer – Dział Zamówień Publicznych – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel./fax 042 689 59 10, fax. 042 689 54 09 (w sprawach formalno – organizacyjnych).
4. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
 - a) formy pisemnej (usługą pocztową),
 - b) faksu: 0 42 689 54 09,



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

- c) poczty elektronicznej (e – mail: przetargi@kopernik.lodz.pl).

Jednakże w zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 wykonawca może w pierwszej kolejności dostarczyć dokumenty faksem lub skan dokumentów drogą elektroniczną, jednak do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu uzupełnienia dokumentów muszą one wpłynąć w formie pisemnej.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT


Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62 sala wykładowa w **dniu 02.04.2013r. o godz. 11.00.**

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

1. Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w **załączniku nr 10** do SIWZ.
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON
 - wypis z ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy)

XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, przekaze informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
 - b) Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - c) Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - e) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.
4. Umowa z wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2.




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania.

Podpisy Komisji Przetargowej:

[Handwritten signatures of the Tendering Committee members]

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz strony tytułowej
- Załącznik nr 2 – formularz oferty
- Załącznik nr 3 – zestawienie parametrów granicznych, warunków gwarancji i szkoleń pracowników
- Załącznik nr 4 – oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
- Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 6 – oświadczenie osoby fizycznej
- Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy
- Załącznik nr 8 – oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych
- Załącznik nr 9 – wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
- Załącznik nr 10 – wzór umowy
- Załącznik nr 11 – wzór protokołu odbioru technicznego
- Załącznik nr 12 – rzut architektoniczny pomieszczenia



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 1
Nr sprawy 7/ZP/2013

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

Nr sprawy 7/ZP/2013

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na **dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:	Wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy)
Imię i nazwisko:	Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:
nr telefonu:	Nr fax:
Kontakt internetowy(strona www., e-mail)	Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:	

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 2
Nr sprawy 7/ZP/2013

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Im. M. Kopernika w Łodzi
Ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA – pakiet nr 1

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.)** dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto w wysokości:

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
RTG ze skanerem	1	szt.				

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, instalację, uruchomienie, dopuszczenie do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

2. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego.
4. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
5. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
6. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał awarię.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie,
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 2
Nr sprawy 7/ZP/2013

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Im. M. Kopernika w Łodzi
Ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA – pakiet nr 2

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.)** dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto w wysokości:

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
RTG bez skanera	1	szt.				

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, instalację, uruchomienie, dopuszczenie do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.


2. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego.
4. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
5. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
6. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał awarie.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie,
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Załącznik nr 3
Nr sprawy 7/ZP/2013

Zestawienie parametrów granicznych, warunków gwarancji i szkoleń pracowników

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na **dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.)** dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. Parametry o określonych warunkach liczbowych („=>” lub „<=”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą.
3. Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginalne materiały Producenta typu Product Data, broszury itp., w celu potwierdzenia oferowanych parametrów i ich wartości oraz opcji odnośnie tomografu komputerowego.
6. Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.


Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 70%
parametry techniczne – 30%

Pakiet nr 1 - RTG ze skanerem – 1 szt.

1	2	3	4	5	6
Lp.	Opis parametrów technicznych	Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych	Parametry i wartości oferowane podać	Punktacja	Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
WARUNKI PODSTAWOWE					
1	Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w drugim półroczu 2012 roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondukcjonowany	Tak			
2	Producent, nazwa aparatu	Podać			

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

3	Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta	Tak/Nie		Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt.	
A	GENERATOR				
1	Generator typu HF o częstotliwości nie mniejszej niż 36 kHz	Tak			
2	Moc generatora	$\geq 65\text{kW}$, podać			
3	Zakres napięć	$\geq 40 - 150\text{ kV}$, podać			
4	Zakres mAs	min. mAs dla trybu AEC $\leq 0,5\text{ mAs}$, podać			
		max. mAs dla trybu AEC $\geq 600\text{ mAs}$, podać			
		min. mAs dla trybu ręcznego $\leq 0,5\text{ mAs}$, podać			
		max. mAs dla trybu ręcznego $\geq 850\text{ mAs}$, podać			
5	Zakres prądów	min. mA $\leq 20\text{ mA}$, podać			
		max. mA $\geq 800\text{ mA}$, podać			
6	Najkrótszy czas ekspozycji	$\leq 1\text{ ms}$ podać			
7	Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doбором parametrów ekspozycji	Tak			
8	Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC	≥ 500 programów, podać		Największa wartość 10 pkt. Najmniejsza 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
9	Zasilanie	3x400V / 50 Hz			
B	ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG				
1	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej	$\geq +/- 125^\circ$, podać			
2	Zakres obrotu lampy wokół osi	$\geq +/- 180^\circ$, podać			

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	pionowej				
3	Zakres ruchu pionowego kolumny	≥ 160 cm , podać		Największa wartość 10 pkt. Najmniejsza 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
4	Zakres ruchu wzdłużnego	≥ 500 cm, podać		Największa wartość 10 pkt. Najmniejsza 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
5	Zakres ruchu poprzecznego	≥ 280 cm, podać		Największa wartość 10 pkt. Najmniejsza 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
6	Cyfrowy wyświetlacz LCD z informacją o parametrach: kąt lampy, SID, filtr, typ badania, kolimacja	Tak			
7	Automatyczna i ręczna kolimacja	Tak			
C	LAMPA RTG				
1	Ogniska lampy	$\leq 0,6/1,2$ mm, podać			
2	Pojemność cieplna anody	≥ 300 kHU, podać			
3	Pojemność cieplna lampy	$\geq 1,7$ MHU, podać			
4	Prędkość wirowania anody	≥ 8000 obr/min			
5	Szybkość chłodzenia anody	≥ 105 kHU/min, podać			
6	Moc ogniska małego	≥ 30 kW, podać			
7	Moc ogniska dużego	≥ 100 kW, podać			
8	Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem	Tak			
9	Filtracja własna	≥ 2 mm Al., podać			
10	Filtry dodatkowe	≥ 3 , podać			
D	DETEKTOR CYFROWY W STOLE				
1	Detektor przenośny bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG z kratką przeciwwrozproszeniową oraz też do różnorodnych projekcji	Tak			

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. Możliwość dokowania detektorów w pozycji dłuższego jak i krótszego boku względem długiej osi stołu.				
2	Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki	≥ 130 kg, podać			
3	Minimalny rozmiar detektora	(35 x 43 cm) +/- 10mm, podać			
4	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln)	$\geq 7,0$ Mp, podać			
5	Rozmiar piksela	≤ 150 μ m, podać			
6	Głębokość akwizycji	≥ 14 bit			
7	Pojedynczy wyprofilowany w obudowie detektora uchwyt do jego swobodnego przenoszenia obniżający ryzyko jego upuszczenia i uszkodzenia mechanicznego	Tak/Nie		Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt.	
8	DQE i MTF dla 1 μ Gy dla 1,0 Lp/mm	≥ 50 %, podać DQE MTF			
9	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrzproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrzproszeniowej	Tak			
10	Oscylacyjna kratka przeciwrzproszeniowa nie wymagająca późniejszego procesu usuwania jej z obrazu rtg za pomocą specjalistycznego oprogramowania	Tak/Nie		Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt.	
11	Rozdzielczość obrazowa	$\geq 3,3$ lp/mm, podać			

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

12	Detektor ładowany w stole bez konieczności podłączenia kabla zasilającego oraz wymiany baterii	Tak			
E DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM – JEZDNYM STATYWIE					
1	Minimalny rozmiar detektora CsI na stałe zabudowanego w ruchomym statywie	(43 x 43 cm)+/- 10mm			
2	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln)	≥ 9,0 Mp, podać			
3	Rozmiar piksela	≤ 150 μm, podać			
4	Głębokość akwizycji	≥ 14 bit, podać			
5	DQE i MTF dla 1 μGy dla 1,0 Lp/mm	≥ 50 %, podać DQE MTF			
6	Rozdzielczość obrazowa	≥ 3,3 lp/mm, podać			
7	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej	Tak			
8	Oscylacyjna kratka przeciwrozproszeniowa nie wymagająca późniejszego procesu usuwania jej z obrazu rtg za pomocą specjalistycznego oprogramowania	Tak/Nie		Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt	
F STÓŁ PACJENTA					
1	Automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie mi 45 cm.	Tak			
2	Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji	≥ 270 kg podać		Największa wartość 10 pkt. Najmniejsza 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
3	Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego	≥ 33 cm podać		Największa wartość 10 pkt. Najmniejsza 0 pkt. Pozostałe	

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

4	Minimalna odległość blatu od podłogi	≤ 53 cm podać		proporcjonalnie Najmniejsza wartość 10 pkt. Największa 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
5	Maksymalna wysokość blatu od podłogi	≥ 86 cm podać		Największa wartość 10 pkt. Najmniejsza 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
6	Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV	$\leq 0,75$ mm Al. podać			
7	Długość płyty pacjenta	≥ 240 cm podać			
8	Szerokość płyty pacjenta	≥ 80 cm podać			
9	Pływająca płyta pacjenta	Tak			
10	Przesuw wzdłużny blatu	≥ 120 cm podać			
11	Przesuw poprzeczny blatu	≥ 25 cm podać			
12	Kieszon do przechowywania kratki przeciw rozproszeniowej w momencie gdy nie jest używana do ekspozycji	Tak/Nie		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt	
13	Automatyka AEC 3-komorowa	Tak			
14	Przyciski nożne do ruchu stołu wraz z wyłącznikiem bezpieczeństwa	Tak			
G RUCHOMY – JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH					
1	Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie. - poziomy wzdłuż osi stołu - pionowy (góra – dół)	Tak, podać 500 cm ≥ 150 cm			
2	Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości	Tak/Nie		Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt.	

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

3	Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min (+ 45° / - 23°) do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole rtg)	Tak			
4	Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan)	Tak/Nie		Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt.	
5	Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15° / + 90 °.	Tak, podać			
6	Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym	Tak			
7	Automatyczny dobór ilości wykonywanych zdjęć do obszaru badania	Tak			
8	Możliwość sterowania ruchami statywu za pomocą przycisków umieszczonych na statywie	Tak			
9	Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu (auto tracking).	Tak			
10	Automatyczne podążanie detektora za lampą przy promieniu prostopadłym i skośnym	Tak			
11	Możliwość ustawiania śledzenia detektora na podstawie górnej i dolnej krawędzi oraz środka	Tak			
12	Wymowana bez użycia narzędzi kratka	Tak			

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	przeciwrozproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej				
13	Kieszon do przechowywania kratki przeciw rozproszeniowej w momencie gdy nie jest używana do ekspozycji	Tak			
14	Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora	≤ 35 cm podać			
15	Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora.	≥ 179 cm podać			
16	Maksymalna dopuszczalna waga obciążenia statywu w pozycji poziomej ≥ 30 kg	Tak/Nie		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
17	Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych spośród 5 komór zamontowanych w statywie (AEC 5 komorowe)	Tak/Nie		Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt.	
18	Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej	Tak			
19	Automatyczne wyrównanie detektora z lampą RTG, zmotoryzowane przesuwanie wzdłuż długiej osi stołu ≥ 500 cm	Tak			
20	Współczynnik pochłaniania blatu stojaka	≤ 0.75 mm Al. podać			
H KONSOLA TECHNIKA					
1	Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tkz. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną	Tak			

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	dedykowaną stację technika i konsolę generatora).				
2	Dotykowy monitor LCD 19', min 1280x1024	Tak			
3	Pojemność dysku obrazowego	$\geq 4\ 000$ obrazów podać			
4	Czas od zakończenia akwizycji obrazu do wyświetlenia na monitorach	≤ 5 s podać			
5	Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru anatomicznego	Tak/Nie		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
6	Przeglądanie obrazów w trybie pełnoekranowym z możliwością regulacji jasności i kontrastu bez wpływu tych zmian na w/w parametry poza trybem pełnoekranowym	Tak/Nie		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
7	Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy pacjentami oraz pomiędzy badaniami tego samego pacjenta z przetwarzaniem obrazu pod kątem badania docelowego	Tak/Nie		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
8	Automatyczne i ręczne składanie zdjęć z możliwością ręcznej korekty obrazu złożonego automatycznie	Tak			
9	Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego	Tak/Nie		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
10	Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kalibracją	Tak			
11	Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R	Tak			
12	Możliwość obracania i powiększania obrazu.	Tak			
13	Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw.	≥ 150 podać			
14	Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage (SCP/SCU), MPPS,	Tak, podać protokoły			

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	-DICOM Storage commitment, -automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS				
15	Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową lub piktogramy (ikony) i menu pomocy w języku polskim	Tak podać i opisać			
16	Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów	Tak/Nie podać		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
17	Możliwość wczytywania danych pacjenta za pomocą kodów kreskowych	Tak			
18	Nagrywarka CD i/lub DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM	Tak podać i opisać			
19	Możliwość poprzez upgrade serwisowy pełnego zintegrowania aparatu z systemem radiografii pośredniej CR z wykorzystaniem istniejącej jednej konsoli technika dla wyboru ekspozycji na detektorach lub kasetach CR i dla wspólnej obróbki cyfrowej i wyświetlaniu zarówno obrazów z detektorów jak i kaset CR .	Tak/Nie		Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt.	
20	Skaner CR min jedno slotowy z wydajnością min 30 kaset/h do radiografii klasycznej z niezależną stacją technika CR.	Tak podać model producenta i opisać			
20'	Pełna integracja aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem PACS/RIS polegająca na konfiguracji listy roboczej, przesyłania badań, potwierdzeń zarchiwizowania	Tak			

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	<p>badania. Zamawiający wymaga skonfigurowania DICOM i DICOM Modality Worklist przez wykonawcę. Zamawiający informuje, że posiada licencje do podłączenia do PACS, wymaga licencji do podłączenia do systemu RIS. Wymagane adresy sieciowe dostarczy Zamawiający. Konfiguracji serwera PACS dokona Zamawiający</p>				
21	<p>Kasety CR kompatybilne do oferowanego skanera oraz kompatybilne ze skanerami tego samego producenta ale wielosłotowymi(zapewnienie wymienności kaset pomiędzy skanerami pojedynczymi i wielosłotowymi)</p>	<p>Tak podać model, producenta i opisać</p>			
22	<p>Kaseta CR – min 35 x 43 – 5 szt. Kaseta CR – min 24 x 30 – 2szt Kaseta CR –min 35 x 35 – 2 szt</p>	<p>Tak podać model, producenta i opisać</p>			
23	<p>Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG.</p>	<p>Tak podać i opisać</p>			
24	<p>UPS o czasie podtrzymania min.5min dla zasilania konsoli technika aparatu RTG</p>	<p>Tak</p>			
I	WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
1	<p>Dodatkowy komputer klasy PC fabrycznie nowy; jednostka centralna wyposażona w system operacyjny windows lub równoważny , procesor uzyskujący w teście http://www.jaki-procesor.pl/ co najmniej 4000pkt. , 8GB pamięci RAM, dysk twardy 1TB, 64 bitowy system operacyjny w wersji BOX z możliwością autoryzacji</p>	<p>Tak</p>			

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	użytkowników AD, karta graficzna niezintegrowana z przynajmniej 1 wyjściem DVI, klawiatura, mysz (lub równoważne urządzenie wskazujące), monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 20” (dla proporcji obrazu 4:3) lub nie mniejszych niż 23” (dla formatów panoramicznych) o kątach widzenia 178 stopni w pionie i poziomie. Możliwość instalowania własnego oprogramowania.				
2	Monochromatyczna drukarka laserowa o następujących parametrach: format wydruku: A4 rozdzielczość 1200x1200dpi prędkość druku ≥ 35 stron A4 na minutę czas do wydruku pierwszej strony $\leq 10s$	Tak			
3	2 szt. fartucha ochronnego bezołowiowego o rozmiarze L – przednia osłona na całej długości o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.25mm Pb w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym	Tak			
4	2 szt. półfartuchów do ochrony gonad i dolnej części ciała z zapięciem biodrowym bezołowiowych o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.5mm Pb w rozmiarze 37x45cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.	Tak			
INNE					
1	Aparat po wyłączeniu dłuższym niż 3h po ponownym uruchomieniu gotowy do pracy w czasie ≤ 10 min	Tak			
2	Mocowany do ściany uchwyt	Tak			

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	do bezpiecznego przechowywania krutek przeciwrozproszeniowych bezprzewodowego detektora przenośnego, gdy nie są w użyciu				
3	Okres gwarancji zestawu kompletnego min 24 miesięcy	Tak			
4	W okresie gwarancji min. 2 przeglądy wykonane przed upływem gwarancji w kosztach zakupu	Tak			
5	Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin	Tak			
6	Czas usunięcia usterki bez sprowadzania części do 3 dni roboczych	Tak			
7	Czas usunięcia usterki z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych	Tak			
8	Gwarancja zapewnienia części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu	Tak			
9	Podać zalecaną przez producenta liczbę przeglądów w roku	Tak , podać			
10	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu: 6 osób po 5 godzin każda.	Tak			

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Załącznik nr 3
Nr sprawy 7/ZP/2013

Zestawienie parametrów granicznych, warunków gwarancji i szkoleń pracowników

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na **dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.)** dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. Parametry o określonych warunkach liczbowych („=>” lub „<=”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginalne materiały Producenta typu Product Data ,brozury itp. , w celu potwierdzenia oferowanych parametrów i ich wartości oraz opcji odnośnie tomografu komputerowego.
5. Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.


Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

Pakiet nr 2 - RTG bez skanera – 1 szt.

Lp.	Opis parametrów technicznych	Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych	Parametry i wartości oferowane podać	Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
WARUNKI PODSTAWOWE				
1	Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w drugim półroczu 2012 roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondukcjonowany	Tak		
2	Producent, nazwa aparatu	Podać		
A GENERATOR				
1	Generator typu HF	Tak		
2	Moc generatora	≥65kW		
3	Zakres napięcie	≥ 40 – 150 kV		

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

4	Zakres mAs	min. mAs $\leq 0,5$ mAs		
		max. mAs ≥ 850 mAs		
5	Zakres prądów	min. mA ≤ 20 mA		
		max. mA ≥ 800 mA		
6	Najkrótszy czas ekspozycji	≤ 1 ms		
7	Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji	Tak		
8	Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC	≥ 500 programów		
9	Zasilanie	3x400V / 50 Hz		
B ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG				
1	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej	$\geq +/- 125^\circ$		
2	Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej	$\geq +/- 180^\circ$		
3	Zakres ruchu pionowego kolumny	≥ 160 cm		
4	Zakres ruchu wzdłuż osi stołu	≥ 550 cm		
5	Zakres ruchu poprzecznie do osi stołu	≥ 280 cm		
6	Automatyczna i ręczna kolimacja	Tak		
C LAMPA RTG				
1	Ogniska lampy	$\leq 0,6/1,2$ mm		
2	Pojemność cieplna anody	≥ 300 kHU		
3	Pojemność cieplna lampy	$\geq 1,7$ MHU		
4	Prędkość wirowania anody	≥ 8500 obr/min		
5	Szybkość chłodzenia anody	≥ 105 kHU/min		
6	Moc ogniska małego	≥ 30 kW		
7	Moc ogniska dużego	≥ 100 kW		
8	Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem	Tak		
9	Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy	Tak		
10	Filtry dodatkowe	≥ 3		
11	Panel na kołpaku lampy wyświetlający typ badania oraz warunki ekspozycji	Tak		

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	(kV, mAs, SID, wybrane komory AEC, filtr, kolimacja) z możliwością zmiany tych parametrów bez odchodzenia od kołpaka lampy.			
D	DETEKTOR CYFROWY W TECHNOLOGII CSI W STOLE			
1	Detektor przenośny bezprzewodowy umożliwiający wykonanie badania pacjenta bez konieczności jego przemieszczania na stół aparatu	Tak		
2	Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora)	$\geq 135 \text{ kg}$		
3	Rozmiar detektora	$35 \times 43 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$		
4	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln)	$\geq 7,0$ podać		
5	Rozmiar piksela	$\leq 150 \mu\text{m}$		
6	Głębokość akwizycji	$\geq 14 \text{ bit}$		
7	DQE	$\geq 50 \% \text{ przy } 1,0 \text{ Lp/mm}$		
8	Przylączalna nieruchoma kratka przeciwrozproszeniowa dla przenośnego detektora bezprzewodowego	Tak		
9	Rozdzielczość	$\geq 3,3 \text{ lp/mm}$		
10	Detektor ładowany w stole bez konieczności podłączenia kabla zasilającego oraz wymiany baterii	Tak		
E	DETEKTOR CYFROWY W TECHNOLOGII CSI NA STALE WBUDOWANY W STATYWIE			
1	Rozmiar detektora	$43 \times 43 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$		
2	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln)	$\geq 9,0$ podać		
3	Rozmiar piksela	$\leq 143 \mu\text{m}$		
4	Głębokość akwizycji	$\geq 14 \text{ bit}$		
5	DQE	$\geq 50 \% \text{ przy } 1,0 \text{ Lp/mm}$		
6	Rozdzielczość	$\geq 3,3 \text{ lp/mm}$		
F	STÓŁ PACJENTA			
1	Automatyczne podążanie detektora w stole za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu i angulacji z zakresem ruchu detektora nie mniejszym niż 45cm.	Tak		
2	Obciążalność pośrodku stołu	$\geq 220 \text{ kg}$		
3	Zakres ruchu pionowego	$\geq 30 \text{ cm}$		

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

4	Minimalna odległość blatu od podłogi	≤ 55 cm		
5	Maksymalna wysokość blatu od podłogi	≥ 85 cm		
6	Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV	$\leq 0,9$ mm Al		
7	Długość płyty pacjenta	≥ 225 cm		
8	Szerokość płyty pacjenta	≥ 80 cm		
9	Pływająca płyta pacjenta	Tak		
10	Przesuw wzdłużny blatu	≥ 75 cm		
11	Przesuw poprzeczny blatu	≥ 25 cm		
12	Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi.	≥ 40 pl/cm, $120 \geq$ ogniskowa \geq 100 cm		
13	Automatyka AEC 3-komorowa	Tak		
14	Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich	Tak		
15	Przyciski nożne do ruchu stołu	Tak		
G	STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH			
1	Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie	Tak		
2	Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową.	Tak		
3	Zakres pochylenia blatu detektor (pion/poziom) nie mniejszy niż -15° / $+90^\circ$	Tak, podać zakres		
4	Możliwość wychylenia uchwyty bucky w lewo/prawo w zakresie co najmniej $+45^\circ$ / -20° (do zdjęć skośnych)	Tak, podać zakres		
5	Automatyczny dobór ilości wykonywanych zdjęć do obszaru badania	Tak		
6	Możliwość sterowania ruchami statywu za pomocą przycisków umieszczonych na statywie	Tak		
7	Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu (auto tracking).	Tak		
8	Automatyczne podążanie detektora za lampą przy promieniu prostopadłym i skośnym	Tak		
9	Możliwość ustawiania śledzenia detektora na podstawie górnej i dolnej krawędzi oraz środka	Tak		
10	Kratka przeciwrozproszeniowa z	≥ 36 pl/cm,		

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	możliwością wymiany bez użycia narzędzi.	ogniskowa 130-180 cm		
11	Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora	≤ 35 cm		
12	Zakres ruchu pionowego.	≥ 140 cm		
13	Maksymalne dopuszczalne obciążenie statywu w pozycji poziomej ≥ 23 kg	Tak		
14	Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych spośród 5 komór zamontowanych w statywie lub w przypadku bucky z możliwością obracania względem osi detektora o 90 stopni automatyka 3-komorowa	Tak		
15	Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej	Tak		
16	Automatyczne wyrównywanie detektora statywu płucnego z lampą RTG, zmotoryzowane przesuwanie statywu wzdłuż osi długiej stołu z zakresem ruchu nie mniejszym niż 500 cm	Tak		
17	Współczynnik pochłaniania blatu stojaka	≤ 0.65 mmAl		
H	KONSOLA TECHNIKA			
1	Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika.	Tak		
2	Dotykowy monitor LCD 19", min 1280x1024	Tak		
3	Pojemność dysku obrazowego	$\geq 4\ 000$ obrazów		
4	Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu wstępnego na monitorach	≤ 5 s		
5	Regulacja jasności i kontrastu obrazów.	Tak		
6	Możliwość zmiany danych pacjenta po ekspozycji	Tak		
7	Automatyczne i ręczne składanie zdjęć z ekspozycji wielokrotnej z możliwością ręcznej korekty obrazu złożonego automatycznie	Tak		
8	Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego	Tak		
9	Możliwość pomiarów długości, kątów.	Tak		

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

10	Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R, wprowadzania komentarzy.	Tak		
11	Możliwość obracania i powiększania obrazu.	Tak		
12	Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw.	≥ 150 programów		
13	Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage (SCP/SCU), MPPS, -DICOM Storage commitment, -automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS	Tak, podać protokoły		
14	Interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim lub piktogramy	Tak		
15	Możliwość wczytywania danych pacjenta za pomocą kodów kreskowych	Tak		
16	Nagrywarka umożliwiająca nagranie płyty CD lub DVD z obrazami pacjenta w standardzie DICOM z dołączoną przeglądarką obrazów (wymagana licencja umożliwiająca wydawanie płyt z nagraniem przeglądarką).	Tak		
17	Możliwość zdalnej diagnostyki aparatu przez Internet	Tak		
18.	UPS zabezpieczający komputer konsoli przed zanikiem zasilania przez czas nie krótszy niż 5 minut	Tak		
I WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
1	Dodatkowy komputer klasy PC; komputer fabrycznie nowy, jednostka centralna wyposażona w procesor minimum dwurdzeniowy uzyskujący w teście http://www.jaki-procesor.pl/ co najmniej 4000pkt, 8GB pamięci RAM, dysk twardy 1TB, 64 bitowy system operacyjny Windows lub równoważny w wersji BOX z	Tak		

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	<p>możliwością autoryzacji użytkowników AD, karta graficzna niezintegrowana z przynajmniej 1 wyjściem DVI, klawiatura, mysz (lub równoważne urządzenie wskazujące), monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 20” (dla proporcji obrazu 4:3) lub nie mniejszych niż 23” (dla formatów panoramicznych) o kątach widzenia 178 stopni w pionie i poziomie. Możliwość instalowania własnego oprogramowania.</p>			
2	<p>Monochromatyczna drukarka laserowa o następujących parametrach: format wydruku: A4 rozdzielczość 1200x1200dpi prędkość druku ≥ 35 stron A4 na minutę czas do wydruku pierwszej strony $\leq 10s$ obciążalność miesięczna $\geq 150\ 000$ stron A4 w miesiącu. pamięć RAM $\geq 128MB$ procesor o częstotliwości zegara $\geq 500\ MHz$ interfejsy USB 2.0, IEEE 1284 Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX 1 podajnik papieru w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4. odbiornik papieru na ≥ 250 arkuszy automatyczny wydruk dwustronny drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 6000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 12 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. bębny pozwalające na wydrukowanie 200 000 stron. wraz z drukarką dodatkowo mają być dostarczone tonery na min. 24000 kopii.</p>	Tak		

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

3	3 szt. fartuchów ochronnych bezołowiowych o rozmiarze L – przednia osłona na całej długości o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.25mm Pb w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym	Tak		
4	3 szt. półfartuchów do ochrony gonad i dolnej części ciała z zapięciem biodrowym bezołowiowych o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.5mm Pb w rozmiarze 37x45cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.	Tak		
5	2 szt. osłon na tarczycę typu śliniak bezołowiowych o rozmiarze M o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.5mm Pb w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym	Tak		
J INNE				
1.	Pełna integracja aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem PACS/RIS polegająca na konfiguracji listy roboczej, przesyłania badań, potwierdzeń zarchiwizowania badania. Zamawiający wymaga skonfigurowania DICOM i DICOM Modality Worklist przez wykonawcę. Zamawiający informuje, że posiada licencje do podłączenia do PACS, wymaga licencji do podłączenia do systemu RIS. Wymagane adresy sieciowe dostarczy Zamawiający. Konfiguracji serwera PACS dokona Zamawiający	Tak		
2	Aparat po wyłączeniu dłuższym niż 3h po ponownym uruchomieniu gotowy do pracy w czasie ≤ 10 min	Tak		
3	Mocowany do ściany uchwyt do bezpiecznego przechowywania kratek przeciwrzproszeniowych gdy nie są w użyciu.	Tak		
4	Możliwość pomiaru dawki DAP	Tak		
5	Okres gwarancji zestawu kompletnego	Tak		

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

	min 24 miesięcy			
6	W okresie gwarancji min. 2 bezpłatne przeglądy wykonane przed upływem gwarancji	Tak		
7	Czas usunięcia usterki bez sprowadzania części do 3dni roboczych	Tak		
8	Czas usunięcia usterki z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych	Tak		
9	Gwarancja zapewnienia części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu	Tak		
K	SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO			
1	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu: 10 osób po 5 godzin każda.	Tak		

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 4
Nr sprawy 7/ZP/2013

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.

posiada wiedzę i doświadczenie ¹ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia ² tak/nie

3.

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ³ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ⁴ tak/nie

4.

spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁵ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁶ tak/nie

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

¹ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.


² Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

³ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

⁴ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

⁵ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

⁶ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 5
Nr sprawy 7/ZP/2013

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) według którego wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 12) wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytowa, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 13) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 15) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 16) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 6
Nr sprawy 7/ZP/2013

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ

W oparciu o § 2 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.), który stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 7
Nr sprawy 7/ZP/2013

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przeze mnie sprzęt w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 8
Nr sprawy 7/ZP/2013

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE **dotyczące wyrobów medycznych**

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i spełnia wymogi opisane w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **Składam** dodatkowo komplet dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogu, czyli:
 - a. w zakresie **wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2011 r.**
 - Deklarację Zgodności Producenta – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
 - Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
 - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - **oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela** wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - *obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie;*
 - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie wniosek o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679)
 - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - **zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);
lub
 - w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - **powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Numer pozycji	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu med.	Deklaracja Zgodności	Certyfikat CE	Wpisy/ zgłoszenia/powiadomienia/ przeniesienia do Rejestru Wyrobów Medycznych (ew. oświadczenie o braku obowiązku zgłoszenia oraz wskazanie czy dokument dotyczy wyrobów wprowadzonych do obrotu przed 17.09.2010r. czy po 17.09.2010r.)

* Wpisać „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”

UWAGA!!! Tabelę należy wypełnić dla przedmiotu zamówienia lub części składowych przedmiotu zamówienia, dla których wystawione zostały w/w dokumenty. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia (pakiet) Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego oświadczenia poprzez dodanie dodatkowych wierszy w powyższej tabeli.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 9
Nr sprawy 7/ZP/2013

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

**WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCOM**

Oświadczam, że **nie powierzę** podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.*

Oświadczam, że **powierzę** podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie:*

*należy skreślić niewłaściwy wariant

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódźskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 10
wzór umowy

UMOWA nr 7/ZP/2013

z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**

(REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **Wojciecha Szrajbera - Dyrektora**

zwanego dalej **Zamawiającym**

z


.....
z siedzibą w, ulica,
wpisaną do rejestru
(REGON NIP)
kapitał zakładowy
reprezentowaną przez.....
zwaną dalej **Wykonawcą**

W wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.(tj. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), na dostawę opisanego szczegółowo co do właściwości technicznych, wymogów instalacji oraz warunków przekazania do eksploatacji w SIWZ o łącznej wartości zł brutto (słownie: zł) stanowiącej wynagrodzenie umowne brutto.

Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”.

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją o którym mowa w preambule niniejszej umowy zwany w dalszej jej części **przedmiotem zamówienia**.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi – Łódź, ul. Pabianicka 62 w terminie do dni od dnia podpisania umowy. Pod pojęciem wykonania przedmiotu zamówienia Strony rozumieją wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.
3. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu umowy:
 - a) Kierownik Działu Aparatury Medycznej
 - b) Kierownik Działu Pozyskiwania i Wdrażania Projektów Inwestycyjnych
 - c) Kierownik komórki Zamawiającego, w której sprzęt będzie użytkowany lub inne osoby wskazane przez wyżej wymienionych kierowników.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

4. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru technicznego.
5. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Pani Justyna Teubler Z - ca Kierownika Działu Pozyskiwania Wdrażania Projektów Inwestycyjnych.

§2

1. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia opisanego w preambule niniejszej umowy ewentualne zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy.
2. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru technicznego i wystawieniu faktury VAT. Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. Zastrzeżony w zdaniu poprzednim termin płatności może ulec wydłużeniu do 60 dni w przypadku, gdy Zamawiający na dzień płatności faktury nie otrzymał środków finansowych z budżetu UE. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury, a Wykonawca nie naliczy Zamawiającemu za ten okres odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w dokonaniu zapłaty należnego wynagrodzenia.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank dłużnika.

§3

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a) instrukcja obsługi wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze),
 - b) instrukcja BHP,
 - c) harmonogram obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,
 - d) zezwolenia i uzgodnienia właściwych urzędów i instytucji, protokoły pomiarów, wyniki testów wymagane i konieczne do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania przedmiotu zamówienia,
 - e) wykaz prac, które należy wykonać w trakcie obowiązkowych – zalecanych przeglądów technicznych w czasie trwania eksploatacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny, określonej w niniejszej umowie do aktualizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy przeszkolić i wystawić imienne certyfikaty dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi.
4. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia dla którego nie zostały jeszcze wystawione odpowiednie dokumenty zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych z dnia 25.05.2010r. (Dz. U. 2010r. nr 107, poz. 679), do dostarczenia Zamawiającemu tych dokumentów niezwłocznie po ich uzyskaniu.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że jest on wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru technicznego na cały przedmiot zamówienia na okres (min. 24) miesięcy.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy. Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany części powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji. Wydłużenia gwarancji nie powodują planowane przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć paszport techniczny urządzenia, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji.
4. Koszty serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wykonywania w ramach ceny sprzedaży przeglądów gwarancyjnych w terminach określonych w harmonogramie o którym mowa w §3 ust 1. lit. c.
6. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu odbioru:
 - a) harmonogram obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych z określeniem czasu trwania jednego przeglądu.
 - b) wykaz części zamiennych zużywalnych, koniecznych do wymiany przy przeglądach.
7. Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
8. Czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
9. Czas wykonania przeglądu gwarancyjnego wynosi do 1 dzień roboczy liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego w harmonogramie, o którym mowa §3 ust 1. lit. c.
10. Miejsce usunięcia wady lub dokonania naprawy – siedziba Zamawiającego.
11. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
12. Wykonawca w okresie rozruchu sprzętu przez 5 dni roboczych, po dacie odbioru skieruje do pełnej dyspozycji Zamawiającego pracownika odpowiedzialnego za serwis i obsługę RTG.
13. Wykonawca zobowiązuje się przez okres 10 lat, liczonych od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego do sprzedaży części zamiennych i materiałów zużywalnych przy eksploatacji przedmiotu zamówienia.
14. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

§5

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym urządzeniu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na towar sprawny.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
 - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§1 ust. 2) – w wysokości 1,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
 - c) opóźnienie w wykonaniu naprawy o której mowa w § 7 ust. 7,8 lub wykonaniu przeglądów wynikających z harmonogramu, o którym mowa w §3 ust 1. lit. c. W wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie naprawy lub przeglądu.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

§6

1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
3. W przypadkach zmian organizacyjno – prawnych dotyczących Wykonawcy, które miały miejsce w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest:
 - a) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następę prawnego.

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w następującym zakresie:
 - a) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego.
 - b) w przypadku wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go nowszą wersją produktu tego samego producenta o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w niniejszej umowie.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.
4. Wszelkie zmiany wymienione w ust. 1 nastąpią w formie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy pod rygorem nieważności.

§8

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Zestawienie asortymentowo – cenowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami gwarancji, serwisu i szkoleń pracowników
3. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
4. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
5. Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 11
Nr sprawy 7/ZP/2013

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO
sporządzony w dniu

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, dotyczący przedmiotu umowy nr zawartej w dniu

ZAMAWIAJĄCY: **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**
 im. M. Kopernika w Łodzi
 ul. Pabianicka 62
 93 – 513 Łódź

reprezentowany przez:

1.
2.
3.
4.

niniejszym potwierdza przyjęcie w dniu r od:

WYKONAWCA:.....

reprezentowany przez:

1.
2.

Następującego sprzętu:

Nazwa	Typ	Ilość	Numer seryjny

Zainstalowane urządzenia są kompletne i działają bez zastrzeżeń.

Dostarczono:

- Instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polski,
- Paszport techniczny
-
-
-
-
-

Łódź, dnia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

50



Pakiet nr 2 - RTG bez skanera – 1 szt.

