



EZ / 263 / 91 / 1076 / 2013

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Łódź, dnia 01.08.2013r.
Nr sprawy 91/ZP/2013

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na, termin dostawy 6-8 tygodni ?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie tj. termin dostawy wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na, termin dostawy 8-10 tygodni ?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie tj. termin dostawy wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 500 l – co jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie nr 4

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 520 l – co jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z chłodzeniem okotokomorowym? Postulowane rozwiązanie jest korzystniejsze ze względu na możliwość dowolnego rozmieszczenia półek w zamrażarce (w celu wstawienia np. przedmiotów o większych gabarytach), jak również zapewnia znacznie lepszą jednorodność temperatury w komorze urządzenia w porównaniu do urządzeń z chłodzeniem podpółkowym?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z izolacją poliuretanową o grubości 140 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z izolacją wykonaną w technologii hybrydowej - paneli próżniowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.): 1015x900x1985 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o głębokości wewnętrznej równej 530 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o głębokości wewnętrznej równej 613 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o maksymalnym poborze mocy równym 890 W?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia butli CO2 razem z systemem backup?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w aktywny interfejs Ethernet w miejsce interfejsu RS 232? Informuje, że interfejs Ethernet jest rozwiązaniem korzystniejszym w porównaniu do wymaganego obecnie interfejsu RS 232, ponieważ interfejs Ethernet umożliwia podłączenie zamrażarki do każdego komputera zewnętrznego oraz do sieci lokalnej i pozwala na nieograniczony monitoring parametrów pracy na dużą odległość bez zakłóceń (czego nie gwarantuje starszego typu interfejs RS232 charakteryzujący się transmisją danych na krótkie odległości). Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie proszę o uzasadnienie dlaczego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie jako możliwość podłączenia programu monitorującego -czy Zamawiający wymaga dostarczenia takiego programu, czy jedynie zamrażarka ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o taki program?

Odpowiedź: Zamrażarka ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o taki program.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Proszę o doprecyzowanie czy opcjonalny moduł alarmowy ma zostać dostarczony i zainstalowany razem z zamrażarką -, czy jedynie zamrażarka ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o taki system?

Odpowiedź: Zamrażarka ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o taki system.

Pytanie nr 16

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie zamrażarki z pakietu jako indywidualnego przedmiotu zamówienia na który można składać niezależną ofertę przetargową?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1: Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym – 1 sztuka

Czy Zamawiający wymaga by zamrażarka była zgodna z zapisem dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych? Jeżeli tak to czy wymaga załączenia dokumentu, który potwierdza zgodność z dyrektywą do oferty przetargowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 18

Dotyczy: Pakiet nr 3

Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 3 pozycję nr 1 zamrażarka ultra-low i utworzy z tej pozycji odrębny pakiet? Podjęcie takiej czynności pozwoli na otrzymanie większej liczby atrakcyjniejszych ofert na dostawę sprzętu co bez wątpienia leży w interesie zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 440x435x1635 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o dobowym zużyciu energii na poziomie 1,315 kWh?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 420x400x1587 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o dobowym zużyciu energii na poziomie 1,309 kWh?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 3

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu o zabezpieczeniu przed spadkiem temperatury poniżej $+2^{\circ}\text{C}$? Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki pracującej w zakresie od -9°C do -30°C a więc wyżej opisane zabezpieczenie nie ma racji bytu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie nr 24

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 4 i poz. 5

Czy zamawiający wymaga dostarczenia chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej z dwiema niezależnymi komorami, górna komora - chłodziarka dolna komora - zamrażarka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej z dwiema niezależnymi komorami, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 4 i poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o pojemności użytkowej chłodziarka 240 l / zamrażarka 105 l?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 4 i poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 600x615x2000 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 4 i poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) chłodziarka 440x435x1105 mm; zamrażarka 431x435x597 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 28

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 4

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z chłodziarko-zamrażarką w przenośny detektor stężenia tlenu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z możliwością przechowywania 30000 kriofiolek o pojemności 1,5 ml każda? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 570 l i możliwości przechowywania w pudełkach o wys. 50 mm 40000 kriofiolek o pojemności 1,5 ml każda? Przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych urządzenia proponujemy Zamawiającemu większą pojemność zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia czemu Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 31

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi izolowanymi drzwiczkami? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze starty chłodu z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 3 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi izolowanymi drzwiczkami? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm? Dzięki zastosowaniu systemu ultracienkich paneli próżniowych w połączeniu z pianką PU izolacja oferuje co najmniej takie same parametry jak wymagane przez Zamawiającego a technologia ta pozwala na lepsze utrzymywanie temperatury wewnątrz zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z chłodzeniem okotokomorowym zamiast instalacji chłodzącej podpółkowej? Tego typu rozwiązanie daje możliwość regulacji wysokości zawieszenia poszczególnych półek oraz możliwość ewentualnego dodania dodatkowych półek w przyszłości.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o głębokości wewnętrznej 608 mm oraz zachowaniu pozostałych minimalnych wymiarów wymaganych przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.): 470x608x1500 mm oraz zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego pojemności urządzenia i wymiarów zewnętrznych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w port RS 485 z możliwością podłączenia do komputera i dedykowanego programu monitorującego zamiast portu RS 232? Port RS 485 pozwala na szybszą transmisję danych oraz ich przesyłanie na większe odległości. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie czemu Zamawiający rezygnuje z nowocześniejszego rozwiązania i jakie znaczenie ma dla niego typ portu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o zakresie temperatury od -100°C do +250°C? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 1 – Zamrażarka ultra-low – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o grubości sondy pomiarowej ok. 5 mm? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 2 – Chłodziarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach wewnętrznych 440x435x1635 mm oraz zachowaniu wymaganej pojemności urządzenia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 2 – Chłodziarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o dobowym zużyciu energii 1,315 kWh? Jest to minimalnie większe zużycie energii od wymaganej przez Zamawiającego – różnica 0,015 kWh. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 2 – Chłodziarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o masie 84 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 2 – Chłodziarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o grubości sondy pomiarowej ok. 3 mm? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 2 – Chłodziarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o dokładności temperatury +/- 0,5°C? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 3 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wysokości wewnętrznej 1587 mm oraz zachowaniu wymaganej pojemności urządzenia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 46

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 3 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o dobowym zużyciu energii 1,309 kWh? Jest to minimalnie większe zużycie energii od wymaganej przez Zamawiającego – różnica 0,009 kWh. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 3 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o masie brutto/netto 93/87 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 3 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o grubości sondy pomiarowej ok. 3 mm? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 3 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o dokładności temperatury +/- 0,5°C? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 4 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z chłodziarką o pojemności netto 240 l oraz zachowaniu pojemności zamrażarki? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 4 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości zewnętrznej 2000 mm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów zewnętrznych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 4 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zamrażarką o wysokości wewnętrznej 597 mm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów wewnętrznych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 53

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 4 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o masie 85 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 4 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o grubości sondy pomiarowej ok. 3 mm? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 4 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o dokładności temperatury +/- 0,5°C? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 5 – Specjalistyczna chłodziarka laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z chłodziarką o pojemności netto 240 l oraz zachowaniu pojemności zamrażarki? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 5 – Specjalistyczna chłodziarka laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości zewnętrznej 2000 mm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów zewnętrznych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 5 – Specjalistyczna chłodziarka laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zamrażarką o wysokości 597 mm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów wewnętrznych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 59

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 5 – Specjalistyczna chłodziarka laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o masie 85 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 5 – Specjalistyczna chłodziarka laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o grubości sondy pomiarowej ok. 3 mm? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 5 – Specjalistyczna chłodziarka laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w niezależny rejestrator temperatury o dokładności temperatury +/- 0,5°C? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 4 – Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w przenośny detektor stężenia tlenu o wadze do 200 g oraz spełniającego pozostałe wymagania? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma waga detektora.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63

Dotyczy: dot. SIWZ pkt.4

Czy Zamawiający zgodzi się na przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich osób jednocześnie, jednego dnia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64

Dotyczy: dot. SIWZ pkt. 5a

Czy Zamawiający dopuści oryginalne katalogi producenta w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski ale dostarczone razem z ulotkami w języku polskim, które nie są tłumaczeniem katalogów, a jedynie ulotkami informacyjnymi stworzonymi w oparciu o katalogi z opisem i parametrami oferowanych wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 65

Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na udzielenie standardowej 12 miesięcznej gwarancji, którą zawsze objęte są tego typu urządzenia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Dotyczy: Zał nr 4 warunki gwarancji pkt. 6

*Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:
„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których, taki element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy”*

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67

Dotyczy: Zał nr 4 warunki gwarancji pkt. 9

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych w przypadku kiedy nie trzeba sprowadzać części z zagranicy, oraz do 14 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części z zagranicy lub kiedy trzeba będzie wysłać sprzęt do centrum serwisowania.?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68

Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012 r. gdyż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od roku produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na rok produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69

Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania odsetek karnych za nieterminową naprawę w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70

Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie tj. termin dostawy wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.

Pytanie nr 71

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający, jako placówka medyczna, mająca pełne prawo wyposażania podległych jednostek w jak największą liczbę sprzętu medycznego, wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty przetargowej).

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 72

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę, w której powierzchnia wewnątrz komory pokryta jest specjalnym tworzywem celem podwyższenia trwałości wnętrza i ułatwienia czyszczenia komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 73

Dotyczy: pakietu nr. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pod pojęciem izolacja poliuretanowa ma na myśli izolację hybrydową składającą się z pianki poliuretanowej, oraz paneli półpróżniowych, występującą także w drzwiach zewnętrznych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę, w której izolacja ma grubość 70 mm? W przypadku odmowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia, dlaczego Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki o mniejszej pojemności i większych gabarytach zewnętrznych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w wyświetlacz typu LED, umiejscowionym w górnej części urządzenia, maksymalnie do 15 cm od górnej krawędzi urządzenia w celu poprawy widoczności wyświetlanych parametrów z każdego miejsca laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 76

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z kaskadowym układem chłodzenia okotokomorowego o podwyższonej trwałości? Jest to korzystniejsze dla Zamawiającego, ponieważ niesie ze sobą możliwość regulacji wysokości pótek.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dostarczenia zamrażarki z drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w zatraskami, celem poprawy izolacji wewnątrz komory.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 78

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności użytkowej 519 litrów i głębokości wewnętrznej 600 mm, której gabaryty zewnętrzne są mniejsze niż te, które Zamawiający przypisał do zamrażarki o mniejszej pojemności 455 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 79

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z systemem sterującym zabezpieczanym poprzez kombinację przycisków?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez portu RS232?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający wymaga zastosowania awaryjnego podtrzymywania temperatury typu back-up z funkcją zliczania zużytego gazu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 82

Dotyczy: pakietu nr. 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 2 szt. drzwi wewnętrznych? Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować ilość odkładającego się lodu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana nr 1

Rozdział II SIWZ „WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA”

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.”

Zmiana nr 2

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - zmieniony druk stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmiana nr 3

Załącznik nr 3 – Zestawienie parametrów technicznych – pakiet 3 poz. 3 - zmieniony druk stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmiana nr 4

Załącznik nr 10 – wzór umowy – zmieniony druk stanowi załącznik do niniejszego pisma.

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień 26.08.2013r. do godziny 10:00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień 26.08.2013r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Przemysław Biliński

**Załącznik nr 2 do SIWZ – zmieniony w dniu 01.08.2013r.
Nr sprawy 91/ZP/13**

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA – Pakiet nr 1

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **dostawę stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów** dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **w zakresie Pakietu 1** za kwotę:

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
Poz. 1 Stanowisko mikroskopowe z oprzyrządowaniem	1	sztuka					
Poz. 2 Obiektyw do mikroskopu	1	sztuka					
Poz. 3 Zestaw kostek z filtrami do mikroskopów	1	zestaw					

Wartość oferty netto:zł.

Wartość oferty brutto:zł.

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

- Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Oferujemy termin dostawy: **21 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.**
- Oferujemy termin płatności (**min. 60 dni**) dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (**min. 24 miesiące**) miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
- Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
- Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
- Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....



Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

(* niepotrzebne skreślić)

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr 2 do SIWZ – zmieniony w dniu 01.08.2013r.
Nr sprawy 91/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź
OFERTA – Pakiet nr 2

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **dostawę stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów** dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **w zakresie Pakietu 2** za kwotę:

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
Aparat do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania	1	sztuka					

Wartość oferty netto:zł.

Wartość oferty brutto:zł.

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

- Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Oferujemy termin dostawy: **21 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.**
- Oferujemy termin płatności (**min. 60 dni**) dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (**min. 24 miesiące**) miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
- Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
- Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
- Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).



5. Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

(* niepotrzebne skreślić)

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr 2 do SIWZ – zmieniony w dniu 01.08.2013r.
Nr sprawy 91/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA – Pakiet nr 3

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **dostawę stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów** dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **w zakresie Pakietu 3** za kwotę:

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
Poz. 1 Zamrażarka ultra-low, pionowa z systemem alarmowym i awaryjnym systemem podtrzymującym	1	sztuka					
Poz. 2 Chłodziarka pionowa laboratoryjna	1	sztuka					
Poz. 3 Zamrażarka pionowa laboratoryjna	1	sztuka					
Poz. 4 Zamrażarka pionowa laboratoryjna	1	sztuka					
Poz. 5 Specjalistyczna chłodziarka laboratoryjna	2	sztuki					

Wartość oferty netto:zł.

Wartość oferty brutto:zł.

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

- Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Oferujemy termin dostawy: **21 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.**
- Oferujemy termin płatności (**min. 60 dni**) dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (**min. 24 miesiące**) miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
- Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
- Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
- Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....



Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

(* niepotrzebne skreślić)

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Załącznik nr 2 do SIWZ – zmieniony w dniu 01.08.2013r.
Nr sprawy 91/ZP/13**

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA – Pakiet nr 4

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **dostawę stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów** dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **w zakresie Pakietu 4** za kwotę:

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
Hybrydyzator	1	sztuka					

Wartość oferty netto:zł.

Wartość oferty brutto:zł.

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

- Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Oferujemy termin dostawy: **21 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.**
- Oferujemy termin płatności (**min. 60 dni**) dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (**min. 24 miesiące**) miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
- Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
- Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
- Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).



5. Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

(* niepotrzebne skreślić)

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ – zmieniony w dniu 01.08.2013r.
Nr sprawy 91/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 3 poz. 3

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymywania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: _____

Producent: _____

Nazwa/typ: _____

Rok produkcji: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:
rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Pakiet 3 poz. 3: Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać)
1.	Pojemność netto (użytkowa): nie mniejsza niż 284 litry	Tak	
2.	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600 x 615 x 1840 mm	Tak	
3.	Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie mniejsze niż 420 x 400 x 1590 mm	Tak	
4.	Dobowe zużycie energii: nie większe niż 1,3 kWh	Tak	
5.	Układ chłodzenia: statyczny	Tak	
6.	Odmrażanie: manualne lub automatyczne	Tak	
7.	Zakres temperatur: nie gorszy niż od -9°C do -30°C	Tak	
8.	Wnętrze wykonane z polistyrolu	Tak	
9.	Rodzaj sterowania: elektroniczne	Tak	
10.	Cyfrowy wyświetlacz temperatury o dokładności nie gorszej niż 0,1°C	Tak	
11.	Optyczny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury oraz otwartych drzwi	Tak	
12.	Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury	Tak	
13.	Styk bezpotencjałowy	Tak	
14.	Elektroniczny system kontroli temperatury i otwarcia drzwi	Tak	
15.	Interfejs RS 485	Tak	
16.	Wnętrze komory wyposażone w 8 szuflad z przejrzystymi frontami o wysokości 180 mm każda +/- 15%	Tak	
17.	Urządzenie należy dostarczyć z niezależnym rejestratorem temperatury, umieszczanym na zewnątrz, o następujących parametrach: o Zakres pomiarowy temperatury w zakresie nie gorszym niż : od -60C do +155C	Tak	

podpis osoby upoważnionej

	o Dokładność w zakresie temperatury od -20C do +80C : nie gorsza niż 0,3C o Sonda zewnętrzna na przewodzie o długości nie mniejszej niż 60 cm o Grubość sondy pomiarowej: nie większa niż: 2 mm o Wbudowany wyświetlacz temperatury o Uchwyt mocujący na ścianie o Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a posiadaną przez użytkownika bazą odczytową na odległość do 50 m w przestrzeni zabudowanej o Pamięć wewnętrzna na 16 000 wyników o Możliwość ustawienia progu alarmowego dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej		
18.	Ilość pólek: nie mniej niż 7	Tak	
19.	Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 24 kg	Tak	
20.	Zamek do drzwi	Tak	
21.	Drzwi prawe, pełne, przestawne	Tak	
22.	Masa brutto/netto: nie większa niż 89/82 kg	Tak	
23.	Klasa klimatyczna: SN-ST (+38°C)	Tak	
24.	Czynnik chłodniczy: R 600a	Tak	
25.	Zasilanie 230V, 50Hz	Tak	
26.	Samoczynne domykanie drzwi	Tak	
27.	Wewnętrzna pamięć alarmu – data i czas trwania 3 ostatnich alarmów	Tak	
28.	Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitoringu temperatury	Tak	
29.	Wewnętrzna pamięć alarmu (data i czas trwania przynajmniej trzech ostatnich alarmów)	Tak	
30.	Gradient i fluktuacja temperatury wg normy NF X 15-140 – odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie niniejszego wymogu należy dołączyć do oferty	Tak	
31.	Dostęp do zewnętrznego czujnika temperatury	Tak	
32.	Instrukcja w języku polskim	Tak	
33.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak	
34.	Serwis na terenie Polski	Tak	

**Załącznik nr 10 – zmieniony w dniu 01.08.2013r.
Wzór umowy**

UMOWA NR 91/ZP/13/...
z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **Wojciecha Szrajbera – Dyrektora**

zwaną dalej **Zamawiającym**

z

firmą
(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.(tj. Dz. U. 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) **na dostawę**

..... dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi obowiązującą od dnia do dnia o łącznej wartości zł brutto
(słownie:)

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi zwana w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia (Pakiet nr).
2. Przedmiotowy zakup współfinansowany jest w ramach realizacji dotacji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pt. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET jako jednego z zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi – Łódź, ul. Pabianicka 62 w terminie **21 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 25 listopada 2013r.**
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 –15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
4. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
5. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru technicznego.
6. Osoby merytorycznie odpowiedzialne za realizację zamówienia:

- a. w zakresie odbioru i uruchomienia aparatury i sprzętu - Pan Przemysław Frąckiewicz – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu lub osoba przez niego upoważniona.
- b. w zakresie realizacji uprawnień Zamawiającego opisanych w § 4 i 5 umowy jest Kierownik Działu Aparatury Medycznej Pani Zofia Wójcik lub osoba przez nią upoważniona.

§3

1. Zamawiający zapłaci za dostarczony przedmiot zamówienia, cenę brutto określoną w ofercie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług konsumpcyjnych VAT.
3. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w przedłożonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w ciągu 60 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a. instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu na nośniku cyfrowym w formacie pdf,
 - b. paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji,
 - c. książki gwarancyjne.
 - d. deklaracje, certyfikaty lub dokumenty potwierdzające dopuszczenie stosowania danego urządzenia do celów związanych z ochroną zdrowia - jeśli dotyczy.
- Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy, w terminie 60 dni od daty zainstalowania urządzenia przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w **2013r.** przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru technicznego na cały przedmiot zamówienia na okres **miesięcy.**
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 6 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu zamówienia.
4. Koszty serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
6. W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy.
7. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
8. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

§6

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na towar sprawny.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
 - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§3 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.
 - c) zwłoka w wykonaniu naprawy o której mowa w § 6 pkt. 5 w wysokości 0,1% wartości towarów wadliwych dostarczonych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, liczone od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie naprawy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
 - a) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiot zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym.
 - b) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie.
 - c) ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie go zamiennym.
 - d) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmiana ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy strony mogą zawrzeć aneks, mocą którego zdecydują o podwyższeniu ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian.
 - e) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmiana ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.
 - f) obniżenia cen w każdej sytuacji zgłoszonej przez Wykonawcę.
 - g) zmiany terminu realizacji wykonania zamówienia do *dnia 29 listopada 2013r.* pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Dotującego na wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej dotacji. Ewentualna zmiana terminu realizacji wykonania zamówienia winna być dokonana poprzez zawarcie stosownego aneksu.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§8

1. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)
3. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c.

§9

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

§10

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania audytu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.4.1 normy EN ISO 9001:2008.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

§12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy;

Załącznik nr 2 – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Załącznik nr 3 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru NIP;

Załącznik nr 4 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru REGON.

Załącznik nr 5 - szkolenia

Załącznik nr 6 – warunki gwarancji

Wykonawca

Zamawiający