

EZ/263/68/...../2013

Łódź, dnia 09.09.2013r
Nr sprawy 68/ZP/13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy **sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania i zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawy **sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

1. W toku przeprowadzonego przedmiotowego postępowania zostały zadane następujące pytania:

Pytanie

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrezygnowanie z obowiązku nałożonego na Wykonawców jakim jest składanie w ofercie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w obecnym stanie prawnym dokumentem, którego Zamawiający może żądać w celu weryfikacji okoliczności braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp jest oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ


Pytanie

Czy w pakiecie nr 7 Zamawiający zgodzi na zaoferowanie DWUŚWIATŁOWEGO CEWNIKA DO DIALIZ 12 F x od 15 cm do 20 cm zakładany met. Seldingera wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 dopuści do zaofiarowania uniwersalną silikonową tamponadę do nosa do tamowania krwotoków, posiadającą dwa niezależne nadmuchiwane mankiety pozwalające na precyzyjną kontrolę krwawienia, jak przedstawiono na zdjęciu poniżej?



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie:

Ad pakiet 4 – gazowa linia monitorująca
Prosimy o dopuszczenie linii mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza linie mikrobiologicznie czyste

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z SIWZ wymogu dostarczenia w pierwszej dostawie wraz z Deklaracją Zgodności i Certyfikatem CE także oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze. Posiadanie przez produkt Deklaracji Zgodności jest jednoznaczne ze spełnianiem przez ten produkt odnoszących się do niego wymagań zasadniczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu są certyfikat CE oraz deklaracja zgodności. Wnosimy o usunięcie zapisów wymagających dołączenia do pierwszej dostawy zgłoszenia/powiadomienia/wniosku do Prezesa Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Ad par. 1 ust. 5

Prosimy o zmianę terminu dostaw na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Ad par. 1 ust. 14

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany towaru na wolny od wad, do nabycia (...)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Ad par. 2 ust. 7

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że ograniczenie zakupionej ilości towarów nie przekroczy 20% wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Dot. Par. 4 ust. 3 i 4

Prosimy o zamianę ww. zapisów na następujący:

Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.

Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi zabezpieczyć się przed zmianą stawek podatku VAT poprzez wkalkulowanie ryzyka zmian stawek podatkowych w cenę oferty. Takie działanie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ może spowodować przekroczenie kwot przeznaczonych na realizację zamówienia, a także uzyskanie wyższych cen już na początku trwania umowy przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Prosimy o dopisanie do paragrafu 6 wzoru umowy zapisu: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

dot. wzoru umowy par. 7 pkt.1a i 1b

Prosimy o zmianę kar umownych: na 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru /towaru dostarczanego z wadami

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

dot. wzoru umowy par. 7 pkt.1c:

Prosimy o zmianę kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy par.7 pkt. 1d

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Nie

Pytanie:

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. III pkt. 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednoczenie zapisu dotyczącego bezwzględnego obowiązku wypełnienia wszystkich załączników zawartych w SIWZ i załączenia ich do oferty, gdyż zgodnie z rozdz. I pkt. 9 – załącznik nr 6 (dotyczący podwykonawstwa) ma być załączony fakultatywnie. Również wzór umowy – załącznik nr 8, stanowi dokument, którego ze względu na oświadczenie w formularzu oferty (akceptacja zapisów umowy) nie trzeba załączać.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż załącznik dot. podwykonawstwa, jeżeli nie będzie nikomu powierzone nie musi być dołączone do oferty. Zamawiający nie wymaga załączenia wzoru umowy do oferty, wystarczy oświadczenie o akceptacji jej zapisów.

Pytanie:

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. V pkt. 5 ust. a: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że opisane dokumenty dopuszczające należy złożyć wraz z pierwszą dostawą, przy jednoczesnym nie załączaniu ich do oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Dotyczy zapisów SIWZ w tym formularza oferty, pkt. 2, wzoru umowy § 1 ust. 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 10 – do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1a, 1b: Zwracamy się z uprzejmą prośbą obniżenie kary umownej do wartości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonego lub wadliwego towaru, gdyż kary umowne w wysokości 2 % są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1d: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 10% wartości umowy, gdyż kary umowne w wysokości 20% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – formularza oferty: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w/w załącznika w wersji edytowalnej (w dokumentacji w wersji edytowalnej, którą Państwo zamieścili na stronie internetowej nie ma tego załącznika)

Odpowiedź: Zamawiający udostępni na stronie internetowej załącznik w formie edytowalnej

Pytanie:

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 11 poz. 5, 6, 7 oraz utworzy nowy pakiet, co rozszerzy konkurencję i pozwoli Zamawiającemu wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród większej liczby wykonawców?

Przedstawiony w obecnej formie przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 11, blokuje złożenie oferty innym firmom, gdyż zawarte w nim wszystkie produkty są wyłącznością tylko jednego producent i dystrybutora na terenie RP.

Odpowiedź: Nie wyraża zgody

Pytanie:

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę par.4 pkt.3) Projektu umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ **W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek**”.

Zmiany stawek VAT są zupełnie niezależne od Wykonawcy, oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wystąpienia oferty przetargowej. Wykonawca nie może skalkulować tych zmian- oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki VAT (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującego odrzuceniem oferty). Obciążenie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT par.3 pkt.2 i par.4 pkt.3) projektu umowy, stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, dokona podziału pakietu nr 11 na dwa osobne pod zadania 11a – Płyny do ciągłych terapii nerkozastępczych – poz. 5, 6 i 7 oraz 11b – Materiały eksploatacyjne do urządzenia Multifiltrate – poz. 1 – 4 oraz 8 - 13, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy (...) i zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadany przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, używanym przez wiele stacji dializ i ośrodków klinicznych na terenie całego kraju, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych czeskiej firmy GML, stosowanych z powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju (np. w SCCS w Zabrze, Szpitalu Szpital Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Gdańsku i wielu innych), natomiast

Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy do trudnych intubacji: sterylnej, zbrojonej, długiej, z niezatamującym się światłem umożliwiającym stałą wentylację pacjenta, posiadającą znaczniki głębokości Laue-Lock i do tączników 15mm, występującą w rozmiarach:

2,5 długość 700mm od 3.0-6.0

6,0 długość 830mm od 6,5-11.00

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie Pakiet nr 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski kraniowej LMA Supreme Second Seal z mankietem powietrznym, wykonanej z PCV renomowanego producenta The LaryngelMask Company Ltd. Niskoobjętościowy mankiet powietrzny umożliwia dopasowanie maski do warunków anatomicznych – uszczelnienie powstaje poprzez dopasowanie kształtu maski, a nie poprzez ucisk na błonę śluzową. Reszta parametrów jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Pakiet nr 2:

Prosimy o określenie Zamawiającego jaką krzywiznę ma posiadać rurka ddechowa?

Odpowiedź: około 90°

Pytanie:

W § 3 ust. 7. Zamawiający odmawia Wykonawcy prawa do realizacji przedmiotu zamówienia, nie tylko w pełnym zakresie, ale i w ogóle w jakiegokolwiek nawet najmniejszej części, prosimy o podanie podstawy prawnej umożliwiającej Zamawiającemu przeniesienia w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę i jednocześnie zwalniającej Zamawiającego z jednoznacznej deklaracji (określenia) ilości przedmiotu zamówienia stanowiącej przedmiot zakupu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z dyspozycją z art. 29 ust 1 ustawy PZP.

UZASADNIENIE:

Należy zauważyć, że wykonawcy chcąc należycie wywiązać się z podjętych umowa zobowiązań wobec Zamawiającego i jednocześnie nie narazić się na kary umowne, odszkodowanie i wykluczenie z przyszłych procedur przetargowych za nienależyte

wykonanie przedmiotu zamówienia, muszą podjąć wszelkie niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia niezbędnych, określonych zapisami SIWZ ilości przedmiotu dostaw. Całkowite, jednostronne zwolnienie się Zamawiającego z obowiązku nabycia przedmiotu umowy w oparciu o ogólne i subiektywne przesłanki, nie odnoszące się do dyspozycji z art. 145 ustawy PZP, nie tylko może ale i naraża wykonawcę który dołożył należytej staranności w zorganizowaniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (także w kwestii zagwarantowania ustalonych umową ilości) na niczym nieuzasadnione straty.

Zarówno w zgodnej opinii doktryny jak i ugruntowanej linii orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), niejasności i niedookreślenia w zapisach SIWZ nie mogą obciążać wykonawcy, gdyż to na zamawiającym spoczywa obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, także w zakresie zamawianych ilości.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy, albo o wykreślenie ww. zapisu z wzoru umowy (dotyczy § 3 ust. 7) albo zastąpienia dotychczasowej treści nową w brzmieniu: (...) *Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości przedmiotu umowy niż w niej skazane, a Wykonawca wyraża na to zgodę, jednak z tym zastrzeżeniem że redukcja ta nie może przekroczyć 20%. (...)* albo też dopuszczenie możliwości jednostronnego odstąpienia od realizacji umowy przez wykonawcę gdy z jakiegokolwiek przyczyny nie będzie on mógł zagwarantować ciągłości dostaw w zakresie „szacunkowych” jedynie ilości przedmiotu zamówienia wskazanych przez samego Zamawiającego w treści SIWZ i wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. „Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należyłą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania na wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy (uzależnione od czynników od Zamawiającego niezależnych – rodzaju schorzeń stwierdzonych u pacjentów), Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od określonego w załączniku nr 2”.

Pytanie:

W § 4 ust. 3, Zamawiający odmawia Wykonawcy prawa do zmiany ceny brutto za przedmiot zamówienia w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od woli stron umowy zawartej na okres sześciu miesięcy (np. przyszłej aktywności ustawodawcy zmieniającej/podnoszącej/ stawkę podatku VAT). Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawcy winni uwzględnić w swoich ofertach ww. niemierzalne ryzyko gospodarcze i jaka jest podstawa prawna pozwalająca Zamawiającemu na przeniesienie w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę?

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zastąpienie dotychczasowej treści ww. zapisów wzoru umowy nową w brzmieniu:

(...) W przypadku zmiany stawki (stawek) podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki). Zmiana ceny w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony. (...)

Odpowiedź:: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

Prosimy o zmianę zapisu w § 7 ust. 1 pkt. c i d, na zapis o brzmieniu:

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialności ponosi Wykonawca- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia

d/ za niedostarczenie dokumentów w terminie 30 dni o których mowa w § 1 ust. 8 - w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie 12 wymaga, aby tamponada nosa wykonana była w całości z silikonu i posiadała dwa niezależne balony zintegrowane z samouszczelniającymi zaworami Luer z wyraźnym oznaczeniem (w innym kolorze) objętości wypełnienia każdego z balonów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie:

Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki silikonowe bez znacznika, ale doskonałe kontrastujące w badaniach radiologicznych i wyposażone w przelotowy mandryn ułatwiający założenia metodą Seldingera?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki bez znacznika

Zamawiający wymaga aby w ofercie zaznaczone były wszystkie dopuszczenia, które dotyczą przedmioty na który oferta zostanie złożona.

2.Zamawiający zmienia następujące terminy:

a) termin składania ofert na dzień 17.09.2013. do godz. 10:00

b) termin otwarcia ofert na dzień 17.09.2013r. o godz. 11:00

c) termin wpłaty wadium do dnia 17.09.2013. do godz. 10:00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Wojciech Szrajber