

EZ/263/76/1291/2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. **W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Pytanie 1**

Czy w Pakiecie Nr 1 w poz. 1 Zamawiający oczekuje, aby zaproponowana kotwica wyposażona była w nić polietylenową grubości #1, gwarantującą optymalnie niski profil węzła, a tym samym zminimalizowane ryzyko traumatyzacji okolicznych struktur?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nić polietylenową o grubości 1 mm.**

**Pytanie 2**

Czy w pakiecie Nr 1 w poz. 2 Zamawiający oczekuje instrumentarium wielorazowego (prowadnica, obturator) w wersji zarówno prostej jak i zakrzywionej, do zaopatrzenia trudno dostępnych miejsc? Jeżeli tak, to w jakiej konfiguracji (ile narzędzi prostych, a ile zakrzywionych)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza instrumentarium zarówno w wersji prostej jak i zakrzywionej w ilości 2 części proste i 1 część zakrzywiona.**

**Pytanie 3**

Czy w Pakiecie nr 3 w poz. 2 Zamawiający wymaga wiertła kaniulowanego o średnicy 4,5 mm z uskokiem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wiertło kaniulowane o średnicy 4,5 mm z uskokiem, pod warunkiem, że będzie ono kompatybilne z zestawem zawartym w pakiecie nr 3 poz. 1.**

**Pytanie 4**

Mając na uwadze fakt, że przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ortopedycznych wraz z utworzeniem depozytu w okresie 36 miesięcy, wnioskujemy o wykreślenie zapisu o treści „Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie okresy ważności min. 24 m-ce od dnia dostawy” zwracając uwagę, iż implanty zdeponowane u Zamawiającego podlegają bezwzględnej wymianie w przypadku utraty terminu przydatności do użycia. W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o modyfikację zapisu na poniższą treść: „Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie okresy ważności min. 12 m-cy od dnia dostawy”.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu z terminem ważności wynoszącym minimum 12 m-cy od dnia dostarczenia sprzętu do Apteki Szpitalnej, pod warunkiem, że implanty zdeponowane u Zamawiającego podlegają bezwzględnej**


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

wymianie w przypadku utraty terminu ważności. W związku z powyższą modyfikacją zmianie ulega brzmienie punktu 4 Formularza oferty – Zał. Nr 2 do SIWZ – Pakiet 1-4 oraz brzmienie § 3 pkt. 5 wzory umowy – Zał. Nr 8 do SIWZ. Zmienione załączniki w załączeniu do pisma.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi

(2)

mgr Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

