

EZ/263/19/148/2019

Łódź, dnia 20.02.2014 r.

Nr sprawy 19/ZP/14

**dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

#### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

- I. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

##### Pytanie nr 1

Pozycja nr 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu krzesła biurowego o parametrach jak poniżej:

Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami , na kółkach z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości , na 5-cio ramiennej podstawie . Podstawa czarna nylonowa. Tapicerka tkanina syntetyczna 100%.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### Pytanie nr 2

Pozycja nr 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu krzesła biurowego o parametrach jak poniżej:

Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami , na kółkach z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości , na 5-cio ramiennej podstawie . Podstawa czarna nylonowa. Tapicerka zmywalna skaj.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### Pytanie nr 3

Pozycja nr 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu krzesła biurowego o parametrach jak poniżej:

Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami , na kółkach, regulacją wysokości , na 5-cio ramiennej podstawie . Podstawa wykonana z polerowanego aluminium. Tapicerka zmywalna skaj.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### Pytanie nr 4

Pozycja nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu wózka uniwersalnego o parametrach jak poniżej:

Wózek uniwersalny. Wózek do transportu preparatów histopatologicznych z pokrywą Maksymalne wymiary wózka : dł. 1050 mm x szer. 700 mm x wys. 1000 mm . Pojemność - 355 litrów Nośność min.200 kg. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej , stali kwasoodpornej lub stopu aluminium Al , .Opuszczana , składana w dół ścianka podłużna do łatwego ładowania i rozładowywania. .Pokrywa na zawiasach. Wózek na 4 kołach gumowych o śr. 100, 125 lub 165 mm ( 2 stałe , 2 obrotowe). Hamulec przynajmniej na 1 koło. Zawór spustowy (do mycia wnętrza wózka).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

##### Pytanie nr 5

Pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu kosza pedałowego na odpady o parametrach jak poniżej:

Kosz pedałowyy na odpady - Stelaż jezdny podwójny do worków o pojemności 60 l- 80 l na odpady komunalne i medyczne; konstrukcja nośna stelaża i pokrywa w całości wykonane ze stali kwasoodpornej pokrywa otwierana za pomocą pedału nożnego; podstawa wyposażona w koła obrotowe z niebrudzącej gumy o średnicy 50 mm , w tym min. 2 z hamulcami; wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.): 755 x 450 x 680 mm

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie nr 6

Pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu stolika zabiegowego o parametrach jak poniżej

Stolik ZABIEGOWY , dwupoziomowy ,wykonany z metalowego szkieletu lakierowanego proszkowo, mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm ( w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykończone relingami. Wymiary długość 745 mm x szerokość 450 mm wysokość 800 mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 kosz pedałowyy na odpady – kosz o wysokości 710 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 6 mały wózek do przewożenia bielizny – wózek o wymiarach: 1170x670x1100mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie terminu realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

dr n. med. Przemysław Biliński