



Łódź, dn. 02 06.2015 r.
Nr sprawy 86/ZP/15

EZ.28.86.....⁷¹²2015.BWCH

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę **foteli dla pacjenta dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści fotel dla pacjenta o parametrach jak poniżej:

- Zakres ruchu fotela góra/dół: 150 mm
- Zakres kąta obrotu fotela do przodu/do tyłu *) : 35° – w stosunku do skrajnego położenia spoczynkowego
- Długość: 920 mm
- Szerokość: 640 mm
- Wysokość całkowita (w stanie złożonym) : min. 1370 mm
- Wysokość siedziska fotela nad podłogiem: min. 585mm, max 735mm (w zależności od położenia zespołu siedziska fotela)
- Ciężar: około 78 kg
- SZEROKI WYBÓR KOLORU SKÓR TAPICERKI FOTEŁA
- Siedzisko wraz z oparciem oraz 2-ma uchylnymi podłokietnikami
- Elektryczny mechanizm pochylania fotela *)

Przyciski sterowania pochylaniem fotela *) – umieszczone z tyłu oparcia fotela, z jego prawej strony

- Kolumnę przesuwającą z elektryczną regulacją położenia góra/dół (Uwaga! Maksymalne obciążenie siedziska fotela wynosi 140 kg)
- Nożne przyciski – służące do regulacji położenia góra/dół fotela
- Stałą podstawę z wmontowanymi sześcioma stopkami, umożliwiającymi swobodne, ręczne wypoziomowanie fotela

Elektryczny układ zabezpieczający *) – uniemożliwiający równoczesny ruch fotela w dwóch płaszczyznach






„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.


DIREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi (2)
mgr Wojciech Szrajber