



Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków gwarancji zawartych w punkcie 11 na następujące: Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 14 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 2

W warunkach gwarancji (załącznik nr 3 do SIWZ) zamawiający wymaga w przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych – dostarczenia sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy, natomiast w projekcie umowy w §5 pkt. 6 w przypadku naprawy urządzenia trwającej powyżej 5 dni roboczych zamawiający wymaga wstawienia urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację obu zapisów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje poniżej stosownej zmiany.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Załącznik nr 3 – Parametry graniczne, warunki gwarancji i szkoleń — w załączeniu do niniejszego pisma.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Przemysław Bilinski





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódźkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 88/ZP/15
Zmiana z dnia 21.05.2015r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wytrąsarki do preparatów krwi z inkubatorem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: _____

Producent: _____

Nazwa/typ: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, woryginał lub kserokopie poświadczające za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wytycznymi następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium:

cena – 90%

warunki gwarancji – 10%

podpis osoby upoważnionej



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Parametr wymagany	Odpowiedź wykonawcy
1	Urządzenie fabrycznie nowe	TAK	
2	Rok produkcji urządzenia (2015r.)	TAK, podać	
	KONSTRUKCJA		
1	Zasilanie 230 V, 50 HZ	TAK	
2	Możliwość przechowywania minimum 10 standardowych pojemników z koncentratem krwinek płytkowych	TAK	
3	Wymiary inkubatora nie więcej niż: szerokość 63 x wysokość 85 x głębokość 65 cm	TAK	
4	Temperatura pracy inkubatora: +22°C	TAK	
5	Częstość ruchów wytrząsarki 50/ minutę	TAK	
6	Wewnętrzne zasilanie do wytrząsarki	TAK	
7	System alarmowy bezustannie monitoruje temperaturę w inkubatorze	TAK	
8	Posiada panel kontrolny z wyświetlaczem	TAK	
9	Alarm dźwiękowy i wizualny	TAK	
10	Alarm przekroczenia temperatury (zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury)	TAK	
11	Zestaw do konserwacji zawierający: skrzynka, zestaw kluczy płaskich, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nimbosowych, zestaw kluczy Torx, zestaw śrubokrętów (płaskie i krzyżowe), szczypce, młotek, kombinerki – 2 sztuki (mate i duże), taśma izolacyjna	TAK	
	WARUNKI GWARANCJI		
1	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego	TAK	
2	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 (dokładny okres gwarancji Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ)	TAK	
3	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.	TAK	
4	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy.	TAK	

podpis osoby upoważnionej



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

5	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych	TAK
6	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.	TAK
7	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych	TAK
8	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK
9	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)	TAK
10	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK
11	Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.	TAK
12	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekazuje a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.	TAK
SKOLENIA		
1	Skolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia 2 osoby po 2h każda.	TAK