

EZ / 28/100/ZP/ ⁸⁵⁰ / 2015Łódź, dnia ²⁴ 06.2015 r.

Nr sprawy 100/ZP/15

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę **defibrylatorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 – do załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści defibrylator renomowanego producenta, który posiada maksymalnie 14 stopni dostępności energii zewnętrznej, a nie minimum 24? Mniejsza ilość wyboru jest bardziej ekonomiczna i oszczędza czas reakcji przeznaczony na odnalezienie energii właściwej. 14 stopni dostępności energii zewnętrznej jest zoptymalizowane i w zupełności wystarcza do zastosowania prawidłowej energii wstrząsu. Wartości energii to: 2J, 5J, 7J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 150J, 200J, 250J, 300J, 360J. Wartości energii dostępne są jako niezależne przyciski na klawiaturze. Zatem wybieramy od razu i natychmiast interesującą nas energię, a nie jak to w większości defibrylatorów musimy posłużyć się przyciskami lub pokrętkiem w poszukiwaniu energii właściwej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – do załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści defibrylator renomowanego producenta, gdzie czas ładowania do energii 200J poniżej 6 s. ? Czas nie wpływa na jakość defibrylacji tylko wartość impulsu defibrylacyjnego. Z punktu klinicznego nie to parametr krytyczny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 – do załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści defibrylator renomowanego producenta, który posiada wzmocnienie sygnału EKG na czterech poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; auto cm/mV? Wartości wzmocnienia są zoptymalizowane i w zupełności wystarczają do oceny prawidłowej wartości amplitudy sygnału EKG przy zastosowaniu ekranów o nieznacznej przekątnej ekranu LCD.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 – do załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści defibrylator renomowanego producenta, który posiada zakres pomiaru tętna min. 30-300 u/min ? Wartości zakresu pomiaru tętna są zoptymalizowane i w zupełności wystarczają do prawidłowej oceny stanu pacjenta w każdej sytuacji przy zastosowaniu defibrylatora klinicznego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Akceptacja Dyrektora Szpitala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
[Signature]
(2)
mgr Wojciech Szrajer

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

