

EZ.28.11. 4M 2016.MJ

Łódź, dn. 22.03.2016r  
Nr sprawy: 11/ZP/16

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:**

**a) Pakiet 3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści gazową linię monitorującą, czystą mikrobiologicznie, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów?**

**b) Dotyczy pakietu nr 4, poz. 1**

1. Czy Zamawiający używając nazwy porty do bronchoskopu wskazuje na jednorazowe zaworki do kanału biopsyjnego?

**Odpowiedź: Tak**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości w dół do 840 szt., jest to bezpośrednio związane ze sposobem konfekcjonowania produktu w niepodzielnych opakowaniach handlowych po 20 szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości w górę do 860 szt., jest to bezpośrednio związane ze sposobem konfekcjonowania produktu w niepodzielnych opakowaniach handlowych po 20 szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wymaga zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w § 6 ust. 1 lit. c oraz lit. d na 0,5% wartości niedostarczonej w terminie/reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wymaga zgodnie z SIWZ**

---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



c) ad pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z filtrem węglowym paskowym na części szerokości worka?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ**

Ad par. 1 ust. 4

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że ograniczenie zakupu nie przekroczy 20% wartości umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wymaga zgodnie z SIWZ**

Ad par 6 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy; **wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni;**

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,2%** wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,2%** wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy;

~~e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia); chyba, że nie ponosi winy.~~

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wymaga zgodnie z SIWZ**

Ad par. 7 ust. 2

Prosimy o wykreślenie zdania drugiego z powyższego ustępu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wymaga zgodnie z SIWZ**

Prosimy o dopisanie do paragrafu 9 ust. 1 wzoru umowy zapisu: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wymaga zgodnie z SIWZ**

**2. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:**


- a) załącznik nr 2 do SIWZ ( w załączeniu)
- b) terminy:
  - termin składnia ofert do dnia 15.04.2016r godz. 10:00
  - termin wpłaty wadium do dnia 15.04.2016r godz. 10:00
  - termin otwarcia ofert w dniu 15.04.2016r o godz. 11:00

**Zmianie ulega również ogłoszenie w powyższym zakresie.**

**Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Przemysław Biliński



Załącznik nr 2 do 11/ZP/16 po zmianie  
 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Jm	Ilość na 24 miesiące	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	1	Siatka polipropylenowa pokryta tytanem do zabiegów otwórczych w chirurgii raka piersi 16g/m <sup>2</sup> dostępna w trzech rozmiarach (mały, średni, duży)	SZT	8								
2	1	Siatki do zabiegów otwórczych piersi polimerowo-tytanowe, bezkomórkowe macierze skórne wymiary siatek powinny zawierać się w przedziale 5-50cm	SZT	8								
3	1	GAZOWA LINIA MONITORUJĄCA, jałowe, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo, jednorazowe, min. 3 m z końcówkami Luer-Lock	SZT	1200								
4	1	PORTY DO BRONCHOSKOPU - jałowe, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo, jednorazowe, kompatybilne z bronchofibroskopem MAF+TM i IMAT+GM Olympus bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego	SZT	840								
	2	ZAWORKI SSAŃCE DO BRONCHOSKOPU - jałowe, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo, jednorazowe, kompatybilne z bronchofibroskopem MAF+TM i IMAT+GM Olympus bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego	SZT	880								
<b>4</b>	<b>Suma</b>											
5		Worek kolonostomijny zamknięty do dołączenia w zakresie od 15mm - 70mm z węglowym filtrem paskowym na całej szerokości worka.	szt	800								

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty