

EZ.28.98. *MA2* 2016.AGŁódź, dnia 22.07.2016r.  
Nr sprawy 98/ZP/16**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do diagnostyki CT/tomografia komputerowa wraz z dzierżawą urządzenia dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.

**W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.****Pytanie nr 1**

**Dotyczy:** załącznik nr 3 SIWZ, Tabela Parametry techniczne, poz. 3. „Panele sterujące, dotykowe, kolorowe – 1 zainstalowany na wstrzykiwaczu drugi w sterowni z oprogramowaniem. Oprogramowanie w języku polskim”

*Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania automatycznego 3-kanalowego wstrzykiwacza kontrastu. Zaoferowany wstrzykiwacz posiada jeden kolorowy dotykowy panel sterujący umieszczony w sterowni tomografu oraz drugi panel umieszczony na strzykawce. Z którego można wystartować jak i zatrzymać awaryjnie iniekcję. Można również z niego przeprowadzić iniekcję próbną. Panel ten również wyświetla parametry zadanej iniekcji i ciśnienie w systemie wężyków podczas podawania kontrastu. Interfejs w języku polskim.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy:** załącznik nr 3 SIWZ, Tabela parametry techniczne, poz. 6.

6.	Możliwość definiowania – programowania następujących parametrów: - rodzaju (marki) środka kontrastowego, - stężenia środka kontrastowego i jego objętości, - rozmiaru igły (wenflonu) zastosowanego u danego pacjenta.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Oferowany przez naszą firmę wstrzykiwacz posiada pamięć 100 protokołów klinicznych, w których w nazwie można zawrzeć rodzaj wklucia pacjenta, a w parametrach iniekcji zapisać wartości graniczne prędkości podawania kontrastu dla danego wklucia minimalizując ryzyko wynaczynienia. Dodatkowo wstrzykiwacz posiada monitoring ciśnienia w czasie rzeczywistym co zwiększa bezpieczeństwo podawania kontrastu pacjentowi. Oferowane przez nas urządzenie w niczym nie pomniejsza oczekiwań techniczno – użytkowych wymaganych przez Zamawiającego. Prosimy o uznanie warunku za spełniony przez proponowany wstrzykiwacz lub odstąpienie od punktowania tego parametru. Jednocześnie pragniemy dodać, że aktualny zapis faworyzuje bowiem jednego producenta, który jako jedyny dopuszcza takie rozwiązania oraz w/w ograniczenie jest niekorzystne z punktu widzenia finansów szpitala i niezgodne z interesem publicznym.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

*dr hab. n. med. Przemysław Biliński*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957