

EZ .28.180.277.2017.AO

Łódź, dnia 28.02.2017 r.
Nr sprawy 180/ZP/16**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na **dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści maskę z rezerwuarem tlenowym z wysoką koncentracją o rozmiarze uniwersalnym, bez PCV i ftalanów z drenem 2,1 m, mikrobiologicznie czysta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 9 maskę z rezerwuarem tlenowym z wysoką koncentracją o rozmiarze uniwersalnym, bez PCV i ftalanów z drenem 2,1 m, mikrobiologicznie czysta.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 12 dopuści cewniki o następujących parametrach :

Jeden: poliuretanowy cewnik 15 Fr/10,10 Ga zakładany metoda retrograde

Jeden: zestaw introduktor/rozszerzadło 16 Fr

Jedna: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm

Jedna: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]

Jeden: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym

Jeden: zespół rozgałęziacza

Dwa: koreczki Luer-Lock

Jedno: rozszerzadło tunelizacyjne

Jedno: rozszerzało tkankowe 12 Fr

Jedno: rozszerzało tkankowe 14 Fr

Jeden: mankiet uszczelniający

Jeden: tążcznik z zaciskiem

Jeden: zacisk cewnika

Jeden: samoprzylepny opatrunek na ranę

Jeden: skalpel

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Oraz następujących długościach długość od mankietu do końca dystalnego 19 cm, 23 cm, 27cm, 31cm, 50 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12 dopuści cewniki o powyższych parametrach.

Pytania nr 3 dotyczące wzoru umowy, załącznik 6 do SIWZ

1. Ad par. 1 ust. 4

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że ograniczenie zakupu nie przekroczy 20% wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

2. Ad par 6 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy; wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni;

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy;

~~*e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia); chyba, że nie ponosi winy.*~~

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 4 - dot. załącznik nr 2a – Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw wkładów w 100% kompatybilny ze strzykawką automatyczną Optivantage TM DH o następującym składzie:

2 x strzykawka ładowana do przodu o pojemności 200ml

1 x dren spiralny typu „Y” o długości 150cm i zastawką antyzwrotną

2 x złącze szybkiego napełniania „J”

2 x ostrza typu Spike

Uzasadnienie:

Opisany pierwotnie przez Zamawiającego zestaw wskazując na materiały oryginalne, które może zaoferować tylko jedna firma, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dopuszczając powyżej wyspecyfikowane zestawy, Zamawiający otrzyma w 100% kompatybilne wkłady ze wstrzykiwaczem Optivantage TM DH, które z powodzeniem są od lat stosowane w wielu placówkach służby zdrowia na terenie całego kraju. Zestawy, które są o wiele tańsze od wkładów oryginalnych przy czym zachowują ich jakość i użyteczność. Oferowane przez nas wkłady posiadają wszelkie potrzebne dopuszczenia do obrotu, certyfikat CE oraz ich produkcja odbywa się zgodnie z normami medycznymi ISO.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości to proponujemy wprowadzenie zapisu o dostarczeniu próbek oferowanych wkładów, żeby Zamawiający mógł naocznie sprawdzić jakość i użyteczność wkładów zamiennych do oryginalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 zestaw wkładów w 100% kompatybilny ze strzykawką automatyczną Optivantage TM DH o powyższym składzie. Jednocześnie Zamawiający wymaga złożenia próbek w przedmiotowym zakresie. Stosowna modyfikacja treści siwz w załączeniu.

Pytanie 5 - dot. załącznik nr 6 do SIWZ - wzór – par. 2 ust. 6

Prosimy o dopuszczenie przesłania wraz z towarem tylko kopii faktury. Z uwagi na zewnętrzny magazyn utrudnione jest dołączenie oryginału faktury razem z towarem. Oryginał faktury będzie dosyłany drogą pocztową w dniu każdej dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 6 – dot. załącznik nr 6 do SIWZ – wzór - par. 3 ust 2

Z uwagi na zewnętrzny magazyn prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających towar do obrotu wraz z pierwszą dostawą. Zamiast tego proponujemy, żeby Zamawiający zastrzegł, że takie dokumenty będą dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego lub wprowadził wymóg dostarczenia tych dokumentów wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 7 – dot. załącznik nr 6 do SIWZ – wzór - par. 6 ust 1

W celu miarkowania kar umownych prosimy Zamawiającego o modyfikacje w/w ustępu w następujący sposób:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10%

wartości niezrealizowanej części umowy brutto - chyba, że nie ponosi winy;
b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;
c/ za **opóźnienie zwłokę** w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **2% 0,5%** wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień **opóźnienia zwłoki** - chyba, że nie ponosi winy;
d/ za **opóźnienie zwłokę** w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **2% 0,5%** wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień **opóźnienia zwłoki** - chyba, że nie ponosi winy.
e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika schodkowa 3cm. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12 asortyment o powyższych parametrach.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu 14 poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 14 poz. nr 1 taśmy silikonowej w rozmiarze 2,4 mm x 75 cm, spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 14 poz. nr 1 taśmę silikonową w rozmiarze 2,4 mm x 75 cm, spełniającą wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu 14 poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 14 poz. nr 2 taśmy silikonowej w rozmiarze 1,5 mm x 40 cm, spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 14 poz. nr 2 taśmę silikonową w rozmiarze 1,5 mm x 40 cm, spełniającą wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 11 dotyczy § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 12 dotyczy § 6 ust. 1 lit. c), d), e) wzoru umowy

W celu miarkowania kar umownych wnosimy do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy w § 6 ust. 1 lit. c), d), e):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru – w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki;

d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji – 0,5% wartości netto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia dostawy.....

e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 – 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 2% (lit. c, d) i 10% (lit. e) sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelných zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Dlatego też wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 13 dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy

W/w paragraf zawiera informację: „Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3)”.

Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne.

Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub wprowadzenie jego modyfikacji poprzez dopisanie treści: [„.....za wyjątkiem sytuacji kiedy zwłoka w realizacji dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową”.]

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zawierającą ftalany maskę noworodkową o parametrach 25ml/15mm oraz maskę niemowlęcą o parametrach 45ml/15mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym z elastycznego PCV nie zawierającego lateksu o długości drenu 2.0 m i odstąpi jednocześnie od parametru posiadania niskooporowego zaworu zwrotnego i szybkości przepływu 5-10l/min? Rozmiar uniwersalny pediatryczny. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej maski anestetycznej z usuwanym pierścieniem mocującym z polipropylenu w rozmiarze #0 - noworodkowa: 18,54 ml, #1 - niemowlęca: 29,4 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 jednorazową maskę anestetyczną z usuwanym pierścieniem mocującym z polipropylenu w rozmiarze #0 - noworodkowa: 18,54 ml, #1 - niemowlęca: 29,4 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga cyfrowego oznaczenia rozmiaru na korpusie maski?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 wymaga cyfrowego oznaczenia rozmiaru na korpusie maski

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z rezerwuarem tlenu: wysoka koncentracja tlenu, półotwarta, niskooporowy zawór zwrotny zapobiegający wydychaniu do worka i zapewniający usuwanie

wydychanych gazów, szybkość przepływów 6-10 l / min; miękki, przezroczysty polichlorek winylu, biologicznie czysty, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, dren do tlenu 210 cm, rozmiar dla dzieci.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 9 dopuszcza maskę o powyższych parametrach.

Pytanie nr 19 – dotyczy pakiet 12:

Ze względu na to iż średnica 14,5F nie jest typową średnicą do hemodializ ostrych prosimy o poprawę zapisu SIWZ i wydzielenie tych cewników do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 20– dotyczy pakiet 12:

W związku z tym, że głównym kryterium jest cena

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta i żywotność produktu, chce, aby cewnik zawierał elementy mające znaczący wpływ na zmniejszenie powikłań:

- materiał cewnika odporny na załamania
- obrotowe skrzydełka mocujące
- osobny kanał dla prowadnicy (nie traumatyzuje cewnika)
- przekrój cewnika sprzyjający dużemu natężeniu przepływu na poziomie 450-500cc przy umiarkowanych ciśnieniach tętniczych (zapobiega wykrzepianiu krwi w dializatorze)
- rozrywalna koszulka z systemem zastawkowym redukująca ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 12 dopuszcza cewnik spełniający powyższe parametry.

Pytanie nr 21– dotyczy kryteriów oceny ofert

Ustanowione w przedmiotowym postępowaniu kryteria oceny ofert, tj. 60% wagi – cena, 20% wagi - termin rozpatrzenia reklamacji, 10% wagi – termin dostawy, 10% wagi – data ważności produktu nie czynią zadość wymogom ustanowionym w art. 91 ust 2 Pzp. Zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu kryteria oceny winny dotyczyć w szczególności:

2. jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
3. aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22
4. ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
5. aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
6. aspekty innowacyjne;
7. organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
8. serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

W ocenie wykonawcy za błędne należy uznać całkowite pominięcie kryterium dotyczącego jakości lub innowacyjności oferowanego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ich wpływu na poziom udzielanych świadczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 10 zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową do drenażu dróg żółciowych o średnicach 8,5F; 10F; 12F; 14F oraz o długości odcinka drenującego 14 i 11cm, w zestawie z igłą o grubości 21G oraz długości 15 i 20 cm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12 sterylnego zestawu cewnika permanentnego do hemodializ ostrych i przewlekłych o dostępnych długościach: 19cm/24cm; 23cm/28cm 27cm/32cm; 31cm/36cm; 35cm/40cm; 50cm/55cm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 12 dopuszcza sterylny zestaw cewnika permanentnego spełniającego powyższe wymagania, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu 9

1. *Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym o wysokiej koncentracji dla dorosłych?*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie pakietu nr 9 wymaga zaoferowania maski dla dzieci i dorosłych.

2. *Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maska do podawania tlenu do wysokiej koncentracji ma posiadać obrotowy łącznik między drenem a workiem?*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie pakietu nr 9 wymaga zaoferowania maski do podawania tlenu do wysokiej koncentracji posiadającej obrotowy łącznik między drenem a workiem.

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu 8

1. *Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie oczekiwał maski, która daje możliwość pracy w środowisku MRI?*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

2. *Czy Zamawiający wymaga aby zawór w nosowej części maski posiadał zawór skierowany pionowo?*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu 16

Czy Zamawiający wymaga aby filtr infuzyjny posiadał hydrofilową membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES), materiału który nisko wiąże białka?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie :

Rurka dooskrzelowa dwuświatłowa, intubacyjna z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi, z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, lewa i prawa , z ostrogą lub bez ostrogi. Linia Rtg na całej długości rurki. Rurka wykonana z PVC, bez lateksu, bez ftalanów z przewodnicą , która podtrzymuje kształt rurki w transporcie i podczas przechowywania , tak zabezpieczonej na porzesuwanie jakby był stoper. W zestawie 2 kątowne łączniki każdy wystarczająco dla użytkowników obrotowy, z podwójnym uszczelnieniem umożliwiającym bronchoskopię, przeźroczysty lub niebieski (kolor nie wpływa na cechy użytkowe) łącznik Y, 4 cewniki do odsysania z kontrolą siły ssania. Sterylne. Rozmiary: 35; 37; 39; 41

Dodatkowo na ramionach wyposażona w zaciski w celu ułatwienia zamykania lub otwierania kanału jednego lub drugiego. Dające możliwość niestosowania ogromnych peanów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu 9 pozycja 1

Czy Zamawiający sterylne maski tlenowe z rezerwuarem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 9 maski tlenowe z rezerwuarem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmy silikonowe w kolorze żółtym, o przekroju owalnym 2,5mm x 1,2mm, pakowane sterylne w saszetki po 2 szt. x ok. 45cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu 14 pozycja 1

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Czy Zamawiający dopuści taśmy silikonowe w kolorze niebieskim, o przekroju owalnym 1,5mm x 1,0mm, pakowane sterylnie w saszetki po 2 szt. x ok. 45cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu 14 pozycja 2


Czy Zamawiający dopuści taśmy silikonowe w kolorze czerwonym, o przekroju owalnym 1,5mm x 1,0mm, pakowane sterylnie w saszetki po 2 szt. x ok. 45cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr infuzyjny z drenem o długości 10cm – objętość całkowita (filtr+dren) 1,8ml, jak na poniższym rysunku, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 12, ilość pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości **24cm** (tip to cuff 19cm), **28cm** (tip to cuff 23cm), **32cm** (tip to cuff 27cm), **36cm** (tip to cuff 31cm), **40cm** (tip to cuff 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcijnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 12 dopuszcza cewnik permanentny spełniający powyższe wymagania.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką

echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 12 dopuszcza cewnik permanentny spełniający powyższe wymagania.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika Mono-J o rozmiarach F4,7, F6, F7 i F8, w zestawie przewód o d. 150 cm, łącznik zakończony uniwersalną końcówką Luer-Lock, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

II. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

- w rozdziale **XIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU pkt 2.2), lit.c** który otrzymuje nowe brzmienie:

C) Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

- oryginalnych ulotek producenta, katalogów, kart danych technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w załączniku nr 2a do SIWZ.**
- Bezpłatne próbki w zakresie pakietu nr 1 dostarczone na koszt własny Wykonawcy, do testowania w ilości 2 szt.**

Przedmiotowe próbki nie podlegają uzupełnieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych próbek.

- W rozdziale XX OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW pkt. 2.4

4. W kryterium **data ważności (DW)** zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji w zakresie pakietów nr 1 -5, 7 - 16:

- Data ważności: **13 – 18 miesięcy – 10 pkt.**
- Data ważności: **11 - 12 miesięcy – 0 pkt.;**

W kryterium **data ważności (DW)** zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji w zakresie pakietów nr 6:

- Data ważności: **24 - 25 miesięcy – 0 pkt.**
- Data ważności: **26 i powyżej miesięcy – 10 pkt.;**

Ocena daty ważności będzie dokonywana na podstawie określonych dla niej wymagań podlegających ocenie opisanych powyżej. Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania punktów pośrednich.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „data ważności” wynosi **max 10 pkt**,

Ocena końcowa oferty przedstawia się następująco:

$$O_K = C + TR + TD + DW$$

Gdzie:

OK – ocena końcowa oferty,

C - ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”

TR – ilość punktów przyznanych w kryterium „termin realizacji reklamacji”,

TD – ilość punktów przyznanych w kryterium „termin dostawy”

DW – ilość punktów przyznanych w kryterium „ważności”

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści załącznika nr 2 (modyfikacja w załączeniu)

Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty zgodnie z powyższą modyfikacją. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlegać będzie odrzuceniu w trybie art.89 ust.1 pkt.2 jako niezgodna z treścią SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulegają następujące terminy:

- a) Termin składania ofert określony w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ i termin wniesienia wadium – do dnia 16.03.2017 roku do godziny 10.00
- b) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII pkt. 3 SIWZ – w dniu 16.03.2017 roku o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (1)
mgr Wojciech Szrajber

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 180/ZP/16

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

ul. _____

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto podaną w załączniku nr 2a do SIWZ.

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na następujących warunkach:

1. Deklarujemy: 60 dniowy termin płatności.
2. Deklarujemy*: termin dostawy dni roboczych (**max 5 dni**), z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia zamówienia faksem lub mailem

***Należy uzupełnić, termin dostawy, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie 5 dni roboczych. Uwaga termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.**

3. Deklarujemy**: dni roboczych (**max 5 dni**) termin realizacji reklamacji.

****Należy uzupełnić, termin realizacji reklamacji, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje reklamację w terminie 5 dni roboczych. Uwaga termin realizacji reklamacji stanowi kryterium oceny ofert.**

4. Deklarujemy**: datę ważności miesięcy (min. 11 miesięcy) w zakresie pakietów nr 1 -5, 7 - 16.

****Należy uzupełnić, datę ważności, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował datę ważności oferowanego asortymentu 11 miesięcy.**

Deklarujemy**: datę ważności miesięcy (min. 24 miesięcy)w zakresie pakietów nr 6.

****Należy uzupełnić, datę ważności, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował datę ważności oferowanego asortymentu 24 miesiące.**

5. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:

- ☐ Tak _____proszę podać jakim? (małym/średnim)
☐ Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

3. OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
2. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy, w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania
5. Składamy niniejszą Ofertę w imieniu **własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia***. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.
6. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera/zawiera*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
8. W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: tel
9. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
10. Reklamacje należy składać na numer faksu Wykonawcy: lub e-mail
11. Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

***należy skreślić niewłaściwy wariant**

4. Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT

Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/ będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru
1		
2		

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

***należy skreślić niewłaściwy wariant**

5. PODWYKONAWCY:

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia:

Nazwa (firma) podwykonawcy:

**Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy*

6. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy