

EZ.28.2. .... 2017.AG

Nr sprawy: 2/ZP/17  
Łódź, dnia 15.03.2017r.**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na **dostawę i wymianę źródeł promieniotwórczych Ir – 192 oraz świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.****Pytanie nr 1****Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*Warunki dostaw źródeł promieniotwórczych*

*punkt - "Pierwsza dostawa źródła realizowana na podstawie niniejszej Umowy powinna uwzględniać prawidłowy odstęp czasu w stosunku do ostatniej wymiany źródła celem zachowania prawidłowego poziomu aktywności i powinna nastąpić w terminie zabezpieczającym ciągłość przeprowadzania skutecznej i bezpiecznej brachyterapii z zastosowaniem tego źródła."*

*Biorąc pod uwagę powyższy punkt, cykl produkcyjny jak również parametry fizyczne źródeł Ir-192, Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie oczekiwanego terminu wymiany pierwszego źródła oraz oczekiwanej przez Zamawiającego aktywności źródła w dniu wymiany. Z uwagi na 3 tygodniowy cykl produkcji źródła oraz z uwagi na chęć zachowania ciągłości leczenia i dobro pacjentów kolejny termin wymiany źródła powinien przypadać na 12 tydzień w stosunku do ostatniej wymiany źródła. Pragniemy zaznaczyć, iż poziom aktywności pierwszego źródła jest bezpośrednio zależny od daty zawarcia umowy i pierwszej dostawy w jej ramach. Jednocześnie, w przypadku konieczności dostarczenia pierwszego źródła o aktywności poniżej 370 GBq zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie dostawy pierwszego źródła z Kar umownych określonych w § 15 (ust 1, pkt b).*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia pierwszego źródła o aktywności poniżej 370 GBq jednak nie niższej niż 290 GBq, w związku z tym Zamawiający wyłącza dostawę pierwszego źródła z kar umownych określonych w § 15 (ust 1, pkt b), jeśli jego aktywność będzie  $\geq 290\text{GBq}$

**Pytanie nr 2****Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 1 pkt 2) a)**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie wymagania posiadania przez Wykonawcę zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Atomowe z dnia 29.11.2000r. (tj. Dz. U. 2014r. poz. 1512 z późn. zm.). Wspomniany punkt 5 nie dotyczy zakresu przedmiotu zamówienia.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosowanej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 3****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 1 Przedmiot umowy pkt. 3.**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie realizacji jakich czynności Zamawiający oczekuje pod zwrotem "serwis oprogramowania" o których mowa w § 1 pkt. 3.*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pod zwrotem serwis oprogramowania rozumie:

1. czynności konserwacyjne systemu (system informatyczny + komputer) oraz reinstalacje w przypadku błędów wynikłych w trakcie eksploatacji,
2. modyfikacja systemu w przypadku zmian wprowadzonych przez producenta systemu.

Pytanie nr 4

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 4 Przeglądy techniczne ust. 1.**

Prosimy o zaakceptowanie i zmianę § 4 ust. 1 umowy w ten sposób, aby otrzymał on następujące brzmienie:

„1. Przeglądy urządzeń będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, a ich celem jest zapewnienie dyspozycyjności urządzeń objętych umową na warunkach i zasadach zgodnych z umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów technicznych z należytą starannością.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 5

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy § 7 Zobowiązanie Zamawiającego.**

Prosimy o zaakceptowanie i dodanie do § 7 umowy dodatkowego zapisu o następującym brzmieniu:

„wykonywania przez Zamawiającego czynności konserwacyjnych,”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w następujący sposób: „wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami załącznika nr 5 do Umowy.”

Pytanie nr 6

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy § 7 Zobowiązanie Zamawiającego.**

Prosimy o zaakceptowanie i dodanie do § 7 umowy dodatkowego zapisu o następującym brzmieniu:

„niezwłocznego zgłaszania awarii i nieprawidłowości pracy urządzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, sposób informowania o awarii systemu zawarty jest w § 3 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 7

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy § 7 Zobowiązanie Zamawiającego pkt. 3**

Biorąc pod uwagę specyfikę urządzeń objętych prowadzonym postępowaniem (wyrób medyczny) zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę pkt. 3 na poniższy:

„W przypadku konieczności zainstalowania dodatkowego oprogramowania, dopuszczonego do instalacji w systemach objętych niniejszą Umową przez Producenta tych systemów, Wykonawca dokona instalacji tego oprogramowania, bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, na warunkach uzgodnionych przez Strony.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 9 ust. 1.**

Prosimy o zaakceptowanie i zmianę § 9 ust. 1 umowy w ten sposób, aby otrzymał on następujące brzmienie:

„1. Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług, oraz możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zapewnienia dyspozycyjności urządzeń objętych umową na warunkach i zasadach zgodnych z umową.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 9**

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 9 ust. 3.**

Prosimy wykreślenie zapisu § 9 ust. 3 umowy z zakresu obowiązków wykonawcy, ponieważ obowiązek tren powinien leżeć po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż oczekują poinformowania o wszelkich awariach urządzeń ujawnionych po przeprowadzonym przeglądzie.

**Pytanie nr 10**

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy § 10 „Usługi nie objęte Serwisem”.**

Prosimy o zaakceptowanie i dodanie do § 10 umowy dodatkowego zapisu o następującym brzmieniu: „niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 7 niniejszej umowy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 11**

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 13 Zasady gwarancji pkt. 6.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację pkt. 6 na poniższy:

"6. W przypadku konieczności wymiany nośnika danych na inny (np. awaria dysku twardego) nośnik danych podlegający wymianie zostanie zdemontowany i przekazany Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy."

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 12**

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 14 Rozliczenie pomiędzy stronami pkt. 1.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację pkt. 1 na poniższy:

"1. Całkowita wartość Umowy wynosi .....zł netto (słownie: .....zł), plus podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia każdej z faktur VAT, jeśli jest należny, co stanowi kwotę ..... zł brutto, (słownie.....zł)."

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. W takiej sytuacji istnieje możliwość zmiany umowy.

**Pytanie nr 13**

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1.**

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” występującego w zapisach zawartych w § 15 ust. 1 na słowo „zwłokę”. Zgodnie z art. 476 kodeksu cywilnego, Wykonawca może odpowiadać jedynie za zwłokę, czyli za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 14**

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1 pkt. a).**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie Kary umownej określonej w pkt a) do poziomu 1 tys. zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 15****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1 pkt. b).**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie Kary umownej określonej w pkt b) do poziomu 2 tys. zł za każdy przypadek.

**Odpowiedź:** Zamawiający obniża wysokość kary umownej do 10 000,00 zł za każdy przypadek.

**Pytanie nr 16****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1 pkt. c).**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie Kary umownej określonej w pkt c) do poziomu 1 tys. zł za każdy kolejny dzień upływający do momentu dostarczenia właściwego źródła o prawidłowej geometrii i prawidłowej klinicznie aktywności, jak również odbiór do utylizacji źródła o nieprawidłowej geometrii.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 17****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1 pkt. d).**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie Kary umownej określonej w pkt d) do poziomu 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla danego urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający obniża wysokość kary umownej do 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**Pytanie nr 18****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1 pkt. e).**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie Kary umownej określonej w pkt e) do poziomu 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla danego urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 19****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1 pkt. f).**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie Kary umownej określonej w pkt f) do poziomu 500 zł za każdy rozpoczęty dzień przestoju dla danego urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający obniża wysokość kary umownej do 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień przestoju.

**Pytanie nr 20****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1 pkt. f).**

Prosimy o dodanie do zapisu § 15 ust. 1 pkt f) po słowach „za każdy rozpoczęty dzień przestoju” następujących słów „wynikający z winy Wykonawcy”. Bowiernie zgodnie z art. 476 kodeksu cywilnego, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie, które jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 21****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1 pkt. g).**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie Kary umownej określonej w pkt g) do poziomu 10 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 22****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 1 pkt. h).**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie Kary umownej określonej w pkt h) do poziomu 500 zł za każdy przypadek naruszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 23****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 2.**

Ponieważ prawo do odszkodowania powinno być zastrzeżone na okoliczności, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych, prosimy o zaakceptowanie i zmianę § 15 ust. 2 umowy w ten sposób, aby otrzymał on następujące brzmienie:

„2. Jeżeli szkoda Zamawiającego przekroczy wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 24****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 15 Kary umowne ust. 3.**

Prosimy o zaakceptowanie i zmianę § 15 ust. 3 umowy w ten sposób, aby otrzymał on następujące brzmienie:

„3. Roszczenie o odszkodowanie lub o karę umowną nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę jest następstwem okoliczności, które powstały z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 25****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 18 Audyt systemu i bezpieczeństwo informacji.**

Prosimy o wykreślenie zapisów § 18 z treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 26****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 19 Obowiązki Umowy oraz zasady rozwiązywania Umowy.**

Prosimy o zaakceptowanie i dodanie do § 19 ust. 2 umowy dodatkowego zapisu o następującym brzmieniu:

„2) Zamawiający uchybi 3 krotnie terminowi płatności należności, w stosunku do terminu wskazanego w lit. B załącznika nr 2 do niniejszej umowy lub naruszy oświadczenia o których mowa w § 7 niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 27****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 22 ust. 1 lit. b.**

Prosimy o zaakceptowanie i zmianę § 22 ust. 1 lit. b. umowy w ten sposób, aby otrzymał on następujące brzmienie:

„b. Zamawiający w zawiadomieniu o konieczności wyłączenia z użytkowania danego urządzenia/systemu, poinformuje jakiego urządzenia/systemu dotyczyć będzie to wyłączenie, o czasie trwania tego wyłączenia (czasowe lub ostateczne) i kwocie obniżenia wynagrodzenia obliczonej, na podstawie wartości rocznych wynagrodzenia wskazanych w Załączniku Nr 2 do umowy wraz ze wskazaniem nowej (obniżonej) wysokości należnego Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego;”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 28****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 22 ust. 3.**

Prosimy o zaakceptowanie i zmianę § 22 ust. 3 umowy w ten sposób, aby otrzymał on następujące brzmienie:

„3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku zmiany zasad finansowania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, dotychczas finansowanych ze środków NFZ lub niedającej się przewidzieć na dzień zawarcia umowy, okoliczności mających wpływ na opłacalność eksploatacji niektórych elementów przedmiotu zamówienia, Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub w części z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Zamawiający może złożyć pisemnie wraz z uzasadnieniem w terminie 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym. W przypadku rozwiązania umowy wykonawcy należne jest wynagrodzenie za wykonaną część umowy w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 2 do umowy”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 29****Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 22 ust. 3.**

W przypadku nieuwzględnienia powyższej propozycji zmiany zapisu § 22 ust. 3 prosimy o zaakceptowanie i zmianę ostatniego zdania w § 22 ust. 3 umowy w ten sposób, aby otrzymało ono następujące brzmienie:

„W przypadku odstąpienia wykonawcy należne jest wynagrodzenie za wykonaną część umowy w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 2 do umowy”

**Odpowiedź:** Zamawiający zaakceptował zmianę zaproponowaną w pytaniu nr 28.

**Pytanie nr 30****SIWZ pkt V ppkt 1 i Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, § 23.**

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający przeprowadza analizę oraz identyfikuje czynności stanowiące przedmiot zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kp. Gdy takie występują Zamawiający je wskazuje, określa sposób dokumentowania zatrudnienia oraz określa swoje uprawnienia w zakresie kontroli spełnienia tego wymogu. Z treści zdania 1 wynika, że w ocenie Zamawiającego wykonywanie czynności serwisowych polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kp. lecz treść zdania drugiego wskazuje, że czynności te mogą być też wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a więc przez osoby nie będące w stosunku pracy. Ogólne wskazanie przez Zamawiającego „czynności serwisowych w realizacji zamówienia” nie spełnia dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, który stanowi o wskazaniu czynności, co oznacza pewien stopień konkretyzacji, którego w treści niniejszego ust. 1 brak.

Ponadto Urząd Zamówień Publicznych w opinii dot. art. 29 ust. 3a wskazał przykładowo jakie czynności w jego ocenie polegają na świadczeniu pracy a jakie nie. Pracowniczy charakter, w ocenie UZP, mają czynności sprzątnięcia, czynności ochrony, czynności wykonywane w ramach help-desku. W ocenie UZP czynności wykonywane przez kierowników budów, inspektorów nadzoru, programistów, integratorów systemów zasadniczo nie polegają na wykonywaniu umowy pracy w rozumieniu Kodeksu pracy bowiem są czynnościami samodzielnymi, osoby je wykonujące same wyznaczają sobie zadania i same je realizują, czynności te wymagają dużego stopnia kompetencji, specyficznej wiedzy, rzadkiej specjalizacji. W ocenie Wykonawcy inżynier serwisu (hardware i software) wykonuje czynności, porównywalne z czynnościami wykonywanymi przez kierownika budowy. Czynności wykonywane przez inżyniera serwisu wymagają wysokospecjalistycznej wiedzy, doświadczenia, wykonywane są samodzielnie, a osoba je wykonująca musi być w pełni dyspozycyjna. Tym samym czynności te nie spełniają cech stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 kp.

W związku z powyższym cały pkt. V powinien zostać wykreślony, a w ślad za tym wykreślony winien zostać § 23 umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wskazuje osób, które powinny zostać zatrudnione na umowę o pracę, natomiast dla Zamawiającego ważne jest aby serwis Wykonawcy składał się z osób (inżynierów) specjalistów o wysokich

kwalifikacjach. W związku z powyższym, Zamawiający wykreśla ze specyfikacji cały pkt V SIWZ oraz § 23 umowy.

**Pytanie nr 31**

**SIWZ pkt V ppkt 2 - 4.**

Art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp stanowi, że w przypadku, o którym mowa w 29 ust. 3a Pzp, SIWZ wskazywać ma sposób udokumentowania zatrudnienia. Wymóg określony przez Zamawiającego w ust. 3 (obowiązek składania oświadczeń) może mieścić się w normie art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, natomiast treść oświadczenia, wykracza poza jego regulację. Treść w brzmieniu „objęte wezwaniem czynności” nie znajduje uzasadnienia ani w treści ust. 3, który stanowi, że bez wezwania wykonawca załączać będzie do faktury oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu określonego w ust. 1, ani też nie ma oparcia w przepisach Pzp. Jak wskazano powyżej to na Zamawiającym ciąży obowiązek zidentyfikowania i wskazania czynności niezbędnych do realizacji zamówienia wymagających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wątpliwości również budzi wymóg wskazania liczby osób i rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu. Wymogi takie nie znajdują uzasadnienia ani w przepisie art. 29 ust. 3a Pzp ani też w art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp. Przy spełnieniu przesłanek art. 29 ust. 3a pzp Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zidentyfikowane przez Zamawiającego czynności. W związku z powyższym wnosimy oraz w nawiązaniu do powyższego pytania wnosimy o wykreślenie zapisów SIWZ pkt V.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wskazuje konkretnych czynności, które muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione. W związku z powyższym, Zamawiający wykreśla ze specyfikacji cały pkt V SIWZ oraz § 23 umowy.

**Pytanie nr 32**

**SIWZ pkt V ppkt 5 lit. a.**

Prosimy o wykreślenie następującego zadania: Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Powyższa prośba jest uzasadniona faktem, iż żądanie wskazanych w tym miejscu danych nie ma żadnego oparcia w przepisach Pzp ani przedmiocie zamówienia. Data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy i wymiar etatu nie mają żadnego związku z przedmiotem zamówienia ani też sposobem jego realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji umowy po jej podpisaniu i zobowiązany jest świadczyć usługi nie w określonej ilości godzin a w ilości w zależności od potrzeb zamawiającego i wymogów producenta sprzętu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wskazuje konkretnych czynności, które muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione. W związku z powyższym, Zamawiający wykreśla ze specyfikacji cały pkt V SIWZ oraz § 23 umowy.

**Pytanie nr 33**

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy, załącznik nr 10 do umowy.**

Prosimy o zmianę słowa „nieodpłatnie” występującego w zapisach zawartych w załączniku nr 10 do umowy § 4 na słowa „w ramach wynagrodzenia umownego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

**II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**V. INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A.**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3A ustawy PZP (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

**XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. a)**

- a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

*Spełnienie warunku zostanie dokonane jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Prawo Atomowe z dnia 29.11.2000r. (tj. Dz. U. 2014r. poz. 1512 z późn. zm.) wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.*

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) – ZMIENIONY DRUK STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO PISMA.

**III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 oraz art. 12a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zmianie ulega:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 31.03.2017r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 31.03.2017r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr Wojciech Szrajber (1)



Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór zmiana z dnia 15.03.2017r.

Nr sprawy 2/ZP/17

**UMOWA NR 2/ZP/17**  
z dnia .....

zawarta w dniu ..... w Łodzi przez:

**Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955 (REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599) z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez: .....

zwany dalej Zamawiającym.

z

firmą .....

(REGON....., NIP.....)

z siedzibą....., ulica .....

wpisaną do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Sąd Rejonowy dla..... w ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .....

wysokość kapitału zakładowego .....

reprezentowaną przez:

..... – .....

..... – .....

zwanym dalej Wykonawcą;

każda z osób wymienionych powyżej zwana jest dalej także „Stroną” a wszystkie razem „Stronami”;

W wyniku zamówienia w trybie ..... ustawy Prawo zamówień publicznych na 16 dostaw i wymian źródeł promieniotwórczych Ir-192 do aparatu do brachyterapii GammaMed plus iX o numerze seryjnym 0627 oraz ich transport i utylizację poza granicami Polski oraz świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń wymienionych w Przedmiocie umowy §1, zgodnie z wymaganiami producenta wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego na okres 48 miesięcy od dnia ..... do dnia ..... w tym dostawę i wymianę części zamiennych, serwis oprogramowania, wykonywanie przeglądów technicznych.

Strony zawarły umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

Przedmiotem umowy jest:

1. Dostawa 16 źródeł promieniotwórczych izotopu Ir-192 do aparatu GammaMed Plus iX o numerze seryjnym 0627 o aktywności (od 370 do 555) GBq, deinstalacja zużytego źródła, transport i utylizacja zużytego źródła poza granicami Polski, instalacja nowego źródła, kalibracja ruchu źródła i weryfikacja systemu sterowania.
2. Świadczenie czynności serwisowych składających się z: przeglądów technicznych, kalibracji, regulacji, czyszczenia i konserwacji oraz czynności w zakresie diagnostyki uszkodzeń oraz ich napraw, dla urządzeń:
  1. aparat GammaMed plus iX o numerze seryjnym 0627 z system sterowania HDR (panel sterowania Varian Control Console o numerze seryjnym GM 606 wraz z komputerem sterującym Dell o numerze seryjnym 8V825L1 i oprogramowaniem oraz monitorem NEC o numerze seryjnym 99318960NA);
  2. stacja robocza planowania leczenia Brachy Vision, w tym: komputer Dell T2500 o numerze seryjnym H9GYK4J i monitor EIZO o numerze seryjnym 41479109,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



3. system sterowania i system planowania Vitesse 2.5 o numerze seryjnym H6T0080-VIT z laptopem Dell E6500 o numerze seryjnym DD5CZK1,
3. Dostawa i wymiana części oraz serwis oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń objętych niniejszą umową;
4. Każdorazowy dojazd do siedziby Zamawiającego.

## § 2

### Dostawa źródeł

Dostawa 16 źródeł promieniotwórczych izotopu Ir-192 do aparatu GammaMed Plus ix o numerze seryjnym 0627 o aktywności (od 370 do 555) GBq, deinstalacja zużytego źródła, transport i utylizacja zużytego źródła poza granicami Polski, instalacja nowego źródła, kalibracja ruchu źródła i weryfikacja systemu sterowania i planowania wykonywana będzie przez Wykonawcę na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z wymaganiami producenta.

## § 3

### Usługi serwisowe dla urządzeń objętych niniejszą Umową

1. Serwis urządzeń objętych niniejszą Umową ma na celu zapewnienie możliwie nieprzerwanej pracy tych urządzeń.
2. Wykonawca gwarantuje 95%, z 365 dni w roku, dyspozycyjności każdego z urządzeń objętych niniejszą Umową, co oznacza, że każde z tych urządzeń będzie mogło być wykorzystane do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem przez co najmniej 347 dni w każdym roku obowiązywania umowy (dozwolony nieplanowy przestój max 18 dni w roku).
3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Wykonawcy awarii urządzeń wchodzących w skład aparatury objętych Umową lub nieprawidłowości ich pracy za pośrednictwem faksu przesłanego na numer ..... lub adres e-mail ....., w dniach roboczych w godz. 6:00 – 17:00, działającego przez wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.
4. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia wchodzącego w skład Aparatury do radioterapii, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) czasu reakcji na zgłoszoną awarię w terminie do ..... (max 24) godz. (licząc w dni robocze) od momentu pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
  - b) Diagnostyka i naprawy bez części lub z ewentualnym wykorzystaniem części znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, w terminie do ..... (max 48) godz. od momentu pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, jeśli nie jest wymagana dostawa części zamiennych od producenta.
  - c) naprawy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia awarii, o którym mowa w ust. 3, jeżeli naprawa wymaga zamówienia części od producenta.
5. Przeglądy techniczne urządzeń objętych niniejszą Umową, wykonywane będą według terminów wskazanych w Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
6. Wymiana 16 źródeł promieniotwórczych izotopu Ir-192, kalibracja ruchu źródła i weryfikacja systemu sterowania i planowania wykonywana będzie przez Wykonawcę w terminach określonych w Części II Załącznika nr 1 do umowy.
7. W uzasadnionych sytuacjach terminy, o których mowa w pkt 4c, 5, 6 niniejszego paragrafu mogą zostać zmienione za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany terminów, o których mowa, każda strona każdorazowo przedstawiała będzie drugiej pisemną prośbę o zmianę danego terminu, jeśli wnosić będzie o taką konieczność.
8. Zmiany terminów wskazanych w Harmonogramie nie wymagają zmiany umowy i dokonywane są za zgodą Zamawiającego w formie oświadczenia przesłanego Wykonawcy faksem, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy Stronami nowego terminu z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu. Za Zamawiającego uzgodnienia i zmiany dokonywane będą przez Ordynatora Oddziału Brachyterapii ..... działającego w porozumieniu z Kierownikiem Działu Aparatury Medycznej .....
9. Wykonanie Przeglądu technicznego każdorazowo potwierdzane będzie Raportem Serwisowym podpisanym w imieniu Zamawiającego przez jedną z osób wskazanych w Załączniku nr 5 do umowy a za Wykonawcę przez osobę wykonującą przegląd techniczny.
10. Raport serwisowy potwierdzający wykonanie prac serwisowych, podpisywany będzie, po sprawdzeniu poprawności działania danego urządzenia wchodzącego w skład urządzeń objętych niniejszą Umową, w imieniu Zamawiającego, przez jedną z osób wskazanych w Załącznikach nr 5 do umowy, a w imieniu Wykonawcy przez osobę wykonującą czynność.
11. Wykonawca na swój koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego, o których mowa w załączniku nr 4 w zakresie prawidłowej obsługi oraz pracowników wymienionych w załączniku nr 5 do wykonywania codziennych czynności

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



konserwacyjnych urządzeń objętych niniejszą Umową. Imienne listy osób wyznaczonych do przeszkolenia, zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

12. Przeglądy techniczne, diagnostyka uszkodzeń i naprawy urządzeń objętych umową odbywać się będą w miejscu lokalizacji urządzenia w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Pracownika wyznaczał będzie Ordynator Oddziału Brachyterapii .....
13. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie serwisu urządzeń/systemów objętych niniejszą Umową, zmian o których mowa w §22 Umowy, ulegnie zmianie wartość miesięcznego wynagrodzenia o wartość proporcjonalną do kwoty określonej w załączniku nr 2.

#### § 4

##### Przeglądy techniczne

1. Przeglądy urządzeń będą wykonywane zgodnie z zaleceniami i producenta, a ich celem jest zapewnienie dyspozycyjności urządzeń objętych umową na warunkach i zasadach zgodnych z umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów technicznych z należytą starannością.
2. Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie urządzeń objętych umową w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2.

#### § 5

##### Części zamiennie

1. Dla części zamiennych dostarczanych w ramach niniejszej Umowy stosuje się następujące postanowienia:
  - a) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wszelkie części zamiennie jakie będą niezbędne do prawidłowego działania urządzeń objętych Umową, w szczególności do usunięcia awarii, w tym części mechaniczne i elektroniczne.
  - b) Wykonawca zobowiązuje się, iż wszystkie dostarczone przez niego części w celu usunięcia awarii urządzeń objętych umową będą oryginalne i fabrycznie nowe, dostarczane w oryginalnych opakowaniach, wolne od wad fabrycznych i konstrukcyjnych nie będą posiadały uszkodzeń mechanicznych i będą wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016r.
2. Wykonawca w związku z realizacją niniejszej umowy ma prawo korzystać z części zamiennych stanowiących własność Zamawiającego. Pobranie części od Zamawiającego potwierdzone będzie wpisem w Raporcie Serwisowym podpisanym za Zamawiającego przez jedną z osób wskazanych w załączniku nr 5 do umowy, a za Wykonawcę przez osobę wykonującą czynności serwisowe.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu części tożsame z wykorzystanymi, w terminie 30 dni od dnia ich pobrania. Zwrot części potwierdzany będzie każdorazowo stosownym protokołem, podpisanym za Zamawiającego przez jedną z osób wskazanych w załączniku nr 5, a za Wykonawcę przez osobę oddającą część. Wzór protokołu potwierdzającego zwrot tożsamej części stanowi załącznik nr 7.
4. Wykonawca prowadzi rejestr części zamiennych pobranych od Zamawiającego wykorzystywanych do napraw przez Wykonawcę, zawierający co najmniej: opis/nazwę pobranej części, datę pobrania, wskazanie naprawy do której została wykorzystana, datę zwrotu tożsamej części Zamawiającemu.

#### § 6

##### Części zużyte

1. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane z urządzeń objętych niniejszą umową, przechodzą na własność Wykonawcy od momentu ich wydania na podstawie protokołu wydania części wskazanego w ust.3.
2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy części o których mowa w ust. 1, a Wykonawca w stosunku do tych części zobowiązany będzie do przestrzegania wszystkich przepisów prawa dotyczących postępowania z takimi częściami w zakresie utylizacji lub recyklingu - wszelkie procedury związane z utylizacją i recyklingiem zużytych części i odpadów ciężych będą na Wykonawcy i wykonywane będą na jego koszt w ramach niniejszej umowy.
3. Z przekazania części, o których jest mowa w ust. 1 sporządzany będzie co najmniej co 3 miesiące stosowny protokół podpisany przez obie strony Umowy. Wzór protokołu wydania części stanowi załącznik nr 8 do Umowy.

#### § 7

##### Zobowiązanie Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest:

- a. do kontrolowania temperatury oraz jakości zasilania w Oddziale Brachyterapii i jego otoczenia oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości Wykonawcy,
  - b. do zapewnienia, aby pracownicy serwisu Zamawiającego wykonywali czynności składające się na obsługę codzienną sprzętu opisane w „Instrukcji Obsługi Sprzętu”,
  - c. udostępnić aparaturę medyczną objętą niniejszą umową dla wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy 24 godziny na dobę począwszy od daty i godziny zgłoszenia awarii oraz w terminach przeglądów technicznych i wymian źródeł.
  - d. powierzyć obsługę aparatury medycznej, objętej niniejszą Umową, wyłącznie przeszkolonym osobom o odpowiednich kwalifikacjach, wymienionych w załączniku nr 4 i 5 do Umowy,
  - e. zapewnić Wykonawcy zasilanie w energią elektryczną, dostawy wody oraz w razie potrzeby zapewnić obecność pracownika Zamawiającego,
  - f. zakres szkolenia w zakresie czynności konserwacyjnych, zostanie przekazany przez Wykonawcę w formie pisemnej, jako część A załącznika nr 5 oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego - w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
  - g. nie wykonywać samodzielnie, tj. bez pisemnej akceptacji Wykonawcy żadnych przeglądów, napraw oraz reinstalacji urządzeń i systemów objętych niniejszą umową, w tym systemu komputerowego i urządzeń komputerowych stanowiących integralną część systemów do brachyterapii.
  - h. wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami załącznika nr 5 do Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się, że nie zainstaluje żadnego obcego oprogramowania w systemach komputerowych objętych Umową takiego jak gry, edytory, tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy statystyczne etc.
  3. W przypadku konieczności zainstalowania dodatkowego oprogramowania, dopuszczonego do instalacji w systemach objętych niniejszą Umową przez Producenta tych systemów, Wykonawca dokona instalacji tego oprogramowania, bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, na warunkach uzgodnionych przez Strony.

## § 8

### Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w urządzeniach i systemach objętych umową, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

## § 9

### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług, oraz możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zapewnienia dyspozycyjności urządzeń objętych umową na warunkach i zasadach zgodnych z umową.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych w dniach i godzinach pracy Oddziału Brachyterapii w zakresie:
  - a) obsługi urządzeń objętych Umową,
  - b) czynności związanych z obsługą techniczną aparatów objętych Umową,
  - c) czynności związanych z obsługą informatyczną urządzeń objętych Umową,
  - d) dokonywania wstępnej oceny i diagnozy awarii urządzeń objętych umową.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie dłużej niż w ciągu 1 dnia roboczego) poinformowania Zamawiającego o wszelkich awariach urządzeń, ujawnionych podczas przeglądu technicznego,
4. Wykonawca ma prawo powierzyć do realizacji podwykonawcom umowę w części dotyczącej serwisu urządzeń objętych Umową, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Załączniku nr 10
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) instalacji wymaganego oraz dopuszczonego do instalacji przez producenta oprogramowania, konfiguracji urządzeń i systemu komputerowego zainstalowanego na urządzeniach stanowiących integralną część urządzeń i aparatury medycznej wchodzącej w skład urządzeń objętych niniejszą umową,
  - b) administrowania kontami użytkowników na urządzeniach będących przedmiotem umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawić w terminie 14 dni od podpisania umowy: uzupełniony harmonogram dostawy źródeł promieniotwórczych (załącznik nr 1), uzupełniony harmonogram przeglądów technicznych (załącznik nr 3).

## § 10

### Usługi nie objęte Serwisem

Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie obejmują:

- 1) Dostaw i montażu materiałów zużywalnych w procesie terapeutycznym;
- 2) Usług, które w całości lub w części wynikają z:
  - a) niewłaściwej konserwacji sprzętu lub jakiegokolwiek jego części przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy lub wykonywanie napraw oraz przeglądów przez kogokolwiek innego niż Wykonawca,
  - b) niewykonania pisemnych instrukcji lub zleceń Wykonawcy lub producenta, dotyczących użytkowania lub konserwacji sprzętu,
  - c) dokonania samodzielnych napraw, regulacji, przeglądów lub zmian w sprzęcie przez kogokolwiek innego, niż Wykonawca, z wyjątkiem czynności konserwacyjnych wykonywanych przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Umowy,
  - d) samodzielnego połączenia sprzętu z urządzeniami lub częściami dostarczonymi przez inne podmioty bez pisemnej zgody Wykonawcy,
  - e) uszkodzeń mechanicznych sprzętu, spowodowanych przez personel Zamawiającego lub osoby trzecie.

## § 11

### Miejsce wykonywania Umowy

Czynności serwisowe wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

## § 12

### Kontrola realizacji Umowy

Ze strony Zamawiającego osobą merytorycznie odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy jest Ordynator Oddziału Brachyterapii ....., mail: ....., tel: ....., Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej ....., mail: ....., tel: ..... oraz Kierownik Działu Aparatury Medycznej ....., mail: ....., tel: ..... lub inne osoby upoważnione przez ww. a ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest ....., mail: ....., tel: .....

## § 13

### Zasady gwarancji

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wymiany części w ramach niniejszej umowy przez cały okres obowiązywania umowy każdorazowo w razie takiej potrzeby.
2. W przypadku gdy dostawa i wymiana części nastąpiła w okresie ostatnich 6 miesięcy przed datą rozwiązania lub wygaśnięcia obowiązywania Umowy a pomiędzy Stronami nie została zawarta kolejna umowa serwisowa obejmująca urządzenia wskazane w par. 1, której dostawa i wymiana części dotyczyła, Wykonawca udziela Zamawiającemu dodatkowej 6 miesięcznej gwarancji na części i naprawy odpowiednio: zamontowane i wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy, liczonym od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na warunkach producenta, na jakość źródeł dostarczonych w ramach niniejszej umowy w ten sposób, że powinny pozostać one wolne od wszelkich wad materiałowych związanych z procesem produkcji lub samym materiałem przez okres min. 3500 cykli roboczych.
4. Zamawiający wymaga aby dostarczone źródło miało aktywność (od 370 do 555) GBq.
5. Do warunków wykonywania gwarancji stosuje się postanowienia niniejszej umowy dotyczące terminów zgłaszania i usuwania wad.
6. W przypadku konieczności wymiany nośnika danych na inny (np. awaria dysku twardego) nośnik danych podlegający wymianie zostanie zdemontowany i przekazany Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Wykonawcy z tytułu rękojmi. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu dochodzenia swoich praw.

§ 14

Rozliczenie pomiędzy stronami

- Całkowita wartość Umowy nie przekroczy kwoty .....zł netto (słownie: .....zł), plus podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia każdej z faktur VAT, jeśli jest należny, co stanowi kwotę ..... zł brutto, (słownie.....zł).
- Szczegółowe postanowienia dotyczące ceny oraz warunków płatności zawiera Załącznik nr 2.
- Zamawiający płacić będzie Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane z tytułu realizacji niniejszej Umowy w wysokościach określonych w Załączniku Nr 2 w części B płatne przelewem na konto bankowe podane przez Wykonawcę w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT za dany miesiąc świadczonych usług.
- Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT za usługi wynikające z niniejszej Umowy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych wskazanych w Załączniku nr 2, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
- Do każdej faktury ryczałtowej wystawionej przez Wykonawcę w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych załączony zostanie miesięczny raport wymienionych części w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura z oświadczeniem Wykonawcy o wprowadzeniu na obszar celnny Unii Europejskiej w/w dostarczonych części zamiennych.
- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.
- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto przy pozostawieniu wartości netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze stron.
- W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2 pod warunkiem, że Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości wykaże, że zmiany powyższe mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wraz z dokładnym wyliczeniem wskazującym na uzasadniony zakres ewentualnej podwyżki, a na żądanie Zamawiającego - również z przedstawieniem odpowiednich dokumentów źródłowych, uzasadniających ewentualną podwyżkę. Zmiana następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy) i odnosi skutek od daty wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę cen.
- Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
- W przypadku, o którym mowa w par. 22, całkowita wartość zamówienia, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, zostanie zmieniona zgodnie z zapisami ujętymi w niniejszym paragrafie.

§ 15

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
  - w razie wystąpienia zwłoki z winy Wykonawcy w wykonaniu dostawy źródła w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w części II załącznika nr 1 Umowy – w wysokości 3 tys. zł (Załącznik Nr 2 Część A pkt 2 lit. a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - w przypadku, gdy dostarczone źródło będzie miało aktywność mniejszą niż 370 GBq,– w wysokości 10 tys. zł za każdy przypadek.
  - w przypadku dostarczenia źródła o nieprawidłowej geometrii - w wysokości 5 tys. zł za każdy kolejny dzień upływający do momentu dostarczenia właściwego źródła o prawidłowej geometrii i prawidłowej klinicznie aktywności, jak również odbiór do utylizacji źródła o nieprawidłowej geometrii.
  - w razie wystąpienia zwłoki w reakcji na zgłoszoną awarię lub w naprawie urządzenia objętego umową, w stosunku do terminów, o którym mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 1 tys. zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla danego urządzenia;
  - w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu usługi przeglądu technicznego urządzenia objętego umową w stosunku do terminu - zgodnego z Harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy - o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla danego urządzenia;

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- f) za każdy rozpoczęty dzień przestoju każdego z urządzeń objętych umową powyżej 18 dni w roku (tj. powyżej 5% z 365 dni w roku) dla każdego urządzenia z osobna - w wysokości 1 tys. zł za każdy rozpoczęty dzień przestoju wynikający z winy Wykonawcy dla danego urządzenia;
- g) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 200 000,00 zł;
- h) w przypadku naruszenia zasad, o których mowa w § 19 w wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenia.
2. Jeżeli szkoda Zamawiającego przekroczy wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Roszczenie o odszkodowanie lub o karę umowną nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę jest następstwem okoliczności, które powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

## § 16

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Wykonawca realizujący na rzecz WSS Kopernika w Łodzi usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.
2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).
3. Strony zawierają Porozumienie do Umowy stanowiące Załącznik Nr 9 do Umowy w sprawie współpracy z Wykonawcą dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP.
4. Porozumienie stanowi integralną część Umowy w sprawie o współpracy z Wykonawcą.
5. Porozumienie zostaje sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP.

## § 17

### Siła Wyższa

Ani Wykonawca ani Zamawiający nie odpowiadają za niewykonanie lub opóźnione wykonanie swoich stosownych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ani za jakiegokolwiek straty, koszty lub szkody jakie zostaną poniesione przez drugą stronę z tego powodu, jeżeli powyższe niewykonanie lub opóźnienia są spowodowane lub wynikają z nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej, a w szczególności burzy, trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, epidemii lub innej katastrofy naturalnej, wojny wypowiedzianej lub nie, zamieszek, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock-outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, takich jak odmowa lub unieważnienie wymaganych licencji eksportowych lub importowych, lub poprzez odwołanie powyższych licencji, lub inne przyczyny będące poza kontrolą stron, jeśli strona wywołująca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze po wystąpieniu okoliczności siły wyższej lub w terminie 2 dni od dnia gdy powiadomienie było możliwe. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie, jak określono powyżej. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż sześć (6) miesięcy, obydwie strony mają możliwość rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia po zawiadomieniu drugiej strony na piśmie.

## § 18

### Audyt systemu i bezpieczeństwo informacji

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania audytu u Wykonawcy w zakresie odpowiednim do przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, w tym prowadzonych przez Zamawiającego procedur leczniczych, pozyskanych w toku wykonywania usług objętych niniejszą Umową.
3. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

## § 19

### Dane osobowe pacjentów

Strony widząc konieczność zawarcia umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwaną dalej UODO) postanawiają, że zasady dostępu do danych osobowych przetwarzanych w urządzeniach określonych w § 1 zostają określone w Załączniku nr 10 "Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych" stanowiącym integralną część umowy".

## § 20

### Zapis o cesji

Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

## § 21

### Obowiązki Umowy oraz zasady rozwiązywania Umowy

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. 48 miesięcy obowiązuje od dnia ..... do dnia .....
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w wypadku powtarzających się naruszeń jej warunków z winy drugiej strony. Za powtarzające się naruszenia postanowień umowy z winy Wykonawcy, Strony uznają w szczególności sytuację gdy: 1) Wykonawca opóźnia się w przystąpieniu do wykonania czynności serwisowych w stosunku do terminów określonych w Umowie (i załącznikach do niej), Wykonawca 3 krotnie dostarczy i zainstaluje źródło o nieprawidłowych parametrach z zastrzeżeniem par. 15 pkt 1 lit. c).
3. Wypowiedzenie, powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać wskazanie przyczyny.

## § 22

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia urządzenia/systemu z Umowy w przypadku zaprzestania jego użytkowania. W tej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do przesłania pisemnego oświadczenia do Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych przed dniem planowego wyłączenia Sprzętu. W przypadku zaistnienia konieczności wyłączenia z użytkowania danego urządzenia /systemu objętego niniejszą Umową:
  - a. ulegnie obniżeniu wartość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust.3 o wartość proporcjonalną do kwoty określonej w załączniku nr 2, przez okres trwania wyłączenia (czasowe wyłączenie) lub do końca obowiązywania niniejszej umowy (całkowite wyłączenie).
  - b. Zamawiający w zawiadomieniu o konieczności wyłączenia z użytkowania danego urządzenia/systemu, poinformuje jakiego urządzenia/systemu dotyczyć będzie to wyłączenie, o czasie trwania tego wyłączenia (czasowe lub ostateczne) i kwocie obniżenia wynagrodzenia obliczonej, na podstawie wartości rocznych wynagrodzenia wskazanych w Załączniku Nr 2 do umowy wraz ze wskazaniem nowej (obniżonej) wysokości należnego Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego;
  - c. W terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest wraz Zamawiającym sporządzić pisemny aneks. W przypadku nie podpisania aneksu zmiany wynikające z wyłączenia z użytkowania danego urządzenia/systemu wchodzi w życie od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
2. W przypadku zakupu nowego urządzenia/systemu, kompatybilnego z urządzeniami objętymi niniejszą Umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo do włączenia urządzenia/systemu do niniejszej Umowy na warunkach ustalonych w trakcie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku zmiany zasad finansowania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, dotychczas finansowanych ze środków NFZ lub niedającej się przewidzieć na dzień zawarcia umowy, okoliczności mających wpływ na opłacalność eksploatacji niektórych elementów przedmiotu zamówienia, Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub w części z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego terminu wypowiedzenia ze



skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Zamawiający może złożyć pisemnie wraz z uzasadnieniem w terminie 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym.

W przypadku rozwiązania umowy wykonawcy należne jest wynagrodzenie za wykonaną część umowy w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 2 do umowy.

## § 23

### Rozwiązywanie sporów i prawo obowiązujące

1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej Umowy strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych, Ustawy prawo atomowe oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

## § 24

1. W przypadkach zmian organizacyjno – prawnych dotyczących Strony umowy, które miały miejsce w okresie obowiązywania umowy, jest ona zobowiązana :
  - a) niezwłocznie powiadomić drugą stronę o zmianach,
  - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następę prawnego.

## § 25

1. Zmiany w treści umowy oraz załączników do niej, pod rygorem nieważności, wymagają aneksów sporządzonych w formie pisemnej, chyba że umowa wyraźnie stwierdza inaczej.
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

### Załączniki do Umowy:

Załącznik Nr 1	WARUNKI oraz Harmonogram DOSTAW ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH dla APARATU GAMMAMED PLUS iX
Załącznik Nr 2	Cena Umowy i warunki płatności
Załącznik Nr 3	Harmonogram przeglądów
Załącznik Nr 4	Lista przeszkolonych pracowników Zamawiającego, upoważniona do obsługi aparatury
Załącznik Nr 5	Lista przeszkolonych pracowników Zamawiającego uprawnionych do wykonywania czynności konserwacyjnych Zamawiającego
Załącznik Nr 6	Wzór Raportu Serwisowego
Załącznik Nr 7	Wzór protokołu potwierdzającego zwrot części
Załącznik nr 8	Wzór protokołu potwierdzającego odbiór uszkodzonych części
Załącznik nr 9	Porozumienie do Umowy w sprawie współpracy z Wykonawcą dotyczący spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP
Załącznik nr 10	Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 11	Oświadczenie o zachowaniu poufności

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



**WARUNKI ORAZ HARMONOGRAM DOSTAW ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH APARATU GAMMAMED PLUS IX o SN: 0627**

**I. Warunki dostaw źródeł promieniotwórczych**

Nazwa urządzenia	Liczba dostaw źródeł w czasie trwania Umowy (4 lata)	Częstotliwość dostaw źródeł
Aparat do brachyterapii GammaMed plus IX SN: 0627	16	Raz na kwartał

- Wykonawca zobowiązuje się, iż wykona deinstalację zużytego źródła Ir-192, dokona instalacji nowego źródła w aparacie GammaMed Plus IX oraz dokona wszystkich niezbędnych kalibracji ruchu źródła oraz ustawień systemu planowania i sterowania urządzeniem, zgodnie z wymaganiami producenta zgodnie z warunkami opisanymi w tabeli powyżej w celu zagwarantowania prawidłowej i bezpiecznej terapii pacjentów w WWCOiT Kopernik.
- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytego źródła od Zamawiającego w momencie instalacji nowego źródła w aparacie GammaMed Plus IX oraz do jego utylizacji poza granicami kraju. Koszt odbioru i unieszkodliwienia źródła zawarty jest w cenie źródła.
- Warunkiem wykonania dostawy i instalacji źródła jest przekazanie do Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego informacji w formie faksu (042 689 53 96) o dacie i godzinie przyjazdu Serwisu Wykonawcy, co najmniej 10 dni przed planowaną dostawą i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
- Dostawa źródła będzie wykonywana w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji źródła z częstotliwością raz na kwartał zgodnie z tabelą załącznika nr 1 do Umowy i gwarantuje, że dostarczone źródło będzie miało aktywność (od 370 do 555) GBq.
- W przypadku nie dostarczenia źródła o aktywności (od 370 do 555) GBq w Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości jak wskazana w § 15 pkt 1 lit. b umowy.
- Pierwsza dostawa źródła realizowana na podstawie niniejszej Umowy powinna uwzględniać prawidłowy odstęp czasu w stosunku do ostatniej wymiany źródła celem zachowania prawidłowego poziomu aktywności i powinna nastąpić w terminie zabezpieczającym ciągłość przeprowadzania skutecznej i bezpiecznej brachyterapii z zastosowaniem tego źródła.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone źródło to izotop Ir-192 (irynu 192) o geometrii zgodnej z wymaganiami producenta.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż każde dostarczone źródło będzie weryfikowane przez fizyków medycznych Zamawiającego pod względem faktycznej aktywności dostarczonego źródła.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego źródło promieniotwórcze oraz sposób jego dostawy i wymiany spełnia wymogi obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy Prawo Atomowe.
- W sytuacjach zaistniałej konieczności za zgodą Zamawiającego harmonogram wymiany źródła może ulec zmianie bez konieczności zmiany umowy. Zmiana harmonogramu potwierdzana będzie w formie pisemnej przez Zamawiającego.
- Każda dostawa i instalacja źródła, o której mowa powyżej, potwierdzona będzie Raportem Serwisowym popisany przez Strony.
- Dostawa nowego źródła potwierdzana będzie dodatkowo przez Strony, Protokołem Odbioru nowego, a odbiór przez Wykonawcę zużytego źródła potwierdzany będzie przez Strony Protokołem Przekazania. Każdy z protokołów uwzględniać będzie faktyczne aktywności tych źródeł.

**II. Harmonogram dostaw źródeł promieniotwórczych**

Numer dostawy źródła	Termin dostawy źródła

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957




ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Załącznik nr 2 do umowy nr 2/ZP/17

## CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

A. Cena umowy wynosi zł .....- netto/ rok, w tym roczne koszty serwisu poszczególnych urządzeń wynoszą:

Wysokość wynagrodzenia z rozbiorem na poszczególne urządzenia

1. Cena Umowy 4-letniej (zł netto): ..... plus należny podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia każdej z faktur VAT.

2. Odpowiednio wartość wynagrodzenia dla poszczególnych urządzeń z wyposażeniem (netto (bez podatku VAT) – rocznie) wynosi:

- Dostawa 16, źródeł promieniotwórczych izotopu Ir-192 do aparatu GammaMed Plus iX o numerze seryjnym 0627 o aktywności (od 370 do 555) GBq, deinstalacja zużytego źródła, transport i utylizacja zużytego źródła poza granicami Polski, instalacja nowego źródła, kalibracja ruchu źródła i weryfikacja systemu sterowania i planowania oraz wykonywanie czynności serwisowych w zakresie diagnostyki uszkodzeń, napraw i planowych przeglądów technicznych (kompleksowego serwisu) - dla aparatu Gammamed Plus iX (SN 0627) z urządzeniami sterowania: zł.....
- Świadczenie czynności serwisowych składających się z: przeglądów technicznych, regulacji, czyszczenia i konserwacji oraz czynności serwisowych w zakresie diagnostyki uszkodzeń oraz ich napraw dla Systemu planowania leczenia w Brachyterapii Brachy Vision: zł.....
- Świadczenie czynności serwisowych składających się z: przeglądów technicznych, regulacji, czyszczenia i konserwacji oraz czynności serwisowych w zakresie diagnostyki uszkodzeń oraz ich napraw dla system sterowania i system planowania Vitesse 2.5 o numerze seryjnym H6T0080-VIT z laptopem Dell E6500 o numerze seryjnym DD5CZK1 zł.....

Zapłata za Przedmiot Umowy płatna jest w ratach przypadających do zapłaty za miesięczne okresy rozliczeniowe zgodnie z wysokościami wskazanymi w części B niniejszego Załącznika.

B. Zestawienie okresów rozliczeniowych i wysokości rat.

Zestawienie okresów rozliczeniowych i wysokości rat.	Okres rozliczeniowy	Wysokość raty za okres rozliczeniowy w zł netto (bez podatku VAT)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		

Załącznik nr 3 do umowy nr 2/ZP/17

#### HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

Nazwa urządzenia	Liczba przeglądów technicznych w czasie trwania Umowy (4 lata)	Częstotliwość wykonywania przeglądów
System planowania leczenia w brachyterapii BrachyVision	8	2 razy w roku
System sterowania i system planowania Vitesse 2.5 z laptopem Dell E6500,	8	2 razy w roku
Aparat do brachyterapii GammaMed plus iX SN: 0627(ze sterowaniem)	16 (wraz z wymianą źródła)	4 razy w roku

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Załącznik nr 4 do umowy nr 2/ZP/17

**LISTA PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONA DO OBSŁUGI APARATURY  
WWCOiT IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI  
(25 OSÓB)**

*Oraz inne osoby wskazane przez zamawiającego w terminie późniejszym ZA ZGODĄ wykonawcy. Brak zgody wymaga pisemnego uzasadnienia.*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Załącznik nr 5 do umowy nr 2/ZP/17

**LISTA PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJACEGO DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH (2 OSOBY)**

*Oraz inne osoby wskazane przez zamawiającego w terminie późniejszym ZA ZGODĄ wykonawcy. Brak zgody wymaga pisemnego uzasadnienia.*

**ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO WYMIENIONYCH W CZĘŚCI A ZAŁĄCZNIKA NR 5 ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI § 7 ust. 1f:**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





Załącznik nr 6 do umowy nr 2/ZP/17

### WZÓR RAPORTU SERWISOWEGO

Wymagane informacje w raporcie serwisowym z nadrukiem firmowym wykonawcy:

1. nazwa aparatu
2. numer seryjny
3. zamawiający
4. data zgłoszenia
5. numer zlecenia/umowy
6. opis uszkodzenia
7. wykonane czynności
8. aparat sprawny (dopuszczony do dalszej eksploatacji )/niesprawny
9. użyte (zainstalowane) części zamienne
10. podpis wykonawcy oraz zamawiającego

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





Załącznik nr 8 do umowy nr 2/ZP/17

Łódź, .....

### PROTOKÓŁ WYDANIA CZĘŚCI

sporządzony pomiędzy Zamawiający:  
WWCOiT im M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62, 93-059 Łódź  
w imieniu którego działa

.....  
Imię, Nazwisko stanowisko

.....  
Imię, Nazwisko stanowisko

Wykonawca ....., ul. ....  
w imieniu którego działa

.....  
Imię, Nazwisko stanowisko

Wykonawca potwierdza wydanie przez Zamawiającego zużytych/uszkodzonych części zamiennych wymontowanych z Aparatury do radioterapii w wyniku wykonywania czynności serwisowych zgodnie z Raportem Serwisowym nr:

.....  
.....  
.....

w ramach realizacji Umowy serwisowej .....tj:

Nazwa części zużytej/uszkodzonej	PN – numer części	Aparat	Ilość części w szt. zużytych/uszkodzonych

Uwagi i zastrzeżenia do protokołu

.....

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Załącznik nr 9 do umowy nr 2/ZP/17

## POROZUMIENIE

do Umowy nr ..... z dnia .....

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

WSS im. M. Kopernika 93-513 Łódź ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą: .

.....,  
reprezentowana przez:

..... - .....  
zwaną dalej Wykonawcą

### §1

1. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.
2. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje)

### §2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, zwanym dalej miejscem pracy.

### §3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentów.

### §4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, która sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

### §5

Do obowiązków Koordynatora należy:

- a) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala,
- b) okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lecz minimum 1x w ciągu trwania umowy) i doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokolowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Szpitala),

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- c) kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1 w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania ww. pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,
- e) informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Szpitalu oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach,
- f) ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Szpitala.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

- a) przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
- b) informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
- c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
- d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,
- e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.

Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych pracowników.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.
2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Szpitala odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Szpitala powinni:

- a) posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,
- b) posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,
- c) znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny,
- d) znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,
- e) znać i przestrzegać obowiązujące w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,
- f) umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,
- g) znać zagrożenia występujące na terenie Szpitala,
- h) posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,
- i) posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Szpitala spełniają wymagania wymienione w §9.

§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§12

Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej na 7dni przed rozpoczęciem wykonywania prac:

- a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,
- b) wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w trakcie wykonywania prac lub usług,
- c) czasu trwania umowy,
- d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracowników oraz podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób nadzorujących ich pracę,
- e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,
- f) umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników w zakresie BHP, zapoznania pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,
- g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie Szpitala,
- h) do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian mających wpływ na stan BHP.

§13

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

.....  
pieczętka i podpis Zamawiającego

.....  
pieczętka i podpis Wykonawcy

.....  
pieczętka i podpis Koordynatora BHP

### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Zważywszy, że Wykonawca świadczy usługi na rzecz Szpitala w zakresie określonym w § 1 Umowy,
2. Zważywszy, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności urządzeń objętych Umową, mogą znajdować się dane osobowe pacjentów,
3. Zważywszy, że niektóre z wykonywanych w ramach Umowy czynności uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych,
4. Strony widząc konieczność zawarcia umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwaną dalej u.o.d.o.) postanawiają, co następuje:

#### §1

1. Szpital jako administrator danych jako Administrator Danych Osobowych gromadzonych w urządzeniach medycznych wskazanych w Umowie, o których mowa w preambule przetwarza dane osobowe pacjentów:
2. dane zwykłe: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia,
3. dane sensytywne: informacje o stanie zdrowia.
4. Szpital powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (możliwość wglądu do danych zgromadzonych w urządzeniu) określonych w ust.1 niniejszego paragrafu tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie przetwarzał danych jeśli nie będzie to niezbędne do realizacji Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że powierzone dane nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z określonym w ust. 2 celem. Wykonawca oświadcza jednocześnie, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych w celach własnych.
6. Strony wyłączają możliwość udostępnienia przez Wykonawcę powierzonych do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 innym podmiotom oraz wykonywania kopii z wyjątkiem kopii bezpieczeństwa wykonywanych w trakcie czynności serwisowych na zasadach określonych w Załączniku nr 11.
7. Za udostępnienie, o którym mowa w ust. 4 należy rozumieć w szczególności:
  - a) przekazanie informacji lub nośnika z danymi,
  - b) umożliwienie wglądu do danych,
  - c) weryfikację danych,
  - d) wyzbycie się danych,
  - e) powierzenie danych,
  - f) upublicznienie danych

#### §2

Wykonawca oświadcza, że:

- a) zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych będących przedmiotem przetwarzania m.in. do:
  - przygotowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych,
  - wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, chyba że administrator danych sam wykonuje te czynności.dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r poz. 1182 z późn.zm.),
- a) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 z późn.zm.).
- b) W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
- c) W przypadku uchylecia lub zmian przepisów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania i przestrzegania norm prawnych zastępujących dotychczasowe przepisy.

#### §3

1. Osobami uprawnionym do wykonywania prac serwisowych są serwisanci Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że są oni są przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przed rozpoczęciem prac serwisowych Wykonawca przekaże Szpitalowi listę osób upoważnionych do wykonywania prac serwisowych wraz z ich oświadczeniami o zachowaniu poufności (Załącznik nr 11) oraz zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie z zachowaniem formy pisemnej.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody przez nieuprawnione działanie osób, którym wycofał uprawnienia a nie poinformował o tym Szpitala. Szpital zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do prac (przegląd serwisowy, naprawa itp.) osób nie figurujących na liście określonej w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Szpitalowi raportu po każdej czynności serwisowej/naprawie jeżeli w ramach wykonywanych były wykonywane operacje na zbiorach danych osobowych. Raport będzie zawierał informacje o błędach w przetwarzaniu danych jeśli takowe wystąpiły.

§4

1. Zabrania się Wykonawcy wykonywania kopii, gromadzenia, lub przechowywania jakichkolwiek danych, których administratorem jest Szpital, z wyłączeniem gdy będzie to realizowane na pisemne zlecenie Zamawiającego a wszelkie nośniki, na których zostaną zgromadzone dane staną się własnością Zamawiającego, jeżeli Szpital nie był uprzednio ich właścicielem oraz zostaną przekazane Szpitalowi nieodpłatnie tak szybko jak będzie to możliwe.
2. W przypadku konieczności wymiany (lub zabrania do serwisu w celu naprawy) serwisowanego urządzenia lub nośników informacji zamontowanych w tym urządzeniu (dyski, pamięci masowe itp.), na których mogły być gromadzone dane osobowe Wykonawca zobowiązuje się w chwili wymiany lub zabrania urządzenia do naprawy, do demontażu i przekazania nieodpłatnie nośników Szpitalowi. Osobą uprawnioną do ich odbioru jest Zespół Techników Pani Beata Pietruszewska lub osoba przez nią wskazana.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru wszelkich informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usług gwarancyjnych i wykonywania czynności serwisowych przez osoby świadczące pracę na jego rzecz, w jakiegokolwiek formie. Wykonawca podejmie również odpowiednie kroki dla zapewnienia zachowania poufności ww. informacji przez osoby wykonujące w jego imieniu obowiązki w ramach niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Szpitalowi raportu po każdej czynności serwisowej/naprawie jeżeli w jej ramach wykonywane były operacje na zbiorach danych osobowych. Raport będzie zawierał informacje o błędach w przetwarzaniu danych jeśli takowe wystąpiły.
5. W przypadku naruszenia zasad poufności danych osobowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub inną osobę wskazaną przez Szpital.

§5

1. Wykonawca zapłaci Szpitalowi kary umowne z tytułu naruszenia postanowień niniejszego dokumentu w wysokości 5000 zł za każde naruszenie.
2. Szpital zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od Wykonawcy, jeśli wysokość szkody przewyższy wysokość kary umownej.
3. W przypadku uchylenia lub zmian przepisów, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania i przestrzegania norm prawnych zastępujących dotychczasowe przepisy.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....



Załącznik nr 11 do umowy nr 2/ZP/17

**OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**

Ja, niżej podpisany .....

/Imiona, nazwisko, nr PESEL/

będący pracownikiem firmy/współpracownikiem .....

z siedzibą w ..... zwanej dalej „Wykonawcą”, z którym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika zwany dalej „Szpitalem” zawarł umowę nr ..... z dnia .....r.

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że posiadam upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zapoznałem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania:

1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 poz. 1182 z późn.zm.)).
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Niniejszym zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy, w trakcie trwania umowy oraz po jej ustaniu wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemów i urządzeń w Szpitalu tzn. informacji technicznych, technologicznych, prawnych organizacyjnych dotyczących urządzeń, systemów informatycznych/teleinformatycznych (np. urządzenia, wyroby medyczne, sprzęt informatyczny), uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezależnie od formy i źródła ich pozyskania, zachowania w tajemnicy uzyskanych haseł dostępu do systemów informatycznych i urządzeń medycznych, pomieszczeń itp.,
- w przypadku dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Szpitalu zachowania bezterminowo w tajemnicy tych danych niezależnie od sposobu ich pozyskania i przetwarzania a także nieudostępniania tych danych osobom trzecim,
- wykorzystania w/w informacji jedynie w celach określonych w umowie,
- zapewnienia bezpieczeństwa pozyskanych informacji w szczególności danych osobowych tzn. zapewnienia ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem tych danych, nieuprawnioną ich modyfikacją, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują (urządzenia, pamięci masowe, papier, klisza itp.),
- nie wnoszenia poza teren Szpitala jakichkolwiek dokumentów/nośników informacji, jak również ich kopii sporządzonych w jakiejkolwiek formie w szczególności zawierających dane osobowe,
- nie sporządzania jakichkolwiek kopii dokumentów/plików (niezależnie od nośnika) zawierających informacje dotyczące Szpitala lub jego pacjentów,
- nie wykorzystywania, nie będących własnością Szpitala nośników danych (np. urządzenia pamięci masowej, kamery, aparaty, telefony komórkowe, komputery) do utrwalania: danych, plików, zdjęć, filmów, dokumentów, zdarzeń na terenie Szpitala z wyłączeniem dysków będących własnością „Wykonawcy” i przeznaczonych do wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z „Instrukcją wykonywania kopii bezpieczeństwa”,
- natychmiastowego zgłaszania osobie nadzorującej umowę oraz Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Szpitalu próby lub faktu naruszenia zabezpieczenia pomieszczenia, bezpieczeństwa zbioru danych osobowych, urządzenia lub systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,

Powyższe oświadczenie potwierdzam własnym podpisem

....., dnia .....

Miejscowość

.....

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie