

EZ.28.194.30.2017.MJ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Dotyczy Pakietu nr 1 poz.6

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 6 cewniki diagnostyczne i utworzenie osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 1 poz.9

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 9 cewniki diagnostyczne i utworzenie osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Równocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 9 zaoferowania cewników prowadzących w rozmiarze 7F o średnicy wewnętrznej 0.078”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

dotyczy pakietu nr 3 POZYCJA 2:

Prosimy o dopuszczenie rampy o wytrzymałości 500psi, czyli ramp wysokociśnieniowych, zapewniających pełne bezpieczeństwo użytkowania przy zabiegach kardiologii interwencyjnych.

Odpowiedź: Tak, wytrzymałość 1000psi jest jedynie parametrem punktowym a nie warunkiem złożenia oferty


dotyczy pakietu nr 5 POZYCJA 1,2:

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 i utworzenia z nich osobnego pakietu z osobnym wadium; Niniejsze rozwiązanie jest korzystne pod względem ekonomicznym dla Szpitala, gdyż dopuszcza szersze grono oferentów, posiadających ww. sprzęt i zwiększa konkurencyjność pomiędzy firmami;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

dotyczy pakietu nr 3 POZYCJA 4:

Prosimy o dopuszczenie introducerów najwyższej jakości spełniających wszystkie wymagania techniczne opisane w SIWZ o długości 10cm (wymagane 11cm); Tak nieznaczna różnica rozmiaru (1cm) nie wpłynie na wartość użytkową ww. asortymentu.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 10

Czy zamawiający w pozycji 10 dopuści sprzęt rusztowanie biodegradowalne ze stopu magnezu uwalniające sirolimus z biodegradowalnego polimeru o dostępnych średnicach: 3.0, 3.5 mm, i dostępnych długościach 15, 20, 25 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Pakiet 1 poz. 4:

Czy dopuszczone będą cewniki diagnostyczne o długości 220 cm tylko o średnicy J 0,35?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga takiej długości przewodnika

Dot. Pakiet 13:

Czy dopuszczony będzie DEP o zakresie długości 10-30 mm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, długość jest parametrem punktowym a nie warunkiem złożenia oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 10 stentów biodegradowalnych BVS uwalniających lek antyproliferacyjny z grupy analogów rapamycyny na balonach RX o dostępnych średnicach 2,5mm; 3,0mm; 3,25mm; 3,5mm; 4,0mm oraz o dostępnych długościach 14mm, 18mm, 28mm dla średnic od 2,5mm do 3,5mm i 18mm; 28mm dla średnicy 4,0mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 11. Inflator 20 ml z manometrem analogowym

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inflatora bez luminescencyjnej powierzchni wskaźnika, lecz z dobrze widoczną kolorową tarczą?

Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Tak, luminescencja powierzchni wskaźnika jest jednie parametrem punktowanym (10pkt) ale nie warunkiem złożenia oferty.

Ad par 6 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy; **wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni;**

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy;

~~e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a 5 3 pkt. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia); chyba, że nie ponosi winy.~~

Odpowiedź: Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający zwraca się z prośbą aby w przypadku złożenia oferty na pakiet, w którym Zamawiający dopuścił w drodze pytań sprzęt należy dopuszczenie uwzględnić w formularzu ofertowym.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem


DYREKTOR
Wojewódzkiego Wojewódzkiego Centrum Specjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (1)
mgr Wojciech Szrajber