

EZ.28.40. 834. 2017.BWCH

Łódź, dnia 16.05.2017r.  
Nr sprawy: **40/ZP/17**

**Odpowiedzi na pytania  
oraz  
zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na **dostawę kolonoskopu dla projektu pn. „Realizacja zadań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

- ❖ **ZAŁĄCZNIK Nr 2A do SIWZ – zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń**

Punkt 19

Czy Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności z posiadanym systemem archiwizacji w taki sposób aby móc w trakcie badania endoskopowego wykonać zdjęcie z przycisku głowicy kolonoskopu, które bezpośrednio zostanie zapisane w systemie archiwizacji?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 2**

- ❖ **ZAŁĄCZNIK Nr 2A do SIWZ – zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ – wzór umowy**

Punkt 24 ZAŁĄCZNIKA Nr 2A i § 6 ustęp 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby po trzech naprawach tego samego elementu / podzespołu to naprawiany element / podzespół został wymieniony na fabrycznie nowy?

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o dokonanie modyfikacji istniejącego zapisu w następujący sposób:


„Dopuszcza się trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe”.

*Sam fakt dokonania naprawy w okresie gwarancji nie jest tożsamy z dokonaniem naprawy gwarancyjnej. Naprawy w okresie gwarancji mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania (np. niezgodnego z instrukcją obsługi) bądź celowego uszkodzenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3**

**ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ – wzór umowy**



Projekt „Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

§ 7 ustęp 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru do poziomu 0,5% wartości brutto całej umowy za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4**

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do umowy – porozumienie**

§ 6 ustęp e

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, dotyczącego pracowników wykonawcy:

„Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Centrum powinni: znać i przestrzegać obowiązujące w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą”, chyba, że Zamawiający przeprowadzi szkolenie z tej wiedzy.

W innym wypadku pracownicy wykonawcy nie mają skąd poznać takiej wiedzy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuje z wymogu. Jednocześnie wyjaśnia, iż Koordynator BHP przekazuje pracownikom Wykonawcy obowiązujące w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, które wiążą się bezpośrednio z wykonywaną przez nich pracą, do zapoznania się z nimi, najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.**

**Pytanie nr 5**

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do umowy – porozumienie**

§ 12 ustęp c

Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „czasu trwania umowy” (w wymogu „Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej na 7 dni przez rozpoczęciem wykonywania prac – dotyczy okresu obowiązywania umowy z załącznika nr 6 (czasu realizacji dostawy i gwarancji).

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 12 – Załącznik nr 3 do umowy - porozumienie. Zmieniony Załącznik nr 3 do umowy w załączeniu.**

**II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

A\ Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie punktu 24 – Załącznik nr 2A do SIWZ.

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ - STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO PISMA.

B\ Zamawiający dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy w zakresie § 6 ust. 5 – Załącznik nr 6 do SIWZ.

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO PISMA.

C\ Zamawiający dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy w zakresie § 12 – Załącznik nr 3 do umowy – porozumienie.

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy - porozumienie - STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO PISMA.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi (1)  
*mgr Wojciech Szrajber*