

EZ .28.99.1574.2017.AO

Łódź, dnia 16.08.2017r.
Nr sprawy 99/ZP/17**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów do naświetlań pacjentów (unieruchomienia i podkładki) dla Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

- I. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maski termoplastyczne o perforacji standardowej 2,3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 1 poz. 3 maski termoplastyczne o perforacji standardowej 2,3mm. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 poz. 3 i 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 3 maski o grubości 2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 1 poz. 3 i 5 maski termoplastyczne o grubości 2 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyłączy w pakiecie nr 1 poz. 5 do odrębnego pakietu? Prośbę swą motywujemy faktem, iż pozycja nr 5 – materace termoplastyczne stanowią zupełnie inny rodzaj asortymentu, zaliczają się do innej grupy produktowej. Włączenie tej pozycji do jednego pakietu ogranicza mocno konkurencję.

Odpowiedź:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji treści załącznika nr 2a w tym zakresie.

Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty zgodnie z powyższą modyfikacją. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlegać będzie odrzuceniu w trybie art.89 ust.1 pkt.2 jako niezgodna z treścią SIWZ.

- II. Zgodnie z art. 38 ust. 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:

❖ Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na **4 pakiety**. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. W przypadku pakietu składającego się z kilku pozycji oferta dla swoje ważności musi być złożona na wszystkie pozycje w danym pakiecie.

❖ Rozdział XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: **5 100,00 zł**.
2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:

Pakiet	Wadium
1	2 750,00 zł
2	800,00 zł
3	1 500,00 zł
4	50,00 zł
Suma	5 100,00 zł

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają następujące terminy:

- a) Termin składania ofert określony w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ i termin wniesienia wadium – do dnia 04.09.2017 roku do godziny 10.00
- b) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII pkt. 3 SIWZ – w dniu 04.09.2017 roku o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr *[signature]* Wojciech Szrajber

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

O F E R T A

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do naświetlań pacjentów (unieruchomienia i podkładki) dla Zakładu Teleradioterapii WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet	Up	Nazwa asortymentu	Pełnienie specyfikacji parametrów Wpisać Tak/Nie	Jm	Zapotrzbawanie	Model, typ / Nazwa handlowa	Numer katalogowy oferowanego produktu	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto w PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (poz. 9 x 6)	11	12	13 (poz. 10 + VAT)	14
1	1	Płyta unieruchamiająca w obszarze głowy i szyi wykonana z włókna węglowego, kompatybilna (możliwość montażu) ze stołem terapeutycznym firmy Varian Medical Systems (słój IGRT). Płyta pozwalająca na stosowanie technik IGRT. Z możliwością zastosowania podgózków o różnicowanym profilu oraz klinów elewacyjnych.		szt.	5								
	2	Zestaw podgózków i klinów kompatybilnych z płytą opisaną w pozycji nr. 1		zestaw	5								
	3	Miski termoplastyczne unieruchamiające w obszarze głowy kompatybilne z płytą opisaną w pozycji 1. Perforacja standardowa 2,4 mm.		szt.	50								
	4	Miski termoplastyczne unieruchamiające w obszarze głowy i szyi kompatybilne z płytą opisaną w pozycji 1.		szt.	150								
1 Suma													
2	1	Płyta bazowa z włókna węglowego z możliwością mocowania do stołu terapeutycznego firmy Varian Medical Systems, do unieruchamiania maskami termoplastycznymi w obrębie całego ciała. Posiadająca możliwość przymocowania oraz indeksacji podpórek pod kolana oraz dedykowanego materaca próżniowego.		szt.	1								
	2	Maska termoplastyczna do unieruchamiania w obszarze klatki piersiowej kompatybilna z płytą opisaną w pozycji 1. Perforacja standardowa 3,2 mm		szt.	10								
	3	Maska termoplastyczna do unieruchamiania w obszarze jamy brzusznej i miednicy kompatybilna z płytą opisaną w pozycji 1. Perforacja standardowa 3,2 mm.		szt.	10								
2 Suma													
3	1	Unieruchomienie kończyn dolnych – podkładka pod uda, kolana i stopy zapewniająca stabilizację ułożenia kończyn dolnych z możliwością regulacji na długość i wysokość w obrębie kolan oraz na długość i zapewniające możliwość rotacji w obszarze stóp. Kompatybilne ze stołem terapeutycznym firmy Varian Medical System.		zestaw	9								
	3 Suma												

Pakiet	Lp	Nazwa asortymentu	Powierzenie zaopiniowania pacjentów Własność Tak/Nie	Jm	Zapotrzebowanie	Model, typ/ Nazwa handlowa	Numer katalogowy oferowanego produktu	cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto w PLN	cena jednostkowa brutto PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (poz. 7 x 6)	11	12	13 (poz. 10 x VAT)	14
4	1	Materacyki termoplastyczne 20x25(cm) pod głowę i szyję niwelujące powietrze pomiędzy pacjentem a podkładką. Przygotowywane za pomocą pleca lub łożni wodnej, w wysokiej temperaturze pozwalają na przeformowanie po miejscowym lub całkowitym podgrzaniu.		szt.	20								
										4 Suma			