



Odpowiedzi i zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na **dostawę aparatu do pomiaru parametrów krytycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 2 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ poprzez dodanie w tym ustępie jako zdania pierwszego o następującym brzmieniu: „Naliczone przez Zamawiającego na podstawie § 7 ust. 1 Umowy kary umowne nie mogą przekroczyć 10% wartości umowy brutto.”

UZASADNIENIE

Zamawiający przedstawił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zapisy dotyczące kar umownych bez wprowadzenia górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym, konieczne stało się złożenie pytania do treści SIWZ, które winno doprowadzić do zmiany SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 PZP.

Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. kara umowna nie może być rażąco wygórowana. W sytuacji zastrzeżenia w § 7 ust. 2 Umowy prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w ocenie Wykonawcy interes Zamawiającego jest dostatecznie zabezpieczony, także przy wprowadzeniu proponowanej przez Wykonawcę zmianie wzoru umowy.

W związku z powyższym, zaproponowana zmiana równomiernie chroni prawa obu Stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o zmianę zapisów w § 7 ust. 1 ppkt. e i d (wskazujące również na wysoce wygórowane kary) na:
„e) za naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji w szczególności postanowień zawartych w Załączniku nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy „Zasady przetwarzania danych osobowych” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1% wartość brutto umowy
d) za nie spełnienie wymagań określonych w Załączniku nr 6 „Bezpieczeństwo informacji” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1% wartość brutto umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 7 ust. 1 ppkt. d i e wzoru umowy – Załącznika nr 6 do SIWZ. Szczegóły zmiany określa punkt II ppkt. A .

3. Prosimy o dopuszczenie analizatora, umożliwiającego pomiar wapnia zjonizowanego z zakresem liniowości od 0,2 mmol/L. Taka liniowość testu jest wystarczająca do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o dopuszczenie analizatora przeznaczonego do pracy w trybie laboratoryjnym i oddziałowym, w którym wszystkie elementy wymienne są w maksymalnie 3 kasetach wymiennych. Takie rozwiązanie jest korzystne ekonomicznie dla Zamawiającego gdyż znacznie obniża koszty elementów zużywalnych, a w przypadku ewentualnej awarii któregoś z elementów wymiennych, nie wyłącza całkowicie urządzenia z użytku, jak w przypadku technologii wykorzystującej jedną kasetę wielotestową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o dopuszczenie analizatora posiadającego prawdziwy, niezależny, w pełni automatyczny system jakości, umożliwiający przeprowadzenie kontroli jakości na minimum 3 poziomach, bez konieczności wykonywania kontroli w czasie rzeczywistym, który do przeprowadzania procesu kontroli jakości nie używa tych samych odczynników, które używane są do kalibracji analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o dopuszczenie analizatora, wykonanego w technologii niewymagającej dodatkowej walidacji nowo instalowanej kasety odczynnikowej. Oferowane rozwiązanie zapewni Zamawiającemu niższe koszty związane z brakiem konieczności zakupu dodatkowego materiału do walidacji oraz zapewni większą dostępność analizatora i mniejsze zaangażowanie personelu, dzięki braku konieczności wykonywania dodatkowych walidacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym kasetka odczynnikowa wymaga przechowywania w temperaturze 2-8°C. Taki system przechowywania kasetki zabezpiecza Zamawiającego przed sytuacją, w której kasetka byłaby przechowywana w warunkach wykraczających poza dopuszczalną maksymalną lub minimalną temperaturę przechowywania, co powoduje, że odczynniki mogłyby utracić stabilność, a wynik pomiaru byłby niewiarygodny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

A\ Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie § 7 punkt. 1 – Załącznik nr 6 do SIWZ.
Ppkt. d i e otrzymują następujące brzmienie:

d) za nie spełnienie naruszenie wymagań określonych w Załączniku nr 6 „Bezpieczeństwo informacji” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 5% wartość brutto umowy”.

„e) za naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji w szczególności postanowień zawartych w Załączniku nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy „Zasady przetwarzania danych osobowych” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 5% wartość brutto umowy.

ZMIENIONY WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO PISMA.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Przemysław Biliński