

EZ.28.187. *2412* 2017.BWCH

Łódź, dnia 16.11.2017r.
Nr sprawy: **187/ZP/17**

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na **dostawę sprzętu i wyposażenia dla Kliniki Hematologii z przeznaczeniem dla ośrodka transplantacyjnego, banku krwi i komórek oraz medycznego laboratorium diagnostycznego testującego komórki, tkanki i narządy w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakiet 3 poz. 6: tabela "Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń":

Czy Zamawiający dopuści próbki o objętości w trybie otwartym $\leq 110\mu\text{l}$, w trybie kapilarnym: 20 μl próbki w 4,5 ml rozcieńczalnika, rozcieńczenie 1:225?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ..

Pytanie nr 2

Dotyczy pakiet 3 poz. 10: tabela "Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń":

Czy Zamawiający dopuści analizator o wymiarach: 395 (wys.) x 295 (szer.) x 475mm głęb.?)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca zobowiązany jest opisać w Załączniku nr 2A do SIWZ, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakiet 3 poz. 13: tabela "Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń":

Czy Zamawiający dopuści analizator z drukarką zewnętrzną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakiet 3 poz. 14: tabela "Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń":

Czy Zamawiający dopuści analizator z obliczanym HCT?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
(1)
mgr Wojciech Szrajber