

EZ.28.182. ²⁸⁸⁶ 2017.AG

Łódź, dnia 29.12.2017r.
Nr sprawy: 182/ZP/17

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **nasofiberoskopu diagnostycznego dla projektu pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz modyfikację treści SIWZ.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Monitor – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany monitor będzie zgodny z wymogami SIWZ tj. Monitor medyczny min. 20", zgodny z MDD 93/42

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Monitor o przekątnej 7 cali

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będzie to dodatkowy monitor.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Możliwość podłączenia dwóch endoskopów jednocześnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Panel sterujący po prawej stronie w postaci przycisków

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Możliwość archiwizacji badań na karcie SD

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Wyjście HDMI do podłączenia dodatkowego zewnętrznego monitora

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Rozdzielczość 1280x800 pikseli

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Obudowa wykonana w klasie szczelności IP54

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Możliwość zawieszenia na wózku lub uchwycie (adapter VESA 75)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Możliwość podłączenia głowicy kamery, videootoskopu, videorhinolaryngoskopu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Możliwość szybkiego przełączania pomiędzy dwoma podłączonymi źródłami obrazu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt
Długość robocza 30 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt
Średnica zewnętrzna 3,7 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt
Możliwość sterylizacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:

Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt

Zakres kątowy widzenia: 85°

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:

Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt

Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 140°/140°

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:

Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt

Brak kanału roboczego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:

Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt

3 przyciski do na uchwycie: zapis wideo, balans bieli, zapis zdjęć

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:

Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt

Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:

Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt

Źródło światła LED zintegrowane w endoskopie (brak konieczności używania światłowodu)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:

Endoskop giętki wyposażony w przetwornik CMOS na końcu dystalnym, dzięki czemu użytkownik uzyskuje wysokiej jakości obraz bez efektu siatki, charakterystycznej dla obrazu fiberoskopowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 22

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Monitor – zgodny z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany monitor będzie zgodny z wymogami SIWZ tj. Monitor medyczny min. 20", zgodny z MDD 93/42

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Wózek jezdny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 24

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Wózek z mocowaniem na monitor

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Mocowanie na monitor 7-calowy, do którego podłączamy wideoendoskop giętki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 26

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Uchwyt do przechowywania i dezynfekcji endoskopów w pozycji pionowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 27

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu o poniższej konfiguracji:
Oprogramowanie do archiwizacji danych spełniające warunki opisane w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 28

Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówienia z 14 dni do 8 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni od dnia podpisania umowy i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni od dnia podpisania umowy i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej z tytułu naprawy gwarancyjnej (Wzór umowy § 7 pkt. 3), w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy i uruchomi sprzęt zastępczy o tych samych funkcjonalnościach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §7 pkt. wzoru umowy na następujące brzmienie:

§ 7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
 - a) 0,5% wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w dostawie części,
 - b) 1% wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w wymianie wadliwej części na część wolną od wad,
 - c) 1% wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w przystąpieniu do diagnostyki, naprawy lub wymiany w ramach naprawy nosofiberoskopu, w stosunku do terminów, o których mowa w par. 1 pkt 7,
 - d) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto.
 - e) za każde naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji w szczególności postanowień zawartych w Załączniku nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy „Zasady przetwarzania danych osobowych” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 500 brutto.
 - f) za nie spełnienie lub za każde naruszenie wymagań określonych w Załączniku nr 6 „Bezpieczeństwo informacji” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 500 brutto.Obecna wysokość kar umownych jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej w zakresie punktów: a), b), c) do wysokości 1% oraz punktów e), f) do wysokości 3 000,00 zł brutto. Stosowna modyfikacja w załączeniu.

Pytanie nr 32

dot. załącznika nr 6 do umowy pkt. 4.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oprogramowania bez możliwości exportu wybranych (wg zastosowanych filtrów) lub w całości wykonanych badań w formacie DICOM 3.0 do zdefiniowanego przez Zamawiającego serwera PACS?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

dot. załącznika nr 6 do umowy pkt. 5.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oprogramowania bez możliwości integracji z systemem teleinformatycznym Zamawiającego umożliwiającą przesyłanie i odbierania: komunikatów, zleceń, wyników za pośrednictwem interfejsu TCP-IP oraz protokołu HL7?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wymaganego terminu wykonania zamówienia maksymalnie do 28 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni od dnia podpisania umowy i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 35

Dot. wzoru umowy – załącznik nr 6 do siwz - §7 ust. 1 pkt. a), b), c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości umowy brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Pytanie nr 36

dot. wzoru umowy – załącznik nr 6 do siwz - §7 ust. 1 pkt. e), f)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do kwoty 3000 brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Pytanie nr 37

dot. wzoru umowy – załącznik nr 6 do siwz - §1 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego punktu na następujący:

„Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach gwarancji naprawę oraz ewentualne wstawienie sprzętu zastępczego w ramach naprawy sprzętu – w terminie do 5 dni, a w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP – w terminie 12 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – mailowo na adres:..... lub w formie faksu na numer:.....”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy §1 ust. 7 i dokonuje stosownej modyfikacji załącznika nr 2, 2A oraz nr 6 w tym zakresie.

Pytanie nr 38

dot. zestawienia parametrów technicznych – załącznik nr 2A do siwz

Czy zamawiający dopuści w części „Warunki Gwarancji i Szkoleń”, pkt.8 dostępność części zamiennych nie mniej niż 8 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **maksymalnie 28 dni od dnia podpisania umowy.**

Zmianie ulega następujące załączniki:

- załącznik nr 2 do SIWZ
- załącznik nr 2A do SIWZ
- załącznik nr 6 do SIWZ

(w złączeniu do niniejszego pisma).

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmianie ulega:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 16.01.2018 r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 16.01.2018 r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zaopiniowania

dr hab. n. med. Rafał Wyszewski Biliński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SPECJALISTA

mgr Agnieszka Guzicka

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Załącznik nr 2 do SIWZ – zmiana z dnia 29.12.2017 r.

Nr sprawy 182/ZP/17

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

ul. _____

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **nasofiberoskopu diagnostycznego dla projektu pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

I. Oferujemy dostawę wraz uruchomieniem przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Cena jedn. netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł
1	nasofiberoskop diagnostyczny	część medyczna	1 sztuka				
		część niemedyczna					
Suma:							

Cena brutto oferty: (słownie:.....zł)

II. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na następujących warunkach:

1. Deklarujemy 60 dniowy termin płatności.
2. Deklarujemy: termin dostawy przedmiotu zamówienia (**maksymalnie 28 dni**) od dnia podpisania umowy.

III. OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
2. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy, w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania.
5. Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
8. W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: tel
9. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
10. Reklamacje należy składać na numer faksu Wykonawcy: lub e-mail
11. Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
12. Oświadczamy, że przedstawione w ofercie dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
13. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
14. Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondukcjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

**należy skreślić niewłaściwy wariant*

IV. Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT

Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego	Wartość towaru bez kwoty podatku VAT
1		
2		

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

**należy skreślić niewłaściwy wariant*

V. PODWYKONAWCY:

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia:

Nazwa (firma) podwykonawcy:

**jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy*

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2A do SIWZ – zmiana z dnia 29.12.2017 r.
Nr sprawy 182/ZP/17

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **nasofiberoskopu diagnostycznego dla projektu pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowieź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Lp.	Parametry	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/
1.	Producent/kraj	PODAĆ	
2.	Typ/model	PODAĆ	
3.	Rok produkcji 2017r.	TAK	
System wideo OTV-S.C2, zawiera procesor i głowicę CH-SC2-1D			
1.	Procesor wideo OTV-SC2 klasy SD	TAK	
2.	Wyjścia analogowe: VBS, S-Video,	TAK	
3.	Wyjścia cyfrowe: DVI	TAK	
4.	Balans bieli sterowany z panelu przedniego	TAK	
5.	Przesłona regulowana w dwóch trybach z tyłu urządzenia	TAK	
6.	Jasność regulowana w dwóch trybach z tyłu urządzenia	TAK	
7.	Wielkość 295x69x376mm	TAK	
8.	Waga: 4,9kg	TAK	
9.	Głowica endoskopowa CH-SC2-1D	TAK	
10.	Wymiary 30.7x65mm	TAK	
11.	Waga: 40g	TAK	
12.	Przewód sygnałowy: dł. 3m	TAK	
13.	Chip CCD 1/4"	TAK	
14.	Czułość 4 Luxy, F 1.4	TAK	
15.	W pełni zanurzalny w płynie dezynfekcyjnym	TAK	
16.	Sterylizacja EtO	TAK	
17.	Zużycie energii: 45VA	TAK	
Okular do głowicy CH-SC2-1D			
18.	Okular do głowicy kamery	TAK	
19.	Ogniskowa 1.2x	TAK	
Źródło światła CLL-V1 LED			
20.	Diagnostyczne ledowe źródło światła	TAK	
21.	Czas pracy 2000 godzin	TAK	
22.	Waga 6,3kg	TAK	
23.	Wymiary:111x295x404mm	TAK	
24.	Zużycie energii: 55VA	TAK	
25.	Stopień ochrony: IPX0	TAK	

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Światłowód, 2.8 mm, 3 m			
26.	Światłowód dedykowany do optyk laryngologicznych o śr do 4,1mm	TAK	
27.	Długość 3m	TAK	
28.	Średnica zewnętrzna: 6,8mm	TAK	
29.	Średnica wiązki światłowodowej: 2,8mm	TAK	
30.	Waga: 237g	TAK	
Ag Neovo DR-22			
31.	Monitor medyczny min. 20", zgodny z MDD 93/42 Wielkość przekątnej monitora min. 20" - 0 pkt. Wielkość przekątnej monitora powyżej 20" - 20 pkt.	TAK, PODAĆ	
32.	Matryca TFT, podświetlenie LED	TAK	
33.	Rozdzielczość: 1920x1080	TAK	
34.	VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2)	TAK	
Fiberoskop ENF-GP			
35.	Pole widzenia: 85 st	TAK	
36.	Głębokość ostrości: 5-50mm	TAK	
37.	Średnica zewnętrzna: 3,6mm	TAK	
38.	Średnica końcówki dystalnej: 3,4mm	TAK	
39.	Długość robocza: 300mm	TAK	
40.	Długość całkowita: 550mm	TAK	
41.	Kąty zgięcia góra/dół: 130st	TAK	
42.	Ilość wiązek światłowodowych: 2200	TAK	
43.	Rozdzielczość: 40.000 pixeli	TAK	
44.	Urządzenie można sterylizować w EtO	TAK	
45.	W zestawie walizka do transportu	TAK	
46.	W zestawie tester szczelności posiadający certyfikat CE	TAK	
Wózek endoskopowy TC-NE			
47.	Dedykowane centralne ramię na monitor	TAK	
48.	Szuflada na klawiaturę	TAK	
49.	Ramię ruchome w pionie, do przechowywania czystych endoskopów i głowicy kamery	TAK	
50.	Oprogramowanie do archiwizacji danych	TAK	
WARUNKI GWARANCJI I SZKOLEŃ			
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesiące 24 miesiące - 0 pkt. 25 miesięcy - 35 miesięcy - 10 pkt. 36 miesięcy - 20 pkt.	TAK, PODAĆ	
2.	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego	TAK	
3.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach gwarancji naprawę oraz ewentualne wstawienie sprzętu zastępczego w ramach naprawy sprzętu - w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego - mailowo na adres:..... lub w formie faksu na numer:.....	TAK, PODAĆ	
4.	Czas reakcji serwisu (max. 24 godziny) liczony od momentu zgłoszenia.	TAK, PODAĆ	
5.	Dopuszcza się trzy naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu/modułu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.	TAK	
6.	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 12 dni roboczych.	TAK	

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

7.	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne, walidacje będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych	TAK, PODAĆ	
8.	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)	TAK, PODAĆ	
9.	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK	
10.	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks)	TAK, PODAĆ	
11.	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze: • 6 osób spośród personelu lekarskiego Zamawiającego po 3 godziny każda z osób • 3 osoby spośród personelu pielęgniarskiego Zamawiającego po 3 godziny każda z osób Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi Oddział Laryngologii Onkologicznej Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi. Po przeprowadzonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.	TAK	

.....

Miejscowość / Data

.....

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana z dnia 29.12.2017 r.
Nr sprawy 182/ZP/17

UMOWA NR 182/ZP/17
z dnia _____

zawarta przez:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez

zwaną dalej Zamawiającym

z

firmą

(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez

zwaną dalej Wykonawcą

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie na podstawie dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, na dostawę o łącznej wartości zł brutto (słownie:)

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz instalacja **nosofiberoskopu diagnostycznego** zwanego w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub sprzętem, zgodnie ze specyfikacją – Załącznik Nr 1 do Umowy – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP przedmiot zamówienia, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy
4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – **dni** od daty podpisania niniejszej umowy.
5. Wykonanie dostawy potwierdzone zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres (min. 24) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach gwarancji naprawę oraz ewentualne wstawienie sprzętu zastępczego w ramach naprawy sprzętu – w terminie do 5 dni, a w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP – w terminie 12 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – mailowo na adres:..... lub w formie faksu na numer:.....
8. Czas reakcji serwisu (**max. 24 godziny**).....godzin liczony od momentu zgłoszenia.
9. Dopuszcza się trzy naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu/modułu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
10. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
11. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a) paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji;

- b) instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim (po dwa egzemplarze);
 - c) karty gwarancyjne;
 - d) stanowiskowa instrukcja BHP
12. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, w terminie dni od daty podpisania protokołu odbioru przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi.
13. Strony widząc konieczność zawarcia umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwaną dalej UODO) postanawiają, że zasady dostępu do danych osobowych przetwarzanych w urządzeniach określonych w § 1 zostają określone w:
- a) Załączniku nr 3 "Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych" stanowiącym integralną część umowy" w przypadku gdy usługi naprawy, serwisu i przeglądów będzie świadczył Wykonawca będący autoryzowanym przez producenta Urządzenia Serwisem,
 - b) Załączniku nr 4 "Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych" stanowiącym integralną część umowy" w przypadku gdy usługi naprawy, serwisu i przeglądów będzie świadczył autoryzowany przez producenta Urządzenia Serwis nie będący Wykonawcą.

§2

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację niniejszej umowy kwotęnetto,brutto.
2. Kwota, wskazana w ustępie poprzedzającym, obejmuje całość realizacji zamówienia, w szczególności:
 - a) koszty transportu przedmiotu dostawy do Zamawiającego,
 - b) koszt ubezpieczenia transportu części do Zamawiającego,
 - c) Koszty wszystkich prac związanych z instalacją i uruchomieniem przedmiotu zamówienia przez serwis posiadający autoryzację.
 - d) Koszty wszystkich prac serwisowych związanych z diagnostyką, naprawami, kalibracjami oraz wymianą części – w ramach gwarancji,
 - e) inne koszty związane z realizacją Umowy.
3. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę, wskazaną w ust. 1, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru na przedmiot zamówienia.
4. Zapłata za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanych przez strony Umowy po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Umowie.
5. Zamawiający dokona zapłaty za Przedmiot umowy przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze, terminie 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Data dostarczenia faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy Przedmiotu Zamówienia, którego ta faktura dotyczy
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.
9. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta i dostarczenie faktur korygujących powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.

§3

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonych części. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową. Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstawy odstąpienia.

§4

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia wymieni wadliwy sprzęt na sprzęt sprawny.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.

3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy sprzęt, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad.
4. Wystawienie i dostarczenie faktur korygujących nastąpi wraz z dostarczeniem towaru wolnego od wad.
5. Jeżeli po odbiorze sprzętu zostały stwierdzone w nim wady a nie nastąpiła jeszcze zapłata za Przedmiot zamówienia, termin płatności za Przedmiot zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia jego wymiany i instalacji.
6. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.

§ 5

1. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Magdalena Janus-Hibner – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Promocji (tel:....., fax:, e-mail:) lub osoba przez nią upoważniona /imię i nazwisko, adres e-mail telefon/....., Zofia Wójcik – Kierownik Działu Aparatury Medycznej (tel:, fax:, e-mail:), lub osoba przez nią upoważniona /imię i nazwisko, adres e-mail telefon/.....
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest..... /imię i nazwisko, adres e-mail telefon/.....

§ 6

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
3. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
4. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

§ 7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
 - a) 1 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w dostawie części,
 - b) 1 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w wymianie wadliwej części na część wolną od wad,
 - c) 1 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w przystąpieniu do diagnostyki, naprawy lub wymiany w ramach naprawy nosofiberoskopu, w stosunku do terminów, o których mowa w par. 1 pkt 7,
 - d) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto.
 - e) za każde naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji w szczególności postanowień zawartych w Załączniku nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy „Zasady przetwarzania danych osobowych” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 3 000,00 zł brutto.
 - f) za nie spełnienie lub za każde naruszenie wymagań określonych w Załączniku nr 6 „Bezpieczeństwo informacji” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 3 000,00 zł brutto.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

1. Wykonawca realizujący na rzecz Zamawiającego w Łodzi dostawę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.
2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).
3. Strony zawierają Porozumienie do Umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do Umowy w sprawie współpracy z Wykonawcą dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP.
4. Porozumienie stanowi integralną część Umowy w sprawie o współpracy z Wykonawcą.
5. Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 9

1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
3. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

1. Formularz Oferty, Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń
2. Porozumienie BHP
3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowa dwustronna)
4. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowa trójstronna)
5. Oświadczenie o zachowaniu poufności
6. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
7. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON

Wykonawca

Zamawiający

POROZUMIENIE

do Umowy nr z dnia

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 Łódź ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

firma

z siedzibą w, ulica,

wpisaną do rejestru

reprezentowaną przez,

zwaną dalej **Wykonawcą**

§1

1. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.
2. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w skrócie Centrum, zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentów.

§4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, która sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowiązków Koordynatora należy:

- a) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Centrum,
- b) okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lecz minimum 1x w ciągu trwania umowy) i doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
- c) i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokolowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Centrum),
- d) kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- e) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1 w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania ww. pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

- f) informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Centrum oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach,
- g) ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

- a) przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
- b) informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
- c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
- d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,
- e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

- 1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.
- 2. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych pracowników.

§8

- 1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.
- 2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Centrum odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Centrum powinni:

- a) posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,
- b) posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,
- c) znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny,
- d) znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,
- e) znać i przestrzegać obowiązujące w Centrum procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,
- f) umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,
- g) znać zagrożenia występujące na terenie Centrum,
- h) posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,
- i) posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Centrum spełniają wymagania wymienione w §9.

§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§12

Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac:

- a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,
- b) wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w trakcie wykonywania prac lub usług,
- c) czasu trwania umowy,
- d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracowników oraz podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób nadzorujących ich pracę,
- e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,
- f) umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników w zakresie BHP, zapoznania pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,
- g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie Centrum,
- h) do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian mających wpływ na stan BHP.

§13

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

§15

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

.....
pieczętka i podpis Zamawiającego

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

.....
pieczętka i podpis Koordynatora BHP

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowa dwustronna)

Definicje:

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.poz.982 z późn.zm.)
3. Urządzenie – wyroby medyczne, o których mowa w Umowie wraz z dostarczonym oprogramowaniem do archiwizacji badań.

Zważywszy, że Wykonawca jest dostawcą dla Zamawiającego Urządzenia objętego gwarancją,

Zważywszy, że Wykonawca będzie świadczył usługi na rzecz Zamawiającego, w zakresie określonym w Umowie oraz, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności urządzeń objętych Umową mogą znajdować się dane osobowe pacjentów,

Zważywszy, że niektóre z wykonywanych w ramach Umowy czynności uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych,

Strony widząc konieczność zawarcia umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 31 UODO postanawiają, co następuje:

§1

1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi jako administrator danych osobowych gromadzonych w Urządzeniu, przetwarza dane osobowe pacjentów:
 - a) dane zwykłe: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia,
 - b) dane sensytywne: informacje o stanie zdrowia.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (możliwość wglądu do danych zgromadzonych w urządzeniu) określonych w ust.1 niniejszego paragrafu tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie przetwarzał danych jeśli nie będzie to niezbędne do realizacji Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że powierzone dane nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z określonym w ust. 2 celem oraz, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych w celach własnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, o których jest mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.
5. Zabrania się wykonywania przez Wykonawcę nieuzasadnionych kopii, gromadzenia, przechowywania jakichkolwiek danych, z wyłączeniem sytuacji gdy będzie to realizowane na pisemny wniosek Zamawiającego. Zabrania się udostępniania danych lub nośników informacji zawierających dane o których mowa w ust. 1 osobom do tego nieuprawnionym.
6. Strony wyłączają możliwość udostępnienia przez Wykonawcę powierzonych do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 innym podmiotom.
7. Za udostępnienie, o którym mowa w ust. 7 należy rozumieć w szczególności:
 - a) przekazanie informacji lub nośnika z danymi,
 - b) umożliwienie wglądu do danych,
 - c) weryfikację danych,
 - d) wyzbycie się danych,
 - e) powierzenie danych,
 - f) upublicznienie danych.

§2

1. Osobami uprawnionym do wykonywania prac serwisowych są pracownicy Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że są oni są przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przed rozpoczęciem nie później niż 7 dni od chwili podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiającemu *listę osób upoważnionych do wykonywania prac serwisowych wraz z ich oświadczeniami o zachowaniu poufności* (Załącznik nr5) oraz zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie z zachowaniem formy pisemnej.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody przez nieuprawnione działanie osób, którym Wykonawca wycofał uprawnienia a nie poinformował o tym Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do prac (przegląd serwisowy, naprawa itp.) osób nie figurujących na liście określonej w ust. 2.

§3

1. Zabrania się Wykonawcy wykonywania kopii, gromadzenia, lub przechowywania jakichkolwiek danych osobowych (m.in. kopii plików, fotografii), których administratorem jest Zamawiający, z wyłączeniem gdy będzie to realizowane na pisemne zlecenie Zamawiającego a wszelkie nośniki, na których zostaną zgromadzone dane staną się własnością Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie był uprzednio ich właścicielem oraz zostaną przekazane Zamawiającemu nieodpłatnie tak szybko jak będzie to możliwe. Wykonanie kopii danych może odbyć się jedynie w siedzibie Zamawiającego i zabronione jest przetwarzanie tych danych poza obszarem, w którym znajduje się serwisowane Urządzenie. Zabronione jest wykonywanie kopii danych na nośnikach nie będących własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru wszelkich informacji odnoszących się do danych osobowych, do których Wykonawca uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy. Wykonawca podejmie również odpowiednie kroki dla zapewnienia zachowania poufności ww. informacji przez osoby wykonujące w jego imieniu obowiązki w ramach niniejszej Umowy.
3. W przypadku naruszenia zasad poufności danych osobowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego tak by możliwy był do spełnienia wymóg, o którym mowa w art. 33 Rodo.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do :
 - a) zarządzania kontami administratorskimi oprogramowania służącego do archiwizacji wyników badań,
 - b) spełnienia wymagań określonych w SIWZ
 - c) z chwilą zakończenia umowy przekazania: konfiguracji sprzętu i aplikacji, haseł administratorskich Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego
 - d) skonfigurowania Urzędnienia (przy udziale Działu Informatyki Zamawiającego) w taki sposób by Urządzenie wysyłało wyniki badań do systemu PACS Zamawiającego.
 - e) dokonania zmian w konfiguracji Urzędnienia na wniosek Zamawiającego
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych będących przedmiotem przetwarzania m.in. do:
 - ✓ dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego, aplikacji oraz urządzeń wchodzących w ich skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 - ✓ dochowania szczególnej staranności, aby osoby, o których mowa w pkt b) zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych, o których mowa w art. 49-52 ustawy o ochronie danych osobowych,
 - ✓ przygotowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych,
 - b) Urządzenie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 z późn.zm.).

W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jako administrator danych.

3. W przypadku uchylecia lub zmian przepisów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania i przestrzegania norm prawnych zastępujących dotychczasowe przepisy.
4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna i zobowiązuje się do stosowania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w RODO, a w szczególności przepis art. 28 tego Rozporządzenia
5. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w zakresie poufności lub integralności danych osobowych Przyjmujący zamówienie niezwłocznie powiadomi Udzielającego zamówienia tzn. w czasie umożliwiającym dokonanie przez Udzielającego zamówienia zgłoszenia w terminie, o którym mowa w art. 33 ust.1 RODO.

§6

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych, pod względem zgodności z umową oraz przepisami ochrony danych osobowych.
2. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego zamówienia mają prawo m.in. do żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego.
3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, Wykonawcy.
4. Po kontroli, o której mowa w niniejszym paragrafie w celu przywrócenia stanu do stanu zgodnego z prawem, Zamawiający może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z Umową powierzenia, oraz określić termin ich realizacji. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych będzie traktowane jako ciężkie naruszenie warunków Umowy i może skutkować rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy.
5. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający – jako Administrator Danych Osobowych – zostanie obciążony grzywną lub zobowiązany do wypłaty odszkodowania Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych z tego tytułu strat.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowa trójstronna)

Definicje:

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.poz.982 z późn.zm.)
3. Urządzenie – wyroby medyczne, o których mowa w Umowie.
4. Serwis – podmiot świadczący usługę instalacji oraz naprawy i przeglądy w ramach gwarancji (autoryzowany przez producenta serwis Urządzenia)

Zważywszy, że **Wykonawca** jest dostawcą dla **Zamawiającego** Urządzenia objętego gwarancją,

Zważywszy, że **Serwis** będzie świadczył usługi na rzecz **Zamawiającego**, w zakresie określonym w Umowie oraz, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności urządzeń objętych Umową mogą znajdować się dane osobowe pacjentów,

Zważywszy, że niektóre z wykonywanych w ramach Umowy czynności uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych,

Strony widząc konieczność zawarcia umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 31 UODO postanawiają, co następuje:

§1

1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi jako administrator danych osobowych gromadzonych w Urządzeniu, przetwarza dane osobowe pacjentów:
 - a) dane zwykłe: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, nr ID
 - b) dane sensytywne: informacje o stanie zdrowia.
2. Zamawiający powierza Serwisowi przetwarzanie danych osobowych (możliwość wglądu do danych zgromadzonych w urządzeniu) określonych w ust.1 niniejszego paragrafu tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy. Serwis zobowiązuje się, że nie będzie przetwarzał danych jeśli nie będzie to niezbędne do realizacji Umowy.
3. Serwis oświadcza, że powierzone dane nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z określonym w ust. 2 celem oraz, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych w celach własnych.
4. Serwis zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, o których jest mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.
5. Zabrania się wykonywania przez Serwis nieuzasadnionych kopii, gromadzenia, przechowywania jakichkolwiek danych, z wyłączeniem sytuacji gdy będzie to realizowane na pisemny wniosek Zamawiającego. Zabrania się udostępniania danych lub nośników informacji zawierających dane o których mowa w ust. 1 osobom do tego nieuprawnionym.
6. Strony wyłączają możliwość udostępnienia przez Serwis powierzonych do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu innym podmiotom.
7. Za udostępnienie, o którym mowa w ust. 6 należy rozumieć w szczególności:
 - a) przekazanie informacji lub nośnika z danymi,
 - b) umożliwienie wglądu do danych,
 - c) weryfikację danych,
 - d) wyzbycie się danych,
 - e) powierzenie danych,
 - f) upublicznienie danych
8. Realizacja postanowień Umowy przy udziale Podwykonawcy Serwisu możliwa jest po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i podpisaniu umowy podpowierzenia danych osobowych gwarantującej poziom ochrony nie niższy niż określony w niniejszej umowie jeśli Podwykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający.

§2

1. Osobami uprawnionym do wykonywania prac serwisowych są pracownicy Serwisu. Serwis oświadcza, że są oni są przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przed rozpoczęciem nie później niż 7 dni od chwili podpisania Umowy, Serwis przekaże Zamawiającemu *listę osób upoważnionych do wykonywania prac serwisowych wraz z ich oświadczeniami o zachowaniu poufności* (Załącznik nr5) oraz zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie z zachowaniem formy pisemnej.
3. Wykonawca i Serwis ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody przez nieuprawnione działanie osób, którym Serwis wycofał uprawnienia a nie poinformował o tym Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do prac (przegląd serwisowy, naprawa itp.) osób nie figurujących na liście określonej w ust. 2.

§3

1. Zabrania się Serwisowi wykonywania kopii, gromadzenia, lub przechowywania jakichkolwiek danych (m.in. kopii plików, fotografii), których administratorem jest Zamawiający, z wyłączeniem gdy będzie to realizowane na pisemne zlecenie Zamawiającego a wszelkie nośniki, na których zostaną zgromadzone dane staną się własnością Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie był uprzednio ich właścicielem oraz zostaną przekazane Zamawiającemu nieodpłatnie tak szybko jak będzie to możliwe. Wykonanie kopii danych może odbyć się jedynie w siedzibie Zamawiającego i zabronione jest przetwarzanie tych danych poza obszarem, w którym znajduje się serwisowane Urządzenie. Zabronione jest wykonywanie kopii danych na nośnikach nie będących własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca i Serwis ponoszą solidarnie pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru wszelkich informacji, do których Serwis uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy. Serwis podejmie również odpowiednie kroki dla zapewnienia zachowania poufności ww. informacji przez osoby wykonujące w jego imieniu obowiązki w ramach niniejszej Umowy.
3. W przypadku naruszenia zasad poufności danych osobowych Serwis lub Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego tak by możliwy był do spełnienia wymóg, o którym mowa w art. 33 Rodo.

§4

1. Zamawiający upoważnia i zobowiązuje Serwis do pełnego zarządzania kontami administratorskimi Urządzenia, o którym mowa w §1 Umowy, w czasie jej trwania a w szczególności do:
 - a) Zabezpieczenia Urządzenia w taki sposób by osoby nieupoważnione nie miały możliwości dostępu do danych przetwarzanych w tych Urządzeniach, a dostęp do tych danych wymagał podania hasła,
 - b) O ile jest to możliwe zabezpieczenia Urządzenia przed działaniem szkodliwego oprogramowania m.in. poprzez zainstalowanie systemu antywirusowego i zapewnienie aktualizacji sygnatur baz wirusów, chyba, że przedstawi oświadczenie producenta Urządzenia uzasadniające nieinstalowanie takiego oprogramowania, (wskazane jest w pierwszym rzędzie wykorzystanie oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego)
 - c) Z chwilą zakończenia umowy przekazania: konfiguracji sprzętu i aplikacji, haseł administratorskich Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego zgodnie z SIWZ.
 - d) skonfigurowania Urządzenia (przy udziale Działu Informatyki Zamawiającego) w taki sposób by Urządzenie komunikowało się z medycznymi systemami dziedzinowymi Zamawiającego.
 - e) Dokonać zmian w konfiguracji Urządzenia na wniosek Zamawiającego
2. Serwis oświadcza, że:

zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych będących przedmiotem przetwarzania m.in. do:

 - ✓ zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 - ✓ dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego, aplikacji oraz urządzeń wchodzących w ich skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 - ✓ dochowania szczególnej staranności, aby osoby, o których mowa w pkt b) zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych, o których mowa w art. 49-52 ustawy o ochronie danych osobowych,
 - ✓ zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych
 - ✓ przygotowania i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych,
 - ✓ demontażu dysków HDD ze stacji roboczej stanowiącej integralną część Systemu i przekazania nieodpłatnie Zamawiającemu w przypadku:
 - konieczności wymiany Urządzenia na inne – przed wymianą
 - naprawy Urządzenia poza miejscem instalacji – przed zabranieniem z miejsca instalacji,
 - konieczności wymiany dysków HDD na nowe.

3. W przypadku uchylenia lub zmian przepisów, o których mowa w ust. 2, Serwis zobowiązuje się do respektowania i przestrzegania norm prawnych zastępujących dotychczasowe przepisy.
4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna i zobowiązuje się do stosowania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w RODO, a w szczególności przepis art. 28 tego Rozporządzenia
5. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w zakresie poufności lub integralności danych osobowych Przyjmujący zamówienie niezwłocznie powiadomi Udzielającego zamówienia tzn. w czasie umożliwiającym dokonanie przez Udzielającego zamówienia zgłoszenia w terminie, o którym mowa w art. 33 ust.1 RODO.

§ 5

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Serwisu w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych, pod względem zgodności z umową oraz przepisami ochrony danych osobowych.
2. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego zamówienia mają prawo m.in. do żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego.
3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, Wykonawcy i Serwisu.
4. Po kontroli, o której mowa w niniejszym paragrafie w celu przywrócenia stanu do stanu zgodnego z prawem, Zamawiający może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z Umową powierzenia, oraz określić termin ich realizacji. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych będzie traktowane jako ciężkie naruszenie warunków Umowy i może skutkować rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy.
5. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Serwisu, w następstwie którego Zamawiający – jako Administrator Danych Osobowych – zostanie obciążony grzywną lub zobowiązany do wypłaty odszkodowania Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych z tego tytułu strat.

Wykonawca

Serwis

Zamawiający

.....

.....

.....

Załącznik nr 5 do umowy nr

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Ja, niżej podpisany

/Imiona, nazwisko, nr PESEL/

będący pracownikiem firmy:

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że posiadam upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zapoznałem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do ich przestrzegania a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

**W trakcie wykonywanych obowiązków na rzecz Wojewódzkiego Centrum Traumatologii i Onkologii im. M. Kopernika w Łodzi podstawie umowy nr
zobowiązuję się do**

- zachowania w tajemnicy, w trakcie trwania umowy oraz po jej ustaniu wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemów i urządzeń u Zamawiającego tzn. informacji technicznych, technologicznych, prawnych organizacyjnych dotyczących urządzeń, systemów informatycznych/teleinformatycznych (np. urządzenia, wyroby medyczne, sprzęt informatyczny), uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezależnie od formy i źródła ich pozyskania, zachowania w tajemnicy uzyskanych haseł dostępu do systemów informatycznych i urządzeń medycznych, pomieszczeń itp.,
- w przypadku dostępu do danych osobowych przetwarzanych u Zamawiającego zachowania **bezterminowo w tajemnicy** tych danych niezależnie od sposobu ich pozyskania i przetwarzania, a także nieudostępniania tych danych osobom trzecim,
- wykorzystania w/w informacji jedynie w celach określonych w umowie,
- zapewnienia bezpieczeństwa pozyskanych informacji w szczególności danych osobowych tzn. zapewnienia ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem tych danych, nieuprawnioną ich modyfikacją, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują (urządzenia, pamięci masowe, papier, klisza itp.),
- nie wynoszenia poza teren Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów/nośników informacji zawierających dane osobowe, jak również ich kopii sporządzonych w jakiegokolwiek formie,
- **nie sporządzania jakichkolwiek kopii dokumentów/plików (niezależnie od nośnika) zawierających informacje dotyczące Zamawiającego lub danych osobowych z wyłączeniem sytuacji gdy kopie będą wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego**
- natychmiastowego zgłaszania osobie nadzorującej umowę oraz Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Szpitalu próby lub faktu naruszenia zabezpieczenia pomieszczenia, bezpieczeństwa zbioru danych osobowych, urządzenia lub systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,

Powyższe oświadczenie potwierdzam własnym podpisem

....., dnia
Miejscowość

.....
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 6 do umowy nr

1	2	3	4	5
l.p	Opis wymagania	Wymaganie konieczne (TAK / NIE)	Data wymagalności (RRRR-MM-DD)	Gwarancje spełnienia wymagań przed datą wymagalności (TAK / NIE)
1	Wykonawca oświadcza, że: - w przypadku, gdy w ramach umowy będzie miał dostęp do danych osobowych spełnia wymagania określone w RODO a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32a, - w przypadku gdy w ramach umowy Podwykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych, Podwykonawca spełnia wymagania określone w RODO a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32a.	TAK	2018-05-25	
2	Wykonawca gwarantuje, że dostęp do powierzonych danych osobowych przetwarzanych w urządzeniu oraz oprogramowaniu informatycznym będącymi przedmiotem umowy będą miały jedynie osoby upoważnione ¹ oraz że posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie.	TAK	Dzień podpisania umowy	
3	Wykonawca zapewnia, że Urządzenie umożliwia użytkownikom logowanie się za pomocą hasła przypisanego indywidualnie użytkownikowi. Długość hasła powinna wynosić co najmniej 8 znaków	TAK	Dzień podpisania umowy	
4	Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie umożliwiałło export wybranych (wg zastosowanych filtrów) lub w całości wykonanych badań w formacie DICOM 3.0 do zdefiniowanego przez Zamawiającego serwera PACS	TAK	Dzień podpisania umowy	
5	Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie umożliwiałło integrację z systemem teleinformatycznym Zamawiającego przysyłanie i odbieranie: komunikatów, zleceń, wyników za pośrednictwem interfejsu TCP-IP oraz protokołu HL7. Urządzenie zapewniła poprawną obsługę polskich znaków.	TAK	Dzień podpisania umowy	
6	Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie zapisywało zdjęcia i filmy z badań w lokalnej bazie danych dostarczonej przez Wykonawcę bez ograniczenia pojemności bazy (wielkość bazy, ilość rekordów). Baza danych może być instalowana lokalnie lub na serwerze.	TAK	Dzień podpisania umowy	
7	Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie umożliwiałło wprowadzanie danych pacjenta, opisów badania i innych wymaganych danych określonych w przepisach prawa	TAK	Dzień podpisania umowy	
8	Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie poprawnie funkcjonowało na stacji roboczej zarejestrowanej w domenie Zamawiającego (Active Directory) oraz po zainstalowaniu przez Zamawiającego oprogramowania antywirusowego	TAK	Dzień podpisania umowy	
9	Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie posiada funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kont użytkowników i wymuszenie logowania się użytkownika za pomocą indywidualnego loginu i hasła. Zapewniona jest możliwość pracy przez użytkownika bez uprawnień administratora	TAK	Dzień podpisania umowy	
10	Wykonawca zapewnia, że chwilą uruchomienia urządzenia przekaże Zamawiającemu: - procedurę odtworzenia systemu oraz wszystkie niezbędne instalacje umożliwiające odtworzenie systemu na po awarii wraz z przewróceniem kompletnych danych (w szczególności: dane pacjentów, użytkowników, konfiguracyjne	TAK	Dzień dostarczenia urządzenia	

¹ Za osobę upoważnioną należy rozumieć:

- a) Przez osobę upoważnioną należy rozumieć osobę, której Zlecający przydzielił uprawnienia w dostarczonej aplikacji e Przyjmującego zamówienie przydzielił właściwe uprawnienia,
b) upoważnionego pracownika Wykonawcy, który z tytułu wykonywanych obowiązków będzie miał dostęp do danych osobowych (np. administrator oprogramowania).

	systemu) do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu, -procedurę backupu umożliwiający wykonanie kopii danych na zewnętrznym zasobie sieciowym niezbędnych do przeprowadzenia procedury odtworzenia systemu wraz z niezbędnymi do jej wykonania narzędziami.			
	Wykonawca oświadcza, że zostanie przeprowadzone szkolenie dla 2 osób w zakresie realizacji procedur: backupu, odtworzenia systemu oraz innych niezbędnych działań administratorских.		Dzień dostarczenia urzędzenia	
<p>Zasady wypełniania formularza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kolumna nr 5 -> należy zaznaczyć TAK jeśli przed terminem określonym w Kolumnie nr 4 (Data wymagalności) Oferent spełni wymagania określone w kolumnie 2. Zaznaczyć NIE jeśli składający ofertę nie spełni wymagań w terminie określonym w Kolumnie 4 (Data wymagalności). 2) W punkcie 6 należy wpisać „TAK” lub Oświadczenie” w przypadku nie spełnienia wymagania. 3) Udzielający zamówienie nie dopuszcza możliwości spełnienia wymagań dopiero po upływie „Terminu wymagalności” określonego w kolumnie nr 4. 				
<p>Oświadczam, że: -> zapoznałem się z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji i nie wnoszeniu do nich zastrzeżeń -> powyższe wymagania zostaną spełnione przed upływem terminu określonego w Kolumnie nr 4 „Data wymagalności”</p> <p>..... Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia</p>				