

EZ.28.217.18.2018.MJŁódź, dn. 18.01.2018r  
Nr sprawy: 217/ZP/17

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1579) przekazujemy Państwu odpowiedź na pytanie oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. W toku postępowania zostało zadane następujące pytanie:

Czy zamawiający odpowiadając na pytania, w dniu 12.01.2018 Nr Sprawy 217/ZP/17 dotyczy pakietu 1 pozycji nr 2: „Zestaw do pierwotnego wszczepiania protez głosowych od 8 do 12,5mm z narzędziami do wykonania za-biegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia prote-zy), jałowy. Zestaw w składzie: protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego zapobiegający perforacji tylnej ściany przetyku, cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania prowadnicy, elastyczna prowadnica z tworzywa, zestaw umożliwiający pierwotne wszczepienie protezy głosowej”, dopuszczając: „ zestaw narzędzi do implantacji pierwotnej lub wtórnej, sterylne, rozmiar 20Fr”, zakładał, iż w zaproponowanym zestawie, jako element ze-stawu, będzie proteza głosowa?

Wyjaśnienie

Dopuszczenie zestawu narzędzi w skład, którego nie wchodzi proteza głosowa, wpłynie na zwiększenie kosztu procedury, implantacji pierwotnej lub wtórnej protezy głosowej. Zamawiający każdorazowo wszczepiając protezę głosową, będzie ponosił podwójny koszty: koszt narzędzi i koszt protezy głosowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 2 i wymaga zgodnie ze zmianą.

II. Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ:

a) terminy:

- termin składania ofert do dnia 06.02.2018r do godz. 10:00
- termin wpłaty wadium do dnia 06.02.2018r do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert w dniu 06.02.2018r o godz. 11:00.

b) załącznik nr 2a do SIWZ ( w załączeniu do niniejszego pisma)

**Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr Wojciech Szrajber (1)

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Spisyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Palety	Opis	Powierzchnia pakowania	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażenie proszę podać parametry należy wpisać pytanie i odpowiedź	Lp.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT w %	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	Nikoporowa wstęplana proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej / polimeru / tworzywa fluorowego w rozmiarach 4; 4,5; 6; 10; 12,5; 15 mm, średnicy od 20 do 22 Fr. Proteza uniwersalna do wszczepienia pierwotnego lub wtórnego. Posiada łąkę pierścieni z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kolnierze (od strony przetyku) (od strony chwyci) umożliwiającej zakładanie protezy do przetyku (przekładowo-gardłowej) z dwóch stron tj. z dołącza przedniego - przez tracheostomię oraz z dołącza tylnego - od strony przetyku i uyciem głębszej prowadnicy. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szcoteczki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednociekrowej zastawki) widoczny w promieniach rentgenowskich. Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szcoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcję dla lekarza i pacjenta w języku polskim.												
1	Zestaw do pierwotnego wszczepienia protezy głosowych od B do 12,5mm z narzędziami do wykonania zabiegu. Jednorozowego użyciu (z wyjątkiem szcoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Zestaw w składzie: - protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego zapobiegający perforacji tylnej ściany przetyku, - cienka zgłębia iga punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania prowadnicy, - elastyczna prowadnica z tworzywa, - zestaw umożliwiający pierwotne wszczepienie protezy głosowej. Zestaw zapakowany w opakowanie sterylne w pakiecie.			szk.	250								
2	Nikoporowa wstęplana proteza głosowa z dodatkowym trzecim kolnierzem od strony przetyku, w celu lepszego uszczelnienia przetyku. Zbudowana z silikonu / polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy od 20Fr do 22 Fr. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Opakowanie zawiera: - protezę głosową oraz zestaw do założenia protezy (wymiany protezy głosowej) - szcoteczkę do czyszczenia protezy - Instrukcję dla lekarza, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szcoteczki.												
3													