

EZ.28.218.215.2018.KJ

Łódź, dnia 17.12.2018 r.  
Nr sprawy 218/ZP/17**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
w zakresie pakietu nr 4**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o **unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne:**

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 Ustawy PZP „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

Zamawiający na etapie oceny i wyjaśnień treści ofert złożonych przez Wykonawców stwierdził, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /załącznik nr 2A/ przedmiot zamówienia został błędnie opisany. Zgodnie z opinią bezpośrednich użytkowników przedmiotowego sprzętu medycznego sformułowanie „łącznik prosty z końcem schodkowym, z bezkontaktowym zaworem ssania” jest obarczone błędem i żadna z firm produkujących tego typu zestawy nie jest w stanie zaoferować sprzętu zgodnego z wymaganiami SIWZ. Użytkownicy potwierdzili, że prawidłowo brzmiący opis powinien zawierać sformułowanie „bezkontaktowa kontrola ssania za pomocą zastawki (bez kontaktu z wydzieliną) oraz automatycznym zamknięciem uniemożliwiającym pozostawienie otwartego ssania w łączniku”.

Przedmiotowy zestaw jest wykorzystywany przez Zamawiającego na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, dlatego też opis przedmiotu zamówienia musi uwzględniać cały wachlarz wymagań jakie powinien spełniać zaoferowany zestaw. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia musi brać pod uwagę zabezpieczenie higieniczne i epidemiologicznego personelu medycznego co gwarantuje bezpieczeństwo pracy na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Nieprawidłowy opis ze strony Szpitala spowodował, że żaden z Wykonawców nie mógł złożyć ważnej oferty spełniającej wymagania SIWZ. Szereg dopuszczeń w trakcie trwania procedury przetargowej spowodował, iż przedmiot zamówienia został opisany w sposób szerszy, niestety nie wyeliminował pierwotnie powstałego błędu. Zgodnie z orzecznictwem KIO „istotnym jest, że art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. odnosi się do wady postępowania, która musi mieć charakter istotny oraz musi być wadą nieusuwalną.” W przedmiotowej procedurze mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, gdyż wada ta została stwierdzona przez użytkowników sprzętu dopiero na etapie oceny, czyli po etapie czynności otwarcia ofert. Wada ta, wcześniej zauważona przez Zamawiającego, mogłaby zostać skutecznie usunięta na etapie dokonywania zmian SIWZ, a przed terminem otwarcia ofert. Niestety na obecnym etapie procedowania jest to niemożliwe. Zamawiający musi zmienić opis przedmiotu zamówienia w sposób, by był on prawidłowy pod względem merytorycznym, tym samym bardziej dopasowanym do tego co zamierza osiągnąć tj. aby otrzymać produkt jak najbardziej odpowiadający potrzebom Zamawiającego. Zamawiający mając na uwadze specyfikę pracy na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej winien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Niestety informacje o błędzie powziął zbyt późno bo dopiero po otwarciu i zweryfikowaniu ofert.

Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny oraz linię orzecniczą w tym zakresie Zamawiający zmuszony jest przyznać się do popełnionego błędu i z powodu braku innych możliwości procedowania na tym etapie unieważnić postępowanie w zakresie Pakietu nr 4 zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt. 7

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa**

dr hab. n. med. Przemysław Biliński