

EZ.28.221.962.2018.MJ

Łódź, dn. 12.04.2018r
Nr sprawy: 221/ZP/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1579) przekazujemy Państwu odpowiedź na pytanie i zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. W toku postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Pakiet 3

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej ze stali nierdzewnej w rozmiarach 5 do 6 do zabiegów w trakcie zabiegu chirurgicznego przeprowadzonego laserem CO2 i KTP w obszarze krtani i tchawicy z podwójnym mankietem uszczelniającym typu mankiet nad mankietem, tak jak w obecnie używanych w Państwa Placówce?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 3 i wymaga zgodnie ze zmianą.

II. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3. Zmieniony załącznik nr 2a w załączeniu

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Wojciech Szrajber 

Załącznik nr 2a do sprawy nr 221/ZP/17 po zmianie
 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i	jm	Ilość	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	1	Włókno lasera o grubości 200µm, 3 m długości, sterylne, wielokrotnego użytku, kompatybilny z posiadanym aparatem Quanta System Litho			szt	12							
	2	Włókno lasera o grubości 365µm, 3 m długości, sterylne, wielokrotnego użytku, kompatybilny z posiadanym aparatem Quanta System Litho			szt	12							
RAZEM:						RAZEM:							
2	1	Stabilizacja międzywyrostkowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa Wykonany z materiału PEEK, implantowany małoinwazyjnie z dostępu jednostronnego			szt.	30							
	2	Samoblokujący mechanizm stabilizujący implant Brak konieczności wycinania/ uszadzenia więzadła nadkolcowego. Instrumentarium wraz z bankiem implantów w czasie trwania umowy przebywa na stałe u zleceniodawcy. rozmiary od 8 do 16mm, co 2mm.											
3	1	Rurka intubacyjna laserowa, niepalna, elastyczna, ze stali nierdzewnej rozmiar od Nr.5.0 do 6.0 z podwójnym mankietem typu 2 w 1 do wenyklacji w trakcie zabiegu chirurgicznego przeprowadzonego laserem CO2 i KTP w obszarze krtań i tchawicy, z balonikami kontrolnymi oznakowanymi kolorami odpowiednio do mankieta, zintegrowany łącznik 15mm, baloniki pilotowe z samouszczelniającymi zaworami posiadają jednoznaczne opisy "proksymalny" i "dystalny", okienko Murpy'ego zintegrowane z miękką atrumatyczną końcówką, jałowe, pakowane pojedynczo			szt.	480							
	2												