

EZ.28.103. 2202 2018.AG

Łódź, dnia 09.10.2018 r.
 Nr sprawy: 103/ZP/18

Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wózków anestetycznych oraz foteli zabiegowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ, Pakiet nr 2 Fotel zabiegowy

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i dopuścił do zaoferowania foteli zabiegowych o parametrach jak poniżej?

Lp.	Parametr wymagany	TAK	Potwierdzenie parametrów
1	Wysokiej jakości fotel przeznaczony do pobierania krwi, dializ i przeprowadzania terapii płyno-zastępczej w szpitalach, centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ambulatoriach, przychodniach i innych jednostkach opieki zdrowotnej.	TAK	
2	Leże fotela opiera się na nowoczesnej, kolumnie wykonanej ze stali pokrytej warstwą lakierów epoksydowych.	TAK	
3	Kolumna fotela umieszczona na mobilnej podstawie wykonanej z termoformowanego tworzywa ABS, która chroni przed kurzem i zanieczyszczeniami, oraz ułatwia mycie i dezynfekcję.	TAK	
4	Mobilna podstawa wyposażona jest w hamulec centralny blokujący koła znajdujące się w podstawie. Podstawa fotela wyposażona w nóżki do wypoziomowania.	TAK	
5	Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo lakierami epoksydowymi.	TAK	
6	Fotel trzysekcyjny. Wszystkie sekcje fotela regulowane pilotem z podświetlanymi przyciskami.	TAK	
7	Pilot z możliwością zawieszenia na uchwycie znajdującym się w sekcji oparcia pleców.	TAK	
8	Pilot z sygnalizacją włączenia do sieci elektrycznej.	TAK	
9	Sekcja oparcia pleców fotela wyposażona w łatwo odejmowany, wyprofilowany zagłówek.	TAK	
10	Sekcje fotela tapicerowane, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte tapicerką zmywalną, ognioodporną, odporną na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych.	TAK	
11	Tapicerka PCV bezftalanowa.	TAK	
13	Profil części lędźwiowej sekcji oparcia pleców regulowany jest za pomocą pokrętki celem zwiększenia komfortu pacjenta.	TAK	
14	Funkcje fotela uzyskiwane pilotem na kablu:	TAK	

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



	a) Regulacja wysokości: 570 mm – 860 mm (+/- 10 mm) b) Regulacja sekcji oparcia pleców: 94° - 175° (+/- 5°) c) Regulacja sekcji oparcia nóg: 180° - 270° (+/- 5°) d) Regulacja przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga : 0 - 12° (+/- 2°) e) możliwość zapamiętania 3 pozycji fotela do badań i zabiegów, dowolna możliwość przeprogramowywania.		
15	Istnieje możliwość ustawienia fotela w pozycji maksymalnie wychylonej ku przodowi (sekcja oparcia pleców i siedzisko pochylone, sekcja oparcia nóg opuszczona) , w celu umożliwienia pacjentowi łatwiejsze zejście z fotela.		
16	Pedał do regulacji wysokości fotela umieszczony w podstawie fotela.	TAK	
17	Wymiar zewnętrzny fotela rozłożonego: długość x szerokość : min. 1850 mm x 830 mm +/-10 mm.	TAK	
18	Wymiar zewnętrzny fotela złożonego: długość x szerokość : min. 1100 mm x 830 mm +/-10 mm.	TAK	
19	Wymiar oparcia pleców: min. 530 mm x 850 mm +/-10 mm.	TAK	
20	Wymiar siedziska: min. 520 mm x 530 mm +/-10 mm.	TAK	
21	Wymiar sekcji oparcia nóg: min. 500 mm x 410 mm +/-10 mm.	TAK	
22	Udźwig: min. 180 kg.	TAK	
23	Zasilanie 230 VAC oraz z akumulatora.	TAK	
24	Stopień ochrony na zamoczenie: min. IPX6.	TAK	
	WYPOSAŻENIE	TAK	
25	Podłokietniki z regulacją wysokości, kąta nachylenia, obrotu, przesuwu (długości).	TAK	
26	Regulacja wysokości podłokietnika dokonywana jest za pomocą przycisku oznaczonego kolorem, pozostałe regulacje dokonywane są za pomocą pokręteł.	TAK	
27	Uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku umieszczony z tyłu fotela wyposażony w haczyki na worek urologiczny.	TAK	
	Sekcja oparcia nóg wyposażona w przezroczysty pokrowiec ochronny z PCV.		
28	Dźwignia CPR oznaczona kolorem czerwonym, umieszczona z dwóch stron fotela celem łatwego dostępu.	TAK	
29	Fotel wyposażony w gniazdo wyrównania potencjału umieszczony w podstawie fotela.	TAK	
30	Fotel wyposażony w stojak na kroplówkę z regulacją wysokości wraz z miską ze stali nierdzewnej.	TAK	
	WYMAGANIA DODATKOWE	TAK	
31	Fotel jest wyrobem medycznym zgodnie z obowiązującą ustawą – <i>Załączyć stosowane dokumenty na potwierdzenie zgodności z ustawą.</i>	TAK	
32	Instrukcja obsługi w języku polskim. <i>Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.</i>	TAK	
33	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania łóżka i termin następnego przeglądu. <i>Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.</i>	TAK	
34	Udokumentowany system zarządzania jakością wytwórcy fotela i dystrybutora/importera <i>Załączyć do oferty kopię certyfikatu.</i>	TAK	
35	Produkcja fotela zgodna z normą: EN: 60601. (<i>Załączyć stosowny dokument na potwierdzenie zgodności z normą.</i>)	TAK	
36	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. <i>Podać.</i>	TAK	

37	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. <i>Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów.</i>	TAK	
38	Montaż przedmiotu zamówienia, szkolenie w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowane przez podmiot z siedzibą na terenie Polski, autoryzowany przez <i>Podać nazwę i siedzibę serwisu.</i>	TAK	

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje parametry foteli opisane w SIWZ wraz z dotychczasowymi dopuszczeniami.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

~~DYREKTOR
 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
 Centrum Onkologii i Traumatologii
 im. M. Kopernika w Łodzi (1)
 mgr Wojciech Szrajber~~