

EZ.28.122.24.05.2018.JB

Łódź, dnia 05.11.2018r.  
Numer sprawy: 122/ZP/18

### Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

#### 1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Pakiet nr 2. Czy zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach:

- Elektroterapia – 13 różnych rodzajów prądów,
- Dwa niezależne kanały zabiegowe o regulowanym indywidualnie natężeniu prądu,
- Definiowalne programy „ulubione”,
- Kartoteka pacjenta zawierająca dane osobowe, rodzaj schorzenia, skale bólu oraz spis zabiegów wykonanych pacjentowi,
- Bank ok. 120 gotowych programów terapeutycznych,
- Automatyczne wyliczanie krzywej I/T,
- Wprowadzanie własnych programów terapeutycznych,
- Automatyczny dobór trybu stałe napięcie/natężenie (CC/CV);
- Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji kilku prądów (np. DF,CP,LP),
- Możliwość stymulacji naprzemiennie dwóch przeciwstawnych grup mięśniowych (TONOLIZA),
- Programy urologiczne,
- Współpraca z aparatami do ultradźwięków i terapii podciśnieniowej,
- Duży czytelny wyświetlacz,
- Łatwość i prostota obsługi,
- Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim.

ODPOWIEDŹ:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ dotyczących aparatu do elektroterapii.

2) Pakiet nr 4. Czy zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach:

Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej

- Sterownik na kółkach,
- Ciekłokrystaliczny dotykowy, kolorowy wyświetlacz,
- Bank 20 gotowych programów terapeutycznych,

- Możliwość wprowadzenia własnych programów,
- Kartoteka pacjenta,
- Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150 mm,
- Skala prognozy bólu,
- Generowana częstotliwość 27,12 Mhz,
- Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-500W przy emisji ciągłej i od 0-1000 W przy emisji impulsowej,
- Czas trwania impulsu 400 mikrosekund +/- 30%;
- Częstotliwość dostrajania w 10 etapach od 20-200 Hz;
- Zegar min. 30 minut,
- Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola,
- Wyposażenie:
  - 2 ramiona krótkofalowe,
  - 2 kable krótkofalowe,
  - 2 elektrody dyskowe (Schliephake) 150 mm,
  - 1 kabel główny,
  - 2 bezpieczniki 10 AT,
  - 1 klucz Allan.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Przemysław Biliński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
SPECJALISTA  
mgr Jacek Bojanowski