

EZ/263/38/278/2013

Łódź, dnia 26.03.2013r
Nr sprawy 38/ZP/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku przedmiotowego postępowania zostały zadane następujące pytania:

PAKIET 16

Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki trzonów kręgowych (cement, podajnik do aplikacji cementu, igły do nakłucia trzonu)

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 16 pkt. 3 technikę opartą na ręcznym mieszaniu cementu w pojemniku i dozowaniu wymieszanego w ten sposób cementu za pomocą pistoletu do strzykawki bez dostępu powietrza? Technika ta zapewnia aplikację cementu w trzon kręgu z pełnym bezpieczeństwem i precyzją uniemożliwiając powstawanie pęcherzyków powietrza. Pozostałe parametry zestawu pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PAKIET 19

Substytut trzonów kręgowych Th i L

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 pkt. 1 implant wykonany z PEEK? Pozostałe parametry implantu pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

PAKIET 24

Stabilizacja międzywyrostkowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 implant samoblokujący się w przestrzeni międzywyrostkowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

dotyczy pakietu 11 i 12

Czy Zamawiający oczekuje zacisków do okluzji naczyń mózgowych trwale oznakowanych numeracją indywidualną serii dla ścisłej identyfikacji zaciska?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

dotyczy pakietu 11 i 12

Czy komory pojemnika na zaciski powinny mieć możliwość dokładnego oznakowania zawartości z rysunkiem i symbolem zaciska?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

dotyczy pakietu 11 i 12

Czy zaciski powinny być wykonane ze stopu tytanowego TiAl6V4?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści zastawkę programowalną zespoloną z grawitacyjnym urządzeniem antysyfonowym o zakresie regulacji co 10 mm w zakresie 0- 200 mm H₂O i mechaniczną blokadą ustawienia odporną na pole magnetyczne do 3 tesli ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści zastawkę 5 stopniową skalą ciśnień, działającą w zakresie 15 – 220 mmH₂O lub będzie wymagał lepsze rozwiązanie z min. 5 stopniową skalą o zakresie 15 – 167 mmH₂O wraz z zintegrowanym urządzeniem antysyfonowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści dren hydrofobowy, który jednocześnie zalecany jest w drenażu komorowym unikając zapowietrzaniu się układu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 17

Czy Zamawiający w drenażu lędźwiowym wymaga także komory kroplowej i skali ciśnienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści dla pozycji 3 matryce kolagenową o rozmiarze 2,5 x 7,5 cm?

Czy Zamawiający dopuści dla pozycji 4 matryce kolagenową o rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

Czy Zamawiający dopuści dla pozycji 5 matryce kolagenową o rozmiarze 10 x 12,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 1 –Pakiet nr 6/7/8, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie czujnika o rozmiarze 5F?

uzasadnienie: rozmiar 5F jest standardowym rozmiarem stosowanym na całym świecie z udowodnioną przydatnością kliniczną. Rozmiar 5F przy minimalnej traumatyzacji gwarantuje skuteczność pomiarową,

w odróżnieniu od czujników o mniejszych rozmiarach, które z powodu zagięcia światła wewnętrznego kanału mogą nie być zdolne do pomiaru, więc mogą skutkować ryzykiem konieczności wymiany i ponoszenia dwukrotnych kosztów procedury pomiaru ciśnienia u pacjentów tego wymagających. Dodatkowo czujniki o mniejszych rozmiarach z powodu wiotkości w kontakcie z tkanką mogą zmienić swoje położenie względem trajektorii zamierzonej przez chirurga

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2 –Pakiet nr 6, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie modułu pomiarowego (w ilości wymaganej w postępowaniu) współpracującego z kardiomonitorem pacjenta posiadanym przez Zamawiającego, wyświetlającego parametry wartości ciśnienia średniego oraz wartości trendu w skali czasu wraz z funkcjami alarmowymi i zapisem do pamięci?

uzasadnienie: kardiomonitor jest tym właściwym urządzeniem, z którego wskazań korzysta personel Oddziału Intensywnej Terapii a powielanie tych informacji na urządzeniu do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego oraz na kardiomonitorze jest nieużyteczne i podraża koszty dla Szpitala – jego koszt użyczenia na czas trwania umowy jest wliczany w koszt zamawianych czujników.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3 –Pakiet nr 6, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie użyczenia na czas trwania umowy 1 urządzenia do odczytu oraz 2 modułów pomiarowych współpracujących z kardiomonitorem pacjenta posiadanym przez Zamawiającego, wyświetlającego parametry wartości ciśnienia średniego oraz wartości trendu w skali czasu wraz z funkcjami alarmowymi i zapisem do pamięci?

uzasadnienie: zaproponowana powyżej konfiguracja zapewnia jednoczesne monitorowanie trzech pacjentów zamiast dwóch, co w ramach funkcji Szpitala jako Centrum Urazowe dla województwa Łódzkiego jest korzystniejszym rozwiązaniem

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający przewiduje w zakresie ofert częściowych w części nr 1,2 i 4 wydłużenie okresu uzupełniania bazy sprzętu z 2 dni roboczych od złożenia zamówienia do 2 tygodni od poprawnie dostarczonego badania tomografii komputerowej.


Proces tworzenia indywidualnych implantów medycznych uniemożliwia dostarczenie implantów w ciągu 2 dni roboczych. Jednocześnie nadmieniamy, że zabiegi wszczepu indywidualnych implantów są zabiegami planowanymi, a nie wykonywanymi w trybie nagłym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2.Zamawiający zmienia następujące terminy:

- a) termin składania ofert na dzień 05.04.2013. do godz. 10:00
- b) termin otwarcia ofert na dzień 05.04.2013r. o godz. 11:00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

(2)
mgr Wojciech Szrajber