

EZ/263/38/2013

Łódź, dnia 23.03.2013r
Nr sprawy 38/ZP/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku przedmiotowego postępowania zostały zadane następujące pytania:

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie par. 7

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie sprzętu – w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego sprzętu za każde rozpoczęte 24h godziny opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru
- za dostarczenie towaru z wadami – 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każde rozpoczęte 24h godziny opóźnienia, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami
- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
- w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 2 pkt 2 – 10% wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o dodanie w umowie w § 1 zapisu

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 1 ust. 3 na:

U Zamawiającego zostanie stworzona baza sprzętu **nie dotyczy pakietu 20 i 21** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Pierwsza dostawa sprzętu (bazy) nastąpi w terminie 14 dni od dnia obowiązywania umowy. Baza zostanie przekazana Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Na pierwszą bazę składać się będą ilości określone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Sprzęt wyszczególniony w załączniku nr 1 po zużyciu w bazie będzie dostarczany na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wyłącza pakiet nr 20 i 21 z baz sprzętu i dodaje nowy wzór umowy na te pakiety.

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 1 ust. 13,14 dla pakietu 20 i 21

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wyłącza pakiet nr 20 i 21 z baz sprzętu i dodaje nowy wzór umowy na te pakiety

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 1 ust. 8

Dla pakietu 20 i 21 Wykonawca zobowiązany jest do dostaw na własny koszt i ryzyko w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zamówienie będzie zawierało numer klienta i kody produktów zestawienie ilościowe i rodzajowe sprzętu, Strony dopuszczają możliwość zamówień telefonicznych, potwierdzonych faksem lub pisemnych składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub osobę przez niego upoważnioną

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wyłącza pakiet nr 20 i 21 z baz sprzętu i dodaje nowy wzór umowy na te pakiety

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 1 ust. 9

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 3 ust. 1 dotyczy pakietu 20 i 21

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wyłącza pakiet nr 20 i 21 z baz sprzętu i dodaje nowy wzór umowy na te pakiety

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 3 ust. 5 na:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 4 ust. 2 a,b na:

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ w razie wystąpienia **zwłoki** w dostawie towaru – w wysokości **0,1%** wartości **towaru dostarczonego ze zwłoką** za każdy dzień **zwłoki**;

b/za **zwłokę** w wymianie wadliwego towaru na nowy wolny od wad zgodny z zamówieniem, co do ilości i jakości – w wysokości **1%** towaru dostarczonego ze zwłoką z wadą za każdy dzień **zwłoki**.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 4 ust. 2 d

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 6

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zważywszy na treść § 1 ust. 10 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający utworzy bazę sprzętu w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcom, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający oszacował swoje zapotrzebowanie z należytą starannością w oparciu o ilość używanego w latach poprzednich sprzętu. Ze względu na to, że zużycie zależy od przypadków losowych (choroby) nie jest w stanie zagwarantować minimalne ilości zakupów.

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z obowiązującymi przepisami kserokopie dokumentów dopuszczających do obrotu potwierdzone były przez wykonawcę, a nie jak jest wymagane przez notariusza (§2 ust. 2 umowy)

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy umowy w powyższym zakresie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze nr umowy i numeru zamówienia (§ 3 ust. 5 umowy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 lit. a i b) wzoru umowy słowo "opóźnienia" zastąpić słowem „zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy słowa „10% wartości brutto całej umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto całej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zastrzeżona w § 7 ust. 1 lit. c kara ma mieć charakter dyscyplinujący.

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 5 wzoru umowy możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy został dodany podpunkt 8) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”?

Dopisanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa zawarta jest na krótki okres, Wykonawca nie ponosi zatem ryzyka.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy z przyczyn, o których mowa w lit. a), Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, cełowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy. Zamawiający nie chce nakładać na siebie obowiązków administracyjnych niemniej zgadza się, aby rozwiązanie umowy nie nastąpiło podczas pierwszego naruszenia.

Pakiet 1

Poz. 1 – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu produkcji i dostarczenia protezy z 10 do 21 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dzianej protezy do uzupełniania ubytków kości czaszki w wersji niesterylnej z możliwością dwukrotnej sterylizacji o 5 letnim terminie ważności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3

Zawracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia bazy implantów, pragniemy wyjaśnić, że jesteśmy w stanie dostarczyć zamówiony asortyment w ciągu 2 godzin od momentu złożenia zamówienia (posiadamy magazyn na terenie Łodzi)

Odpowiedź: Tak

2. Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami zmienia zapisy wzoru umowy oraz dołącza nowy wzór umowy dotyczący pakietów nr 3, 20 i 2.

3. Zamawiający zmienia formularz ofertowy w zakresie pakietów nr 1 i 2



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

W załączeniu do przedmiotowego pisma zmienione załączniki do SIWZ

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
ul. Pabianicka w Łodzi
mgr Wojciech Szrajber (2)

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11;
CENTRALA tel. (42) 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	1	<p>Proteza ubytku kości sklepienia czaszki – wykonywana indywidualnie</p> <ul style="list-style-type: none"> proteza projektowana na podstawie badania tomografii komputerowej - indywidualnie do ubytku konkretnego pacjenta metoda umożliwiająca uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego z zachowaniem krzywizny i symetrii kości czaszki gdy metoda zakłada produkcję formy do wykonania ostatecznej protezy zleceńbiorca dostarcza także materiał plastyczny do wytworzenia protezy wytrzymałość protezy porównywalna z kością korową materiał protezy umożliwiający wykonywanie badań RM mózgu i nie wywołujący artefaktów w badaniach CT i RM czas produkcji i dostarczenia protezy – max. 21 dni roboczych 		szt	3					

.....podis osoby upowaznionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabirnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	jm	ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
2	1	Proteza ubytku kości czaszki – wykonywana indywidualnie		szt	3					
		<ul style="list-style-type: none"> • proteza projektowana na podstawie badania tomografii komputerowej - indywidualnie do ubytku konkretnego pacjenta • metoda umożliwiająca uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego z zachowaniem krzywizny i symetrii kości czaszki • gdy metoda zakłada produkcję formy do wykonania ostatecznej protezy zleceniobiorca dostarcza także materiałów plastyczny do wytworzenia protezy • zakres protezowania obejmujący sklepienie czaszki, podstawę czaszki, okolice oczodołów i kości twarzoczaszki • wytrzymałość protezy porównywalna z kością korową • materiał protezy umożliwiająca wykonywanie badań RM mózgu i nie wywołujący artefaktów w badaniach CT i RM 								
		czas produkcji i dostarczenia protezy – max. 21 dni roboczych								

.....podis osoby upowaznionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	jm	ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
3	1	Dzianna proteza do uzupełniania ubytków kości czaszki								
		• wytrzymałość protezy porównywalna z kością korową								
		• umożliwiająca wykonywanie badań RM mózgu i nie wywołujący artefaktów w badaniach CT i RM								
3	1	• łatwa technika formowania i dopasowywania protezy								
		• możliwość docinania z użyciem kraniotomu		szt	15					
		• 5 wielkości protez dla różnych rozmiarów ubytków								
		• pakowane sterylnie, pojedynczo								
		• baza implantów – ilość i rozmiar protez ustala zleceniodawca								
4	1	• narzędzia do przycinania/formowania protezy wypożyczone na czas trwania umowy								
		Proteza kości ścian oczodołu								
4	1	• umożliwiający wykonywanie badań RM mózgu i nie wywołujący artefaktów w badaniach CT i RM								
		• łatwa technika formowania i dopasowywania protezy		szt	3					

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po
zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
5	1	Materiał plastyczny do uzupełniania ubytków kości czaszki		szt	15					
		<ul style="list-style-type: none"> po stwierdzeniu wytrzymałość protezy porównywalna z kością korową umożliwiający wykonywanie badań RM mózgu i nie wywołujący artefaktów w badaniach CT i RM łatwa technika przygotowania materiału oraz formowania i dopasowywania protezy możliwość docinania z użyciem kraniotomu 3 wielkości opakowań dla różnych rozmiarów ubytków baza implantów – ilość i rozmiar opakowań ustala zleceńodawca narzędzia do przycinania/formowania protezy wypożyczane na czas trwania umowy 								

.....podis osoby upowaznionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	
6	1	Zestaw do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego (śródmózgowy)									
		1. Czujnik sterylny gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od dostarczenia									
		2. Czujnik odporny na zginanie - kąt 90st. Oparty na systemie piezoelektrycznym									
		3. Możliwość podłączenia czujnika bezpośrednio do monitora funkcji życiowych pacjenta przez odpowiedni interfejs dostarczony przez firmę,									
		4. Sterylny zestaw łączników i elementów potrzebnych do implantowania czujnika									
		5. Znaczniki głębokości co 1 cm									
		6. Grubość czujnika <3,5 F									
		7. Powtarzalność odczytu ciśnienia				szt	10				
		8. Cyfrowy zapis monitorowanego ciśnienia									
		9. Prosta w użyciu kalibracja czujnika									
		10. Odchylenie wartości ICP < 1mmHg przez pierwsze 24h									
		Urządzenie do odczytu ciśnienia ICP kompatybilne z wszystkimi rodzajami czujników z łącznikami, dane wyświetlane na monitorze dot. czasu implantacji czujnika, z możliwością ustawiania granicznych parametrów alarmu monitorowanego ICP, zasilanie sieciowe i akumulator czas pracy >7h, mocowanie do łóżka pacjenta. – 2 sztuki dostarcza wykonawca umowy na czas jej trwania w ramach zamówienia									

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	j.m	Ilość na 6 miesięcy	cenę jednostkową netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	
7	1	Zestaw do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego z możliwością drenażu płynu (wewnątrzkomorowy)									
		1. Czujnik sterylny gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od dostarczenia									
		2. Czujnik odporny na zginanie- kąt 90st. Oparty na systemie piezoelektrycznym									
		3. Możliwość podłączenia czujnika bezpośrednio do monitora funkcji życiowych pacjenta przez odpowiedni interfejs dostarczony przez firmę,									
		4. Sterylny zestaw łączników i elementów potrzebnych do implantowania czujnika									
		5. Znaczniki głębokości co 1 cm									
		6. Grubość czujnika <3,6 F									
		7. Powtarzalność odczytu ciśnienia									
		8. Cyfrowy zapis monitorowanego ciśnienia									
		9. Prosta w użyciu kalibracja czujnika									
		10. Odchylenie wartości ICP < 1mmHg przez pierwsze 24h									
		11. Możliwość drenażu płynu mózgowo rdzeniowego z zestawem drenów i worków									
				szt	8						

.....podis osoby upowaznionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po
zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	jm	Ilość na 6 miesięcy	cenę jednostkową netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	
8	1	Zestaw do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego (podtwardówkowy)									
		1. Czujnik sterylny gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od dostarczenia									
		2. Czujnik odporny na zginanie- kąt 90st. Oparty na systemie piezoelektrycznym									
		3. Możliwość podłączenia czujnika bezpośrednio do monitora funkcji życiowych pacjenta przez odpowiedni interfejs dostarczony przez firmę,									
		4. Sterylny zestaw łączników i elementów potrzebnych do implantowania czujnika									
		5. Znaczniki głębokości co 1 cm									
		6. Grubość czujnika <3,6 F									
		7. Powtarzalność odczytu ciśnienia									
		8. Cyfrowy zapis monitorowanego ciśnienia									
		9. Prosta w użyciu kalibracja czujnika									
		10. Odchylenie wartości ICP < 1mmHg przez pierwsze 24h									
				szt	10						

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
9	1	Klipsy naczyniowe do leczenia tętniaków OUN typ Pernecky czasowe		szt	10					
		1. Materiał biokompatybilny, z tytanu								
		2. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów								
		3. <u>Podstawowy zakres rozmiarów z uzupełnieniem w ciągu 2 dni roboczych</u>								
		4. Wyraźne, jednoznaczne oznaczenie klipsa, np kolorem i numerem								
		5. Trwała sprężystość- po kilkakrotnym rozwarciu klipsa i sterylizacji								
		6. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów								
		7. Sterylne, pakowane pojedynczo z wymaganymi oznaczeniami (data ważności, nr katalogowy ...)								
8. Czytelny katalog klipsów z numerami i ilustracją kształtów										
		Pudełko do sterylizacji i przechowywania klipsów z oznaczeniami i wkładką zabezpieczającą przed przemieszczeniem się klipsów podczas transportu.								

.....podis osoby upowaznionej

Załącznik nr 1a Nr spr. 38/ZP/13 po
zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
10	1	Klipsy naczyniowe do leczenia tętniaków OUN typ Perneczky trwałe 1. Materiał biokompatybilny, z tytanu 2. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów 3. <u>Podstawowy zakres rozmiarów z uzupełnieniem w ciągu 2 dni roboczych</u> 4. Wyraźne, jednoznaczne oznaczenie klipsa, np kolorem i numerem 5. Trwała sprężystość-po kilkakrotnym rozwarciu klipsa i sterylizacji 6. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów 7. Sterylne, pakowane pojedynczo z wymaganymi oznaczeniami (data ważności, nr katalogowy ...) 8. Czytelny katalog klipsów z numerami i ilustracją kształtów Pudełko do sterylizacji i przechowywania klipsów z oznaczeniami i wkładką zabezpieczającą przed przemieszczeniem się klipsów podczas transportu		szt	50					

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr. 38/ZP/13 po
zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wypisać TAK/NIE	jm	Ilość na 6 miesięcy	Jednostkowa cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
11	1	Klipsy naczyniowe do leczenia tętniaków OUN typ Yasargil czasowe		szt	10					
		1. Podwojny zawias nożycowy								
		2. Materiał biokompatybilny, z tytanu								
		3. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów								
		4. Podstawowy zakres rozmiarów z uzupełnieniem w ciągu 2 dni roboczych								
		5. Wyraźne, jednoznaczne oznaczenie klipsa, np kolorem i numerem								
		6. Trwała sprężystość po kilkakrotnym rozwarciu klipsa i sterylizacji								
		7. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów								
		8. Sterylne, pakowane pojedynczo z wymaganymi oznaczeniami (data ważności, nr katalogowy ...)								
		9. Czytelny katalog klipsów z numerami i ilustracją kształtów								
		Pudełko do sterylizacji i przechowywania klipsów z oznaczeniami i wkładką zabezpieczającą przed przemieszczeniem się klipsów podczas transportu.								

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
12	1	Klipsy naczyniowe do leczenia tętniaków OUN typ Yasargil trwałe		szt	50				
		1. Materiał biokompatybilny, z tytanu							
		2. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów							
		3. <u>Podstawowy zakres rozmiarów z uzupełnieniem w ciągu 2 dni roboczych</u>							
		4. Wyraźne, jednoznaczne oznaczenie klipsa, np kolorem i numerem							
		5. Trwała sprężystość-po kilkakrotnym rozwarciu klipsa i sterylizacji							
		6. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów składające się z: imadło standard i mini typu Yasargila rotacyjne, proste i kątowe							
		7. Sterylne, pakowane pojedynczo z wymaganymi oznaczeniami (data ważności, nr katalogowy ...)							
		8. Czytelny katalog klipsów z numerami i ilustracją kształtów							
9. Pudełko do sterylizacji i przechowywania klipsów z oznaczeniami i wkładką zabezpieczającą przed przemieszczeniem się klipsów podczas transportu.									
13	1	Zastawki komorowo otrzewnowe typu Pudenz-burr-holl		szt	15				
		1. Bębnek= 16 mm typu „burr holl” z kompletem oddzielnych drenów: dokomorowy, około 20 cm, dotrzewnowo – doścercowy około 110 cm z prowadnikiem, zastawki o różnych parametrach ciśnienia,							
		2. Nie może zawierać elementów metalowych							
		3. zastawka musi być wyposażona w zastawkę membranową typu PUDENZ z zabezpieczeniem przed zniszczeniem mechanizmu przy nakłuciu bębienka							
4. Mechanizm antysyfonowy									

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po
zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
14	1	Zastawka komorowo otrzewnowa programowalna 1. 8 stopni ustawienia ciśnienia, 30 – 200 mmH2O z kompletem oddzielnych drenów, dokomorowy około 23 cm, dotrzewnowo – dosercowy około 110 cm z przewodnikiem, zmienna ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu		szt	3					
15	1	Sterylny sondy Dopplera 1. Mikrosondy śródoperacyjne sterylne do oceny naczyń śródmózgowych z urządzeniem odczytującym		szt	18					
16	1	Zestaw do przeszskórnej wertebroplastyki trzonów kręgowych (cement, podajnik do aplikacji cementu, igły do nakłucia trzonu) 1. Igły trepanobiopsyjne ścięte 2x (np. Murphy) 2. Strzykawki do precyzyjnego podawania kleju w systemie wysokociśnieniowego podajnika np. pistolet 3. Mikser do mieszania i dozowania kleju hermetycznie zamknięty 4. Cement o wysokiej kontrastowości, (z zaw. siarczanu baru 30%) 5. Cement o długim określonym czasie wiązania 6. Cement o małej gęstości w chwili podawania cement przeznaczony do wertebroplastyki		szt	10					
17	1	Drenaż zewnętrzny (komorowy) Zestaw zawierający: komplet sterylny z workiem wyskalowanym o pojemności ponad 500 ml ze skalą ciśnienia 0-360 mm H2O, dwuskalowy, hermetyczny układ drenów, bez filtrów, dren komorowy o długości 290 mm z przewodnikiem, skalę pomiaru ciśnień, zawór kierunkowy, łączniki, zawór trójdrożny, przewodnik do podskórnego przeprowadzania drenu dokomorowego.		szt	15					

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po
zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	j.m.	ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
18	1	Drenaż zewnętrzny (łędźwiowy)		szt	5					
		Drenaż łędźwiowy: zestaw do wprowadzania drenu do kanału kręgowego i jamy otrzewnowej (igły, trokar, metalowy hydrofobowy przewodnik drenu)								
19	1	Substytut trzonów kręgowych Th i L		szt	10					
		1. Implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu								
		2. Wysokość implantu min 20-100mm różne średnice implantu, (proteza trzonu piersiowego i łędźwiowego) możliwość modyfikowania kątów nachylenia płytek granicznych								
		3. Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych								
		4. Płyne łatwe i precyzyjne rozszerzanie konstrukcji implantu w polu operacyjnym przy pomocy stabilnego narzędzia, jednocześnie utrzymującego implant								
		5. Płytki graniczne implantu o zabkowanej powierzchni								
		6. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie materiałem kostnym								
		7. Możliwość powtarzalnej/kontrolowalnej regulacji wysokości implantu								
8. Kompletny zestaw instrumentarium do wszczepiania implantów oraz repozycji kręgosłupa										

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	j.m	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
20	1	System zapobiegający wyciekom płynu mózgowo-rdzeniowego i tworzeniu blizny oponowej kręgosłupa								
		1. syntetyczny (na bazie glikolu polietylenowego, PEG),								
		2. biokompatybilny (wchłaniaalny pomiędzy 9 a 12 tygodniem).								
		3. Widoczny w polu operacyjnym,			25					
		4. Elastyczne, hydrożelowe szczelimo zapewniające wodoszczelność szwu opony twardej uniemożliwiający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego								
		5. Działanie przeciwrostowe								
21	1	System uszczelniania opony twardej w obrębie czaszki								
		1. Syntetyczny (na bazie glikolu polietylenowego, PEG),								
		2. Biokompatybilny (wchłaniaalny pomiędzy 4 a 8 tygodniem).								
		3. Widoczny w polu operacyjnym.			10					
		4. Elastyczne, hydrożelowe szczelimo zapewniające wodoszczelność szwu opony twardej								
		5. Uniemożliwiający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego.								
		6. Możliwość nanoszenia aplikatorem oraz za pomocą końcówek rozpylających								

.....podis osoby upowaznionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po
zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinička 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	j.m	Ilość na 6 miesięcy	cenę jednostkową netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1		Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.		szt	15					
		Sterylnie podwójne opakowanie								
		Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa								
		Właściwości uszczelniające oponeń twardą bez stosowania szwów								
2		Łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek		szt	15					
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 2.5 x 2.5								
		Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.								
		Sterylnie podwójne opakowanie								
3		Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa		szt	15					
		Właściwości uszczelniające oponeń twardą bez stosowania szwów								
		Łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek								
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 5 x 5								
4		Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.		szt	15					
		Sterylnie podwójne opakowanie								
		Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa								
		Właściwości uszczelniające oponeń twardą bez stosowania szwów								
22		Łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek		szt	15					
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 2.5 x 10								
		Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.								
		Sterylnie podwójne opakowanie								
		Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa		szt	15					
		Właściwości uszczelniające oponeń twardą bez stosowania szwów								
		Łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek								
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 2.5 x 2.5								

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 5 x 10								
	5	Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej. Sterylne podwójne opakowanie Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa Właściwości uszczelniające opone twardą bez stosowania szwów Łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 10 x 10		szt	15					
							Suma			

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po
zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinińska 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
23	1	Ruchoma proteza dysku szyjnego jednoelementowa.		szt	15					
		Odzwierciedlenie ruchów biomechanicznych dysku, możliwa naturalna kombinacja ruchów obrotowych i postępowych.								
		Optymalne dopasowanie do przestrzeni międzykręęgowej 4 rozmiary podstawy implantów 15x13mm, 17x13mm, 17x15mm, 19x15mm								
		Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem.								
		Dostosowanie się do różnych anatomii, duży wybór rozmiarów implantu wysokość 5, 6, 7 mm, szerokość 15, 17, 19 mm, głębokość 13, 15 mm.								
		Implant jednoelementowy minimalizujący ryzyko migracji.								
		Kolczysta powierzchnia zapewniająca wysoka pierwotną stabilność i eliminująca konieczność wykonywania w sąsiadujących trzonach dodatkowych mocowań.								
		Implant dostarczany w sterylnym opakowaniu.								
		Łatwa, odzwierciedlająca technikę chirurgiczną, jeden instrument konieczny do implantacji, gwintowany otwór do narzędzia wprowadzającego implant.								
		Wypożyczenie na czas trwania umowy zestawu rozwieraczy z pinami typu Caspara i rozwieraczy bocznych z kompletem wymiennych łopatek o różnej długości i szerokości do 15mm oraz uchwytyami ręcznymi do łopatek bocznych.								
Instrumentarium wraz z bankiem implantów w czasie trwania umowy przebywa na stałe u zleceńiodawcy.										
Rodzaj i ilość elementów w banku implantów ustala zleceńiodawca (Szpital).										
Uzupełnienie banku implantów lub dostarczenie określonego rozmiaru produktu do 2 dni roboczych										

.....podis osoby upowaznionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13 po zmianie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
ul. Pabinička 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	jm	Ilość na 6 miesięcy	cenę jednostkową netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
24	1	Stabilizacja międzywyrostkowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa <ul style="list-style-type: none"> • Wykonany z materiału PEEK, • Implantowany małoinwazyjnie z dostępu jednostronnego • Samoblokujący mechanizm stabilizujący implant • Brak konieczności wycinania/ uszkania wiązadła nadkolcowego Instrumentarium wraz z bankiem implantów w czasie trwania umowy przebywa na stałe u zleceńiodawcy. • rozmiary od 8 do 16mm, co 2mm.		szt	20					

..... podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 po zmianie z dnia 29.03.2013r.
Znak sprawy: 38/ZP/13

O ŚWIADCZENIE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Firma: (Wykonawca)
z siedzibą w: przy ul.
posiadająca :
NIP:

REGON:

Deklarujemy 30 dniowy termin płatności.

Deklarujemy:

a)dniowy(max. 21 dniowy) termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dotyczy pakietów nr 1, 2 i 4

b)dni (max. 2 dniowy) termin dostawy od dnia złożenia zamówienia (2 dni robocze) – pozostałe pakiety

Deklarujemy: 12 miesięczny termin ważności na dostarczony towar.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze całością treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania przetargowego i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Zaoferowane przez nas w ofercie jako przedmiot zamówienia wyroby medyczne posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniają inne wymagania (normy, parametry), określone w przez Zamawiającego w **załączniku nr 1a** do SIWZ.

Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia osób spośród personelu Zamawiającego w ilości 2 razy po 2 godz. w zakresie zaoferowanego sprzętu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy – max. łącznie 15 osób.

Informujemy, iż **nie należymy / należymy¹** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne w trybie i na zasadach określonych w art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Wykonawca spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i 2 Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

..... dnia r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

¹ Niepotrzebne skreślić

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11;
CENTRALA tel. (42) 689 50 00,e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



UMOWA NR 38/ZP/13/.....wzór umowy
z dnia _____

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955 , REGON 000295403,
NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez Wojciecha Szrajbera – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

z

firmą
(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica,

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej Wykonawcą

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.(tj. Dz. U. 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi obowiązującą od dnia _____ do dnia _____ o łącznej wartości zł brutto (słownie:)

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem sprzętu wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi sukcesywnie w okresie 6 miesięcy obowiązywania umowy
3. U Zamawiającego zostanie stworzona baza sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Pierwsza dostawa sprzętu (bazy) nastąpi w terminie **14 dni** od dnia obowiązywania umowy. Baza zostanie przekazana Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Na pierwszą bazę składać się będą ilości określone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Sprzęt wyszczególniony w załączniku nr 1 po zużyciu w bazie będzie dostarczany na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.
4. Zamówienia należy składać na nr faksu.....
5. Wykonawca będzie dostarczał sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do Apteki Szpitalnej (nr tel. 042 689–51–01) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, oryginalnie zapakowany, w dniach roboczych. Z Apteki Szpitalnej zostanie on przekazany w miejsce, w którym znajduje się baza sprzętu.
6. Transport do miejsca odbioru zapewnia i koszty transportu ponosi Wykonawca.
7. Strony ustalają, że ceny określone w ofercie przetargowej będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień § 5.
8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania bazy sprzętu na własny koszt i ryzyko w ciągu**w zakresie pakietu/ów nr ...** od złożenia zamówienia. Zamówienie będzie zawierało zestawienie ilościowe i rodzajowe sprzętu, jak również indywidualne oznaczenia. Strony dopuszczają możliwość zamówień telefonicznych, potwierdzonych faksem lub pisemnych składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub osobę przez niego upoważnioną.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych elementów lub wadliwego sprzętu w ciągu 48 godzin, od złożenia zamówienia na sprzęt zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 1, od określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, o ile czynniki ekonomiczne i społeczne lub medyczne uzasadnią konieczność takiego postępowania, a w szczególności w przypadku, gdy wartości ilościowe i wartościowe świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, okażą się mniejsze od spodziewanych (ustalonych w oparciu o dane z lat ubiegłych), a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.
11. Sprzęt powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż **12 miesięcy** licząc od dnia dostawy.
13. Dostarczany sprzęt do chwili jego wykorzystania w procedurze medycznej pozostaje własnością Wykonawcy.
14. W terminie 7 dni po upływie terminu zakończenia niniejszej umowy zostanie sporządzona inwentaryzacja bazy sprzętu medycznego przy udziale przedstawicieli obu stron umowy. Niewykorzystany sprzęt zostanie zwrócony Wykonawcy w oparciu o końcowy protokół zdawczo – odbiorczy.
15. Jeżeli wraz ze sprzętem dostarczane jest instrumentarium, Wykonawca zobowiązany jest do jego ubezpieczenia i dokonywania wymiany uszkodzonych elementów w trakcie trwania umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie sposobu używania sprzętu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy.
17. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej Pani Anna Wieczorek lub osoba przez nią upoważniona.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy, sprzęt stanowiący wyrób medyczny będzie przez cały okres jej obowiązywania spełniał normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (sygnatura: 38/ZP/13), oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.
2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest, na każde wezwanie Zamawiającego, do przedstawienia mu w wyznaczonym do tego przez Zamawiającego terminie, kompletu aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyrobów medycznych (produktów leczniczych) o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanego przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, sprzętu stanowiącego wyrób medyczny, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

§3

1. Zamawiający zapłaci za dostarczony i wykorzystany sprzęt, cenę brutto określoną w ofercie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Faktury częściowe wystawiane będą po zużyciu sprzętu przez Zamawiającego, na podstawie przesłanego do Wykonawcy protokołu

- zużycia. Ostatnia faktura zostanie wystawiona po sporządzeniu inwentaryzacji o której mowa w § 1 ust. 14 i przesłaniu do Wykonawcy protokołu zużycia.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług konsumpcyjnych VAT.
 3. Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia i wykorzystany sprzęt nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w przesłanej przez niego fakturze w **ciągu 30 dni** od dnia jej otrzymania.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku przez bank Zamawiającego.
 5. Faktura, dokumenty potwierdzające zużycie oraz dokumenty potwierdzające dostawy, winny bezwzględnie obejmować tylko sprzęt z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy a w odniesieniu do dokumentów potwierdzających dostawę numer zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie sprzętu – w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonego sprzętu za każde rozpoczęte 24h godziny opóźnienia;
 - b) za dostarczenie towaru z wadami – 2% wartości brutto sprzętu dostarczonego z wadami za każde rozpoczęte 24h godziny opóźnienia, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% wartości brutto całej umowy;
 - d) w wypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 2 pkt. 2 – 20% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§5

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:

- 1) wprowadzenia sprzętu zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana sprzętu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy produkt zostanie wykreślony i zastąpiony sprzętem zmodyfikowanym lub udoskonalonym.
- 2) wycofania sprzętu z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od sprzętu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż sprzęt objęty zamówieniem początkowym, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualna zmiana sprzętu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy sprzętu wycofanego z produkcji i zastąpienie go sprzętem zamiennym.
- 3) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.
- 4) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.
- 5) zmiany polegającej na zamianie wykorzystanego sprzętu obejmującego powyższą umowę na sprzęt nie wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie

może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- 6) zmiany przedmiotowej/ sprzęt zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak sprzętu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od sprzętu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
- 7) wydłużenia, na okres kolejnych 3 miesięcy, okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości sprzętu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 8) zakupu u Wykonawcy w miejsce sprzętu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika tego samego lub innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany sprzęt, w wypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9) zmiany cen na korzyść Zamawiającego, zmiana nastąpi w formie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

§6

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:

- a) w razie powtarzającego się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (więcej, niż 3),
- a) W razie pogorszenia sytuacji finansowej Szpitala w trakcie trwania umowy
- b) W razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych.

§7

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych w art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz dodatkowo za zgodą Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c.
3. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianach dotyczących Wykonawcy min. o zmianie organizacyjnej Wykonawcy, zmianie formy prawnej prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy i wynikłych z tego tytułu negatywnych skutków, Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych skutków niepowiadomienia przez Wykonawcę.

§8

1. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
3. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.4.1 normy EN:ISO 9001:2008.

§9

1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy, sprzęt składający się na bazę sprzętu;
- Załącznik nr 2 – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;
- Załącznik nr 3 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru NIP;
- Załącznik nr 4 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru REGON;

Wykonawca

Zamawiający

UMOWA NR
z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez

zwaną dalej **Zamawiającym**

z

firmą
(REGON NIP

z siedzibą w, ulica

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.(tj. Dz. U. 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) **na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi** obowiązującą od dnia do dnia o łącznej wartości zł brutto (słownie:

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem sprzętu (wyrobów) medycznego wyszczególnionych asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej „towarem”.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie w okresie, na który została zawarta umowa zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, który będzie składał do Wykonawcy zamówienia częściowe.
3. Zamówienie towarów wyszczególnionych w załączniku nr 1 będzie zawierało zestawienie ilościowe i rodzajowe przedmiotowego towaru uzależnione od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
4. Zamówienia należy składać na nr faksu
5. Wykonawca będzie dostarczał towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do Apteki Szpitalnej (nr tel. 42 689-51-01) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, oryginalnie zapakowany, w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania danego zamówienia.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar na własny koszt i ryzyko.
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy, wyroby medyczne będą przez cały okres jej obowiązywania spełniały normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.
8. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.

9. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.
10. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy licząc od dnia jego dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad (co do jakości jak i ilości) w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji.

§2

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.4.1 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c.

§3

1. Zamawiający zapłaci za zamówiony i dostarczony towar, cenę brutto określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług konsumpcyjnych VAT.
3. Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w przedłożonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.
6. Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować sprzęt medyczny tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.

§4

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:

- 1) wprowadzenia wyrobu medycznego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na

- pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony wyrobem zmodyfikowanym lub udoskonalonym,
- 2) wycofania wyrobu medycznego z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go wyrobem zamiennym,
 - 3) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,
 - 4) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,
 - 5) zmiany polegającej na zamianie wykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na asortyment nie wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 - 6) zmiany przedmiotowej/ wyrób medyczny zamienny/ jeśli wystąpi przejściowy brak wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od wyrobu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 - 7) w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, termin ten ulegnie przedłużeniu o kolejne 30 dni

§5

1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianach jego dotyczących w szczególności o zmianie organizacyjnej Wykonawcy, zmianie formy prawnej prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy. Niepowiadomienie przez Wykonawcę o wskazanych zmianach nie spowoduje negatywnych skutków po stronie Zamawiającego.
2. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej mgr Anna Wiczorek lub osoba przez nią upoważniona.

§6

1. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru § 1 pkt. 5 – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki;
 - b) za dostarczenie towaru z wadami – 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% wartości brutto całej umowy;
 - d) za niedostarczenie dokumentów w terminie 30 dni o których mowa w § 1 ust. 8– 20% wartości brutto umowy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w następujących sytuacjach:
 - a) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie 4 powtarzających się opóźnień w dostawie towaru lub 4 powtarzających się dostaw towaru wadliwego.
 - b) w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§9

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy;

Załącznik nr 2 – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;

Załącznik nr 3 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru NIP;

Załącznik nr 4 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru REGON.

Wykonawca

Zamawiający