

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź  
tel. (042) 689 58 19, 689 59 11  
tel. / fax. (042) 689 54 09  
[www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl)

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego** dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba stron specyfikacji: 32

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi

Zatwierdził: \_\_\_\_\_

mgr Wojciech Szrajber (2)

Ilekcóż w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

## I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy **sprzętu medycznego** wyszczególnionego ilościowo i asortymentowo oraz opisanego w **załączniku nr 1a do SIWZ**.
2. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod kodem i pojęciem:

Opis	Kod CPV
Implanty chirurgiczne	33184100-4

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na **24 pakiety**.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Oferta dla swojej ważności może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje w tym pakiecie.
5. Wykonawca stworzy bazę implantów (sprzętu medycznego) w ciągu 14 dni od dnia obowiązywania umowy, w ilości uzgodnionej z Zamawiającym
6. **Zaoferowane przez Wykonawcę jako przedmiot zamówienia wyroby medyczne powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ.**
7. Zamawiający nie dopuszcza składania zarówno ofert wariantowych jak i alternatywnych.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy wskazać w treści oferty która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom). W przypadku nie złożenia oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.
11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.
12. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał **termin ważności min. 12 miesięcy** licząc od dnia dostawy.
13. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w ilości 2 razy po 2 godz. w zakresie zaoferowanego sprzętu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy – max. łącznie 15 osób.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

## II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **6 miesięcy** od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy.
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Aptekę Szpitalną**.
3. **Miejsce realizacji dostawy: WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Apteka Szpitalna, Łódź, ul. Pabianicka 62.**
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu zamówionych wyrobów loco Apteka Szpitalna Zamawiającego i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności wynosi 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.**

### III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. **Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.**
4. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronicę oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone, a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.
6. Upoważnienie do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczone przez notariusza) powinno być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem :

**Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału  
Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  
Kopernika w Łodzi  
Znak sprawy – 38/ZP/13  
Nie otwierać przed dniem .....2013r.**

8. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

**Forma: własnoręczny podpis (jeśli jest to z pieczętką), data i napis „za zgodność z oryginałem”.**

9. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

#### A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

### V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH W PKT IV SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy oraz w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne **oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ**.
2. Ponadto do oferty należy dołączyć **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
3. **Zamawiający wymaga, aby wraz z pierwszą dostawą dostarczone były dokumenty spełniające wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679), tj. :**

w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r.:

- Deklarację Zgodności Producenta – dla protez naczyniowych dla medycznych wszystkich klas;
  - Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
  - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn;
  - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie wnioski o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 17.09.2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679)
  - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie) **lub**, w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium – powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).
3. **Oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż język polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).**
  4. Dokumenty podmiotów zagranicznych  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

## **VI. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

2.

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	100 %
<b>RAZEM</b>		<b>100%</b>

3. **Sposób obliczenia ceny oferty:**

- Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych ( VAT ).
- Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku**, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb ( tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
- Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich.
- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.

4. **Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:**

SPOSÓB OBLICZENIA CENY (C):

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 100 \%$$

C - wartość punktowa ceny

C<sub>MIN</sub> - cena najniższa spośród wszystkich ofert,

C<sub>B</sub> - cena badanej oferty

**Ocena końcowa oferty:**

$$O_k = C$$

1. **Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:**

- odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru zdobędzie największą ilość punktów.

### IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. III. 7 SIWZ i zaadresowanej na zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 - 15.00.
- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 22.03.2013 r. do godz. **10:00**.
- W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 2, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.
- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiającego o wycofaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie odesłane do wykonawcy.

#### **X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
4. Pisemna odpowiedź na zadane zapytania zostanie przesłana jedynie tym wykonawcom, którzy pobrali pisemną wersję specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: [www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl).
5. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Do kontaktów z wykonawcami w sprawach j. w. upoważnieni są:
  - w sprawach prawach merytorycznych: **Przemysław Szot**, tel. 42 689 51 08
  - w sprawach formalnych: **Małgorzata Janikowska**, tel **42 689 59 11**
7. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
  1. formy pisemnej (usługą pocztową),lub
  2. faksu: 0 42 689 54-09lub
  3. poczty elektronicznej :  
(e-mail:[przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl); [s.szypowska@kopernik.lodz.pl](mailto:s.szypowska@kopernik.lodz.pl)).

#### **XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH**

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

#### **XII. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERT**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

#### **XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, sala wykładowa w dniu **24.03..2013r. o godz. 11.00.**

#### **XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY**

1. Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w **załączniku nr 3 do SIWZ.**

**2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:**

- dokument dotyczący nadania Wykonawcy numeru NIP
- dokument dotyczący nadania Wykonawcy numeru REGON
- wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.

**XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, przekaze informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
  - b) adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
  - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy.

**XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy (art. 179 i następane).

**Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:**

- Załącznik nr 1 i 1a – formularz ofertowy i opis przedmiotu zamówienia.  
Załącznik nr 2 – oświadczenie.  
Załącznik nr 3 – wzór umowy.

**Podpisy osób merytorycznych:**

*Małgorzata Kolasa*  
*Zbigniew Pałka*  
*Przemysław Szał*

**Podpis osoby sporządzającej SIWZ:**

*Janina*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Znak sprawy: 38/ZP/13**

**dotyczy** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa .....

Siedziba .....

Województwo ..... Powiat .....

Nr telefonu ...../ faksu .....mail .....

NIP .....

REGON .....

Bank, nr konta .....

2. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ostateczna wartość poszczególnych pakietów wynosi zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ.

Data .....

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	1	<p><b>Proteza ubytku kości sklepienia czaszki – wykonywana indywidualnie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>proteza projektowana na podstawie badania tomografii komputerowej - indywidualnie do ubytku konkretnego pacjenta</li> <li>metoda umożliwiająca uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego z zachowaniem krzywizny i symetrii kości czaszki</li> <li>gdy metoda zakłada produkcję formy do wykonania ostatecznej protezy zleceńbiorca dostarcza także materiał plastyczny do wytworzenia protezy</li> <li>wytrzymałość protezy porównywalna z kością korową</li> <li>materiał protezy umożliwiający wykonywanie badań RM mózgu i nie wywołujący artefaktów w badaniach CT i RM</li> <li>czas produkcji i dostarczenia protezy – do 10 dni roboczych</li> </ul>		szt	3					

21

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Typ	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
2	1	<b>Proteza ubytku kości czaszki – wykonywana indywidualnie</b> • proteza projektowana na podstawie badania tomografii komputerowej - indywidualnie do ubytku konkretnego pacjenta • metoda umożliwiająca uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego z zachowaniem krzywizny i symetrii kości czaszki • gdy metoda zakłada produkcję formy do wykonania ostatecznej protezy zleceńbiorca dostarcza także materiał plastyczny do wytworzenia protezy		szt	3					

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Rotywność parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	
	3	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Działna proteza do uzupełnienia ubytków kości czaszki</li> <li>• wytrzymałość protezy porównywalna z kością korową</li> <li>• umożliwiająca wykonywanie badań RM mózgu i nie</li> <li>• wywołujący artefaktów w badaniach CT i RM</li> <li>• łatwa technika formowania i dopasowywanie protezy</li> <li>• możliwość dochłaniania z użyciem kraniotomu</li> <li>• 5 wielkości protez dla różnych rozmiarów ubytków</li> <li>• pakowane sterylnie, pojedynczo</li> <li>• baza implantów – ilość i rozmiar protez ustala</li> <li>• zleceńodawca</li> <li>• narzędzia do przycinania/formowania protezy</li> <li>• wypożyczane na czas trwania umowy</li> </ul>		szt	15					
				<p><b>Proteza kości ścian oczodołu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umożliwiający wykonywanie badań RM mózgu i nie</li> <li>• wywołujący artefaktów w badaniach CT i RM</li> <li>• łatwa technika formowania i dopasowywanie protezy</li> </ul>		szt	3				

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	ceną jednostkową netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
5	1	<b>Materiał plastyczny do uzupełniania ubytków kości czaszki</b>	po stwierdzeniu wytrzymałość protezy porównywalna z kością korową	szt	15					
			umożliwiający wykonywanie badań RM mózgu i nie							
			wyczuły artyfaktów w badaniach CT i RM							
			łatwa technika przygotowania materiału oraz formowania i dopasowywania protezy							
			możliwość dochodzenia z użyciem kraniotomu							
3 wielkości opakowań dla różnych rozmiarów ubytków										
		baza implantów – ilość i rozmiar opakowań ustala zleceńiodawca								
		narzędzia do przycinania/formowania protezy wypożyczane na czas trwania umowy								

.....:podis osoby upowaznionej

Załącznik nr 1a Nr spr 39/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	ilość na 6 miesięcy	cała jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
		<b>Zestaw do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego (śródmózgowy)</b>								
		1. Czujnik sterylny gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od dostarczenia								
		2. Czujnik odporny na zgnanie - kat 90st. Oparty na systemie piezoelektrycznym								
		3. Możliwość podłączenia czujnika bezpośrednio do monitora funkcji życiowych pacjenta przez odpowiedni interfejs dostarczony przez firmę.								
		4. Sterylny zestaw łączników i elementów potrzebnych do implantowania czujnika								
		5. Znaczniki głębokości co 1 cm								
		6. Grubość czujnika <3,6 f								
		7. Powtarzalność odczytu ciśnienia		szt	10					
		8. Cyfrowy zapis monitorowanego ciśnienia								
		9. Prosta w użyciu kalibracja czujnika								
		10. Oddychanie wartości ICP < 1mmHg przez pierwsze 24h								
	6	Urządzenie do odczytu ciśnienia ICP kompatybilne z wszystkim rodzajami czujników z łącznikami, dane wyświetlane na monitorze dot. czasu implantacji czujnika, z możliwością ustawiania granicznych parametrów alarmu monitorowanego ICP, zasilanie sieciowe i akumulator czas pracy >7h, mocowanie do łóżka pacjenta. – 2 sztuki dostarcza wykonawca umowy na czas jej trwania w ramach zamówienia								

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabinička 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
	1	Zestaw do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego z możliwością drenażu płynu (wewnątrzkomorowy)								
	7	1. Czujnik sterylny gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od dostarczenia 2. Czujnik odporny na zgnanie- kąt 90st. Oparty na systemie piezoelektrycznym 3. Możliwość podłączenia czujnika bezpośrednio do monitora funkcji życiowych pacjenta przez odpowiedni interfejs dostarczony przez firmę, 4. Sterylny zestaw łączników i elementów potrzebnych do implantowania czujnika 5. Znaczniki głębokości co 1 cm 6. Grubość czujnika <3,5 F 7. Powtarzalność odczytu ciśnienia 8. Cyfrowy zapis monitorowanego ciśnienia 9. Prosta w użyciu kalibracja czujnika 10. Oddychlenie wartości ICP < 1mmHg przez pierwsze 24h 11. Możliwość drenażu płynu mózgowo rdzeniowego z zestawem drenów i worków		szt	8					

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Partycypacja parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	
8	1	<b>Zestaw do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego (podtwardówkowy)</b>									
		1. Czujnik sterylny botowy do użycia, sterylność min 3 lata od dostarczenia									
		2. Czujnik odporny na zgnanie- kąt 90st. Oparty na systemie piezoelektrycznym									
		3. Możliwość podłączenia czujnika bezpośrednio do monitora funkcji życiowych pacjenta przez odpowiedni interfejs dostarczony przez firmę,									
		4. Sterylny zestaw łączników i elementów potrzebnych do implantowania czujnika									
		5. Znaczniki głębokości co 1 cm									
		6. Grubość czujnika <3,6 F									
		7. Powtarzalność odczytu ciśnienia									
		8. Cyfrowy zapis monitorowanego ciśnienia									
		9. Prosta w użyciu kalibracja czujnika									
		10. Odchylenie wartości ICP < 1mmHg przez pierwsze 24h									
				szt	10						

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	
	1	<b>Klipsy naczyniowe do leczenia tętniaków QUN typ Pernechły czasowe</b> 1. Materiał biokompatybilny, z tytanu 2. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów 3. <u>Podstawowy zakres rozmiarów z uzupełnieniem w ciągu 2 dni roboczych</u> 4. Wyraźne, jednoznaczne oznaczenie klipsa, np kolorem i numerem 5. Trwała sprężystość-po kilkukrotnym rozwarciu klipsa i sterylizacji 6. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów 7. Sterylne, pakowane pojedynczo z wymaganymi oznaczeniami (data ważności, nr katalogowy ...) 8. Czytelny katalog klipsów z numerami i ilustracją kształtów Pudełko do sterylizacji i przechowywania klipsów z oznaczeniami i wkładką zabezpieczającą przed przemieszczeniem się klipsów podczas transportu.			szt	10					
9											

.....podpis osoby upoważnionej



Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezpośrednio wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesiący	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
		<b>Klipsy naczyniowe do leczenia tętniaków OUN typ Perreccyky trwałe</b>								
		1. Materiał biokompatybilny, z tytanu								
		2. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów								
		<b>3. Podstawowy zakres rozmiarów z uzupełnieniem w ciągu 2 dni roboczych</b>								
		4. Wyraźne, jednoznaczne oznaczenie klipsa, np kolorem i numerem								
		5. Trwała sprężystość-po kilkakrotnym rozwarciu klipsa i sterylizacji			szt	50				
		6. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów								
		7. Sterylne, pakowane pojedynczo z wymaganymi oznaczeniami (data ważności, nr katalogowy ...)								
		8. Czytelny katalog klipsów z numerami i ilustracją kształtów								
		Pudełko do sterylizacji i przechowywania klipsów z oznaczeniami i wkładką zabezpieczającą przed przemieszczeniem się klipsów podczas transportu								
10	1									

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
		<b>Klipsy naczyniowe do leczenia tętniaków QUN typ Yasargil czasowe</b>								
		1. Podwojny zawias nożycowy								
		2. Materiał biokompatybilny, z tytanu								
		3. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów								
		<b>4. Podstawowy zakres rozmiarów z zabezpieczeniem w ciągu 2 dni roboczych</b>								
		5. Wyraźne, jednoznaczne oznaczenie klipsa, np kolorem i numerem								
11	1	6. Trwała sprężystość po kilkakrotnym rozwarciu klipsa i sterylizacji		szt	10					
		7. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów								
		8. Sterylne, pakowane pojedynczo z wymaganymi oznaczeniami (data ważności, nr katalogowy ...)								
		9. Czytelny katalog klipsów z numerami i ilustracją kształtów								
		Pudełko do sterylizacji i przechowywania klipsów z oznaczeniami i wkładką zabezpieczającą przed przemieszczeniem się klipsów podczas transportu.								

.....:podis osoby upowaznionej

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cała jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
		<b>Klipsy naczyniowe do leczenia tętniaków OUN typ Yasargil trwałe</b>								
		1. Materiał biokompatybilny, z tytanu								
		2. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów								
		<b>3. Podstawowy zakres rozmiarów z uzupełnieniem w ciągu 2 dni roboczych</b>								
		4. Wyraźne, jednoznaczne oznaczenie klipsa, np kolorem i numerem								
		5. Trwała sprężystość po kilkukrotnym rozwarciu klipsa i sterylizacji								
12	1	6. Wymagane narzędzia i ich serwis do implantowania i usuwania klipsów składające się z: imadło standard I mini typu Yasargila rotacyjne, proste i kątowe		szt	50					
		7. Sterylne, pakowane pojedynczo z wymaganymi oznaczeniami (data ważności, nr katalogowy ...)								
		8. Czytelny katalog klipsów z numerami i ilustracją kształtów								
		9. Pudełko do sterylizacji i przechowywania klipsów z oznaczeniami i wkładką zabezpieczającą przed przemieszczeniem się klipsów podczas transportu.								
		<b>Zastawki komorowo otrzewnowe typu Pudenz-burr-holl</b>								
		1. Bębnek= 16 mm typu „burr holl” z kompletem oddzielnych drenów: dokomorowy, około 20 cm, dotrzewnowo – dosercowy około 110 cm z prowadnikiem, zastawki o różnych parametrach ciśnienia,								
		2. Nie może zawierać elementów metalowych								
		3. zastawka musi być wyposażona w zastawkę membranową typu PUDENZ z zabezpieczeniem przed zniszczeniem mechanizmu przy nakłuciu bębna								
		4. Mechanizm antysyfonowy								
13	1			szt	15					

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Fabryczna 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wypisać TAK/NIE	Jm	Ilość na bieżącej	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
14	1	<b>Zastawka komorowo oświetlowa programowalna</b> 1. 8 stopni ustawienia ciśnienia, 30 – 200 mmH2O z kompletem oddzielnych drenów, dokończeniowy około 23 cm, dotrzewnowo – dosercowy około 110 cm z prowadnikiem, zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu		szt	3					
15	1	<b>Sterylny sondy Dopplera</b> 1. Mikrosondy śródoperacyjne sterylnie do oceny naczyń śródmożgowych z urządzeniem odczytującym		szt	18					
16	1	<b>Zestaw do przezskórnej werrebroplastyki trzonów kręgowych (cement, podajnik do aplikacji cementu, igły do nakłucia trzonu)</b> 1. Igły trepanobiopsyjne ściete 2x (np. Murphy) 2. Strzykawki do precyzyjnego podawania kleju w systemie wysokociśnieniowego podajnika np. pistolet 3. Mikser do mieszania i dozowania kleju hermetycznie zamknięty 4. Cement o wysokiej kontrastowości, (z zaw. siarczaniu baru 30%) 5. Cement o długim określonym czasie wiązania 6. Cement o małej gęstości w chwili podawania		szt	10					
17	1	<b>Drenaż zewnętrzny (komorowy)</b> Zestaw zawierający: komplet sterylnej z workiem wyskalowanym o pojemności ponad 500 ml ze skalą ciśnienia 0-360 mm H2O, dwuskalowy, hermetyczny układ drenów, bez filtrów, dren komorowy o długości 290 mm z prowadnikiem, skalę pomiaru ciśnienia, zawór kierunkowy, łączniki, zawór trójdrożny, prowadnik do podskórnego przeprowadzania drenu dokończeniowego.		szt	15					

.....podpis osoby upoważnionej

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Retwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
18	1	<b>Drenaż zewnętrzny (łędźwiowy)</b> Drenaż łędźwiowy: zestaw do wprowadzania drenu do kanału kręgowego i jamy otrzewnowej (figły, trokar, metalowy hydrofobowy przewodnik drenu)		szt	5					
		<b>Substytut trzonów kręgowych Th i l</b>								
		1. Implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu								
		2. Wysokość implantu min 20-100mm różne średnice implantu, (proteza trzonu piersiowego i łędźwiowego) możliwość modyfikowania kątów nachylenia płytek granicznych								
		3. Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiadnych trzonów kręgowych								
		4. Płynne łatwe i precyzyjne rozszerzanie konstrukcji implantu w polu operacyjnym przy pomocy stabilnego narzędzia, jednocześnie utrzymującego implant		szt	10					
		5. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni								
		6. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie materiałem kostnym								
		7. Możliwość powtarzalnej/kontrolowalnej regulacji wysokości implantu								
		8. Kompletny zestaw instrumentarium do wszczepiania implantów oraz repozycji kręgosłupa								
19	1									

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
		<b>System zapobiegający wyciekom płynu mózgowo-rdzeniowego i tworzeniu blizny oponowej kręgosłupa</b>								
		1. syntetyczny (na bazie glikolu polietylenowego, PEG ),								
		2. biokompatybilny (wchłaniaalny pomiędzy 9 a 12 tygodniem).								
20	1	3. Wiodoczny w polu operacyjnym,		szt	25					
		4. Elastyczne, hydrożelowe szczelimo zapewniające wodoszczelność szwu opony twardej uniemożliwiający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego								
		5. Działanie przeciwrostowe								
		6. Możliwość nanoszenia aplikatorem oraz za pomocą końcówek rozpylających								
		<b>System uszczelniania opony twardej w obrębie czaszki</b>								
		1. Syntetyczny (na bazie glikolu polietylenowego, PEG ),								
		2. Biokompatybilny (wchłaniaalny pomiędzy 4 a 8 tygodniem).								
		3. Wiodoczny w polu operacyjnym.								
		4. Elastyczne, hydrożelowe szczelimo zapewniające wodoszczelność szwu opony twardej		szt	10					
		5. Uniemożliwiający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego.								
		6. Możliwość nanoszenia aplikatorem oraz za pomocą końcówek rozpylających								
21	1									

.....podpis osoby upoważnionej

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
22	1	<b>Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.</b>			15					
		Sterylnie podwójne opakowanie								
		Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa								
		Właściwości: uszczelniające opone twardą bez stosowania szwów								
		łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek								
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 2,5 x 2,5								
		<b>Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.</b>								
		Sterylnie podwójne opakowanie								
		Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa								
		Właściwości: uszczelniające opone twardą bez stosowania szwów								
3	2	łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek		szt	15					
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 5 x 5								
		<b>Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.</b>								
		Sterylnie podwójne opakowanie								
		Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa								
		Właściwości: uszczelniające opone twardą bez stosowania szwów								
		łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek								
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 2,5 x 10								
		<b>Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.</b>								
		Sterylnie podwójne opakowanie								
4	3	Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa		szt	15					
		Właściwości: uszczelniające opone twardą bez stosowania szwów								
		łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek								
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 2,5 x 10								
		<b>Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.</b>								
		Sterylnie podwójne opakowanie								
		Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa								
		Właściwości: uszczelniające opone twardą bez stosowania szwów								
		łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek								
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 2,5 x 10								
<b>Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.</b>										
Sterylnie podwójne opakowanie										
4	4	Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa		szt	15					
		Właściwości: uszczelniające opone twardą bez stosowania szwów								
		łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek								
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 2,5 x 10								
		<b>Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.</b>								
		Sterylnie podwójne opakowanie								
		Do stosowania w chirurgii czaszki i kręgosłupa								
		Właściwości: uszczelniające opone twardą bez stosowania szwów								
		łatwe ułożenie i przyleganie do mózgu i innych tkanek								
		Poniżej wymieniono rozmiary minimalne dla danego rodzaju produktu. Rozmiary [cm]: 2,5 x 10								
<b>Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej.</b>										
Sterylnie podwójne opakowanie										





Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabianicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Podтверждение параметру безыгудние вымгараго. Наилезы вписат ТАВ/МІЕ	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
		<b>Ruchoma proteza dysku szyjnego jednoelementowa.</b>								
		Odzwiedlenie ruchów biomechanicznych dysku, możliwa naturalna kombinacja ruchów obrotowych i postępowych.								
		Optymalne dopasowanie do przestrzeni międzykręgosłowej 4 rozmiary podstawy implantów								
		15x13mm, 17x13mm, 17x15mm, 19x15mm								
		Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem.								
		Dostosowanie się do różnych anatomii, duży wybór rozmiarów implantu wysokość 5, 6, 7 mm, szerokość 15, 17, 19 mm, głębokość 13, 15 mm.								
		Implant jednoelementowy minimalizujący ryzyko migracji.								
		Koleżyta powierzchnia zapewniająca wysoka pierwotną stabilność i eliminująca konieczność wykonywania w sąsiadujących trzonach dodatkowych mocowań.								
23	1	Implant dostarczany w sterylnym opakowaniu. kątwa, odwarzalna technika chirurgiczna, jeden instrument konieczny do implantacji, gwintowany otwór do narzędzia wprowadzającego implant.		szt	15					
		Wyposażenie na czas trwania umowy zestawu rozwiernaczy z pinami typu Caspara i rozwiernaczy bocznych z kompletem wymiennych topatek o różnej długości i szerokości do 15mm oraz uchwytnymi ręcznymi do topatek bocznych.								
		Instrumentarium wraz z bankiem implantów w czasie trwania umowy przebywa na stałe u zleceniodawcy.								
		Rodzaj i ilość elementów w banku implantów ustala zleceniodawca (Szpital).								
		<b>Uzupełnienie banku implantów lub dostarczenie określonego rozmiaru produktu do 2 dni roboczych</b>								

.....podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1a Nr spr 38/ZP/13  
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 im. M. Kopernika  
 ul. Pabnicka 62

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Potwierdzenie parametru bezwzględnie wymaganego. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 6 miesięcy	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
		<b>Stabilizacja międzywyrostkowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa</b>								
		Wykonany z materiału PEEK,								
		Implantowany małoinwazyjnie z dostępu jednostronnego								
24	1	Samoblokujący mechanizm stabilizujący implant		szt	20					
		Brak konieczności wycinania/ uszkadzenia więzadła nadjęzowego								
		Instrumentarium wraz z bankiem implantów w czasie trwania umowy przebywa na stałe u zleceńodawcy.								
		rozmiary od 8 do 16mm, co 2mm.								

.....podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Załącznik nr 2  
Znak sprawy: 38/ZP/13

### O Ś W I A D C Z E N I E

**dotyczy** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Firma: ..... (Wykonawca)  
z siedzibą w: ..... przy ul. ....  
posiadająca :  
NIP: .....

REGON: .....

Deklarujemy 30 dniowy termin płatności.

**Deklarujemy: 2 dniowy termin dostawy od złożenia zamówienia (2 dni robocze)**

Deklarujemy: 12 miesięczny termin ważności na dostarczony towar.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze całością treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania przetargowego i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Zaoferowane przez nas w ofercie jako przedmiot zamówienia wyroby medyczne posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniają inne wymagania (normy, parametry), określone w przez Zamawiającego w **załączniku nr 1a** do SIWZ.

Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia osób spośród personelu Zamawiającego w ilości 2 razy po 2 godz. w zakresie zaoferowanego sprzętu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy – max. łącznie 15 osób.

Informujemy, iż **nie należymy / należymy<sup>1</sup>** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne w trybie i na zasadach określonych w art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Wykonawca spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i 2 Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

..... dnia ..... r.

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

UMOWA NR 38/ZP/13/.....wzór umowy  
z dnia \_\_\_\_\_

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi  
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955 , REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez Wojciecha Szrajbera – Dyrektora  
zwany dalej Zamawiającym

z

firmą .....  
(REGON ..... NIP .....)

z siedzibą w ....., ulica .....,  
wpisaną do ..... pod numerem .....  
reprezentowaną przez.....  
zwaną dalej Wykonawcą

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.(tj. Dz. U. 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi obowiązującą od dnia \_\_\_\_\_ do dnia \_\_\_\_\_ o łącznej wartości ..... zł brutto (słownie: .....)

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem sprzętu wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi sukcesywnie w okresie 6 miesięcy obowiązywania umowy
3. U Zamawiającego zostanie stworzona baza sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Pierwsza dostawa sprzętu (bazy) nastąpi w terminie **14 dni** od dnia obowiązywania umowy. Baza zostanie przekazana Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Na pierwszą bazę składać się będą ilości określone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Sprzęt wyszczególniony w załączniku nr 1 po zużyciu w bazie będzie dostarczany na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.
4. Zamówienia należy składać na nr faksu.....
5. Wykonawca będzie dostarczał sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do Apteki Szpitalnej (nr tel. 042 689–51–01) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, oryginalnie zapakowany, w dniach roboczych. Z Apteki Szpitalnej zostanie on przekazany w miejsce, w którym znajduje się baza sprzętu.
6. Transport do miejsca odbioru zapewnia i koszty transportu ponosi Wykonawca.
7. Strony ustalają, że ceny określone w ofercie przetargowej będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień § 5.
8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania bazy sprzętu na własny koszt i ryzyko w ciągu **2 dni roboczych** od złożenia zamówienia. Zamówienie będzie zawierało zestawienie ilościowe i rodzajowe sprzętu, jak również indywidualne oznaczenia. Strony dopuszczają możliwość zamówień telefonicznych, potwierdzonych faksem lub pisemnych składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub osobę przez niego upoważnioną.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych elementów lub wadliwego sprzętu w ciągu 3 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia na sprzęt zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 1, od określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, o ile czynniki ekonomiczne i społeczne lub medyczne uzasadnią konieczność takiego postępowania, a w szczególności w przypadku, gdy wartości ilościowe i wartościowe świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, okażą się mniejsze od spodziewanych (ustalonych w oparciu o dane z lat ubiegłych), a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.
11. Sprzęt powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
13. Dostarczany sprzęt do chwili jego wykorzystania w procedurze medycznej pozostaje własnością Wykonawcy.
14. W terminie 7 dni po upływie terminu zakończenia niniejszej umowy zostanie sporządzona inwentaryzacja bazy sprzętu medycznego przy udziale przedstawicieli obu stron umowy. Niewykorzystany sprzęt zostanie zwrócony Wykonawcy w oparciu o końcowy protokół zdawczo – odbiorczy.
15. Jeżeli wraz ze sprzętem dostarczane jest instrumentarium, Wykonawca zobowiązany jest do jego ubezpieczenia i dokonywania wymiany uszkodzonych elementów w trakcie trwania umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie sposobu używania sprzętu
17. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej Pani Anna Wieczorek lub osoba przez nią upoważniona.

## §2

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy, sprzęt stanowiący wyrób medyczny będzie przez cały okres jej obowiązywania spełniał normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (sygnatura: ....), oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.
2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest, na każde wezwanie Zamawiającego, do przedstawienia mu w wyznaczonym do tego przez Zamawiającego terminie, kompletu aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyrobów medycznych (produktów leczniczych) o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanego przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, sprzętu stanowiącego wyrób medyczny, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

## §3

1. Zamawiający zapłaci za dostarczony i wykorzystany sprzęt, cenę brutto określoną w ofercie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Faktury częściowe wystawiane będą po zużyciu sprzętu przez Zamawiającego, na podstawie przesłanego do Wykonawcy protokołu zużycia. Ostatnia faktura zostanie wystawiona po sporządzeniu inwentaryzacji o której mowa w § 1 ust. 14 i przesłaniu do Wykonawcy protokołu zużycia.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług konsumpcyjnych VAT.

3. Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia i wykorzystany sprzęt nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w przesłanej przez niego fakturze w **ciągu 30 dni** od dnia jej otrzymania.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku przez bank Zamawiającego.
5. Faktura, dokumenty potwierdzające zużycie oraz dokumenty potwierdzające dostawy, winny bezwzględnie obejmować tylko sprzęt z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy a w odniesieniu do dokumentów potwierdzających dostawę numer zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.

#### §4

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie sprzętu – w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonego sprzętu za każde rozpoczęte 24h godziny opóźnienia;
  - b) za dostarczenie towaru z wadami – 2% wartości brutto sprzętu dostarczonego z wadami za każde rozpoczęte 24h godziny opóźnienia, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% wartości brutto całej umowy;
  - d) w wypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 2 pkt. 2 – 20% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

#### §5

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:

- 1) wprowadzenia sprzętu zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana sprzętu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy produkt zostanie wykreślony i zastąpiony sprzętem zmodyfikowanym lub udoskonalonym.
- 2) wycofania sprzętu z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od sprzętu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż sprzęt objęty zamówieniem początkowym, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
Ewentualna zmiana sprzętu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy sprzętu wycofanego z produkcji i zastąpienie go sprzętem zamiennym.
- 3) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmiana ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.
- 4) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmiana ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.
- 5) zmiany polegającej na zamianie wykorzystanego sprzętu obejmującego powyższą umowę na sprzęt nie wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
- 6) zmiany przedmiotowej/ sprzęt zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak sprzętu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od sprzętu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- 7) wydłużenia, na okres kolejnych 3 miesięcy, okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości sprzętu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 8) zakupu u Wykonawcy w miejsce sprzętu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika tego samego lub innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany sprzęt, w wypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9) zmiany cen na korzyść Zamawiającego, zmiana nastąpi w formie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

#### §6

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:

- a) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (więcej, niż 3),
- a) W razie pogorszenia sytuacji finansowej Szpitala w trakcie trwania umowy
- b) W razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych.

#### §7

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych w art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz dodatkowo za zgodą Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c.
3. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianach dotyczących Wykonawcy min. o zmianie organizacyjnej Wykonawcy, zmianie formy prawnej prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy i wynikłych z tego tytułu negatywnych skutków, Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych skutków niepowiadomienia przez Wykonawcę.

#### §8

1. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
3. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.4.1 normy EN:ISO 9001:2008.

#### §9

1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy, sprzęt składający się na bazę sprzętu;  
Załącznik nr 2 – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;  
Załącznik nr 3 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru NIP;  
Załącznik nr 4 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru REGON;

Wykonawca

Zamawiający