



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Łódź, dnia 28.05 2013r.
Nr sprawy **77/ZP/13**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. (042) 689 58 19, 689 59 11
tel. / fax. (042) 689 54 09
www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę **jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych** dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba stron specyfikacji: 29

Zatwierdził: _____

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr Wojciech Szrajber (2)

Ileokroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy **jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych** wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych szczegółowo w załączniku nr 1a do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod kodem i pojęciem:

Opis	Kod CPV
Opatrunki	33141110-4

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na **18 pakietów**. Wymagania Zamawiającego odnośnie całego asortymentu:
 - Wszystkie komponenty zestawów muszą być zapakowane w jedno opakowanie sterylne - nie dopuszcza się komponowania zestawów z elementów pakowanych pojedynczo. Z wyłączeniem pakietów dwupozycyjnych (pak. 11 i 16) gdzie wymaga się aby pozycja pierwsza była zapakowana w jedno opakowanie, a pozycja druga w drugie.
 - Wszystkie fartuchy muszą mieć w obszarze krytycznym gramaturę min. 70g / m2
 - Dotyczy pakietu: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12. W wymienionych pakietach rękawy fartucha klejone lub szyte techniką ultradźwiękową (strefa krytyczna).
 - Wszystkie serwety muszą mieć gramaturę min. 57g/m2
 - Indywidualnego oznakowania rozmiaru fartucha pozwalającego na identyfikację przed rozłożeniem
 - Zestaw wymaga karty technicznej gotowego produktu
 - Tolerancja rozmiaru (+ -) 5% , o ile nie zostało określone minimum i maximum.

UWAGA!!! Warunki konieczne. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wszystkie poniższe wymagania:

- **ODPORNOŚĆ NA PRZEDZIERANIE/ROZERWANIE:** elementy zestawu nie mogą ulec przedarciu, rozerwaniu, pęknięciu w trakcie przygotowania do zabiegu operacyjnego i w jego trakcie.
 - **ODPORNOŚĆ NA PRZEMAKANIE:** elementy zestawu (serwety, fartuchy, osłony) nie mogą przemakać lub przemiękać w trakcie zabiegu operacyjnego.
 - **ODPORNOŚĆ NA ODKLEJANIE:** elementy zestawu zawierające części przylepne (dotyczy również folii operacyjnej) nie mogą odkleić się w trakcie przygotowania do zabiegu operacyjnego i w jego trakcie.
 - **ODPORNOŚĆ NA ROZWARSTWIANIE:** wszystkie warstwy w obłożeniach operacyjnych nie mogą rozdzielać się w trakcie zabiegu operacyjnego.
 - **ASEPTYCZNE UŁOŻENIE:** kolejność ułożenia elementów określona w treści załącznika nr 2.
 - **CZYTELNE OZNAKOWANIE:** schemat zawartości zestawu , opis zestawu w języku polskim.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Oferta dla swojej ważności może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje w tym pakiecie.
 5. Zaoferowane przez Wykonawcę jako przedmiot zamówienia wyroby medyczne powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ oraz 4.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania zarówno ofert wariantowych jak i alternatywnych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy wskazać w treści oferty która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom). W przypadku nie złożenia oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.
10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.
11. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał **termin ważności min. 12 miesięcy** licząc od dnia dostawy.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia **6 miesięcy** od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy.
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Aptekę Szpitalną.**
3. **Miejsce realizacji dostawy: WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Apteka Szpitalna, Łódź, ul. Pabianicka 62.**
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu zamówionych wyrobów loco Apteka Szpitalna Zamawiającego i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.**

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. **Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.**
4. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronicę oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone, a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.
6. Upoważnienie do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczone przez notariusza) powinno być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem :

**Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Znak sprawy – 77/ZP/13
Nie otwierać przed dniem2013r.**

8. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

Forma: własnoręczny podpis (jeśli jest to z pieczęcią), data i napis „za zgodność z oryginałem”.

9. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH W PKT IV SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy oraz w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne **oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ**.
2. Ponadto do oferty należy **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**.

Informacje o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:

3. Zamawiający wymaga, aby **wraz z pierwszą dostawą** dostarczone były dokumenty spełniające wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679), tj. :

w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r.:

- Deklarację Zgodności Producenta – dla materiałów opatrunkowych dla medycznych wszystkich klas;
- Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
- dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania

zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn;

- w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. wyłącznie wniosek o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 17.09.2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679)
 - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie) lub, w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium – powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).
4. **Oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną w języku polskim** potwierdzające wymagane parametry zamawianych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów

VI. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	100 %
RAZEM		100%

2. **Sposób obliczenia ceny oferty:**

- a) Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT).
- b) **Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku**, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb ('tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- c) Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich.
- d) Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.

3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

SPOSÓB OBLICZENIA CENY (C):

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 100 \%$$

C - wartość punktowa ceny

C_{MIN} - cena najniższa spośród wszystkich ofert,

C_B - cena badanej oferty

Ocena końcowa oferty:

$$O_K = C$$

1. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru zdobędzie największą ilość punktów.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. III. 7 SIWZ i zaadresowanej na zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 - 15.00.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 4.06.2013 r. do godz. **10:00**.
3. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 2, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiającego o wycofaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie odesłane do wykonawcy.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
4. Pisemna odpowiedź na zadane zapytania zostanie przesłana jedynie tym wykonawcom, którzy pobrali pisemną wersję specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl.
5. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Do kontaktów z wykonawcami w sprawach j. w. upoważnieni są:
 - w sprawach prawach merytorycznych: **Sylwia Dąbrowska**, tel. 42 689 52 99
 - w sprawach formalnych: **Agnieszka Ornoch**, tel. 42 689 58 19
7. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
 1. formy pisemnej (usługą pocztową),lub
 2. faksu: 0 42 689 54-09lub
 3. poczty elektronicznej :
(e-mail:przetargi@kopernik.lodz.pl; a.ornoch@kopernik.lodz.pl).

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERT

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, sala wykładowa w dniu 7.062013r. o godz. **11.00**.

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

1. Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.
2. **Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:**
 - dokument dotyczący nadania Wykonawcy numeru NIP
 - dokument dotyczący nadania Wykonawcy numeru REGON
 - wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.

XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, przekaze informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
 - b) adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- d) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy.

XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy (art. 179 i następne).

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 i 1a – formularz ofertowy i opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 2 – oświadczenie.
- Załącznik nr 3 – wzór umowy
- Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące zaoferowanego asortymentu

Podpis osoby merytorycznej:

S. Dylawa

Podpis osoby sporządzającej SIWZ:

A. Orma

FORMULARZ OFERTOWY**Znak sprawy: 77/ZP/13**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Województwo Powiat

Nr telefonu/ faksumail

NIP

REGON

Bank, nr konta

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

Zamówienia należy składać n a nr faksu:

Deklarujemy 60 dniowy termin płatności.

Deklarujemy: 5 dniowy termin dostawy od złożenia zamówienia (5 dni roboczych)

Deklarujemy: 12 miesięczny termin ważności na dostarczony towar.

2. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ostateczna wartość poszczególnych pakietów wynosi :

Pakiet 1 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 2 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 3 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 4 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 5 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 6 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 7 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 8 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 9 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 10 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 11 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 12 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 13 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 14 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 15 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 16 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 17 - Wartość oferty brutto:PLN
Pakiet 18 - Wartość oferty brutto:PLN

Data

podpis i pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Firma: (Wykonawca)
z siedzibą w: przy ul.
posiadająca :
NIP:

REGON:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze całością treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania przetargowego i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Zaoferowane przez nas w ofercie jako przedmiot zamówienia wyroby medyczne posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniają inne wymagania (normy, parametry), określone w przez Zamawiającego w **załączniku nr 1a** do SIWZ.

Informujemy, iż **nie należymy / należymy¹** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne w trybie i na zasadach określonych w art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Wykonawca spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i 2 Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

..... dnia r.

.....
..... podpis i pieczęć Wykonawcy

UMOWA NR 77/ZP/13/.....wzór umowy
z dnia _____

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez Dyrektora – Wojciecha Szrajbera
zwaną dalej **Zamawiającym**

z

firmą
(REGON NIP)
z siedzibą w, ulica,
wpisaną do pod numerem
reprezentowaną przez.....
zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.(tj. Dz. U. 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,

obowiązująca od dnia _____ do dnia _____ o łącznej wartości brutto (słownie:.....)

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych wyszczególnionych asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej również „towarem”.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, który będzie składał do Wykonawcy zamówienia częściowe.
3. Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania na wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy (uzależnione od czynników od Zamawiającego niezależnych – rodzaju schorzeń stwierdzonych u pacjentów), Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od określonego w załączniku nr 1, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąża Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu.

§2

Jakość i parametry użytkowe towaru

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy, wyroby medyczne będą przez cały okres jej obowiązywania spełniały normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (Znak sprawy: 77/ZP/13) oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.
2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie możliwe wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji oraz przedstawić Zamawiającemu komplet odpowiednich dokumentów dotyczących zmiany (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię).
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy licząc od dnia jego dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§3

Dostawa i wydanie towaru

1. Wykonawca będzie dostarczał towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do Apteki Szpitalnej (nr tel. 42 689-51-01) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, oryginalnie zapakowany, w terminie do 5 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia faksem w dni robocze od poniedziałku do piątku. Pierwsza dostawa nastąpi w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy.
2. Zamówienie częściowe będzie zawierało zestawienie ilościowe i rodzajowe towaru uzależnione od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
3. Zamówienia składane będą na nr faksu
5. Faktura oraz inne dokumenty potwierdzające dostawę, winny bezwzględnie obejmować asortyment tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa. W treści faktury uwidocznione muszą być numery katalogowe zamawianego towaru, zgodne z treścią SIWZ.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar na własny koszt i ryzyko.
7. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm, to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
8. Na opakowaniach jednostkowych i na opakowaniach zbiorczych zewnętrznych muszą być uwidocznione numery katalogowe dostarczonego towaru, zgodne z treścią SIWZ.
9. Na opakowaniach jednostkowych winna bezwarunkowo znajdować się etykieta z nazwą towaru oraz jego składem (jeśli dotyczy), napisanym w języku polskim bądź w formie graficznej (jeśli dotyczy).
10. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej mgr Anna Wieczorek lub osoba przez nią upoważniona.

§4

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad (co do jakości jak i ilości) w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamyh co do rodzaju, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia pomocy medycznej przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie zamykają Zamawiającemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§5

Zapłata ceny

1. Zamawiający zapłaci za zamówiony i dostarczony towar, cenę brutto określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług konsumpcyjnych VAT zobowiązanym do zapłaty podatku.
3. Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w przedłożonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6

Audit i bezpieczeństwo informacji

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007 .
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne . Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§7

Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych strony przewidują możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:

- 1) wprowadzenia wyrobu medycznego nowego lub udoskonalonego, spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony wyrobem zmodyfikowanym lub udoskonalonym,
- 2) wycofania wyrobu medycznego z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go wyrobem zamiennym,
- 3) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy strony mogą zawrzeć również aneks, mocą którego nastąpi podwyższenie ceny brutto, przy pozostawieniu ceny netto bez zmian oraz przy zachowaniu niezmiennej wartości brutto całej umowy.
- 4) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,
- 5) zmiany polegającej na zamianie niewykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na asortyment już wykorzystany z tej umowy, z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
- 6) tymczasowej zmiany przedmiotowej /wyrób medyczny zamienny/, jeśli wystąpi przejściowy brak wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta, przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od wyrobu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; w wyjątkowych przypadkach zmiana może nastąpić również pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej (dopuszcza się również zgodę wyrażoną za pośrednictwem faksu);
- 7) w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, termin ten może ulec przedłużeniu o czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

Obowiązki informacyjne i cesja

1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianach go dotyczących, w szczególności o zmianie organizacyjnej Wykonawcy, zmianie formy prawnej prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy. Niepoinformowanie przez Wykonawcę o wskazanych zmianach nie spowoduje negatywnych skutków po stronie Zamawiającego.
2. Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego, wyrażona zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Cesja

wierzytelności z niniejszej umowy wymaga ponadto dodatkowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§9

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7-dniowym wypowiedzeniem w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w następujących wypadkach:
 - a) w przypadku, gdy wystąpi po raz czwarty opóźnienie w dostawie towaru – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia danej przesłanki odstąpienia;
 - b) w przypadku, gdy Wykonawca wraz z pierwszą dostawą towaru nie przedstawi Zamawiającemu kompletu aktualnych dokumentów (w oryginale lub w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terenie RP wyroby medyczne, stanowiące przedmiot niniejszej umowy – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia danej przesłanki odstąpienia;
 - c) w przypadku pisemnego zakwestionowania przez Zamawiającego, po raz trzeci, jakości dostarczonego towaru z powodu jego niezgodności z umową lub wymaganiami określonymi w SIWZ – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia danej przesłanki odstąpienia;
2. Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zarówno odstąpienie od umowy, jak i jej wypowiedzenie, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Odstąpienie od umowy będzie miało skutek na przyszłość (dotychczasowe rozliczenia między stronami pozostaną w mocy).

§10

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru (§ 1 ust. 5) – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że opóźnienie nie ma charakteru zwłoki;
 - b) za dostarczenie towaru z wadami – 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - 15% wartości brutto całej umowy;
 - d) za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, najpóźniej w terminie 15 dni po dniu dostawy lub po dniu zmiany stanu prawnego – 10% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§11

Wybór sądu

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

§12

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
4. Załączniki stanowią integralną część umowy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy;
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
- Załącznik nr 2 – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;
- Załącznik nr 3 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru NIP;
- Załącznik nr 4 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru REGON.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy 77/ZP/13

(pieczęć firmowa wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty będzie spełniał wszystkie poniższe wymagania:

- 1. ODPORNOŚĆ NA PRZEDZIERANIE/ROZERWANIE:** elementy zestawu nie mogą ulec przedarciu, rozerwaniu, pęknięciu w trakcie przygotowania do zabiegu operacyjnego i w jego trakcie.
- 2. ODPORNOŚĆ NA PRZEMAKANIE:** elementy zestawu (serwety, fartuchy, osłony) nie mogą przemakać lub przemiękać w trakcie zabiegu operacyjnego.
- 3. ODPORNOŚĆ NA ODKLEJANIE:** elementy zestawu zawierające części przyklepne (dotyczy również folii operacyjnej) nie mogą odkleić się w trakcie przygotowania do zabiegu operacyjnego i w jego trakcie.
- 4. ODPORNOŚĆ NA ROZWARSTWIANIE:** wszystkie warstwy w obłożeniach operacyjnych nie mogą rozdzielać się w trakcie zabiegu operacyjnego.
- 5. ASEPTYCZNE UŁOŻENIE:** ułożenie zgodnie z kolejnością określoną przez Zamawiającego
- 6. CZYTELNE OZNAKOWANIE:** schemat zawartości zestawu , opis zestawu w języku polskim.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Zestaw do zabiegów na kolanie		RAZEM	
1. Fartuch chirurgiczny biały, wzmocniony na przedzie i rękawach, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS/SPMS w rozmiarach 1 x długość: 120 cm, 1 x długość: 130 cm i 2 rękawy: 110 cm, troki złożone kartonikiem umożliwiający aseptyczną aplikację.			
2. Serweta na stołek Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm (+/- 1cm) - 1 szt.			
3. Rękaw na kończynie o wymiarach 35cm x 75 cm - 1 szt.			
4. Taśma lepna 9 cm x 45 cm, 10 cm x 55 cm - 1 szt.			
5. Serweta do zabiegów na kończynie o wymiarach 200 cm x 300 cm, z samouszczelniającym się obwodem o średnicy 6 cm - 8 cm - 1 szt.			
6. Organizator przewodów - 1 szt.			
7. Mieszka plastikowa 250 ml - 1 szt.			
8. Kleszcz jonokomorowa na narzędzia o wymiarach 33 cm x 38 cm - 1 szt.			
9. Serweta nieprzebiegna o wymiarach 100 cm x 150 cm - 1 szt.			
10. Serweta na stołek instrumentariuszki o wymiarach 140cm x 190 cm (+/- 10 cm) - 1 szt.			
Wszystkie składowe (1-8) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetki na stołek instrumentariuszki.			
Opakowanie z włókniny mini, dwuwarstwowej (jedną z warstw stanowi folia PE) lub tkaniny z wyściełaniem zewnętrznym.			
Opakowanie musi posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 - 1, 2, 3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (opisane w załączniku do załącznika do ogłoszenia).			
Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służyca do archiwizacji danych.			
Zapakowanie sterylne			
	szt.	200	

Zestaw do artroskopii		RAZEM	
1. Fartuch chirurgiczny biały, wzmocniony na przedzie i rękawach, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS/SPMS w rozmiarach 2 x długość: 130 cm i 1 x długość: 141 cm, troki złożone kartonikiem umożliwiający aseptyczną aplikację, bawełniany lub tkaninowy biały - 3 szt.			
2. Serweta na stołek Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm (+/- 1cm) - 1 szt.			
3. Rękaw na kończynie o wymiarach 35 cm x 75 cm - 1 szt.			
4. Taśma lepna 9 cm x min. 45 cm max. 10 cm x 55 cm - 2 szt.			
5. Serweta do zabiegów na kończynie o wymiarach 200 cm x 300 cm, z samouszczelniającym się obwodem o średnicy 6 cm - 8 cm - 1 szt.			
6. Kieszka na narzędzia jednokomorowa o rozmiarze 30 cm x 38 cm (+/- 3 cm) - 1 szt.			
7. Opaska elastyczna samoadhezyjna o szerokości 10 cm - 1 szt.			
8. Opaska elastyczna samoadhezyjna o szerokości 15 cm - 1 szt.			
9. Osłona na kamerę zakończona osłoną gumową w miejscu połączenia okienka okularu z obiektywem kamery, składana teleskopowo o wymiarach 13 cm x 250 cm - 1 szt.			
10. Serweta na stołek instrumentariuszki o wymiarach 140 cm x 190 cm (+/- 10 cm) - 1 szt.			
Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetki na stołek instrumentariuszki.			
Serwety wykonane z włókniny mini, dwuwarstwowej (jedną z warstw stanowi folia PE).			
Opakowania muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 - 1, 2, 3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (zawinięte w osłony z wyściełaniem zewnętrznym).			
Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służyca do archiwizacji danych.			
Zapakowanie sterylne			
	szt.	200	

	<p>Obłożenie do zabiegów brzusznych</p> <p>1. Fartuch chirurgiczny biały, wzmocniony na przedzie i rękawach, wykonany z włókna polipropylenowego typu SMS/SpMS w rozmiarach 1 x długość 120 cm, 1 x długość 130 cm i 2 x długość 141 cm, troski złożone kartonikiem umożliwiającym aseptyczną aplikację, bezszwowy lub szwalony z materiału - 4 szt.</p> <p>2. Serweta na stołek Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm (+/- 1cm) - 1 szt.</p> <p>3. Serweta do zabiegów brzusznych o wymiarach 250 cm x 300 cm z oknem w części brzuskiej o wymiarach 30cm x 38 cm, wypełnionym folią chirurgiczną samoprzylepną i zbiornikiem węzła operacyjnego (zbiornik 360 st.) zaopatrzonym w organizatory przewodów - 1 szt.</p> <p>4. Kieszki na narzędzia min. dwukomorowa o wymiarach 24 cm x 46 cm - 1 szt.</p> <p>5. Organizator przewodów - 1 szt.</p> <p>6. Miska plastikowa 250 ml - 1 szt.</p> <p>7. Serweta przebiega o wymiarach 55 cm x 55 cm - 4 szt.</p> <p>8. Serweta na stołek instrumentarzeski o wymiarach 140 cm x 190 cm (+/- 10 cm) - 1 szt.</p> <p>Wszystkie składowe (1-7) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zamknięte w serwetce na stołek instrumentarzeski.</p> <p>Serwety wykonane z włókna min. dwukomorowej (jedną z warstw stanowi folia PE).</p> <p>Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 - 1, 2, 3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ds. skuteczności obłożenia).</p> <p>Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.</p> <p>Zapakowanie sterylne</p>													
8	1	100	szt.											RAZEM

	<p>Zestaw do tarczycy</p> <p>1. Fartuch chirurgiczny biały, wzmocniony na przedzie i rękawach, wykonany z włókna typu Spuntace lub SMS w rozmiarach 1 x długość 120 cm, 1 x długość 130 cm i 2 x długość 141 cm, troski złożone kartonikiem umożliwiającym aseptyczną aplikację, bezszwowy lub szwalony z materiału - 4 szt.</p> <p>2. Serweta na stołek instrumentarzeski o wymiarach 140 cm x 190 cm (+/- 10 cm) - 1 szt.</p> <p>3. Serweta do zabiegów na tarczycy z obłożeniem rantan stołu, rozmiar 259/196/307 cm ze wzmocnieniem chłonnym ze zintegrowaną, antypoślizgową podkładką na narzędzia chirurgiczne 22cm x 44 cm i foliorem w kształcie bombi 11 cm x 11 cm - 13 cm x 13 cm, oraz ze zabezpieczeniem trzema organizatorami przewodów lub prostokąt 180 cm x 310 cm (otworem w kształcie rombu 11 cm x 11 cm 13cm x 13 cm - 1 szt.</p> <p>4. Ręcznik chłonny - 2 szt.</p> <p>5. Kieszki na narzędzia jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 38 cm (+/- 3 cm) - 1 szt.</p> <p>6. Serweta na stołek instrumentarzeski o wymiarach 140 cm x 190 cm (+/- 10 cm) - 1 szt.</p> <p>Wszystkie składowe (1-5) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zamknięte w serwetce na stołek instrumentarzeski.</p> <p>Serwety wykonane z włókna min. dwukomorowej (jedną z warstw stanowi folia PE).</p> <p>Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 - 1, 2, 3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ds. skuteczności obłożenia).</p> <p>Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.</p> <p>Zapakowanie sterylne</p>													RAZEM
9	1	600	szt.											RAZEM

24

Zestaw do zabiegów kardiologicznych		RAZEM	
12	<p>1. Fartuch chirurgiczny jałowy, wykonany na przedzie i rełkawy, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS/SMMS w rozmiarze długość 130 cm, troki złączone kartonikiem umożliwiający aseptyczną aplikację, bawełniany lub dzianinowy mankiest - 4 szt.</p> <p>2. Serweta na stołek Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm (+/- 1cm) - 1 szt.</p> <p>3. Serweta do zabiegów kardiologicznych o wymiarach 200 cm x 320 cm, z cieniem o wymiarach 78cm x 43 cm wykonanym folią chirurgiczną zawierającą podłokor o działaniu bakteriobójczym - 1 szt.</p> <p>4. Kieszonka boczna na narzędzia z kieszonką z kieszonką z kieszonką z kieszonką - 3 szt.</p> <p>5. Serweta na stołek instrumentariuszki o wymiarach 140 cm x 190 cm (+/- 10 cm) - 1 szt.</p> <p>Wszystkie składowe (1-5) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zamknięte w serwetce na stołek instrumentariuszki.</p> <p>Serwety wykonane z włókniny min. dwuwarstwowej (jedn. z warstw stanoży folia PE).</p> <p>W łóżkach lepnych klej repozycyjnowy</p> <p>Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 - 1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (odwzorowanie odzwierciedlenie rozkładu obciążenia).</p> <p>Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katetyzacyjnym, datą ważności i numerem serialowym.</p> <p>Zapakowane sterylne</p>	30	szt

Zestaw do mamnectomii		RAZEM	
13	<p>1. Fartuch chirurgiczny jałowy, wykonany na przedzie i rełkawy, wykonany z włókniny typu Spinnace w rozmiarze długość 130 cm, troki złączone kartonikiem umożliwiający aseptyczną aplikację, bawełniany lub dzianinowy mankiest - 1 szt.</p> <p>2. Serweta na stołek Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm (+/- 1cm) - 1 szt.</p> <p>3. Serweta do zabiegów kardiologicznych o wymiarach 200 cm x 320 cm, z cieniem o wymiarach 78cm x 43 cm wykonanym folią chirurgiczną zawierającą podłokor o działaniu bakteriobójczym - 1 szt.</p> <p>4. Kieszonka boczna na narzędzia z kieszonką z kieszonką z kieszonką - 3 szt.</p> <p>5. Serweta na stołek instrumentariuszki o wymiarach 140 cm x 190 cm (+/- 10 cm) - 1 szt.</p> <p>Wszystkie składowe (1-5) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zamknięte w serwetce na stołek instrumentariuszki.</p> <p>Serwety wykonane z włókniny min. dwuwarstwowej (jedn. z warstw stanoży folia PE).</p> <p>W łóżkach lepnych klej repozycyjnowy</p> <p>Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 - 1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (odwzorowanie odzwierciedlenie rozkładu obciążenia).</p> <p>Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katetyzacyjnym, datą ważności i numerem serialowym.</p> <p>Zapakowane sterylne</p>	80	szt

