

EZ/263/117/1091/2013

Łódź, dnia 05.08.2013 r.  
Numer sprawy: 117/ZP/13

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na usługi: pogwarancyjnej kompleksowej 4-letniej pełnej obsługi serwisowej dla aparatu RTG Bucky Diagnost CS o numerze seryjnym 10000395 i pogwarancyjny 4-letni serwis platformy sprzętowej systemu AGFA CR w zakresie przeglądów technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

**Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania do przedmiotowego postępowania:**

Pyt.1

Zwracamy się do Zamawiającego, czy wyraża zgodę na zmianę okresu gwarancyjnego o którym mowa w §1 ust. 4 z 6 miesięcy na 3 miesiące? Brak aprobaty ze strony Zamawiającego znajdzie odzwierciedlenie w cenie oferty.

**Odpowiedź: Tak, z wyłączeniem lampy RTG na którą Zamawiający podtrzymuje 12 miesięcy. Zamawiający zmienia zapis w §1 ust. 4 z 6 miesięcy na 3 miesiące.**

Pyt.2

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

Pyt.3

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §4 treścią: „Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości wynagrodzenia”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

Pyt.4

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §4 umowy jak następuje: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej całkowitego wynagrodzenia określonego w §2 ust. 7”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pyt.5**

Zwracamy się do Zamawiającego czy wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią:  
„Wszystkie umowne zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie świadczenia Usług serwisowych zostały opisane w Umowie serwisowej. Wykonawca nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji z tytułu Umowy serwisowej. Strony wyłączają niniejszym przepisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi w odniesieniu zarówno do Usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy jak i do wymienionych na jej podstawie części zamiennych.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pyt.4**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią dotyczącą prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

„W przypadku wymiany części zamiennych

- a. w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem.
- b. w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. a), Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. c).
- c. Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda. W razie gdy:

- (1) roszczenie zostanie uznane za uzasadnione na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub
  - (2) Wykonawca uzna, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej osoby trzeciej
- Wykonawca może, według własnego uznania, jako wyłączny środek przystępujący Zamawiającemu:
- zapewnić Klientowi prawo do dalszego używania wymienionej części zamiennych lub,
  - wymienić lub zmodyfikować wymienioną część w celu uniknięcia dalszego naruszenia przez Zamawiającego powyższych praw osoby trzeciej lub,
  - zwrócić Zamawiającemu cenę części zamiennych po dokonaniu przez klienta zwrotu części zamiennych.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pyt.5**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią dotyczącą ochrony danych osobowych:

W ramach świadczenia Usług serwisowych Zamawiającemu, Wykonawca musi uzyskać dostęp, przeglądać i/lub ściągać pliki komputerowe ze Sprzętu Medycznego, które mogą zawierać Dane Osobowe. Dane Osobowe obejmują informacje dotyczące osoby, na podstawie której osoba ta może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana. Dane Osobowe mogą zawierać zarówno osobiste informacje zdrowotne (np. zdjęcia, dane z monitorowania serca, numer zapisu medycznego), jak również informacje niedotyczące zdrowia (np. data urodzenia, płeć). Wykonawca będzie przetwarzać Dane Osobowe tylko w zakresie koniecznym do wykonania jego obowiązków wynikających ze świadczenia Usług serwisowych na podstawie niniejszej Umowy. Zamawiający niniejszym potwierdza, iż ma lub będzie miał przed aktywacją zdalnego dostępu Wykonawcy do sieci IT Zamawiającego, uprawnienie na mocy mającego zastosowanie prawa, innych prawnych zobowiązań oraz procedur Zamawiającego, aby udzielić Wykonawcy zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w sposób opisany w tym punkcie. Jeżeli Zamawiający nie może udzielić takiej zgody, poinformuje Wykonawcę o tym fakcie, a Wykonawca w dobrej wierze będzie pracował wraz z Zamawiającym, aby ustalić czy, i jak świadczyć Usługi serwisowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Aparat nie posiada detektora. Zdjęcia RTG są na kasetach.**

II. Zamawiający zmienia następujące terminy:

- Termin składania ofert do dnia 08.08.2013r. do godziny 10:00,
- Termin otwarcia w dniu 08.08.2013r. do godziny 11:00.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi  
*(2)*  
mgr Wojciech Szrajber

Sporządziła: Małgorzata Janikowska