

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej zmianą:

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Pytanie 1 – zad. 4

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący do zestawiania resztek krwi pakowany po 7 g pochłaniający 500 ml płynu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 7 g przy jednoczesnym przeliczeniu ilości opakowań (w przypadku zaoferowania produktu pakowanego po 7 g, Zamawiający wymaga zaoferowania 600 szt. opakowań). W przypadku zaoferowania opakowania 7 g, należy nanieść zmianę w rubryce „Ilość” formularza cenowego oraz umieścić stosowną adnotację w rubryce „Uwagi”.

Pytanie nr 2:

Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 10 nazwę własną pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi, będącą zastrzeżonym znakiem towarowym – ponieważ ze względu na ochronę patentową paski współdziałające z wymienionymi z nazwy glukometrami mogą być dostarczane wyłącznie przez producentów wymienionych glukometrów i powiązane z nimi podmioty. Zamawiający miał do tego prawo, jednakże zgodnie z literą artykułu 29 ust. 3, artykułu 7 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz zasadą uczciwej konkurencji, która nie może być ograniczana poprzez wskazywanie konkretnych producentów, brakuje nam w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzenia „lub równoważne”. Biorąc pod uwagę fakt, że nabycie jakichkolwiek glukometrów jako wyposażenia uzupełniającego do pasków testowych nie stanowi istotnej pozycji w wydatkach Szpitala (glukometry są dostarczane nieodpłatnie, bądź użyczane za symboliczną opłatą), prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu oferty konkurencyjnej w postaci takich pasków testowych, które charakteryzują się następującymi parametrami: zakres pomiarowy minimum 20-600mg/dl lub więcej, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska testowego, pole testowe niezależnie od miejsca zasysania w przedniej części paska, deklarowana przez wytwórcę dokładność pomiarów zgodna z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej pozwoli Zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym i znacznym spadku cen oferowanych pasków przyczyni się do bardziej ekonomicznego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się do dostarczania glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami testowymi – prosimy o podanie niezbędnej liczby aparatów, do których oferujemy pełny, bezpłatny serwis w czasie całej umowy przetargowej. Prosimy o zmianę treści punktu 6 w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ, ze względu na

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



niezgodność tej treści z literą ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest zakup pasków do glukometrów, które już Zamawiający posiada.

Pytanie nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie terminu dostawy: 2 dni (zgodnie z zapisem umowy pkt. 5 par. 1) czy 3 dni zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ. Uprzejmie prosimy o pozostawienie zapisu 3 dni roboczych na realizację zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga terminu dostawy: 3 dni robocze. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę kompletu aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP oferowanych wyrobów medycznych jednorazowo wraz z ofertą. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o modyfikację zapisu pkt. 8 par. 1 projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wykreślenie pkt. 7 par. 3 projektu umowy, albowiem jego obecne brzmienie odbiega od zasady równości, która winna obowiązywać nie tylko w stosunkach wykonawca – wykonawca, ale także Zamawiający – wykonawca.

Zważyć bowiem należy, że utrzymanie dotychczasowej stylizacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie pozwala wykonawcy należycie przygotować oferty, jaką chce on złożyć w niniejszym postępowaniu. Obawa ta jest uzasadniona i wynika, z faktu, że wyszacowanie ceny oferty w głównej mierze zależy od wolumenu zamówienia. Tym samym Zamawiający w swoim „dobrze pojętym interesie” utrzymując taki zapis powoduje, że wykonawcy co do zasady, celem eliminacji ryzyka związanego z kontraktem znacznie zawyżają cenę oferty, co by nie miało miejsca gdyby obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia był wykonany i Zamawiający zagwarantowałby minimalny próg (wolumen) zamówienia który na pewno zrealizuje.

Nie bez znaczenia w końcu pozostaje fakt, że w ten sposób Zamawiający obroniłby się przed ewentualnymi pytaniami, który mogą postawić mu jego organy kontrolne, bowiem czerpiąc z dorobku KIO, takowe zapisy SIWZ, Izba określa jako naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) oraz art. 5 kc, w zw. z art. 58 par. 1 i 2 kc i art. 353(1) kc w zw. z art. 139 ust. 1 PZP.

Z uwagi na powyższe, wnioskujemy o zmianę SIWZ, tj. o jej modyfikację poprzez albo wykreślenie zakwestionowanego zapisu, względnie wprowadzenie minimalnego zakresu wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający w § 3 ust 7 wzoru umowy oświadcza, iż oszacował ilość zamawianego towaru w należytej starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Ze względu na losowy charakter zapotrzebowania nie jest w stanie określić minimalnej procentowej ilości, deklaruje jednakże dodatkowo, że zamówienia na towary będące przedmiotem niniejszego postępowania realizowane będą tylko na podstawie umowy zawartej w tym postępowaniu.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 3 par. 4 projektu umowy na: „Podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego” a nie tylko w uzasadnionych wypadkach.

Uzasadnienie: powyższy wniosek czerpie swoje oparcie w stanowisku, jakie opublikował na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych, który stwierdził, że zmiana umowy polegającej na

zmianie ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT stanowi tzw. zmianę nieistotną, czyli w pełni dopuszczalną zmianę umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7:

Dotyczy SIWZ – pakiet nr 10:

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na system równoważny do pakietu 10, który charakteryzuje się następującymi równoważnymi parametrami:

1. Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa
2. Brak interferencji z ponad 190 substancjami endogennymi i lekami (w tym z maltozą, galaktozą, kw. askorbinowego)
3. Stabilność testu paskowego po otwarciu fiolki do daty ważności podanej na opakowaniu
4. Stabilność testu paskowego od daty produkcji 18 mies.
5. Zakres hematokrytu min. 10-65%
6. Automatyczna 3-stopniowa jakościowa kontrola w celu zapewnienia dokładności systemu:
 - a. Kontrola próbki krwi (weryfikacja wielkości próbki nakładanej na test paskowy, sygnalizacja zbyt małej próbki krwi, możliwość dołożenia krwi w ciągu 5 sek.)
 - b. Kontrola testu paskowego (sprawdzenie czy test paskowy lub pole reakcyjne nie są uszkodzone z powodu zbyt wysokiej wilgotności powietrza lub zarysowań elektrod testu)
 - c. Kontrola całego systemu pod kątem hematokrytu, wilgotności powietrza, temperatury
7. Czas pomiaru 5 sekund
8. Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl
9. Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl
10. Zakres temperatury pomiaru testów paskowych min. 8 - 44°C
11. Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)

Prosimy o podanie niezbędnej ilości aparatów potrzebnych zamawiającemu, do których oferujemy bezpłatny serwis i przeszkolenie personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8:

Dotyczy Pakietu nr 1, lp.1

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy składający się z:

Taśmy polipropylenowej monofilamentowej o długości 50cm, szerokości 1,1cm, osłoniętej foliową, sterylną koszulką, zaopatrzonej na końcach w jednorazowe złącza służące do połączenia z igłami; posiadającej przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie

Oraz dwóch jednorazowych igieł o średnicy ostrza 3mm, z atraumatycznym zakończeniem o kształcie ułatwiającym bezpieczne przeprowadzenie igieł przez tkanki – wprowadzenie taśmy wzdłuż tylnej powierzchni kości łonowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1:

- 3 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pentelkami oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą załonową ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie nr 10

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika – podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) – celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 4 ust 3 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.”

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy – art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość Wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia „Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian –oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust. 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru § 1 pkt. 5 – w wysokości **1%** wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;**
 - b) za dostarczenie towaru z wadami – **1%** wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia dostawy, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami;**
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy;
 - d) za niedostarczenie dokumentów w terminie 30 dni o których mowa w § 1 ust. 8 – w wysokości **5%** wartości brutto **niezrealizowanej części umowy**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- II. Zamawiający modyfikuje zapis §1 ust. 5 wzoru umowy poprzez zmianę terminu dostawy z 2 dni roboczych na 3 dni robocze.

Zapis §1 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

„Wykonawca będzie dostarczał towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do magazynu sprzętu medycznego Apteki Szpitalnej (nr tel. 42 689-51-08) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, oryginalnie zapakowany, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania danego zamówienia”

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych


Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

„Wykonawca będzie dostarczał towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do magazynu sprzętu medycznego Apteki Szpitalnej (nr tel. 42 689-51-08) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, oryginalnie zapakowany, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania danego zamówienia”

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dyrektor

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

