

EZ / 263 /176/ZP/ 1508 / 2014

Łódź, dnia 09.12.2014 r.

Nr sprawy 176/ZP/14

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na **4-letnią obsługę serwisową tomografu komputerowego Aquilion CXL dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**1. Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 1 pkt. 5,**

Zamawiający wymaga:

„Prace serwisowe prowadzone będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Wnosimy o doprecyzowanie w/w zapisu o godziny czasu pracy serwisu tj. 8-16, proponujemy zmianę zapisu w następujący:

„Prace serwisowe prowadzone będą od poniedziałku do piątku w trakcie czasu pracy serwisu tj. w godzinach 8-16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ w załączeniu do pisma**

**2. Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 1 pkt. 6b,**

Zamawiający wymaga:

„Naprawa bez użycia części zamiennych zostanie wykonana w terminie ...../max. do 2 dni roboczych/, licząc od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.”

Wnosimy o usunięcie z w/w zapisu wymogu zgłoszenia „telefonicznego”, oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu wykonania naprawy z 2 dni roboczych na 3 dni robocze. Proponujemy zmianę zapisu w następujący:

„Naprawa bez użycia części zamiennych zostanie wykonana w terminie ...../max. do 3 dni roboczych/, licząc od daty pisemnego zgłoszenia ( faksem lub email) przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę do wzoru umowy § 1 pkt. 6b. Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ w załączeniu do pisma.**

**3. Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 1 pkt. 6c,**

Zamawiający wymaga:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



„Naprawa z użyciem części zamiennych zostanie wykonana w terminie ...../max. do 4 dni roboczych/, licząc od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.”

Wnosimy o usunięcie z w/w zapisu wymogu zgłoszenia „telefonicznego”, oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu wykonania naprawy z 4 dni roboczych na 5 dni robocze. Proponujemy zmianę zapisu w następujący:

„Naprawa z użyciem części zamiennych zostanie wykonana w terminie ...../max. do 5 dni roboczych/, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę do wzoru umowy § 1 pkt. 6c. Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ w załączeniu do pisma.**

**4. Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 1 pkt. 6e.**

Zamawiający wymaga:

„Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zakupionej przez Zamawiającego lampy w terminie ...../max. do 4 dni roboczych/ od jej przekazania Wykonawcy.”

Wnosimy o modyfikację w następujący sposób:

„Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zakupionej przez Zamawiającego lampy w terminie ...../max. do 4 dni roboczych/ od daty podpisania umowy na nową lampę RTG.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**5. Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 1 pkt. 6e.**

Zamawiający wymaga:

„Dojazd do siedziby Zamawiającego oraz usługa dostawy i instalacji części wraz z wymaganymi testami akceptacyjnymi i specjalistycznymi po wykonanej naprawie dokonywane będą każdorazowo w ramach niniejszej umowy na koszt Wykonawcy”.

Zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r., Dziennik Ustaw Nr 51, testy specjalistyczne wykonywane są po każdej istotnej naprawie urządzenia radiologicznego, tak więc wnosimy o modyfikację w/w zapisu w następujący sposób:

„Dojazd do siedziby Zamawiającego oraz usługa dostawy i instalacji części wraz z wymaganymi testami akceptacyjnymi i specjalistycznymi po każdej istotnej naprawie dokonywane będą każdorazowo w ramach niniejszej umowy na koszt Wykonawcy”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ w załączeniu do pisma.**

**6. Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 1 pkt. 6i.**

Zamawiający wymaga:

„Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi również w razie ewentualnych opóźnień w płatnościach należnego mu wynagrodzenia.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie w/w zapisu. Pragniemy podkreślić, że Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia środków na opłacenie zobowiązań wynikających z ogłoszonego postępowania przetargowego przed jego ogłoszeniem. W związku z tym powyższe jest nieuprawnione i sprzeczne z ustawą o finansach publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**7. Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 1 pkt. 7.**

Zamawiający wymaga:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres min. 12 miesięcy na wymienione części.”

Ze względu na to iż producent części zamiennych udziela 3 miesięcznej gwarancji na części zamienne zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie gwarancji producenta na części zamienne i modyfikację w/w zapisu w następujący:

*„Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres min. 3 miesięcy na wymienione części.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę do wzoru umowy § 1 pkt. 7. Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ w załączeniu do pisma.**

**8. Dot. Porozumienia do wzoru umowy.**

*Prosimy o usunięcie § 5 pkt. a), b), c) i d) oraz § 6 pkt. a), d) oraz e).*

Czynności wymienione w tych podpunktach leżą bezpośrednio po stronie pracodawcy. To pracodawca jest upoważniony do ścisłej kontroli swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędnych badań oraz posiadania właściwej dokumentacji. Zakres obowiązków oraz praw Koordynatora ds. BHP wyszczególniony w Porozumieniu jest zbyt szeroki i zawiera się w obowiązkach Pracodawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymóg zawarcia porozumienia wynika z przepisów Kodeksu Pracy (208 KP).**

**II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie:**

- a) **Zmianie ulega Załącznik nr 6 do SIWZ – /wzór umowy z wprowadzonymi zmianami w załączeniu do pisma/.**
- b) **Zmianie ulega Załącznik nr 7 do SIWZ – /opis kryteriów ocenianych z wprowadzonymi zmianami w załączeniu do pisma/.**
- c) **Zmianie ulega rozdział I – Opis przedmiotu zamówienia punkt 2 ppkt. 2.5 c) SIWZ:**

**Jest:**

c) Naprawa bez użycia części zamiennych zostanie wykonana w terminie do 2 dni roboczych, licząc od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

**Winno być:**

c) Naprawa bez użycia części zamiennych zostanie wykonana w terminie do 2 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia (faksem lub mailem) przez Zamawiającego.

- d) **Zmianie ulega rozdział I – Opis przedmiotu zamówienia punkt 2 ppkt. 2.5 d) SIWZ:**

**Jest:**

d) Naprawa z użyciem części zamiennych zostanie wykonana w terminie do 4 dni roboczych, licząc od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

**Winno być:**

d) Naprawa z użyciem części zamiennych zostanie wykonana w terminie do 4 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia (faksem lub mailem) przez Zamawiającego.

- e) **Zmianie ulega rozdział I – Opis przedmiotu zamówienia punkt 2 ppkt. 2.5 e) SIWZ:**

**Jest:**

- e) W przypadku stwierdzenia nieodwracalnego uszkodzenia lampy RTG i konieczności jej wymiany Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego – wystawienia stosownego raportu serwisowego oraz złożenia oferty cenowej na dostawę lampy RTG z osprzętem w terminie do 2 dni roboczych.

**Winno być:**

- e) W przypadku stwierdzenia nieodwracalnego uszkodzenia lampy RTG i konieczności jej wymiany Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego – wystawienia stosownego raportu serwisowego oraz złożenia oferty na dostawę lampy RTG z osprzętem i pełną 12 miesięczną gwarancją w terminie do 2 dni roboczych.

**III. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wskazanych terminów.**

**Zmianie ulega termin składania ofert:**


- Termin składania ofert określony w rozdziale VII **do dnia 12.12.2014r. do godziny 10:00,**
- Termin otwarcia określony w rozdziale XI **do dnia 12.12.2014r. do godziny 11:00.**

**W załączeniu do pisma:**

**Załącznik nr 6 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami**

**Załącznik nr 7 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami**

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika 25-800 Łódź  
  
mgr Wojciech Szrajber (2)