

EZ.28.98.1131 2015.BWCH

Łódź, dnia 05.08.2015 r.

Nr sprawy 98/ZP/15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro **na pogwarancyjny kompleksowy serwis z częściami symulatora Acuity iX o numerze seryjnym: 476 i 4 sztuk kolimatorów wielolistkowych MLC 120 dla akceleratorów: Clinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym: 40, Clinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym: 134, Clinac 600 CD o numerze seryjnym: 718 i Clinac 600 CD o numerze seryjnym: 1083 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazujemy Państwu zmianę oraz odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu

A. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy”, § 3 ust.6 pkt. 1.**
Wyraz „zapewnienie” powinien być zastąpiony wyrazem „zapewnienia”.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.
- Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy”, § 7 ust. 1 lit f).**
Zapis § 7 ust. 1 lit. f) powinien przyjąć brzmienie „do terminowego uiszczania zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia.”
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.
- Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 14 ust. 4.**
Wraz „dotyczący” powinien być zastąpiony wyrazem „dotyczy”.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.
- Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 14 ust. 7.**
Jaki cel ma fakultatywny charakter tego postanowienia. Czy istnieje możliwość nie dokonania zmiany wynagrodzenia brutto przy zmianie stawki VAT? Jeżeli tak, to zapis ten powinien być zmieniony na obligatoryjny gwarantujący wykonawcy zmianę wynagrodzenia brutto przy zmianie stawki VAT?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 15 ust. 1 pkt. 3.**
Czy Zamawiający, analogicznie do zaakceptowanego przez Zamawiającego w roku 2012 w umowie svc 81/12, wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:
„za każdy dzień Przystoju każdego z urządzeń stanowiących Aparaturę do radioterapii powyżej 18 dni w roku (tj. powyżej 5% z 365 dni w roku), w wysokości 0,6% wartości rocznej umowy serwisowej netto dla danego urządzenia, wskazanej w załączniku nr 3”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 8.**
W celu zapewnienia przejrzystości zapisów umowy prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 8 na następujące:
„Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Aparaturze do radioterapii będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, wynikającego z winy Wykonawcy.”;

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie oraz dodaje punkt 2 o następującym brzmieniu: „Jeżeli na skutek nieprawidłowego działania Aparatury do radioterapii zawinionego przez Wykonawcę wystąpi szkoda osobowa, Zamawiający ma prawo wystąpić wobec Wykonawcy z roszczeniem regresowym”.

7. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 9 ust.1.

W celu zapewnienia przejrzystości zapisów umowy prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 9 ust. 1 na następujące:

„Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług, oraz możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania najwyższej jakości wykonywanych usług medycznych dla pacjentów WSS im. M. Kopernika w Łodzi, na zasadach wskazanych w § 3 ust. 5 i 6 Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 9 ust. 2 lit. e.

Wyraz „ wykonanie” powinien być zastąpiony wyrazem „wykonania”.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

9. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 12.

Wyraz „jest” powinien być zastąpiony wyrazem „są”.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

10. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 12.

Prosimy o wyjaśnienie na czym w świetle postanowienia § 12 ma polegać nadzór nad częściami zamiennymi?

Odpowiedź: Osobami uprawnionymi do nadzoru wykonawstwa przedmiotowych usług oraz wydawania części zamiennych Zamawiającego stosowanych w czasie przeglądów i serwisu Aparatury do radioterapii objętej niniejszą Umową jest Kierownik Zakładu Teleradioterapiioraz Kierownik Działu Aparatury Medycznejlub inne osoby wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 do umowy lub wskazani na piśmie przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej pracownicy Zamawiającego. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

11. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 14 ust. 3.

Prosimy o potwierdzenie, iż okresy rozliczeniowe będą miesiącami kalendarzowymi.

Odpowiedź: Tak.

12. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 14 ust. 3.

W związku brakiem w załączniku nr 1 okresów rozliczeniowych, o których mowa w § 14 ust. 3, wnosimy o uzupełnienie załącznika nr 1 o brakujące informacje.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do wzoru umowy w tym zakresie.

13. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 14 ust. 4.

Wyraz „dotyczący” powinien być zastąpiony wyrazem „dotyczy”.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

14. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 15.

W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o zaakceptowanie i dodanie § 15 ustępu w brzmieniu:

„Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 1 nie wynikają z winy Wykonawcy, postanowienia ust. 1 i 2 w tych przypadkach nie mają zastosowania.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie mienionym powyżej oraz dokonuje modyfikacji § 15 ust. 2 – słowo „pokaże” zastępuje się słowem „przewyższy”. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

15. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 20 ust. 2.

Prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 20 ust. 2 pkt. 1) na następujące:

„Wykonawca z własnej winy opóźnia się więcej niż 14 dni roboczych w przystąpieniu do serwisu interwencyjnego lub prewencyjnego Aparatury do w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 5 i ust. 6.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Zwracamy się z prośbą o zmianę zaproponowanych terminów przeglądów symulatora Acuity Ix sn:476 (dotyczy załącznika nr 7 do Umowy) na terminy przypadające w dni od poniedziałku do piątku , zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do umowy pkt B, Warunki Wykonywania Przeglądów Technicznych , II Symulator Acuity sn:476.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

17. W celu zapewnienia przejrzystości zapisów umowy prosimy o zaakceptowanie i zmianę zapisu §2 pkt 6 Załącznika nr 7 do SIWZ na następującą:

Przestój: czas, w którym urządzenie wchodzące w skład **Aparatury do radioterapii (załącznik nr 3 pkt 1-5)** nie pracuje z powodu awarii uniemożliwiającej jego wykorzystanie.

Przestój liczony jest od dnia następnego po przyjęciu zgłoszenia przez Wykonawcę do chwili podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Raportu Serwisowego potwierdzającego sprawność urządzenia.

Do okresu Przestoju nie zalicza się:

- 1) dni planowanych wyłączeń urządzenia wchodzącego w skład Aparatury do radioterapii w celu przeprowadzenia Przeglądów technicznych,
- 2) dni, w których zgodnie z organizacją pracy Zamawiającego nie jest prowadzone leczenie radioterapeutyczne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. W celu zapewnienia przejrzystości zapisów umowy prosimy o zachowanie takiej samej liczby porządkowej sprzętu wchodzącego w zakres umowy jak w załączniku nr 3 do umowy dotyczy to załączników nr 1 i 2 tj :

1.	<p>Wielolistkowy kolimator MLC 120 zainstalowany na akceleratorze Clinac CD Silhouette S/N 40</p> <p><u>przegląd kolimatora wykonywany w terminie przeglądu akceleratora Clinac CD Silhouette sn:40</u></p>
2.	<p>Wielolistkowy kolimator MLC 120 zainstalowany na akceleratorze Clinac CD Silhouette S/N 134</p> <p><u>przegląd kolimatora wykonywany w terminie przeglądu akceleratora Clinac CD Silhouette sn:134</u></p>
3.	<p>Wielolistkowy kolimator MLC 120 zainstalowany na akceleratorze Clinac CD S/N 718</p> <p><u>przegląd kolimatora wykonywany w terminie przeglądu akceleratora Clinac CD sn:718</u></p>
4.	<p>Wielolistkowy kolimator MLC 120 zainstalowany na akceleratorze Clinac CD S/N 1083</p> <p><u>przegląd kolimatora wykonywany w terminie przeglądu akceleratora Clinac CD sn:1083</u></p>
5.	<p>Acuity iX , SN: 476 - symulator terapeutyczny z opcją leczenia 2D, w tym system klimatyzacji i wentylacji, drzwi osłonowe.</p>
6.	<p>Wyposażenie do kontroli jakości:</p> <p>1. Zestaw do pomiarów rozkładów dawek obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fantom wodny Blue Phantom 2 IBA ● Zbiornik wodny ● Stolik pod fantom ● Oprogramowanie OmniPro-Accept 7.4 ● Zestaw detektorów ● Detektory półprzewodnikowe (EFD, SFD, PFD, RFD) x 2 ● Komory jonizacyjne CC13 x 2 szt. <p>2. Zestaw dozymetryczny do pomiarów In Vivo obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Elektrometr DPD12 ● Detektory półprzewodnikowe EDP15 x 10 szt. ● Oprogramowanie InViDos 1.3.1.19

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

3. Dozymetr i komory do pomiarów dawek bezwzględnych obejmujący (serwis i wzorcowanie):

- Elektrometr Dose-1
- Komory jonizacyjne CC01 x 2, FC-65G, PPC05, PPC40

4. Fantom do kontroli systemu radioterapii przy użyciu bramkowania sterowanego oddechem 4D Dynamic Thorax Plantom model 008A CIRS

5. Fantom do kontroli jakości w brachyterapii przeznaczony do kontroli sondy ultrasonograficznej Brachyterapy QA Phantom model 045 CIRS

6. Zestaw do codziennej dozymetrii (komora jonizacyjna, fantom i dozymetr) x 5 szt.

7. Termometr cyfrowy wraz z możliwością pomiaru ciśnienia i temperatury LB-706B LAB-EL x 12 szt.

8. Radiometr z sonda neutronów i oprogramowaniem (radiometr FH 40 G-10 i sonda neutronów FHT 752) – serwis i wzorcowanie

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

Zmieniony wzór umowy wraz z załącznikami w załączeniu.

B. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (wersja pdf zamieszczona na stronie WWW.Kopernik.lodz.pl) poprzez dodanie strony 2A. Brakująca strona w załączeniu.

C. W związku ze zmianą okresów rozliczeniowych Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta. W załączeniu zmieniony załącznik.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Wojciech Szrajber