


Łódź, dnia 3.11.2015r.
Nr sprawy **208/ZP/15**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. (042) 689 59 12
fax. (042) 689 54 09
www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO **na dostawę sprzętu medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Liczba stron specyfikacji: 48

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

Zatwierdził: Przemysław Biłłski

Ileć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP tj. Dz. U. z 2013r. pod pozycją 907 - tekst jednolity z późn. zm. Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36 Ustawy.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest **dostawa sprzętu medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych oraz warunków gwarancji znajduje się w **załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.**
3. Przedmiotowy zakup finansowany jest w ramach zadania Województwa Łódzkiego pod nazwą „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu”.
4. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod pojęciem:

Kod CPV	Opis
33192000-2	meble medyczne
33190000-8	różne urządzenia i produkty medyczne

5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji oraz dołączyć w formie pisemnej informacji producenta o zalecanych środkach mycia i dezynfekcji przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj: **w ciągu tygodnia od dnia dostawy i montażu.**
7. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił **24 miesiące**, z tym zastrzeżeniem iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej. Okres gwarancji rozpoczyna się w od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona **instrukcja obsługi w języku polskim** do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia na nośniku cyfrowym w formacie pdf.
9. **Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje. Zamawiający wymaga składanie ofert na całość zamówienia.**
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Zaoferowany sprzęt medyczny i wyposażenie muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji muszą być zgodne z warunkami minimalnymi opisanymi w SIWZ. Nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 .
14. Wykonawca wyposaży urządzenia w paszport techniczny. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji – **dotyczy pozycji 1,2,3,24 Załącznika nr 2 do SIWZ.**

15. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Złożenie załącznika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony – **Załącznik nr 6 do SIWZ** z wykazem zakresu zadań zleczanych Podwykonawcom, a w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, na zasoby takiego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwę (firmę) takiego podwykonawców. W przypadku nie złożenia w/w załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.
16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia: **do dnia 18.12.2015r.**
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Dział Zaopatrzenia i Transportu.**
3. Miejsce realizacji dostawy: **Oddział Kardiologii – pracownia angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do WSS im. M. Kopernika w Łodzi i podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności min. 60 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.**

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronicę oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.
4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone, a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.
6. Upoważnienie do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczone przez notariusza) powinno być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Oferta, powinna zawierać formularz oferty na załączonym formularzu lub wg jego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ (**UWAGA!!!** formularz oferty nie jest uważany za stronę tytułową).

Zamawiający wymaga, aby w formularzu oferty wypełnione były wszystkie kolumny. Ofertę (formularz oferty) należy podpisać na każdej stronie.

Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o złożenie wraz z pisemną ofertą wersję elektroniczną formularza oferty. Zamawiający zamieści odpowiedni plik na swojej stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl. Uzupełniony plik należy nagrać na opisany danymi Wykonawcy nośnik cyfrowy i załączyć do oferty.

8. Oferta musi zawierać stronę tytułową – zał. nr 1 do SIWZ (podpisaną na końcu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) z nazwą postępowania i następującymi danymi Wykonawcy:
- oznaczenie Wykonawcy,
 - adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
 - numer telefonu służbowego,
 - numer faksu służbowego czynnego przez całą dobę, przy pomocy którego Zamawiający będzie mógł przysyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,
 - adres poczty elektronicznej przy pomocy, którego Zamawiający będzie mógł przysyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,
 - NIP Wykonawcy,
 - REGON Wykonawcy,
9. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

**Przetarg nieograniczony.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO na dostawę sprzętu
medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Znak sprawy – 208/ZP/15

Ilość stron

Nie otwierać przed dniem

10. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IV i V SIWZ. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

Forma: własnoręczny podpis (jeśli jest to z pieczętką), data i napis „za zgodność z oryginałem”.

Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano. Nie dopuszcza się potwierdzania na następnej, pustej stronie.

W przypadku nieczytelnej kserokopii, lub gdy kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.

11. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być paraflowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 10) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 11) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 12) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

h

- 13) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 14) Wykonawców; którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 15) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 16) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

1. **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.** Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. **Wiedza i doświadczenie.**
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. **Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.** Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa.** Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1

1. **W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:**
 - a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
2. **W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy przedłożyć:**
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ

- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;**
- c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (**załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej**).
- d) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
- a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 - d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- a) **Foldery poglądowe oferowanych produktów** – dotyczy następujących pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ: **1,2,3,4,5,6,7,8,10,21,24,26,29,30,31,32,33,37.**
- b) **w zakresie wyrobów medycznych** wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r. składamy **wraz z dostawą - dotyczy następujących pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ: 1,2,3,4,7,8,10,24,26,31,33,37.**
- **Deklarację Zgodności Producenta** – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
 - **Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE)** – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
 - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - **oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela** wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - *obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie*;
 - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie **wniosek o przeniesienie danych** do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679)
 - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - **zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);
lub
 - w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - **powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).
- c) Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ

- d) Zestawienie parametrów technicznych oraz warunki gwarancji – **Załącznik nr 3 do SIWZ.**
- e) Oświadczenie zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy w zakresie wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – treść oświadczenia stanowi – **Załącznik nr 6 do SIWZ**
- f) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych – **Załącznik nr 7 do SIWZ.**

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

A. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów.

5. Warunki udziału podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie:

- a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego;
- b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – **należy załączyć je do oferty;**
- c) Przedstawiciele / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
- d) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
- e) Dokumenty z pkt. **V.2.** każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty w zakresie pkt. **V.1.**

VI. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

- 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **4.800,00 zł.** (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
- 2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

do dnia składania ofert z zaznaczeniem:

„Wadium na dostawę sprzętu medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi - Nr sprawy 208/ZP/15 ”.

- 3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
- 4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.
- 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 2.
- 6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
- 7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	98%
2.	Warunki gwarancji	2%
RAZEM		100 %

2. Sposób obliczenia ceny oferty:

- a) Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT).
- b) **Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku**, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
- c) Wykonawca podaje wartości netto i brutto w złotych polskich.
- d) Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.
- e) Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.
- f) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

A) SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 98 \%$$

C – wartość punktowa ceny;

C_{MIN} – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

C_B – cena badanej oferty.

B) SPOSÓB OBLICZENIA **WARUNKÓW GWARANCJI (WG):**

$$WG = \frac{WG_B}{WG_{MAX}} * 2\%$$

WG – wartość punktowa za warunki gwarancji

WG_B – liczba punktów częściowych przyznanych badanej ofercie

WG_{MAX} – największa liczba punktów częściowych spośród wszystkich ofert

Przy przyznawaniu punktów w kryterium warunków gwarancji Zamawiający będzie się posługiwał systemem:

Opis kryteriów:

24 miesiące – 0 pkt.

25-30 miesięcy – 1 pkt.

31 miesięcy i powyżej – 2 pkt.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania punktów pośrednich.

Ostateczną ocenę oferty będzie stanowiła suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Punkty przyznane przez Komisję zostaną następnie podstawione do ogólnego wzoru opisanego w pkt. „B”

C) Ocena końcowa oferty:

$$O_K = C + WG$$

Gdzie:

OK – ocena końcowa oferty,

C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena,

WG – ilość punktów przyznanych w kryterium warunki gwarancji

4. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. NR 200, POZ. 1679, Z 2004 R. NR 240, POZ. 2407 ORAZ Z 2005 R. NR 157, POZ. 1314).

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

OBOWIĄZEK WYKAZANIA, ŻE OFERTA NIE ZAWIERA RAŻĄCO NISKIEJ CENY, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. III. 10 SIWZ i zaadresowanej na zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 17.11.2015r. do godz. 10:00.
3. W przypadku ofert nadesłanych lub dostarczonych po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiającego o wycofaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie odesłane do wykonawcy.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim, którzy pobrali pisemną wersję SIWZ, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl.

1. Do kontaktów z wykonawcami w sprawach j. w. upoważnieni są:
 - Przemysław Frąckiewicz – Dział Zaopatrzenia i Transportu
- Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 57 94 – (w sprawach merytorycznych)
 - Iwona Prusaczyk – Dział Zamówień Publicznych
- Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 59 12, fax. 042 689 54 09 (w sprawach formalno – organizacyjnych).
2. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
 1. formy pisemnej (usługą pocztową),
lub
 2. faksu: 0 42 689 54 09,
lub
 3. poczty elektronicznej:
(e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl; iwona.prusaczyk@kopernik.lodz.pl).

Jednakże w zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawca może w pierwszej kolejności dostarczyć dokumenty faksem lub skan dokumentów drogą elektroniczną, jednak do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu uzupełnienia dokumentów muszą one wpłynąć w formie pisemnej.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERT

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, sala wykładowa **w dniu 17.11.2015r. o godz. 11.00.**

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

1. Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w **załączniku nr 8 do SIWZ.**
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON
 - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 - oraz wszystkie inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w szczególności w załączonym wzorze umowy) niezbędne do zawarcia ważnej umowy, a także do jej późniejszej realizacji.

XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, przekaze informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
 - b) adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.





1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie **5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **albo w terminie 10 dni** - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z późn.zm. – Kodeks postępowania cywilnego.

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:

- | | |
|-----------------------|--|
| Załącznik nr 1 | – Formularz strony tytułowej |
| Załącznik nr 2 | – Formularz oferty |
| Załącznik nr 3 | – Zestawienie parametrów technicznych oraz warunki gwarancji |
| Załącznik nr 4 | – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy |
| Załącznik nr 5 | – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 6 | – Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom |
| Załącznik nr 7 | - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych |
| Załącznik nr 8 | - Wzór umowy |

Podpisy komisji przetargowej:


.....

.....

.....

.....

STRONA TYTUŁOWA OFERTY
Nr sprawy 208/ZP/15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO **na dostawę sprzętu medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	Regon
<p>Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:</p> <p>Imię i nazwisko:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>nr telefonu:</p> <p>.....</p>	<p>Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:</p> <p>Nr fax:</p>
Kontakt internetowy (strona www., e-mail)	<p>Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):</p>
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:	

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 208/ZP/15

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **dostawę sprzętu medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi**, składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Wykonawcy są zobowiązani wypełnić kolumnę „Producent/Nazwa handlowa” w pozycjach nieprzekreślonych.

Nr pakietu	Nr pozycji	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	stawka VAT (w %)	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Producent/Nazwa handlowa
	1	Aparat EKG 12 kanałowy	szt.	2					
	2	Pompy strzykawkowe	szt.	12					
	3	Ssak elektryczny	szt.	1					
	4	Laryngoskop z kompletem łyżek	szt.	2					
	5	Worek samorozprężalny AMBU	szt.	1					
	6	Cieplarka do kontrastu	szt.	1					
	7	Stolik zabiegowy - operacyjny	szt.	1					
	8	Stolik zabiegowy - zleceniowy	szt.	2					
	9	Stelaż na odpady pedałowy z pokrywą	szt.	6					
	10	Stojaki na kropłówki	szt.	4					

16

11	Błat roboczy		szt.	1						
12	Szafki stojące z szufladami pod blat		szt.	3						
13	Półki wiszące dł. 1800 mm, gł. 350 mm, wys. 700 mm		kpl.	1						
14	Szafy szer. 1000 mm, wys. 2100 mm, gł. 500 mm		szt.	2						
15	Szafy szer. 1500 mm, wys. 2100 mm, gł. 500 mm		szt.	2						
16	Półki wiszące dł. 1600 mm, gł. 350 mm, wys. 700 mm		kpl.	1						
17	Szafa szer. 900 mm, wys. 2100 mm, gł. 500 mm		szt.	1						
18	Deska z hakami szer. 1500 mm, wys. 300 mm, co 120 mm - hak		szt.	1						
19	Błat roboczy dł. 3000 mm typu corian		szt.	1						
20	Zlewozmywak 2-komorowy z suszarką na szafce		szt.	1						
21	Lodówka podblatowa na leki		szt.	1						
22	Szuflady		szt.	1						
23	Szafa szer. 500 mm, wys. 2100 mm, gł. 500 mm		szt.	1						
24	Wózek do przewożenia chorych leżących		szt.	1						
25	Wieszak na fartuchy ołowiane		szt.	2						
26	Garsonki ołowiane		szt.	6						
27	Szafa na czyste ubrania operacyjne szer. 500-600 mm, wys. 2100 mm		szt.	1						
28	Półka na buty ze stali nierdzewnej		szt.	1						
29	Myjnia chirurgiczna. Wanna do mycia chirurgicznego mycia rąk - na dwa stanowiska, z bateriami bezdotykowymi uruchamianymi fotokomórką i podajnikami uruchamianymi bezdotykowo		szt.	1						
30	Wózek do transportu chorych siedzących		szt.	2						
31	Stojaki na kroplówki ze stali kwasoodpornej mobilne, 4 haczyki, na miękkich oponkach, podstawa pięcioramienna, min. 2 kółka z blokadą		szt.	10						
32	Chłodziarka do leków - z wymuszonym termooobieganiem i monitorowaniem temperatury		szt.	2						
33	Stolik zabiegowy zleceniowy		szt.	3						
34	Szafki stojące		szt.	5						

35	Blat do szafek	szt.	1						
36	Szafki wiszące	szt.	5						
37	Wanienka do mycia i dezynfekcji sondy	szt.	1						
38	Szafka stojąca do przechowywania sondy	szt.	1						
39	Biurko z fotelem /kpl/	szt.	1						
40	Wieszak ubraniowy dla pacjentów	szt.	1						
41	Zlew dwukomorowy metalowy tłoczony o gł. 250 mm z jedną komorą większą 1500 mm	szt.	1						
42	Szafka do wieszania gastroskopów jednodrzwiowa	szt.	1						
43	Regały magazynowe	szt.	6						

Wartość oferty netto: PLN

Wartość oferty brutto: PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia **do dnia 18.12.2015r.**
3. **Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres miesięcy (min. 24 miesięcy)**

Uwaga: okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert:
24 miesiące – 0 pkt.
25-30 miesięcy – 1 pkt.
31 miesięcy i powyżej – 2 pkt.

***Jeżeli nie zostanie wybrana żadna z powyższych opcji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące.**

4. Oferujemy termin płatności **(60 dni)** dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oświadczam, iż oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

7. Oświadczam, iż zaferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem i wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ.
8. Oświadczam, iż zaferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest :
10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy ze strony Wykonawcy jest:
11. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/przesyłał zamówienia.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączam do oferty dokumenty opisujące stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy *** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
6. Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/będzie **** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi
1		
2		

**** Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.**

(* niepotrzebne skreślić)

..... dh. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 208/ZP/15**

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

APARAT EKG – SZT.2.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Aparat do EKG posiadający wszystkie zaawansowane właściwości, które zostały umieszczone w małej i lekkiej konstrukcji. Kolorowy ekran dotykowy, wysokiej jakości wydruki oraz opcja spirometrii sprawiają, że jest to urządzenie, które jest niezwykle wydajne, a jednocześnie bardzo łatwe w obsłudze.	Tak	
APARAT			
2	Ekran – kolorowy, dotykowy 5,7"	Tak/podać	
3	Wymiary ekranu (mm) 118 x 89	Tak/podać	
4	Rozdzielczość (punkty – piksele) 640 x 480	Tak / podać	
5	Klawiatura – kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna, ekran dotykowy	Tak	
6	Interfejs RS 232, USB, LAN, WiFi (opcja)	Tak	
7	Kontrola kontaktu każdej elektrody	Tak	
8	Wymiary (mm) – 330 x 270 x 74	Tak	
9	Waga (kg) – 3,2	Tak	
DRUKARKA			
10	Szerokość papieru (mm) - 112	Tak	
11	Rodzaj papieru – rolka/ A4 – papier biurowy	Tak	
12	Rodzaj wydruku – termiczny/ zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa	Tak/podać	
13	Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5,10,25,50	Tak/podać	
PRZECHWYTYWANIE SYGNAŁU			
14	Ilość kanałów – 3,6,12	Tak/podać	
15	Ilość odprowadzeń - 12	Tak	
16	Ilość wyświetlanych odprowadzeń – 3,6,12	Tak	
17	Ilość drukowanych odprowadzeń – 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2	Tak	
18	Rejestracja w trybie automatycznym – rzeczywisty , synchro	Tak	
19	Detakcja kardiostymulatorów - tak	Tak	
20	Czułość (mm/mV) – 2.5, 5, 10, 20	Tak/podać	
21	Ilość badań w pamięci aparatu (10 s) - 250	Tak/podać	

22	Długi zapis EKG ½ odprowadzenia (minuty) – 10/10	Tak/podać	
FILTR CYFROWY			
23	Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) - 50-60	Tak/podać	
24	Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) – 35,25	Tak/podać	
25	Filtr izolacji (Hz) 0,05 (3,2 s), 0,10 (1,5 s), 0,25 (0,6 s), 0,50 (0,3 s), 1,50 (0,1 s), splines	Tak/podać	
26	Automatyczny – autoadaptacyjny (90 Hz)	Tak/podać	
PROFILE UŻYTKOWNIKA			
27	Ilość profili w trybie automatycznym i ręcznym - nieograniczona	Tak/podać	
28	Ilość profili długiego EKG - nieograniczona	Tak/podać	
Możliwości rozbudowy			
29	Uśrednienie krzywych EKG - opcja	Tak	
30	Analiza - opcja	Tak	
31	Interpretacja słowna - opcja	Tak	
32	Możliwość współpracy z komputerem CardioPoint-ERGO - opcja	Tak	
33	Możliwość robienia prób wysiłkowych CardioPoint-ERGO - opcja	Tak	
34	Możliwość wykonywania badań Spirometrii Spiro Pro - opcja	Tak	
35	Moduł WiFi i LAN - opcja	Tak	
DANE TECHNICZNE			
36	Zasilanie – 115 V/230 V, 50 Hz	Tak	
37	Częstotliwość wzorcowa – 0,05 Hz-170 Hz	Tak	
38	Rozdzielczość cyfrowa - 3,9 μ V	Tak	
39	Przetwarzanie analogowo-cyfrowe A/d 13 bitów	Tak	
40	Częstotliwość próbkowania 2000 Hz	Tak	
41	detekcja kardiostymulatora 100 μ s/40000 Hz	Tak	
42	Zakres dynamiki 15,9 mV	Tak	
43	Polaryzacja napięcia \pm 400 mV	Tak	
44	Max. zgodność napięcia \pm 5 V	Tak	
45	impedancja wejściowa > 20 MOhm	Tak	
46	tłumienie sygnału współbieżnego > 98 dB	Tak	
47	Normy bezpieczeństwa IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971	Tak	
48	Wydajność akumulatora do 90 min (Mt Plus)	Tak	
49	Czas ładowania akumulatora max. 4-6 godzin (przy całkowitym rozładowaniu)	Tak	
50	Klasa bezpieczeństwa II wg IEC 536	Tak	

Warunki gwarancji i serwisu		
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych	Tak 1 przegląd/rok	
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 48 godzin	
Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 21 dni	
Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	

POMPY STRZYKAWKOWE - SZT.12

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
WYMAGANIA DLA POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH			
1	Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta	Tak	
2	Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm	Tak	
3	Sposób montowania Strzykawki: od czoła a nie od góry pompy.	Tak	
4	Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy.	Tak	
5	Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h	Tak/podać	
6	Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h	Tak/podać	
7	Bolus manualny i automatyczny	Tak	
8	Programowanie parametrów podaży Bolus-a: <ul style="list-style-type: none"> objętość / dawka czas lub szybkość podaży 	Tak/podać	
9	Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji	Tak	
10	Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: <ul style="list-style-type: none"> objętość / dawka czas lub szybkość podaży 	Tak/podać	
11	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: <ul style="list-style-type: none"> ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. 	Tak/podać	
12	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji	Tak	
13	Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: <ul style="list-style-type: none"> nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: <ul style="list-style-type: none"> miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków	Tak/podać	
14	Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego	Tak	

	urządzenia)		
15	Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows)	Tak	
16	Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji	Tak/podać	
17	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.	Tak	
18	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.	Tak	
19	Rozbudowany system alarmów: <ul style="list-style-type: none"> • 5 min do opróżnienia strzykawki • pusta strzykawka • 5 min do końca infuzji • koniec infuzji • nieprawidłowe mocowanie strzykawki • okluzja • 30 min do rozładowania akumulatora • akumulator rozładowany • pompa uszkodzona 	Tak/podać	
20	Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia	Tak/podać	
21	Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h	Tak/podać	
22	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h	Tak/podać	
23	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części	Tak	
24	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.	Tak	
25	Instalacja pompy w stacji dokującej: <ul style="list-style-type: none"> • mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. • alarm nieprawidłowego mocowania. • pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, • automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, • automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, 	Tak/podać	
26	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: <ul style="list-style-type: none"> • podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), • podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, • prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, • archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach 	Tak/podać	
27	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny.	Tak	
28	Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana).	Tak	
29	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim	Tak	
30	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	
31	Waga do 2,5 kg	Tak/podać	
32	Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC	Tak	
Warunki gwarancji i serwisu			
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski		Tak	
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych		Tak 1 przegląd/rok	

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 48 godzin	
Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 21 dni	
Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	

SSAK ELEKTRYCZNY - SZT.1.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Ssak elektryczny: przeznaczony do wszystkich zastosowań w medycynie w tym do zabiegów chirurgicznych na salach operacyjnych, oddziałach szpitalnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej lub oddziałach ratunkowych.	Tak	
2	Konstrukcja: gładka, jednoczęściowa o łatwej obsłudze oraz przyciski włączania/wyłączania wykonane z zastosowaniem technologii redukującej liczbę krawędzi i szczelin, ułatwiającej mycie urządzenia. Ssak z manometrem podciśnienia (vacuum) wskazującym podciśnienie w kPa i mmHg oraz potencjometrem do ustawiania podciśnienia.	Tak	
3	Ergonomia: Prosta konstrukcja zapewniająca optymalną higienę, niezawodność działania i łatwość użytkowania	Tak	
4	Błyskawiczne wytwarzanie podciśnienia ma zapewniać szybkie odsysanie w każdej sytuacji	Tak	
5	Wózek transportowy: do transportu ssaka elektrycznego, z EURO-szyną do mocowania butli o pojemnościach 1,2,3 lub 5 litrów. Wózek na kołach jezdnych z blokadą	Tak	
6	Możliwość sterowania podciśnieniem: pneumatycznym serownikiem nożnym z możliwością jego powieszenia na EURO-szybie jak jest nie używany.	Tak	
7	Włącznik/wyłącznik nożny: możliwość podłączenia włącznika/wyłącznika ssaka, z kablem elektrycznym długości 3,5 m	Tak	
8	Butle na płyny i wydzieliny: możliwość podłączenia butli o pojemnościach 1,2,3 lub 5 litrów wykonanych z nietłukącego tworzywa nadającego się do sterylizacji. Pokrywy zunifikowane pasujące do wszystkich wielkości butli.	Tak	
9	Parametry podciśnienia : - 90 kPa - 675 mmHg z tolerancją +/- 15%	Tak/podać	
10	Wydajność: 30 l/min +/- 5 l/min	Tak/podać	
11	Zasilanie: 100-240 V 50 Hz	Tak/podać	
12	Gabaryty: 210 x 305 x 375 +/- 20 mm	Tak/podać	
13	Masa : 9 kg +/- 1 kg	Tak/podać	

Warunki gwarancji i serwisu

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych	Tak 1 przegląd/rok	
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 48 godzin	
Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 21 dni	
Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	

LARYNGOSKOP Z KOMPLETEM ŁYŻEK – SZT.2.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Zestaw laryngoskopowy światłowodowy wielorazowego użytku	Tak	
2	Materiał - - stal nierdzewna i odporne na uszkodzenia tworzywo o takiej samej żywotności jak stal	Tak	
3	Sterylizacja: możliwość sterylizacji do 134 ⁰ C, około 4000 razy	Tak/podać	
4	Światłowod : niewymienny Ø 3,0mm/3000 włókien	Tak/podać	
5	Zestaw: ekonomiczny (1 uchwyt, 3 łyżki)	Tak/podać	
6	łyżki: światłowodowe w rozmiarach – 2,3,4	Tak/podać	
7	Uchwyt - rękojeść bateryjna: 2 x R14 (bez baterii)	Tak/podać	
8	Źródło światła: żarówka ksenon 2,5 V	Tak / podać	
9	Poziom jasności > 3500 lux	Tak/podać	

WOREK SAMOROZPRĘŻALNY AMBU - SZT.1.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Przyrząd do resuscytacji przeznaczony jest do wentylacji dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia gdzie waga pacjenta przekracza 15 kg	Tak	
2	Wszystkie elementy aparatu (zawór pacjenta, maska z pompowanym kołnierzem rozmiar 5, włącznie z rezerwuarem tlenu) można sterylizować w autoklawie w temp. 134°C	Tak/podać	
3	Worek samorozprężalny wykonany z zastosowaniem koncepcji podwójnej ściany. Koncepcja ta zapewniać ma wyjątkowe dopasowanie do dłoni ratownika / lekarza.	Tak/podać	
4	Aparat nie zawiera lateksy	Tak / podać	
5	Zewnętrzna cienka powłoka umożliwia użytkownikowi wycucie zmian ciśnienie podczas wentylacji. Natomiast wewnętrzny worek z otworami powietrznymi zapewnia doskonałą sprężystość w celu ponownego wypełniania się. Taka konstrukcja daje całkowitą kontrolę nad wytwarzanym ciśnieniem oraz ułatwia, jeśli jest to konieczne, wentylację z dużą częstotliwością. Ponadto, zastosowanie podwójnej ściany samoczynnie ogranicza ciśnienie w drogach oddechowych do około 70 cm H ₂ O (podczas obsługi aparatu do resuscytacji jedną ręką)	Tak	
6	Przejrzystość oraz smukły kształt obudowy zaworu pacjenta pozwalają na obserwację jego działania, umożliwiając w pewnym stopniu kontrolę przepływu mieszaniny oddechowej do pacjenta.	Tak	
7	Aparat do resuscytacji wyposażony jest w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach, nawet gdy jest mokry lub gdy jest używany przez osoby o małych dłoniach.	Tak	
8	Aparat posiadają obrotowe połączenia pomiędzy zaworem pacjenta oraz maską jak również pomiędzy workiem a zaworem pacjenta, dzięki czemu możliwe jest zmiana pozycji aparatu lub zmiana rąk bez przerywania wentylacji pacjenta.	Tak	
9	Aplikacja: powyżej 15 kg (> 3lata)	Tak	
10	Maksymalna	Tak	
11	Maksymalna objętość wtlaczania: 1300 ml	Tak/podać	
12	Wymiary (długość x średnica):275 x 135 mm	Tak	
13	Waga: 415 g	Tak	
14	Maksymalna częstotliwość wentylacji: zależnie od objętości używanej	Tak	

	torby		
15	łącznik pacjenta: 22/15 mm	Tak	
16	łącznik wydechowy: 30 mm	Tak	
17	Obszar nieaktywny: < 5 ml	Tak	
18	Straty: niemierzalne	Tak	
19	Opór wdechowy: dla 50l/min – 0,35 kPa	Tak	
20	Opór wydechowy: dla 50l/min – 0,26 kPa	Tak	
21	Maksymalne ciśnienie wtłaczania: dla 0,2l/min – ok. 10 kPa	Tak	
22	System limitujący ciśnienie: ok. 7 kPa	Tak	
23	Objętość worka: 1500 ml	Tak	
24	Opór wtłaczania po podłączeniu tlenu: dla 50l/min – 0,1 kPa	Tak	
25	Temperatura użytkowania: -18 ÷ 50 st. C	Tak	
26	Temperatura przechowywania -40 ÷ 70 st. C	Tak	

CIEPLARKA DO KONTRASTÓW – SZT.1.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	pojemność komory 15 l	Tak/podać	
2	wymiary komory wewnętrznej: szer. 320 x wys. 240 x gł. 180 [mm]	Tak/podać	
3	wymiary zewnętrzne urządzenia: szer. 515 x wys. 550 x gł. 440 [mm]	Tak / podać	
4	wykonanie wnętrza komory ze stali nierdzewnej	Tak	
5	obudowa zewnętrzna malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej strukturalnej (len) (do wyboru)	Tak/podać	
6	zakres regulacji temperatury: 5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C	Tak/podać	
7	dokładność regulacji temperatury +/-0,1°C	Tak	
8	programowanie temperatury w czasie rzeczywistym	Tak	
9	6-segmentowy profil czasowo temperaturowy	Tak	
10	możliwość zapamiętania do 3 programów przez Użytkownika	Tak/podać	
11	mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu	Tak	
12	drzwi pełne	Tak	
13	wewnętrzne drzwi szklane	Tak	
14	graficzny wyświetlacz LCD	Tak	
15	podświetlana klawiatura dotykowa	Tak	
16	układ grzewczy	Tak	
17	możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu	Tak	
18	możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia w zakresie od 1 min do 99,59 h	Tak	
19	regulacja czasu utrzymania każdej z zadanej temperatury lub praca ciągła (do wyboru) w zakresie od 1 min do 999 h	Tak	
20	możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia	Tak	
21	rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu	Tak	
22	sygnalizacja dźwiękowa i wizualna (alarm) przekroczenia zadanej temperatury	Tak	
23	sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury	Tak	

24	kontrola zaniku napięcia	Tak	
25	zegar czasu rzeczywistego	Tak	
26	alarm dźwiękowy	Tak	
27	interfejs RS 232 oraz USB pozwalający na podłączenie do komputera	Tak	
28	zabezpieczenie przed przegrzaniem klasy 2.0 zg. z DIN 12880	Tak	
29	dopuszczalne całkowite obciążenie 20 kg	Tak	
30	1 półka druciana	Tak	
31	instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim	Tak	
32	otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika	Tak	
33	pamięć wyników pomiarowych	Tak	
34	sygnalizacja otwartych drzwi	Tak	

Warunki gwarancji i serwisu

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych	Tak 1 przegląd/rok	
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 48 godzin	
Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 21 dni	
Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	

MEBLE MEDYCZNE METALOWE – ZESTAW 1

Zestaw mebli ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	Mebel wykonane w technologii malowania proszkowego mebli z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną celem podniesienia aseptyki pomieszczeń szpitalnych.	Tak / podać nazwę technologii	
2.	Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wodno – kanalizacyjnej (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaż oferowanych mebli.	Tak	
3.	Fronty szaf, szafek, szuflad malowane proszkowo z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną. Kolorystyka wg palety kolorów RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym) – jeżeli dotyczy (zgodnie z załącznikiem – opis przedmiotu Zamówienia)	Tak	
4.	Uchwyty do drzwi, drzwiczek i szuflad wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali.	Tak	
5.	Stoliki opatrunkowe z półką (lub bez półki) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a/ Konstrukcja stolika wykonana z pełnych profili 25x25 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) b/ Błat prosty i półka wmontowana na stałe wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm wzmocnione dodatkowym profilem trapezowym	Tak	

	<p>c/ Odległość między blatem a półka wynosi 455 mm</p> <p>d/ Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o przekroju okrągłym 20 mm.</p> <p>e/ Stolik na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą) Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego.</p> <p>Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p>		
6.	<p>Wózki do worków foliowych pojedyncze lub podwójne, potrójne (z pokrywą podnoszoną nożnie) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:</p> <p>a/ Konstrukcja wózków wykonana z profili okrągłych o przekroju 20 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych)</p> <p>b/ Wózki z uchwytami do worków foliowych. Mocowanie worka foliowego przy pomocy tworzywowych klipsów zabezpieczających przed przesuwaniem się worka.</p> <p>c/ Wózki wyposażone w pokrywę, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości min. 0,8 mm. Pokrywy unoszone za pomocą dźwigni nożnej zatrzymujące się w pozycji 90°. Pokrywy wyposażone we wbudowany hamulec przeciwdziałający hałaśliwemu uderzaniu pokrywy w konstrukcję wózka.</p> <p>d/ Wózki na kółkach o średnicy 20 mm (dwa z blokadą). Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża.</p> <p>Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p>	Tak	
7.	<p>Szafy medyczne stojące. Szafy jedno i dwuskrzydłowe (drzwi pełne i przeszklone). W układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:</p> <p>a/ Korpusy szaf w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)</p> <p>b/ Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm</p> <p>c/ Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów</p> <p>d/ Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów</p> <p>e/ Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej</p> <p>f/ Drzwi pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste lub mleczne, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp.</p> <p>g/ Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwicowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew</p> <p>h/ Zawiasy nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż</p> <p>i/ Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”. W przypadku drzwi przeszklonych szyba bezpieczna silikonowana osadzona w ramce o podwójnej blachy.</p> <p>j/ Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w <u>kolorze stali</u>.</p> <p>k/ Drzwi i fronty szuflad malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego</p> <p>l/ Szafy metalowe z drzwiami wyposażone w półki, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia;</p>	Tak	

	<p>m/ Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym</p> <p>n/ Możliwość zmiany wyposażenia szafy zgodnie z potrzebami użytkownika: np. zmiana położenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w każdej szafie).</p> <p>o/ Tylne ściana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklaniu się blachy</p> <p>p/ Szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego</p> <p>Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne</p>		
8.	Wszystkie wymiary podawane są w mm i opisują szerokość x głębokość x wysokość.	Tak	
9.	Korpusy, drzwi, ściany tylne szaf i regałów wykonane z tego samego materiału.	Tak	
10.	MEBLE DO POMIESZCZEŃ MEDYCZNYCH		
11.	<p>Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 o wymiarach 1115x720x880 .</p> <p>Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe.</p> <p>Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o Ø 100 mm (dwa z blokadą).</p> <p>Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.</p> <p>Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1000x650 mm Sztuk 1</p>	Tak	
12.	<p>Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 o wymiarach 865x720x880. Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o Ø 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 750x650 mm. Sztuk 2</p>	Tak	
13.	<p>Wózek do worków foliowych 120L - pojedynczy, z pokrywą. 1115x720x880</p> <p>Wózek z uchwytem do worków foliowych 120i.</p> <p>Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową), podnoszoną pedałem nożnym, opadającą po jego zwolnieniu, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.</p> <p>Podstawa z kółkami 050 mm (dwa z blokadą).</p> <p>Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.</p> <p>Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301. Sztuk 6</p>	Tak	
14.	<p>Stojak na kroplówki wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi.</p> <p>Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek 050 mm (dwa kółka z blokadą).</p> <p>Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.</p> <p>Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301.</p> <p>Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Sztuk 14</p>	Tak	
15.	<p>Szafa medyczna jednoskrzydłowa na czyste ubrania operacyjne o wymiarach 600x580x2000 wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301.</p> <p>Drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego), zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione piastrem miodu, wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C.</p> <p>Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).</p> <p>Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć</p>	Tak	

	przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Sztuk 1		
16.	Szafka na obuwie chirurgiczne o wymiarach 1100x400x600 wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Szafka przeznaczona do przechowywania 8 par obuwia (8 przegród). Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Sztuk 1	Tak	
17.	Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym , dwustanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrób jest konstrukcją samonośną. Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu syfon-2x Wyposażenie: - Bateria bezdotykowa panelowa , bateria firmy ORAS, bateria zasilana prądem 230V. - Podajnik mydła albo płynu dezynfekcyjnego bezdotykowy Sztuk 1	Tak	
18.	Stół opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Stół z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm Stół wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 1000x650 mm. Sztuk 3	Tak	

WANIENKA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SONDY – 1 szt.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjących i dezynfekcyjnych oraz temperatury do 120°Cm lub ze stali kwasoodpornej	Tak	
2.	składają się z trzech elementów: polipropylenowej wanny, sita wykonanego z PCV i makralonowej pokrywy	Tak	
3.	sita ułatwiają wyjmowanie narzędzi i ograniczają kontakt personelu z roztworem roboczym	Tak	
4.	pokrywa zabezpiecza przed parowaniem preparatu z wanienki	Tak	
5.	umożliwiają ekonomiczne dysponowanie środkami dezynfekcyjnymi	Tak	
6.	łatwe w myciu i utrzymaniu w higienicznym stanie - możliwość wyparzania wrzącą wodą	Tak	
7.	pojemność:10-16 litrów	Tak	

WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH SIEDZĄCYCH - SZT.2.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	Przeznaczenie: ręczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów i chorych siedzących:	Tak	
2.	Konstrukcja: wykonany ze stali węglowej konstrukcyjnej spawanej i lakierowanej proszkowo	Tak	
3.	Szerokość użytkowa siedziska : 460 +/- 10 mm	Tak/podać	
4.	Szerokość całkowita 630 +/- 20 mm	Tak/podać	
5.	Długość całkowita z podnóżkiem 1060 mm +/- 10 mm	Tak/podać	
6.	Długość po złożeniu bez podnóżków 810 mm +/- 10mm	Tak/podać	
7.	Szerokość po złożeniu 280 mm +/- 10mm	Tak/podać	
8.	Wysokość po złożeniu 920 mm +/- 10mm	Tak/podać	
9.	Waga całkowita ± 18 kg +/- 2 kg	Tak/podać	
10.	Waga najcięższej części 10,10 kg +/- 10%	Tak/podać	
11.	Maksymalna waga części, które mogą być demontowane lub usunięte Podnóżki: 1,95 kg; Oparcia na dłonie: 1,90 kg; Koła napędowe (tylnie): 4,20 kg +/- 10%	Tak/podać	
12.	Stabilność statyczna z górki 15° +/- 10%	Tak	
13.	Stabilność statyczna pod górkę 15° +/- 10%	Tak	
14.	Stabilność statyczna w poprzek 15° +/- 10%	Tak	
15.	Zdolność do wspięcia na przeszkodę 60 mm +/- 5mm	Tak/podać	
16.	Kąt nachylenia siedziska 5° +/- 10%	Tak/podać	
17.	Głębokość użytkowa siedziska 430 mm +/- 20mm	Tak/podać	
18.	Wysokość przedniej krawędzi siedziska 500 mm +/- 20mm	Tak/podać	
19.	Kąt nachylenia oparcia 5° +/- 10%	Tak/podać	
20.	Odległość siedziska od podnóżka 500 mm +/- 20mm	Tak/podać	
21.	Kąt pomiędzy siedziskiem a podnóżkiem 8° +/- 10%	Tak/podać	
22.	Odległość siedziska od podłokietnika 220 mm +/- 10mm	Tak/podać	
23.	Przednia pozycja podłokietnika 300 mm +/- 20mm	Tak/podać	
24.	Średnica obręczy 535 mm +/- 15 mm	Tak/podać	
25.	Pozycja osi w poziomie (maksymalny odchył) – 7 mm	Tak/podać	
26.	Minimalny promień skrętu 1619 mm +/- 10%	Tak/podać	
27.	Ciśnienie w oponach, koła tylne (napędowe) Maksymalnie 3,5 bara +/- 10%	Tak/podać	
28.	Średnica kół skrętnych Krypton PU 200 mm +/- 10%	Tak/podać	
29.	Ciśnienie w oponach, koła skrętne Maksymalnie 2,5 bara +/- 10%	Tak/podać	
30.	Temperatura przechowywania i użytkowania +5°C - +41°C +/- 10%	Tak/podać	
31.	Wilgotność powietrza do przechowywania i użytkowania 30% - 70% +/- 10%	Tak	
32.	Przeznaczenie: ręczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów i chorych siedzących:	Tak	
33.	Konstrukcja: wykonany ze stali węglowej konstrukcyjnej spawanej i lakierowanej proszkowo	Tak	
Warunki gwarancji i serwisu			

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych	Tak 1 przegląd/rok	
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 48 godzin	
Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 21 dni	
Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	

MEBLE MEDYCZNE TWORZYWOWE Z PŁYTY HPL – ZESTAW 1

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
	Technologia wykonania		
1.	Mebles przeznaczone dla : Strefy czystości ciągłej , skażenia ciągłego z wysokim stopniem ryzyka	Tak	
2.	Budowa i struktura: Płyta kompaktowa HPL o rdzeniu żywiczno-celulozowym ze szczelnie zamkniętą strukturą	Tak	
3.	Grubość płyty: blaty min 12 mm, korpusy i fronty min 10 mm	Tak	
4.	Płyta odporna na ścieranie, przystosowana do kontaktu z żywnością i o podwyższonej odporności chemicznej, wysoce higieniczna i łatwa w utrzymaniu czystości.	Tak	
5.	Odporność ogniowa: w klasie B lub D	Tak/podać	
6.	Odporność płyty na działanie wysokich temperatur: odporna na żar papierosa, bez widocznych zmian do 180°C łatwa do termicznego unieszkodliwiania bez zagrożenia zniszczenia i przyjazna dla środowiska	Tak	
7.	Odporność płyty HPL na uderzenie: minimum 25N	Tak/podać	
8.	Uszkodzenie powierzchniowe płyty ma nie zmieniać właściwości fizyko-chemicznych oraz odporności mikrobiologicznej.	Tak	
9.	Odporność płyty na wilgoć i korozję biologiczną: nienasiąkliwa	Tak	
10.	Płyta HPL powinna charakteryzować się odpornością na środki chemiczne a szczególnie środki dezynfekcyjne	Tak	
11.	Parametry i odporność płyty potwierdzona zaświadczeniem producenta o jej odporności na środki chemiczne a szczególnie na środki dezynfekcyjne.	Tak	
12.	Płyta kompaktowa HPL z twardym rdzeniem o szczelnie zamkniętej strukturze nie wymagająca oklejania obrzeżem	Tak	
13.	Krawędź szlifowana lub frezowana.	Tak	
14.	Zawiasy: Wszystkie okucia – w tym zawiasy samodomykające, odporne na działanie środków chemicznych i roztworów dezynfekcyjnych, niklowane lub ze stali nierdzewnej. Wykonane estetycznie jako części dekoracyjne nie wymagające stosowania zaślepek maskujących. Część rozprężna zawiasów ma gwarantować trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów. Kąt otwarcia w zależności od potrzeb 105°, 175° lub 270°.	Tak	
15.	Prowadnice szuflad: Prowadnice rolkowe, metalowe samodomykające się o dopuszczalnym obciążeniu statycznym minimum 35kg, łatwe do mycia i dezynfekcji.	Tak	

16.	Podpórki półki: Mocowania półek przy pomocy podpórek z bolcem trwale mocowanych w korpusie uniemożliwiające przypadkowe zrzucenie lub wysunięcie półki na użytkownika, zwiększające sztywność regału (szafki) niwelujące możliwość ugięcia półki, gdyż całe obciążenia statyczne ma być przeniesione na korpus szafy. Jakość używanych mocowań udokumentowana kartą wyrobu.	Tak	
17.	Zamki: Zamki patentowe w szafach oraz centralne w kontenerach wykonane są z metalu	Tak	
18.	Uchwyty: Uchwyty meblowe wykonane z metalu dwupunktowe. Wysokość nóżki ma gwarantować komfortowe otwieranie szuflad lub szaf oraz łatwe mycie i dezynfekcję	Tak	
19.	Kółka: W kontenerach, regałach, szafkach i wszelkiego rodzaju asystorach, mają być zastosowane kółka z hamulcem. Rodzaj użytego kółka ma umożliwiać utrzymanie w czystości i pełnej dezynfekcji.	Tak	
WYMAGANIA OGÓLNE:			
20.	Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych na korozję chemiczną i biologiczną	Tak	
21.	wkręty muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej lub powlekanej galwanicznie warstwą cynku odpornego na szpitalne środki dezynfekcyjne, odpornych na działanie UV, odpornych na większość chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w lecznictwie, odpornych na działanie pary wodnej o temperaturze do 95°C.	Tak	
22.	wszystkie elementy wyposażenia oraz mebli muszą być odporne na czynniki dezynfekcyjne na bazie co najmniej kilku substancji np: etanol 70%, formalina 1% i 5%, p-chlor-m-krezol 0,3%, chloramina, chlorek amonowo benzylowy 0,1%, alkohole, aldehydy, fenole, czwartorzędowe związki amonowe i innych części składowych środków odkażających i płynów dezynfekcyjnych.	Tak	
23.	Elementy konstrukcyjne mebli wykonane z materiałów o czystości mikrobiologicznej powierzchni.	Tak	
24.	Zawiasy samodomykające, regulowane w 3 kierunkach, odporne na działanie szpitalnych środków dezynfekcyjnych o kącie otwarcia min. 240°	Tak	
25.	szafy osadzone na nóżkach o wysokości 8-15 cm ze stali nierdzewnej, regulowanych.	Tak	
26.	Wszelkie łączenia mają być wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych w utrzymaniu czystości.	Tak	
OPIS WYKONANIA			
27.	Wszystkie wymiary podawane są w mm i opisują szerokość x głębokość x wysokość.	Tak	
28.	Szafki stojące podbłatowe wyposażone w 1 półkę ruchomą.	Tak	
29.	Szafki wiszące wyposażone w 2 półki ruchome.	Tak	
30.	Korpusy, drzwi, ściany tylne szaf i regałów wykonane z tego samego materiału.	Tak	
31.	Wszystkie biurka do pomieszczeń medycznych i biurowych wyposażone w wysuwne półki pod klawiaturę.	Tak	
MEBLE DO POMIESZCZEŃ MEDYCZNYCH			
32.	Błat roboczy na szafki stojące z szufladami, dł. 1800 mm gł. 600 mm. Sztuk - 1	Tak	
33.	Szafka stojącą z szufladami, dł. 3x600 = 1800 mm gł. 600 mm Sztuk - 3	Tak	
34.	Półki wiszące dł. 3x600 = 1800, gł. 350, wys. 700 Sztuk - 3	Tak	
35.	Szafy szer. 1000 mmm, wys. 2100, gł. 500 Sztuk - 2	Tak	
36.	Szafy szer. 1500 mm, wys. 2100 mm, gł.500 mm Sztuk 2	Tak	
37.	Półki wiszące dł. 1600, gł. 350, wys. 700 Sztuk - 1	Tak	

38.	Szafka stojąca podblatowa 3 szufladowa, o wymiarach 600x600x860. Sztuk - 1	Tak	
39.	Szafa szer. 900 mm, wys. 2100 mm, gł. 500 mm Sztuk - 1	Tak	
40.	Deska z 11 hakami szer. 1500 mm, wys. 300 mm, co 120 mm –hak. Sztuk - 1	Tak	
	Meble zmywalne, nadające się do dezynfekcji - Pokój Przygotowawczy		
41.	Błat roboczy dł. 3000 mm (typu Corian lub płyta hpl) Sztuk - 1	Tak	
42.	Zlewozmywak 2-komorowy z suszarka na szafce Sztuk - 2	Tak	
43.	Szuflady Sztuk - 1	Tak	
44.	Szafa szer. 500, wys. 2100 mm, gł. 500 mm Sztuk – 4	Tak	
	Meble zmywalne, nadające się do dezynfekcji		
45.	Szafki stojące (komplet.) dł. 3000 mm (5x600mm) Sztuk – 5	Tak	
46.	Błat roboczy dł. 3000 mm Sztuk – 1	Tak	
47.	Szafki wiszące (komplet.) dł. 3000 mm (5x600mm) Sztuk – 5	Tak	
48.	Szafka stojąca do przechowywania sondy (13HE) Sztuk – 1	Tak	
49.	Biurko z fotelem (komplet.) Sztuk – 1	Tak	
50.	Wieszak ubraniowy dla pacjentów Sztuk – 1	Tak	
51.	Zlew dwukomorowy metalowy tłoczony o gł. 250 mm a jedna komorą większą. Sztuk – 1	Tak	
52.	Szafka do wieszania gastroskopów jednodrzwiowa Sztuk – 1	Tak	
	Meble stalowe do magazynu		
53.	Regał magazynowy 1980 x 1000 x 500 nośność ok. 200 kg na półkę. Wykonany ze stali węglowej konstrukcyjnej. Sztuk – 6	Tak	

WIESZAK NA FARTUCHY OŁOWIANE, STACJONARNY – SZT.1.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
	Wieszak metalowy ścienny na garsonki ołowiane RTG		
1.	Przeznaczenie: do wieszania Garsonki (kamizelki i spódnicy) RTG	Tak	
2.	Wieszak wykonany ze stali węglowej wysokogatunkowej niklowanej powierzchniowo	Tak	
3.	Wieszak potrójny mocowany do ściany o wysokich walorach wytrzymałościowych dających możliwość powieszenia ciężkiej garderoby ołowianej RTG	Tak	
4.	Zestaw dwóch wieszaków ma dać możliwość powieszenia do 6 garsonek ołowianych RTG	Tak	

CHŁODZIARKA DO LEKÓW Z WYMUSZONYM TERMOOBIEGIEM I MONITOROWANIEM TEMPERATURY – SZT.2.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Chłodziarka do przechowywania leków z monitorowaniem temperatury	Tak	
2	Pojemność całkowita – 360 litrów +/- 5 litrów	Tak/podać	
3	Wymiary - 184 ⁺ /- 1 cm x 60 ⁺ /- 0,5 cm x 61,5 ⁺ /- 0,5 cm	Tak/podać	
4	Głębokość użytkowa wnętrza – 43,5 cm	Tak / podać	
5	Szerokość użytkowa wnętrza – 44 cm	Tak/podać	
6	Wysokość użytkowa wnętrza – 163,5 ⁺ /- 1 cm	Tak/podać	
7	Zużycie energii w ciągu 24 godz [kWh / 24h] -1,315 ±0,1 kWh	Tak/podać	
8	System chłodzenia komory chłodniczej - dynamiczny	Tak	
9	Metoda odszraniania, komora chłodnicza - automatyczna	Tak	
10	Zakres temperatury w komorze chłodniczej w [°C] +5°C	Tak	
11	Materiał obudowy – stal	Tak/podać	
12	Kolor - biała	Tak	
13	Materiał drzwi i pokrywy - Drzwi przeszklone z izolacją	Tak	
14	Materiał pojemnika wewnętrznego - Tworzywo sztuczne w kolorze białym	Tak	
15	Rodzaj sterowania - Sterowanie elektroniczne	Tak	
16	Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza - Oświetlenie LED, włączane oddzielnie	Tak/podać	
17	Wskaźnik temperatury w komorze chłodniczej – zewnętrzny cyfrowy	Tak	
18	Awaria: Sygnał ostrzegawczy - optyczna i akustyczna	Tak	
19	Styk - bezpotencjałowy	Tak	
20	Złącze - RS 485	Tak	
21	Półki w komorze chłodniczej – 6 z tego regulowane - 5	Tak	
22	Materiał półek, komora chłodnicza - Ruszty pokryte tworzywem sztucznym	Tak	
23	Maksymalne obciążenie w chłodziarce [kg] - 45	Tak	
24	Uchwyt - Ergonomiczny uchwyt drążkowy	Tak	
25	Zamek – na wyposażeniu	Tak	
26	Drzwi - samoczynnie zamykane	Tak	
27	Kierunek otwierania drzwi – prawe przestawne	Tak	
28	Izolacja [mm] – 40-40 ±5%	Tak	

29	Masa brutto [kg] – 91 ^{-5%}	Tak	
30	Waga netto [kg] – 85 ^{-5%}	Tak	
31	Klasa klimatyczna - SN	Tak/ podać	
32	Czynnik chłodniczy – R 600a	Tak/podać	
33	Poziom szumu [db(a)] – 48 ^{-10%}	Tak/podać	
34	Moc znamionowa [A] – 1,5 A	Tak	
35	Częstotliwość [Hz] - 50	Tak	
36	Napięcie [V] – 220-240V ~	Tak	
Warunki gwarancji i serwisu			
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski		Tak	
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych		Tak 1 przegląd/rok	
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji		Tak Max. 48 godzin	
Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji		Tak Max. 21 dni	
Instrukcja obsługi w j. polskim		Tak	

ŁODÓWKA PODBLATOWA NA LEKI Z WYMUSZONYM TERMOOBIEGIEM I MONITOROWANIEM TEMPERATURY – SZT.1.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Profesjonalna chłodziarka farmaceutyczna do przechowywania leków	Tak	
2	Pojemność całkowita – 141 litrów +/- 2 litrów	Tak/podać	
3	Wymiary - 82 +/- 1 cm x 60 +/- 0,5 cm x 61,5 +/- 0,5 cm	Tak/podać	
4	Głębokość użytkowa wnętrza – 43,5 cm	Tak / podać	
5	Szerokość użytkowa wnętrza – 44 cm	Tak/podać	
6	Wysokość użytkowa wnętrza – 67 +/- 1 cm	Tak/podać	
7	Zużycie energii w ciągu 24 godz. [kWh / 24h] -1,01 +/- 0,1 kWh	Tak/podać	
8	System chłodzenia komory chłodniczej - dynamiczny	Tak	
9	Metoda odszraniania, komora chłodnicza - automatyczna	Tak	
10	Zakres temperatury w komorze chłodniczej w [°C] +5°C	Tak/podać	
11	Materiał obudowy – stal	Tak/podać	
12	Kolor - biała	Tak	
13	Materiał drzwi i pokrywy - Drzwi przeszkłone z izolacją	Tak	
14	Materiał pojemnika wewnętrznego - Tworzywo sztuczne w kolorze białym	Tak	
15	Rodzaj sterowania - Sterowanie elektroniczne	Tak	

16	Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza - Oświetlenie LED, włączane oddzielnie	Tak	
17	Wskaźnik temperatury w komorze chłodniczej – zewnętrzny cyfrowy	Tak	
18	Awaria: Sygnał ostrzegawczy - optyczna i akustyczna	Tak	
19	Złącze - RS 485	Tak	
20	Półki w komorze chłodniczej – 4 z tego regulowane - 3	Tak/podać	
21	Materiał półek, komora chłodnicza - Ruszty pokryte tworzywem sztucznym	Tak	
22	Maksymalne obciążenie w chłodziarce [kg] - 45	Tak	
23	Uchwyt - Ergonomiczny uchwyt drążkowy	Tak	
24	Zamek – na wyposażeniu	Tak	
25	Drzwi - samoczynnie zamykane	Tak	
26	Kierunek otwierania drzwi – prawe przestawne	Tak	
27	Izolacja [mm] – 40-40 - 5%	Tak/podać	
28	Masa brutto [kg] – 46 - 5%	Tak/podać	
29	Waga netto [kg] – 43 - 5%	Tak/podać	
30	Klasa klimatyczna - SN	Tak	
31	Czynnik chłodniczy – R 600a	Tak/podać	
33	Poziom szumu [db(a)] – 45 - 10%	Tak/podać	
34	Moc znamionowa [A] – 1,0 A	Tak	
35	Częstotliwość [Hz] - 50	Tak	
36	Napięcie [V] – 220-240V ~	Tak	

Warunki gwarancji i serwisu

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych	Tak 1 przegląd/rok	
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 48 godzin	
Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 21 dni	
Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	

WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH LEŻĄCYCH Z BARIERKAMI , BLOKAMDĄ NA KOŁKACH I MOŻLIWOŚCIĄ REANIMACJI - SZT.1.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Wózek do transportu chorych leżących, 4 segmentowy, z materacem i z wieszakiem kroplówki	Tak	
2.	Przeznaczenie: Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)	Tak	

3.	Konstrukcja: wózek wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo.	Tak	
4.	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu.	Tak	
5.	Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem	Tak/podać	
6.	Dopuszczalne obciążenie min. 318 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych.	Tak	
7.	Długość całkowita wózka 215 +/- 2 cm	Tak/podać	
8.	Rozstaw między kolumnami 130 +/- 2 cm	Tak/podać	
9.	Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 76 +/- 2 cm	Tak/podać	
10.	Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 86 +/- 2 cm	Tak/podać	
11.	Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 +/- 2 cm , szerokość min. 66 +/- 1 cm	Tak/podać	
12.	Składane, ergonomiczne ręczki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca.	Tak	
13.	Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub docięnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem.	Tak	
14.	Pojedyncze, duże koła o średnicy co najmniej 20 cm , antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem	Tak	
15.	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy , z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej.	Tak	
16.	Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec..	Tak	
17.	Barierki boczne chromowane , składane (żółte elementy aktywujące) o wysokości 36 cm i długości 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych.	Tak	
18.	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86 +/- 2 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)	Tak/podać	

19.	Leże wózka wyposażone w system „obniżonego siedziska” w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców.	Tak	
20.	Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0°-90° sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu siedziska zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka	Tak	
21.	Manualna regulacja segmentu nóg w zakresie od 0° -40°	Tak	
22.	Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie.	Tak	
23.	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie $\pm 17^\circ$ przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka	Tak	
24.	Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej	Tak	
25.	Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka	Tak	
26.	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża	Tak	
27.	Zintegrowana półka na rzeczy osobiste pacjenta	Tak	
28.	Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka	Tak	
29.	Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach	Tak	
30.	Lekka konstrukcja wózka. Waga wózka bez osprzętu ok. 130 kg	Tak	
31.	Możliwość mycia ciśnieniowego wózka	Tak	
32.	Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości ok. 8 , 10 lub 12 cm,, niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.	Tak	
Warunki gwarancji i serwisu			
33.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	
34.	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych	Tak 1 przegląd/rok	
35.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 48 godzin	
36.	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Tak Max. 21 dni	
37.	Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	

GARSONKI OŁOWIANE - SZT. 6.

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)																				
1.	GARSONKA OŁOWIANA ZŁOŻONA Z : KAMIZELKI , SPÓDNICY I OSŁONY TARCZYCY	Tak																					
2.	Technologia wykonania: Kamizelka i spódnica wykonane z najłżejszego ołowianego materiału na świecie Leadlite™ który jest przełomem w optymalizacji wagi i jest wynikiem zastosowania najczystszych i najlepszych cząstek ołowiu, użytych razem z olejami mineralnymi i minimalnych materiałów wiążących zstępujące sztuczne plastyfikatory.	Tak																					
3.	Wydłużony okres użytkowania, dzięki właściwościom opatentowanego materiału Hygiena™ który zapobiega odbarwianiom i zmarszczeniom. jest tkaniną o zastosowaniach medycznych, dzięki wzmocnionej odporności na plamy krwi i wody. Materiał całkowicie oddychający.	Tak																					
4.	Specjalna formuła ma zapewniać, że materiał pozostaje elastyczny przez kilka lat i jest odporny na wilgoć	Tak																					
5.	Kamizelka ochronna RTG dwustronna o ekwiwalencie ołowiu: 0,5 mm Pb przód, 0,25 mm Pb tył. Rozmiar 60 x 57 cm	Tak																					
6.	Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Regulowana na rzep o ekwiwalencie ołowiu 0,25 mm Pb z przodu oraz z tyłu. W kamizelce oraz w spódnicy zachodzące na siebie części przodów, podwajają stopień osłabienia promieniowania, zapewniając jeszcze większy stopień bezpieczeństwa pracy z promieniowaniem rentgenowskim.	Tak																					
7.	Spódnica ochronna RTG dwustronna o ekwiwalencie ołowiu 0,5 mm Pb przód, 0,25 mm tył. Rozmiar: 192 x 53	Tak																					
8.	Rozmiary do wyboru przez użytkownika <table border="0"> <tr> <td></td> <td>S.</td> <td>M.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Kamizelka – Obwód</td> <td>S 90-105,</td> <td>M 105-120,</td> <td>L 120-130 cm</td> </tr> <tr> <td>Kamizelka - Długość</td> <td>S 60cm</td> <td>M 62cm</td> <td>L 65 cm</td> </tr> <tr> <td>Spódnica – Obwód</td> <td>S 75-95</td> <td>M 90-115</td> <td>L 110-120 cm</td> </tr> <tr> <td>Spódnica długość</td> <td>S 60 cm</td> <td>M 60 cm</td> <td>L 65 cm.</td> </tr> </table>		S.	M.	L.	Kamizelka – Obwód	S 90-105,	M 105-120,	L 120-130 cm	Kamizelka - Długość	S 60cm	M 62cm	L 65 cm	Spódnica – Obwód	S 75-95	M 90-115	L 110-120 cm	Spódnica długość	S 60 cm	M 60 cm	L 65 cm.	Tak/podać	
	S.	M.	L.																				
Kamizelka – Obwód	S 90-105,	M 105-120,	L 120-130 cm																				
Kamizelka - Długość	S 60cm	M 62cm	L 65 cm																				
Spódnica – Obwód	S 75-95	M 90-115	L 110-120 cm																				
Spódnica długość	S 60 cm	M 60 cm	L 65 cm.																				
9.	OSŁONA TARCZYCY : pełna ochrona tarczycy i mostka	Tak																					
10.	Osłony tarczycy: spełniające najwyższe wymagania, oraz zgodne z obowiązującymi w kraju standardami i normami o ochronie radiologicznej, spełniając warunki PN-EN 61331-3:2002(U).	Tak																					
11.	Wydłużony okres użytkowania, dzięki właściwościom opatentowanego materiału Hygiena™ który zapobiega odbarwianiom i zmarszczeniom. jest tkaniną o zastosowaniach medycznych, dzięki wzmocnionej odporności na plamy krwi i wody. Materiał całkowicie oddychający.	Tak/podać																					
12.	Osłony tarczycy o ekwiwalencie ołowiu: 0,5 mm Pb	Tak/podać																					

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 09.08.2013r poz. 907 tekst jednolity z późn zm.) oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2.

posiada wiedzę i doświadczenie ¹ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia ² tak/nie

3.

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ³ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ⁴ tak/nie

4.

spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁵ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁶ tak/nie

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

¹ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

² Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

³ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” .

⁴ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

⁵ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

⁶ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) według którego wyklucza się:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 10) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza

lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- 11) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 12) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 13) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 14) Wykonawców; którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 15) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 16) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia

Uwaga: Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCOM**

Oświadczam, że **nie powierzę** podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.*

Oświadczam, że **powierzę** podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie:*

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę
Nazwa podwykonawcy o którym mowa w art. 36b pzp (jeżeli dotyczy - zgodnie z zapisem punktu 15 rozdziału I)

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

*należy skreślić niewłaściwy wariant

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
dotyczące wyrobów medycznych

dotyczy następujących pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ: 1,2,3,4,7,8,10,24,26,31,33,37.

1. Oświadczam, że wszystkie oferowane przez firmę wyroby medyczne są dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679).
2. Zobowiązujemy się do przedłożenia powyższych dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie) w zakresie objętym umową wraz z pierwszą dostawą do Działu Zaopatrzenia i Transportu oraz na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Zobowiązujemy się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez firmę, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

UMOWA nr 208/ZP/15

z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą

(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na dostawę sprzętu medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:, wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy o łącznej wartości zł netto (słownie: zł) oraz łącznej wartościbrutto zł. (słownie: zł), zwany w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub sprzętem medycznym.
2. Przedmiotowy zakup finansowany jest przez Województwo Łódzkie z zadania pn.: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu.
3. Umowa obowiązuje od dnia do dnia

§2

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia w Oddziale Kardiologii – pracownia angiografii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi w terminie **do 18.12.2015r.**
2. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 – 15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu Zamawiającego /tel. 42 689 5794/ o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do Oddziału Kardiologii – pracowni angiografii, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem.
4. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:
 1. Jolanta Adamiak – Oddział Kardiologii
 2. Piotr Lewandowski – Dział Zaopatrzenia i Transportu
5. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
6. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru.
7. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest P. Przemysław Frąckiewicz – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu – tel. 42 689 57 94, e-mail: p.frackiewicz@kopernik.lodz.pl, lub osoba przez niego upoważniona.
8. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest tel. e-mail:
9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do obrotu

i użytkowania na terytorium RP wyrobów medycznych, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji opisanej w zdaniu poprzednim wraz z dostawą, Zamawiający może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy oraz uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku przyjmuje się, iż nastąpiło opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy zawinione przez Wykonawcę.

10. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

§3

1. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT.
2. Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie **60 dni** od daty doręczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

§4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a. paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji /dotyczy pozycji 1,2,3,24 formularza oferty/.
 - b. instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu,
 - c. karty gwarancyjne.
 - d. stanowiskową instrukcję BHP
2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji oraz dołączyć w formie pisemnej informacji producenta o zalecanych środkach mycia i dezynfekcji przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj: w ciągu tygodnia od dnia dostawy i montażu.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w _____r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia na okres/min. **24 miesiące**/.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
5. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

§6

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia wymieni

wadliwy towar na towar sprawny. Za towar wadliwy uważa się, między innymi, towar niezgodny asortymentowo lub ilościowo ze złożonym zamówieniem.

2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
4. Termin płatności faktur dotyczących dostawy w której został stwierdzony wadliwy towar rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
5. Dostawa faktur korygujących nastąpi razem z dostawą towaru wolnego od wad.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia;
 - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki;
 - c) za dostarczenie towaru z wadami w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem;
 - d) za zwłokę w wymianie wadliwego towaru na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą, za każdy dzień zwłoki;
 - e) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 9 – 20% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§8

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmieniona stawka podatku VAT obowiązuje strony od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa i następuje automatycznie. Cena netto pozostaje bez zmian, cena brutto ulega odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy).

§ 9

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.

§10

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 6 maja 2015r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618)
2. Każda ze stron zobowiązana jest :
 - a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§11

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy;
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu;
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych;

4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

§12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§13

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą działanie art. 552 Kodeksu Cywilnego.

§15

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

- 1) Formularz asortymentowo-cenowy
- 2) Warunki szkoleń pracowników Zamawiającego
- 3) Parametry techniczne, warunki gwarancji i serwisu
- 4) kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
- 5) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
- 6) Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....