

Łódź; dnia 14.10.2016r.  
Nr sprawy  
**160/ZP/16**

**Zamawiający:**  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI**  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź  
tel. (042) 689 59 11  
fax. (042) 689 54 09  
[www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl)

### **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba stron specyfikacji: 62

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

Zatwierdził: \_\_\_\_\_

dr hab. n. med. Przemysław Biliński

*Ilekcioć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zm.). Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36.1 Ustawy Pzp. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego:*

*[www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl)*

*Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej.*

*Za zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.*

## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiającym jest: **WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI.**  
**Ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź**

## **DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**Tel: 042 689 59 10**

**Fax: 042 689 54 09**

**Adres strony internetowej: [www.przetargi.kopernik.lodz.pl](http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl)**

**Adres e-mail: [przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl)**

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zm.)

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **sprzętu medycznego** wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w **załączniku nr 2a do SIWZ**. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 3 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje w danym pakiecie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.
3. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod kodem i pojęciem:

Kod CPV	Opis
33100000-1	Urządzenia medyczne
33184100-4	Implanty chirurgiczne

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt medyczny spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp).

5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt medyczny posiadał termin ważności min. 12 miesięcy licząc od dnia jego dostawy loco magazyn Zamawiającego.

6. W zakresie pakietów nr 28-30 zawarta będzie umowa dostawy ( bez bazy)

7. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie pakietów nr 1-27 :

- do utworzenia bazy (w ramach pierwszej dostawy) w zakresie wszystkich pozycji w terminie maks. 7 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy;
- na bieżąco uzupełniać bazę sprzętu w terminie nie dłuższym niż 48 h od przesłania pisemnej informacji o wykorzystaniu towaru.
- do uwzględnienia kosztu stworzenia bazy w cenie oferty.

#### IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie przez **3 miesiące** od daty podpisania umowy.
- Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Aptekę Szpitalną**.
- Miejsce realizacji dostawy:** WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Apteka Szpitalna, Łódź, ul. Pabianicka 62.
- Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu zamówionych wyrobów do Apteki Szpitalnej Zamawiającego i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności** wynosi **60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

#### V. INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A (umowa o pracę):

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

#### VI. INFORMACJA ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 29 UST. 4.

Nie dotyczy.

## **VII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.**

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) oraz z wykazem zakresu zadań zleczanych podwykonawcy (podwykonawcom) oraz z podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawców). W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w w/w zakresie Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.

## **VIII. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A.**

Nie dotyczy

## **IX. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## **X. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA I ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY.**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń.

## **XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

### **1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

- nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 (przesłanki obligatoryjne).
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

#### **a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

#### **b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

**c) zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

**2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp.**

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 i ust. 5 ustawy.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- d) informacja czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## **XII. DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5.**

*Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1-8.*

## **XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.**

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia **należy przedłożyć wraz z ofertą:**
  - A\ aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu** oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
    - 1) wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie.
    - 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje.
    - 3) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
    - 4) oświadczenie winno być złożone w oryginale
    - 5) oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
    - 6) zamawiający **nie wymaga** zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2.
    - 7) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.**

**Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

- B\ FORMULARZ OFERTOWY** – załącznik nr 2 i 2a, 2b do SIWZ.

- C\ Pełnomocnictwo do podpisania oferty.** Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. **Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej;**

**D\ oryginalne ulotki producenta, katalogi, karty danych technicznych** w języku polskim, czytelne zdjęcia potwierdzające wymagane parametry oferowanego asortymentu (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż język polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski). Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, której części oraz której pozycji formularza asortymentowo -cenowego dotyczy dokumentów do potwierdzenia kryteriów poza cenowych. **Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu**

**2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert** przekazuje Zamawiającemu:

oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- 1) Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).
- 2) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 3) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski

**3. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:**

**1) oryginalne ulotki producenta, katalogi, karty danych technicznych** w języku polskim, czytelne zdjęcia potwierdzające wymagane parametry oferowanego asortymentu (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż język polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski). Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, której części oraz której pozycji formularza asortymentowo -cenowego dotyczy dokument do potwierdzenia warunków bezwzględnie wymaganych

**4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.**

- 1) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności **dokumenty spełniające wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679) oraz aktami wykonawczymi do ustawy tj. :**

w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010 r. w tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia wraz z pierwszą dostawą do siedziby Zamawiającego:

- Deklarację Zgodności Producenta – dla sprzętu medycznego dla medycznych wszystkich klas;
- Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
- dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn;
- w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie wnioski o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 17.09.2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679)
- w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie) lub, w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium – powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy;
- b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

Dokumenty należy złożyć zgodnie z §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę, w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

**XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB**



**POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRDKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
5. Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach j. w. upoważnieni są:
  - w sprawach merytorycznych p. Przemysław Szot tel. 42 689 51 08
  - w sprawach formalnych p. Małgorzata Janikowska tel. 42 689 59 11 e-mail: [przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl)
6. Zamawiający, dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
  - 1) formy pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego), osobiście lub za pośrednictwem posłańca  
lub
  - 2) faksu: **0 42 689 54-09**  
lub
  - 3) poczty elektronicznej : e-mail: [przetargi@kopernik.lodz.pl](mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl);

**XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wadium.

**XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

**XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

3. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

**Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

**Znak sprawy – 160/ZP/16**

**Ilość stron \_\_\_\_\_**

**Nie otwierać przed dniem ..... 2016r.**

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą zostać dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie, pod warunkiem, że będą czytelne.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy załączyć oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia wymienione w pkt. 15 lit. b. niniejszego rozdziału, sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile Wykonawcy dotyczy

ta sytuacja) muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa.

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. **Kompletna oferta powinna zawierać:**
  - a. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2a i 2b do niniejszej SIWZ;
  - b. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;
  - c. stosowne pełnomocnictwo a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby upoważnione;
  - d. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
  - e. uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawcę dotyczy sytuacja określona poniżej w pkt. 17);
  - f. inne dokumenty określone w SIWZ;

16. Zalecane jest przez Zamawiającego złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron.
17. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do której Wykonawca zastrzega, że nie może być udostępniona innym uczestnikom postępowania, muszą one być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty.

Zaleca się, aby dokumenty te były trwale spięte i zostały umieszczone w nieprzeźroczystej kopercie na końcu oferty. Koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinna być opisana (spis dokumentów).

**UWAGA!** Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą Wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione, o czym Wykonawca zostanie poinformowany.

#### **XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. XVII.3 SIWZ i zaadresowanej na zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 15.10.2016r. do godz. **10:00.**
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, Dział Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2016 r. o godz. **11:00.**
3. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiającego o wycofaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane nie będą otwierane i zostaną odesłane do wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

## XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulując cenę zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i opłaty, w tym w szczególności koszty opłat wystawienniczych, ubezpieczeń, kosztów transportu, itp.
2. **Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku**, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w załączniku nr 2a do SIWZ.
3. Wykonawca podaje wartości netto i brutto w złotych polskich.
4. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.
5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w szczególności w zakresie:
  - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. NR 200, POZ. 1679, Z PÓŹN. ZM.)
  - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
  - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska
  - powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

**OBOWIĄZEK WYKAZANIA, ŻE OFERTA NIE ZAWIERA RAŻĄCO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.**

## XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW

1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	60%

2.	Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko : zbiorcze opakowanie produktu wykonane z materiałów recyklingowych	5%
3.	Funkcjonalność:	
	naklejki znamionowe na każdym produkcie	10%
	przezroczyste opakowanie produktu	5%
	dostępność rozmiarów	20%
RAZEM		100 %

➤ W kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:

$$C = N/W * K$$

Gdzie: C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,  
N – najniższa wartość z zaoferowanych,  
W – wartość badanej oferty,  
K – waga danego kryterium 60 %

➤ Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium: zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko:

W kryterium Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

zbiorcze opakowanie produktu wykonane z materiałów recyklingowych:

- Tak – 5pkt
- Nie – 0pkt

Przez materiały podlegające recyklingowi Zamawiający rozumie: materiały podlegające odzyskowi, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach.

Przy przyznawaniu punktów w kryterium zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko Zamawiający będzie się posługiwał systemem 0-1 tj. nie będzie przyznawał punktów pośrednich.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium w danym pakiecie – 5 pkt

➤ Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium: funkcjonalność:  
a) sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium: naklejki znamionowe na każdym produkcie

W kryterium naklejki znamionowe na każdym produkcie stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

- 2 naklejki – 0 pkt
- 3 i więcej naklejek – 10 pkt

Przy przyznawaniu punktów w kryterium w/w Zamawiający będzie się posługiwał systemem 0-1 tj. nie będzie przyznawał punktów pośrednich.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 10 pkt

b) sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium: przezroczyste opakowanie produktu

W kryterium **przezroczyste opakowanie produktu** stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

przezroczyste opakowanie produktu:

- tak – 5 pkt
- nie – 0pkt

przez przezroczyste opakowanie produktu Zamawiający rozumie opakowanie które posiada co najmniej jedną część przezroczystą pozwalającą na identyfikację sprzętu bez konieczności otwierania jego opakowania.

Przy przyznawaniu punktów w kryterium przezroczyste opakowanie produktu Zamawiający będzie się posługiwał systemem 0-1 tj. nie będzie przyznawał punktów pośrednich.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium w danym pakiecie – 5 pkt

**c) dostępność rozmiarów**

Numer pakietu	Wymóg bezwzględny	Doprecyzowanie warunku punktacji
1	Dostępne długości: 10;20;40 mm.	Większe od wymaganych
2 poz. 1	Długości 182 i 300cm	Inna długość
3	Średnice: 6-13mm	Poniżej 6
4	Długości od 20 do 58mm	Inna długość
5	Długości cewnika: 80 i 120 cm	Inna długość
6	Długości od 65 do 150 cm	Inna długość
7	Długości balonu: 20 – 200 mm	Inna długość
8	Długości: 20 – 200 mm	Inna długość
9	Średnica od 1,5mm-8.0mm	Inna średnica
10	Długości stentu 40-120 mm	Inna długość
11	Średnice stentu od 5 do 8 mm	Inna średnica
12	Dostępne długości stentu od 12 do 59 mm	Inna długość
13	Dostępne długości od 20 do 200 mm	Inna długość
14	Długości balonu: 10-200 mm	Powyżej 200
15	Długości balonu od 20 do 200mm	Inna długość
16	Średnica stentu: 10,12,14,16,18, 20 mm	Inna średnica
17	Długość stentu: od 100 mm	Poniżej 100
18	Średnica 4F, 5F, 6F	Inna średnica
19	Średnica śr.16-36mm,	Inna średnica
20 poz.2	Długości: 165cm	Inna długość niż 165

21 poz. 1	Średnica od 2,5 mm do 5,5 mm	Inna średnica
22 poz. 3	Długość min. 100cm	Inna długość
23 poz. 2	Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34.	Inna lepkość
24	System dostawczy o średnicy max 12F	Mniejsza średnica
25	Długość stentu 10/15/20/24mm	Inna długość
26 poz. 2	Cewnik reperfuzyjny: długość całkowita 132cm;	Inna długość
27	Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm	Inna długość
28	Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml;	Inna pojemność
29	Zakres długości 80 cm – 260 cm;	Inna długość
30 poz. 2	Długość od 150 do 260cm	Inna długość

Dla przyznania punktu w danym pakiecie wystarczy wskazać jeden parametr dodatkowy inny niż wymagany bezwzględnie.

- jeden dodatkowy parametr wynikający z tabeli – 20 pkt
- brak dodatkowego parametru – 0pkt

Przy przyznawaniu punktów w kryterium dostępność rozmiarów Zamawiający będzie się posługiwał systemem 0-1 tj. nie będzie przyznawał punktów pośrednich.

**Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium w danym pakiecie– 20 pkt**

**d) Maksymalna całkowita ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w kryterium funkcjonalność: 35pkt**

$$F = N + P + D$$

Gdzie:

F - ilość punktów przyznanych w kryterium funkcjonalność.

N- ilość punktów przyznanych w kryterium naklejki znamionowe na każdym produkcie

P- ilość punktów przyznanych w kryterium przezroczyste opakowanie produktu

D - ilość punktów przyznanych w kryterium dostępność rozmiaru

**Ocena końcowa oferty:**

$$O_k = C + T + F$$

Gdzie:

**O<sub>k</sub>** – ocena końcowa oferty,

**C** – ilość punktów przyznanych w kryterium cena,

**T** – ilość punktów przyznanych w kryterium zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko

**F** – ilość punktów przyznanych w kryterium funkcjonalność.

**Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:**

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.



2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

#### **XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treściami wzorów umów stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.
4. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a najpóźniej w chwili jej zawarcia, wykonawca złoży:
  - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP
  - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON
  - umowę konsorcjum, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum
  - oraz wszystkie inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  - (w szczególności w załączonym wzorze umowy) niezbędne do zawarcia ważnej umowy, a także do jej późniejszej realizacji.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu do złożenia dokumentów i dokona wyboru, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. W razie konieczności niniejsza procedura zostanie powtórzona odnośnie kolejnych ofert w rankingu.

#### **XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY**

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załącznikach nr 5 do SIWZ.

#### **XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
  - określenia warunków udziału w postępowaniu
  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  - odrzucenia oferty odwołującego
  - opisu przedmiotu zamówienia,
  - wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią **przed upływem tego terminu**.
7. Odwołanie wnosi się w terminie **5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: **5 dni** od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
  - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
  - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. 2014r. poz. 101 ze zm.) – Kodeks postępowania cywilnego.

**XXV. INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.**

Nie dotyczy.

**XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

**XXVII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.

**XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.**

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

**XXIX. INFORMACJE NA TEMAT AUCJI ELEKTRONICZNEJ.**

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

**XXX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**XXXI. INNE POSTANOWIENIA.**





1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy Pzp uprawnienia w pierwszej kolejności do dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) Kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  - 2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
  - 3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 8 informacja zawierać będzie wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę zamawiający uznał za niewystarczające);
  - c) wykonawcach. Których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
  - d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

**Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:**

L.P.	Oznaczenie załącznika	Nazwa załącznika
1	Załącznik nr 1	Formularz strony tytułowej
2	Załącznik nr 2	Formularz oferty
3	Załącznik nr 2a	Formularz oferty – excel
4	Załącznik nr 2b	Oświadczenie wykonawcy – kryteria oceny
5	Załącznik nr 3	Oświadczenie wykonawcy
6	Załącznik nr 4	Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
7	Załącznik nr 5	Wzory umów

**Podpisy:**

  
 A. Ornoch  
  
 J. Gutkowski  
  
 A. Zm  
  
 S. S.

**STRONA TYTUŁOWA OFERTY**  
**Nr sprawy 160/ZP/16**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	Regon
<p>Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:</p> <p>Imię i nazwisko:</p> <p>.....</p> <p>nr telefonu:</p> <p>.....</p>	<p>Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:</p> <p>Nr fax: .....</p>
Kontakt internetowy (strona www., e-mail)	<p>Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):</p>
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:	

.....

Miejscowość / Data

.....

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający  
Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w  
Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

### FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena zgodna z formularzem ofertowym
2. Deklarujemy **60 dniowy** termin płatności.
3. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem<sup>1</sup>:
  - ☐ Tak
  - ☐ Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

4. Deklarujemy w zakresie pakietów nr 1-26:
  - a) stworzenie bazy sprzętu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy
  - b) termin wykonania zamówienia /dostawy .....h(max. 48h)w dni robocze, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego w celu uzupełnienia bazy
  - c) Informacja o wykorzystaniu towaru składana będzie na nr faksu .....
  - d) termin realizacji reklamacji w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji
  - e) w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym towarze, towar wadliwy zostanie bezzwłocznie wymieniony na towar na wolny od wad (co do jakości jak i ilości), jednakże w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia danej reklamacji
  - f) 12 miesięcy terminu ważności na dostarczony towar, liczony od dnia dostawy do Apteki Szpitalnej

<sup>1</sup> Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców.

5. Deklarujemy w zakresie pakietów nr 27-30:
- a) termin wykonania zamówienia .... dni (max. 3 dni) robocze, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego
  - b) reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: .....
  - c) w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze, towar wadliwy zostanie wymieniony na towar na wolny od wad lub zostanie dostarczony brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż **3 dni robocze** od zgłoszenia danej reklamacji. (dotyczy tylko pakietów nr 27-30)
6. Deklarujemy: 12 miesięcy termin ważności na dostarczony towar od momentu dostawy do Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że wszystkie oferowane przez naszą firmę wyroby medyczne są dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679) oraz aktami wykonawczymi do ustawy i zobowiązujemy się do przedłożenia powyższych dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w zakresie objętym umową wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia oraz na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
8. Nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia\*/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom\*.

<b>Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:</b>
<b>Nazwa/firma podwykonawcy:</b>

9. Składamy niniejszą Ofertę w imieniu **własnym\*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia\***. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia\*.
10. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera/zawiera\*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/ będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa /świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi
1		
2		

*Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

12. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest .....
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
14. Zabezpieczyliśmy wystarczającą ilość oferowanego przedmiotu zamówienia pozwalającą na prawidłową realizację umowy.
15. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
**Miejscowość / Data**

.....  
**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**

\*należy skreślić niewłaściwy wariant



Pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	ceną jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaoferowanego w kryterium pozycjonowym	Klasa wyrobu medycznego
1	1	Cewnik balonowy nacinający – pozycjonujący. Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014", 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018" • Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon • Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014") 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018") • Dostępne długości: 10;20;40 mm. • Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014" i 0,018" • Długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm • Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą • Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego zeslizgiwaniu	szt	6										
	2	Prowadnik specjalistyczny 0,014" Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej) na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi) Średnica 0,014" (0,37mm) Długości 182 i 300cm Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm Stałowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej	szt	30										
2	2	Prowadnik specjalistyczny 0,018" Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa Średnica 0,018", długości od 110 do 300cm Kształtowalny koniec o długości 2cm Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm Rdzeń ze stali z domieszką tytanu	SZT	30										
	2	Suma				2	Suma							
3	1	Stentgraft obwodowy samorozprężalny Pokryty na całej długości PTFE Średnice: 6-13mm Długości 20 - 120 mm	szt	5										
4	1	Stentgraft obwodowy montowany na balonie.Stent wykonany ze stali Materiał pokrycia – PTFE Dobra widoczność w skopii rtg Przedział średnic od 5 do 12mm Długości od 20 do 58mm	szt	6										

.....podpisy osoby upoważnionej do podpisania oferty

Palet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zoferowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego
5	1	System umożliwiający powrót do właściwego światła naczyńia .Złożony z cewnika balonowego i mikrocewnika zakończonego igłą. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014" Kompatybilny z koszulką 6F Długości cewnika: 80 i 120 cm Dobrze widoczne w skopii markery	szt	4										
6	1	Cewnik obwodowy niskoprofilowy hydrofilny zbrojony do pokonywania trudnych zmian Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką 4 Fr Długości od 65 do 150 cm Taperowana na 12 mm końcówka, zagięta lub prosta Przynajmniej jeden marker widoczny w skopii RTG na końcu dystalnym cewnika. Shaft: wzmocniony odporny na zalamanie struktury podłużnej Pokrycie hydrofilne minimum na dystalnych 40 cm	szt	13										
7	1	Cewnik balonowy na przewodniku 0,035". Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm Długości systemu wprowadzającego: od 40 do 135 cm Kompatybilny z koszulką: 5 - 7 F Ciśnienie RBP:10 – 24 ATM	szt	33										
8	1	Stent samorozprężalny nitynowy Średnice: 5-12 mm Długości: 20 – 200 mm w zależności od średnicy Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm Maksymalny crossing profile 0,083" Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką lub dwiema rękami	szt	16										

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Powierzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	ceną jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaferowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego
9	1	Cewnik balonowy powlekany lekiem. Długość od 10 do 250mm Średnica od 1,5mm-8,0mm cewnik balonowy z lekiem z grupy cytotatyków Specjalna, elastyczna końcówka do krętych naczyń Kompatybilny z przewodnikiem 0,014", 0,018", 0,035"	szt	10										
10	1	Stent samorozprężalny pokrywany lekiem do SFA .Stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany lekiem z grupy cytotatyków Kompatybilny z koszułką 6F Długości stentu 40-120 mm Dostępne średnice 5-8 mm Długości systemów dostawczych od 80 do 125 cm Kompatybilny z przewodnikiem 0,035	szt	11										
11	1	Samorozprężalne stenty obwodowe nitinolowe do zastosowania w obrębie tętnicy podkolanowej i na wysokości kolana .Wycinane laserowo z jednego kawałka, helikalna budowa stentu zapewniająca dzięki dużej sile radialnej dynamiczne dopasowanie się do krzywizn naczyńa bez zmiany średnicy stentu System wprowadzający: koszułka 5-6F Długość systemu wprowadzającego 80 cm i 130 cm Średnice stentu od 5 do 8 mm Długość stentów 20 do 200 mm Minimalna skracalność stentu po rozprężeniu	szt	5										
12	1	Stent montowany na balonie.Stent kobaltowo-chromowy lub stalowy Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" Długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm Dostępne średnice od 5,0 do 10,0 mm Dostępne długości stentu od 12 do 59 mm Markery widoczne w skopii na końcach stentu	szt	6										
13	1	Stent samorozprężalny do BTK .Stent nitynolowy Kompatybilny z przewodnikiem 0'018" Możliwość zastosowania introducera 4F dla wszystkich rozmiarów Długość układu wprowadzającego 80-90cm i 120-135cm Dostępne średnice od 3 do 8mm Dostępne długości od 20 do 200 mm	szt	3										

..... podpisy osoby upoważnionej do podpisania oferty

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium batyżgłdnie wymagane	Numer katalogowy produktu zaoferowanego w kryterium poocenowym	Klasa wyrobu medycznego
14	1	Cewnik balonowy do tętnic goieni 0,018". Długość cewnika balonowego: 40 – 200 cm Długość balonu: 10-200 mm Rozmiary balonu: 1,25-10 mm Kompaktybilny z przewodnikiem 0,014", 0,018" Dostępna wersja RX IOTW	szt	10										
15	1	Cewnik balonowy na przewodniku 0,014" Długość układu wprowadzającego od 90 do 150cm Kompaktybilny z koszułką 4F Rozmiary balonu od 1,5 do 4,0mm Długość balonu od 20 do 200mm Ciśnienie maksymalne RBP od 14 do 16bar	szt	13										
16	1	Stenty do żył biodrowych Stent żylny: stent nitynolowy Kompaktybilny z koszułką 7F - 10F. Długość systemu wprowadzającego od 80 do 125 cm Kompaktybilny z przewodnikiem 0,035" Średnica stentu: 10,12,14,16,18, 20 mm Długość stentu: od 4do 16 cm	szt	4										
17	1	Stent do żyły głównej dolnej Stent żylny nitynolowy Kompaktybilny z koszułką 10F Średnica stentu: od 18 do 36 mm, Długość stentu: od 100 mm Kompaktybilny z przewodnikiem 0,035"	szt	2										
18	1	Koszułka zbrojona niskoprofilowa typu „crossover” Długości: 45 cm (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) i 100 cm (prosta) Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej Średnica 4F, 5F, 6F Kompaktybilna z przewodnikiem 0,035" Fabrycznie taperowana Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik	szt	20										
19	1	Stenty aortalne Stenty samorozprężalne Konstrukcja „zamkniętokomorowa” dla maksymalnej siły radialnej Znaczniki tantalowe na końcach stentu Cieniodajne znaczniki na koszułce wprowadzającej Średnica śr.16-36mm, dł. 20-100mm	szt	2										

..... podpisy osoby upoważnionej do podpisania oferty

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Powierzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	ceną jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaoferowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego
20	1	Mikrocewnik: zbrojony, Saft wykonany z pebaxu i nylonu, Marker cieniujący na dystalnej końcówce, Średnica wewnętrzna 0,028", Dostępne dwie długości cewnika 100cm i 135cm, Cewnik taperowany (proks/dyst) 3,0F – 2,8F, Pokrycie Hydrofilne na dystalnej części cewnika: 75cm dla długości 100cm i 110cm dla długości cewnika 135cm, Mikrocewnik kompatybilny z mikrosferami embolizacyjnymi do rozmiaru 700-900µm; Kompatybilny z przewodnikiem maks. 0,025"; Cewnik o prostej końcówce; Pokrycie wewnętrzne PTFE; Cewnik elastyczny i odporny na zalamania;	szt	10										
	2	Mikroprzewodnik o średnicach 0,014" lub 0,018"; Długości: 165cm; Kształt końcówki: straight i angled; Rdzeń stalowy; Platynowy opłot na końcówce dystalnej doskonale widoczny w skopii; Płaszcz polimerowy na końcówce roboczej; Pokrycie hydrofilne do części dystalnej przewodnika; Część proksymalna przewodnika pokryta PTFE; Doskonale przeniesienie obrotu	szt.	10										
	3	Embofery-strykawki z objętością sfer 1ml lub 2ml: Wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną więprzową; Idealna kulistość zapewnia precyzyjne i całkowite zamknięcie naczyń krwionośnego; Jednolite, bez osobnych powłok; Hydrofilne; Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika; Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu; Brak efektu sklejanie się poszczególnych sfer; Sfery przezroczyste; Rozmiary (µm): 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200; Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 20ml z wkręcanym zabezpieczeniem; Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach	szt	10										

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę, Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Załącznik nr 2a do SIWZ nr spr 160/ZP/16

Pktet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	ceną jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaoferowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego
	4	Zestaw do trombolizy celowanej: Zawiera cewnik, przewodnik zamykający, Y-konektor, Średnice cewników: 4F i 5F; Długości cewników: 45cm, 90cm, 135cm * Długość segmentu infuzyjnego: o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm Kompatybilny z przewodnikiem 0,035"; Przewodnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki; Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany; Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika; Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji	szt	23										
20 Suma					20 Suma									

.....Podpisy osoby upoważnionej do podpisania oferty

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Załącznik nr 2a do SIWZ nr spr 160/ZP/16

Pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	ceną jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaofertowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego
21	1	Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym: -pleciony z drutu nitalowego, kąt spłotu 60 stopni -średnica od 2,5 mm do 5,5 mm -długość od 12 mm do 75 mm -zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikroewnika zbrojonego, Y-cinnektora.	szt	3										
	2	Nieprzylegający płynny środek embolizacyjny do terapeutycznej embolizacji mózgowych malformacji tętniczo-żylnych (AVM). - kopolimer EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) rozpuszczonym w roztworze DMSO (dimetylosulfotlenku) z zawieszoną ze zmiękowanego pyłu tantalowego w celu uzyskania nieprzepuszczalności dla promieni Rtg. - KOMPATYBILNY mikroewnik w zestawie.	szt	3										
21 Suma						21 Suma								

.....podpisy osoby upoważnionej do podpisania oferty

Pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	ceną jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaoferowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego
22	1	Spirale embolizacyjne obwodowe: wykonane z platyny z dakronowymi włoskami. Średnica 0,018" ,0,035" . Średnica w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10mm. W części dystalnej po uwolnieniu 2-5mm.Różne kombinacje średnic i długości. Spirale można uwalniać od węższego i szerszego końca. Przy średnicy 0,018" długość wyprostowanej sprężynki od 2-7mm.	szt	166										
	2	Zestaw z zagiętą pętlą do usuwania ciał obcych: boczny łącznik pozwalający na przepłykiwanie i podawanie środka kontrastowego pomiędzy pętla a cewnikiem TFE. Średnica cewnika 5F i 6,3F. Długość 50 i 100cm. Średnica pętli 10,25mm.	szt	2										
	3	cewnik kalibracyjny: Długość min. 100cm Średnica max. 7F Radiomarkery min. 10 Rozstaw radiomarkerów min. 1cm	szt	20										
	4	Koszulki wprowadzające z bocznym ramieniem: w zestawie z poszerzaczami kompatybilnymi z prowadnikami 0,018"/0,038" . Cieniodajny znacznik na końcu koszulki. . Atraumatyczna ,niezbrojona końcówka redukująca uszkodzenie naczyń. Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzaczy. Ręcznie regulowana uszczelka zastawkowa. Koszulka spiralnie zbrojona. Różne końcówki. Średnica koszulki: 4,5,6,7,8F. Długość koszulki: 80,90,110cm. Wewnętrzna średnica koszulki: 0,059" ,0,074" ,0,087" ,0,100" ,0,113" . Akceptuję prowadnik:0,018"-0,035"-0,038"	szt	20										
22	Suma													22

.....podpisy osoby upoważnionej do podpisania oferty



Pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	cenę jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaferowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego	
	1	Mikrocewnik infuzyjny typu "Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX): • Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010". • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013". • Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej. • Mikrocewnik o dużej odporności na zalamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez zalamania. • Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji. • Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm. • Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika. • Pokrycie hydrofilne na całej długości. • Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego	szt	8											
	2	Materiał embolizacyjny do embolizacji naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - ONYX LES: • Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH. • DMSO dimetylosulfotienek jako rozpuszczalnik do EVOH. • Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie. • Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34. • W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki.	szt	13											
	3	Oprzyrządowanie do przygotowania materiału embolizacyjnego ONYX: • Mikser do dokładnego rozproszania pyłu tantalowego, pojemność 4 fiolek jednocześnie. • podgrzewacz do Onyxu, pojemność 4 fiolek jednocześnie	szt	1											

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaoferowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego
	4	<p>Stent do remodelingu - ● Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel ● Stent o znakomitej apozycji do ściany naczyń i dużej sile radiolnej dzięki budowie „overlapping cells” ● Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrotermicznej ● Stent repozycyjno-walowy z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. ● Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” ● Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna ● Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu ● Stent o jednym rozmiarze max 4mm dostosowany do rozmiarów naczyń od 3 do 4mm, długości części roboczej 20mm. Całkowita długość 30mm ● Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szyjce, leczenia zwężek miażdżycowych naczyń wewnątrzczaszkowych oraz do utrzymania drożności naczyń wewnątrzczaszkowych zablokowanego skrzepem krwi</p>	szt	20										
	5	<p>Oprzysadzanie do odciążenia stentu ● Generator, gwarantuje wizualną i dźwiękową informację o odciążeniu spirali ● Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m</p>	szt	1										
	6	<p>Filtr przeciwnaczyniowy: ● System umożliwiający zastawienie niezależnego przewodnika 0,014” lub 0,018”, według uznania operatora. ● System dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikami prowadzącym 6F ● System zmontowany tak iż najpierw przez zwężenie przeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F ● Filtr zbudowany z heparylizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk. Filtr niecentrycznie położony względem przewodnika, możliwość zastosowania w krętych naczyńkach. ● Filtr zamontowany na przewodniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej przewodnika ● Szkielec filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra ● Pięć rozmiarów koszyka filtra 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do 7mm ● Filtr posiadający certyfikat CE do stosowania w tętnicach szczytnych, wieńcowych oraz obwodowych</p>	szt	10										

Pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów bazujących wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	cenę jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaferowanego w kryterium posaczeniowym	Klasa wyrobu medycznego
	7	Pętle do usuwania ciał obcych -system wykonany w postaci prowadnika, zakończonych odchodząca pod kątem 90st, w części dystalnej pętlą - w komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiarów petli - rozmiar pętli pętla standardowa średnice 5/10/15/20/25/30/35 - długości prowadnika od 65cm do 120cm - cewnik prowadzący 4F lub 6F - mikropętla średnice 2/4/7mm - długość prowadnika 175cm do 20cm - cewnik prowadzący 2/0/2,3F proksymalny/dystalny	szt	3										
23	Suma					23 Suma								
24	1	FILTRY DO ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ ; *Filtr wykonany z nitynolu *Filtr załadowany fabrycznie do cewnika dostawczego *System dostawczy o średnicy max 12F z możliwością założenia filtru od żyły udowej lub szyjnej *Zestaw wyposażony w igłę, prowadnik sztywny oraz introducer *Filtr czasowy lub stały	szt	1										
25	1	Stenty nerkowe montowane na balonie - kompatybilny z prowadnikiem 0,014" (RX) 0,014"/0,018"(OTW) - kompatybilny z systemem 5F (średnica 4-6mm) i 6F (średnica 7mm) - średnice stentu 4/5/5,5/6/6,5/7mm - długość stentu 10/15/20/24mm	szt	5										
	1	Zbiornik o pojemności 1000ml, kompatybilny z pompą Penumbra MAX220; udostępnienie przenośnej pompy z płynną regulacją siły ssania i manometrem na czas obowiązywania kontraktu wliczone w cenę oferty.	szt	1										
	2	Cewnik reperfuzyjny: cewnik aspiracyjny do tętnicy szyjnej; długość całkowita 132cm; średnica proksymalna 6F, dystalna 5,75F; cewnik wzmocniony proksymalnie śródcieniową płaską lub kombinacją płaskiej i okrągłej spirali stalowej, dystalnie spiralą nitinolową; optymalna elastyczność uzyskana przez 14 stref przejściowych o różnych parametrach; przewody wyskokocinione przystosowane do pracy w warunkach podciśnienia do -1atm., wyposażone w włącznik siły ssącej typu ON/OFF kompatybilne z systemem pompy Penumbra MAX.	szt	5										

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Załącznik nr 2a do SIWZ nr spr 160/ZP/16

Pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	ceną jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaoferowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego
26	3	Koszulka naczyniowa długa z cewnikiem prowadzącym: <ul style="list-style-type: none"><li>• Średnica wewnętrzna 0.088" (6F);</li><li>• Długość 80 lub 90cm</li><li>• Zakończenia: proste lub MP</li><li>• Kompatybilny z przewodnikami 0,035" – 0,038"</li><li>• Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku</li><li>• Dystalny segment widoczny w skopii (8cm)</li><li>• Dostępna z cewnikiem prowadzącym 6F o długościach 105 lub 125cm i różnych zakończeniach (BER, H1, SIM lub SIM-V)</li></ul>	szt	5										
	4	Cewniki reperfuzyjne: długość całkowita 157 lub 143cm; średnica dystalna 3,8F lub 4,3F.	szt	2										
	5	Urządzenie do ewakuacji skrzepin (separator): przeznaczony do naczyni od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; zasadniczą część wykonana z laserowo ciętego nitinolu (0,014" średnicy); wyposażony w 5 znaczników; mała siła radialna oraz dodatkowe elementy kotwizące skrzepinę w osi naczynia/urządzenia	szt	2										
	6	Mikrocewnik wprowadzający: długość 160cm, średnica wewnętrzna 0.025"; zakończenie proste ze znacznikiem RTG	szt	2										
26 Suma						26 Suma								

36

.....podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

pakiet	Lp.	Nazwa Asortymentu	J.m.	Ilość	Powierzenie przez Wykonawcę parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	ceną jednostkową netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy produktu spełniającego kryterium bezwzględnie wymaganego	Numer katalogowy produktu zaoferowanego w kryterium pozacenowym	Klasa wyrobu medycznego
27	1	Mikrocewnik do embolizacji obwodowych.Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F - Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm - Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan - Dostępne wersje z dwoma markerami - Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F - Pokrycie hydrofilne - Kompatybilne z przewodnikiem 0,018" i 0,021" - Dostępne wersje z mikroprzewodnikiem i bez mikroprzewodnika - Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035" i 0,038" - Maksymalne ciśnienie 1200 PSI - Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F)	szt	8										
	28	Strzykawki wkręcane: Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml; Przezroczysty korpus wykonany z polikarbonatu; Gumowe zakończenie tłoka; Nakręcane końcówki miękkie; • Dostępne z różnymi kolorami tłoków	szt	33										
	29	1	Prowadniki hydrofilne: Prowadnik nitylowy, Średnica 0,035"; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: prosta i zakrzywiona; Dostępne prowadniki sztywne i standardowe; Pokrycie hydrofilne; Doskonała pamięć kształtu końcówek; Przeniesienie obrotu 1:1, Prowadnik wytwarzany technologią koekstrudowania rdzenia nitylowego z powłoką poliuretanową gwarantującą zachowanie integralności prowadnika nawet po kilku zastosowaniach	szt	50									
30	1	• Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTA, ciśnienie min 20bar	szt	400										
	2	PROWADNIK Z POWŁOKĄ – PTFE - ; •Średnica od 0,018" do 0,035" •Długość od 150 do 260cm	szt	233										
	3	ŁĄCZNIK WYSOKOCIŚNIENIOWY ; •Łącznik wysokociśnieniowy z oplotem różnej długości od 55 do120cm	szt	333										
30 Suma														
						30 Suma								

**POZA CENOWE KRYTERIA OCENY OFERT****I. Pakiety 1-30**

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	60%
2.	Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko : zbiorcze opakowanie produktu wykonane z materiałów recyklingowych	5%
3.	Funkcjonalność:	
	naklejki znamionowe na każdym produkcie	10%
	przezroczyste opakowanie produktu	5%
	dostępność rozmiarów	20%
RAZEM		100 %

1. Ocena Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko : zbiorcze opakowanie produktu wykonane z materiałów recyklingowych:

Numer pakietu	Zbiorcze opakowanie produktu wykonane z materiałów recyklingowych. Należy wpisać TAK/NIE	Rodzaj tworzywa, z którego wykonane jest opakowanie	Strona w ofercie potwierdzająca spełnianie poza cenowego kryterium
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

.....  
podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

**POZA CENOWE KRYTERIA OCENY OFERT****2. Funkcjonalność:****a) naklejki znamionowe na każdym produkcie**

Numer pakietu	Ilość zaoferowanych naklejek znamionowych na każdym produkcie min. 2. Należy wpisać ilość	Strona w ofercie potwierdzająca spełnianie poza cenowego kryterium
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**b) przezroczyste opakowanie produktu**

Numer pakietu	Przezroczyste opakowanie produktu. Należy wpisać TAK/NIE	Strona w ofercie potwierdzająca spełnianie poza cenowego kryterium
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

.....  
podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

## POZA CENOWE KRYTERIA OCENY OFERT

10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

## c) dostępność rozmiarów:

Numer pakietu	Wymóg bezwzględny	Doprecyzowanie warunku punktacji	Zaoferowany rozmiar - inny niż w wymogu bezwzględnym	Strona w ofercie potwierdzająca spełnianie poza cenowego kryterium
1	Dostępne długości: 10;20;40 mm.	Większe od wymaganych		
2 poz. 1	Długości 182 i 300cm	Inna długość		
3	Średnice: 6-13mm	Poniżej 6		
4	Długości od 20 do 58mm	Inna długość		
5	Długości cewnika: 80 i 120 cm	Inna długość		
6	Długości od 65 do 150 cm	Inna długość		
7	Długości balonu: 20 – 200 mm	Inna długość		
8	Długości: 20 – 200 mm	Inna długość		
9	Średnica od 1,5mm-8.0mm	Inna średnica		
10	Długości stentu 40-120 mm	Inna długość		
11	Średnice stentu od 5 do 8 mm	Inna średnica		
12	Dostępne długości stentu od 12 do 59 mm	Inna długość		
13	Dostępne długości od 20 do 200 mm	Inna długość		
14	Długości balonu: 10-200 mm	Powyżej 200		
15	Długości balonu od 20 do 200mm	Inna długość		
16	Średnica stentu:	Inna średnica		

.....  
podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty



## POZA CENOWE KRYTERIA OCENY OFERT

	10,12,14,16,18, 20 mm			
17	Długość stentu: od 100 mm	Poniżej 100		
18	Średnica 4F, 5F, 6F	Inna średnica		
19	Średnica śr.16-36mm,	Inna średnica		
20 poz.2	Długości: 165cm	Inna długość niż 165		
21 poz. 1	Średnica od 2,5 mm do 5,5 mm	Inna średnica		
22 poz. 3	Długość min. 100cm	Inna długość		
23 poz. 2	Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34.	Inna lepkość		
24	System dostawczy o średnicy max 12F	Mniejsza średnica		
25	Długość stentu 10/15/20/24mm	Inna długość		
26 poz. 2	Cewnik reperfuzyjny: długość całkowita 132cm;	Inna długość		
27	Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm	Inna długość		
28	Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml;	Inna pojemność		
29	Zakres długości 80 cm – 260 cm;	Inna długość		
30 poz. 2	Długość od 150 do 260cm	Inna długość		

.....  
 podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital  
specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62  
93-513 Łódź

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

.....  
oświadczam(y), co następuje:

**1. odnośnie warunków udziału w postępowaniu:**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu<sup>2</sup>:
  - ☐ jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych*Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. nr):*  
.....  
.....

<sup>2</sup> Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp

- ☐ znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

*Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (\_\_\_P/ZP/2016) do którego została złożona:*

.....

.....

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW<sup>3</sup>:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..... w następującym zakresie: ..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**2. odnośnie przesłanek wykluczenia z postępowania:**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia<sup>4</sup>:

- ☐ jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

*Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. nr):*

<sup>3</sup> Proszę wypełnić jeżeli dotyczy

<sup>4</sup> Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp

- .....  
.....  
☐ znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

*Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (\_\_\_/ZP/2016) do którego została złożona:*

.....  
.....

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA<sup>5</sup>:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z ..... postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia<sup>6</sup>:

- ☐ jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych  
*Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. nr):*
- .....  
.....

- ☐ znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

<sup>5</sup> Proszę wypełnić jeżeli dotyczy

<sup>6</sup> Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp



Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (ZP/.../2016) do którego została złożona:

.....  
.....

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ  
Nr sprawy 160/ZP/16

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej**

I.p.	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):	Adres:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: **dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca:

**nie należy\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184)

**należy\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184)

\*niepotrzebne skreślić lub pominąć

---

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej**

I.p.	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):	Adres:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: **dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca:

**nie należy\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184)

**należy\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184)

\*niepotrzebne skreślić lub pominąć

.....  
Miejscowość / Data

.....  
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.

Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

**UMOWA NR WZÓR /ZP/16**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

zawarta przez:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi**, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **Wojciecha Szrajbera – Dyrektora**

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą .....

(REGON ..... NIP .....)

z siedzibą w ....., ulica .....,

wpisaną do ..... pod numerem .....

reprezentowaną przez .....

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1020 teks jednolity.) na

..... **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi** obowiązującą od dnia ..... do dnia

..... o łącznej wartości ..... zł brutto (słownie: .....)

**§1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej również „towarem” lub „produktem” (dotyczy Pakiet \_\_\_\_ ) z magazynu zewnętrznego (dalej: „bazy sprzętu” lub „bazy”), który zostanie utworzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie w okresie, na jaki została zawarta umowa, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, który będzie składał do Wykonawcy zamówienia częściowe.
3. Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania na towar będący przedmiotem niniejszej umowy (uzależnione od czynników od Zamawiającego niezależnych – rodzaju schorzeń stwierdzonych u pacjentów), Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od określonego w załączniku nr 1, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąża Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu.

**§2**

**Utworzenie bazy sprzętu i realizacja dostaw**

1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego zgodnie z załączonym wzorem w ilościach uzgodnionych z ordynatorem Oddziału / Kliniki lub osobą przez niego upoważnioną oraz faktycznego utworzenia u Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą w zakresie pakietów nr: ..... bazy sprzętu. Protokół powinien zawierać serie, datę ważności i numer katalogowy asortymentu wymienionego w protokole.
2. Pierwsza dostawa towaru na potrzeby stworzenia bazy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Towar zgromadzony w bazie implantów stanowi własność Wykonawcy. Przejście prawa własności na Zamawiającego następuje w dniu użycia danego towaru.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzupełniać na własny koszt i ryzyko bazę o wykorzystany towar w oparciu o pisemną informację o wykorzystaniu towaru (ilość, rodzaj, rozmiar) w terminie ..... od dnia otrzymania wyżej wymienionej informacji. *Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wykorzystaniu towaru w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od jego wykorzystania.*
4. Informacja o wykorzystaniu towaru składana będzie na nr faksu ..... Informacja będzie zawierać zestawienie ilościowe i rodzajowe towarów (z podaniem rozmiaru towaru), jak również indywidualne oznaczenia. Strony dopuszczają możliwość przesyłania informacji telefonicznych, potwierdzonych faksem lub pisemnych składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub osobę przez niego upoważnioną. Zamawiający będzie mógł kontaktować się z Wykonawcą w sprawie składanych zamówień pod nr tel. ....
5. Wykonawca dostarczy towar do Apteki Szpitalnej (nr tel. 42 689–51–01) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, oryginalnie zapakowany, z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami w dniu roboczym w godzinach 9.00 – 14.00
6. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
7. Wykonawca dostarczy zamówiony towar na własny koszt i ryzyko.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania poszczególnych części składowych kompletu, o ile zostało to przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia inwentaryzacji w trakcie trwania umowy raz na trzy miesiące wraz z osobą odpowiedzialną za bazę, a protokół z inwentaryzacji zostanie przekazany przez wykonawcę do apteki szpitalnej.
10. Zamawiający wraz z wykonawcą są zobowiązani do kontrolowania zamówień i nie przekraczania ilości z umowy.

### §3

#### Jakość towaru

1. Wykonawca będzie dostarczał towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z SIWZ oraz zgodny z zamówieniem (informacją o wykorzystaniu towaru).
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy, towary będą przez cały okres jej obowiązywania spełniały normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.
3. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP towarów, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.
4. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu towarów zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż ..... miesiące (min. 24 miesiące) licząc od dnia jego dostawy, chyba że na pisemną prośbę wykonawcy kierownik apteki wyraził zgodę na krótszy termin. Zgoda ta musi zostać wyrażona w formie pisemnej.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru uszkodzonego bądź towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem (informacją o wykorzystaniu) lub z SIWZ w ciągu 72 godzin od zgłoszenia faktu uszkodzenia lub niezgodności.
7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad (co do jakości jak i ilości), jednakże w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia danej reklamacji.

#### **§4**

##### **Zapłata za wykorzystany towar i ostateczne rozliczenie bazy**

1. Zamawiający zapłaci za towar pochodzący z bazy sprzętu, faktycznie wykorzystany do implantacji. Wykonawca na podstawie informacji o wykorzystaniu towaru, o której mowa w § 2 ust. 3, upoważniony będzie do wystawienia faktury VAT odpowiadającej wskazanemu przez Zamawiającego zestawieniu ilościowemu i jakościowemu zużytego towaru z bazy sprzętu.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług konsumpcyjnych VAT.
3. Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w przedłożonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w ciągu ...60 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. faktury w formie pisemnej i elektronicznej na adres apteka.sprzet-med.@kopernik.lodz.pl.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.
6. W następnym dniu roboczym po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy zostanie sporządzona inwentaryzacja bazy sprzętu medycznego przy udziale przedstawicieli obu stron umowy. Niewykorzystany towar zostanie zwrócony Wykonawcy w oparciu o zwrotny protokół zdawczo – odbiorczy. W przypadku nie odebrania asortymentu z bazy zamawiający nie bierze odpowiedzialności za pozostawiony towar w szpitalu.

#### **§5**

##### **Audyt i bezpieczeństwo informacji**

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

#### **§6**

##### **Kary Umowne**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;

- b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;
  - c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;
  - d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy;
  - e) za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.
- 2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
  - 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.

#### **§7**

#### **ZMIANY UMOWY**

- 1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
  - a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
  - b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
  - c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
  - d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
- 2. O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 1 lit. a i b strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, jeżeli realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku VAT).
- 3. Zmiany wynagrodzenia z tytułu o którym mowa w ust. 1 lit. c, będą dokonywane wg. następujących zasad:
  - a) zmiana cen umownych może być dokonana tylko o wysokość równą max. 50 % zmiany (różnicy) minimalnego wynagrodzenia w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu składania oferty,
  - b) w przypadku zwiększenia ww. wynagrodzenia Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie będą

- miały ceny dotychczasowe,
- c) w przypadku zmniejszenia ww. wynagrodzenia Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów zmniejszających wysokość wynagrodzenia minimalnego.
4. Zmiany wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1 lit. d, będą dokonywane wg. następujących zasad:
- a. zmiana cen umownych może być dokonana maksymalnie do wysokości 50 % zmiany wynikającej z powyższego tytułu w stosunku do wysokości obciążeń obowiązujących w dniu składania oferty,
- b. w przypadku zwiększenia ww. obciążeń Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie będą miały dotychczasowe ceny,
- c. w przypadku zmniejszenia ww. obciążeń Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały ze skutkiem od dnia wejścia w życie przepisów przewidujących nowe, zmniejszone ceny.
5. Niezależnie od powyższego Strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw częściowych.
6. Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych kosztów nie będą stanowić podstawy do proponowania zmiany umowy – za wyjątkiem zmian czynników opisanych w ust. 1 lit. b,c i d.

## **& 8**

### **POZOSTAŁE ZMIANY ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY**

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:
- a) zmiana wielkości opakowania, w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni,
- b) zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy:
- nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
  - wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
  - w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
  - w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną
6. W przypadku zmiany wielkości opakowania, w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji gdy zmiana taka będzie spowodowana zmianami u producenta danego produktu lub inna pilną i zasadną sytuacją, strony dopuszczają wprowadzenie takiej zmiany, bez konieczności podpisywania aneksu jednakże na pisemny wniosek Kierownika Apteki lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej.

7. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych dostaw towaru od Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - a) Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
  - b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
  - c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
4. Strony dopuszczają inne zmiany istotnych postanowień umowy również jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  - a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  - b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
5. Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 (dodatkowe dostawy) oraz w ust. 4 (okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy odpowiednio BZP lub przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
6. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
7. Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy
8. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
  - a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
  - b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
    - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
    - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy
    - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  - d) W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
  - e) Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 1 rok), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.

### **Obowiązek informowania o zmianach organizacyjno- prawnych**

1. Każda ze stron zobowiązana jest:
  - a. Powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno- prawnych które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
  - b. Złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej Marcin Borek lub osoba przez niego upoważniona. Tel. 42 689-51-01, fax 42 689-51-02, e-mail. [apteka@kopernik.lodz.pl](mailto:apteka@kopernik.lodz.pl)

### **§10**

#### **Cesja wierzytelności**

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

### **§11**

#### **Rozwiązanie umowy**

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:

- a) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3),
- b) w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,
- c) w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych,

### **§12**

#### **Odstąpienie od umowy**

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **§13**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
3. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

#### **Załączniki:**

*Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy;*

*Załącznik nr 2 – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru;*

*Załącznik nr 3 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru NIP;*



*Załącznik nr 4 – dokument dotyczący nadanie Wykonawcy numeru REGON.*

**Wykonawca**

**Zamawiający**

UMOWA NR \_\_\_\_/ZP/16  
z dnia \_\_\_\_\_

zawarta przez:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi**

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955, REGON 000295403, NIP 729-23-45-599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez .....

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą .....

(REGON ..... NIP .....)

z siedzibą w ....., ulica .....

wpisaną do ..... pod numerem .....

reprezentowaną przez .....

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ..... na podstawie art. .... w związku z art. 10 ust. .... Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 tekst jednolity) na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku** obowiązująca od dnia ..... do dnia ..... o łącznej wartości ..... zł brutto (słownie: .....)

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa **sprzętu medycznego** wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej również **towarem** lub **wyrobem** za ogólną cenę brutto nie przekraczającą ..... zł (słownie: ..... złotych).

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej mgr farm Marcin Borek lub osoba przez niego upoważniona. Tel. 42 689-51-01, fax 42 689-51-02, e-mail. apteka@kopernik.lodz.pl

3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie w okresie **3 miesięcy** na podstawie zamówień częściowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju.

**§ 2**

**REALIZACJA DOSTAW**

1. Zamówienie częściowe na dostawę towaru, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na towary, Zamawiający prześle do Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr ..... lub via e-mail .....
2. Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest Kierownik Apteki Szpitalnej....., lub inna upoważniona przez niego do tej czynności osoba.
3. Za dowód złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia faksem lub via e-mail z faksu lub komputera Zamawiającego na powyżej wskazany numer faksu Wykonawcy lub jego adres e-mail.
4. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia w formie faksu.
5. Zamówiony towar dostarczony będzie w terminie do 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do wskazanego na zamówieniu magazynu sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 9.00 – 14.00, oryginalnie zapakowany, wraz z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy.
7. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyroby medyczne z terminami ważności nie krótszymi niż **12 miesięcy** licząc od dnia ich dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności.
9. Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować wyroby tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.
10. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny.
11. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

### § 3

#### DOKUMENTY

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest



niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji

4. Towar powinien być każdorazowo wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym jego właściwości oraz właściwości środka transportu, a w szczególności w opakowaniu zaopatrzonego we wskaźnik temperatury.

#### **§ 4**

##### **ZAPŁATA ZA TOWAR**

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
4. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy przedmiotu umowy którego ta faktura dotyczy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

#### **§ 5**

##### **REKLAMACJE**

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż ..... dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ..... . Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
4. Dostarczenie faktur korygujących nastąpi w ciągu 3 dni od daty dostarczenia towaru wadliwego.
5. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, w dostępnej dawce, niekoniecznie zgodnej z umową, nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.

6. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.
7. Wykonawca dostarczy zamówiony towar do apteki szpitalnej z dwunastomiesięcznym terminem ważności, chyba że na pisemną prośbę wykonawcy kierownik apteki wyraził zgodę na krótszy termin. Zgoda ta musi zostać wyrażona w formie pisemnej.

#### **§ 6**

##### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
  - b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;
  - c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;
  - d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.
  - e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.
2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.

#### **§ 7**

##### **ZMIANY UMOWY**

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
  - a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
  - b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
2. O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 1 lit. a i b strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, jeżeli realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku VAT).

3. Niezależnie od powyższego Strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw częściowych.
4. Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych kosztów nie będą stanowić podstawy do proponowania zmiany umowy – za wyjątkiem zmian czynników opisanych w ust. 1 lit. b,

**& 8**

**POZOSTAŁE ZMIANY ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:
  - a) zmiana wielkości opakowania, w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy opakowania, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni,
  - b) zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy:
    - nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
    - wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
    - w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
    - w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną
2. W przypadku zmiany wielkości opakowania, w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji gdy zmiana taka będzie spowodowana zmianami u producenta danego produktu lub inną pilną i zasadną sytuacją, strony dopuszczają wprowadzenie takiej zmiany, bez konieczności podpisywania aneksu jednakże na pisemny wniosek Kierownika Apteki lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych dostaw towaru od Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - a) Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
  - b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
  - c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

4. Strony dopuszczają inne zmiany istotnych postanowień umowy również jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  - a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  - b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
5. Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 (dodatkowe dostawy) oraz w ust. 4 (okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy odpowiednio BZP lub przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
6. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
7. Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy
8. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
  - a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
  - b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
9. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
10. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub
11. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
12. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
13. W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
14. Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 6 miesięcy), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 2 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w

terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.

## **§ 9**

### **ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy:  
- w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3),
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:
  - a. w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,
  - b. w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych,
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **§ 10**

### **ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA**

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Każda ze stron zobowiązana jest :
  - a/ powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
  - b/ złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

## **§ 11**

### **AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI**

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

## **§ 12**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to

skutku, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP

Załącznik nr 3 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON

Załącznik nr 4 - kopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

.....  
**Wykonawca**

.....  
**Zamawiający**