WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10,12, faks 042 689 54 09

Łódź; dnia 23.12.2016r.
Nr sprawy **205/ZP/16**

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź
tel. (042) 689 58 19
fax. (042) 689 54 09
www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na **dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba stron specyfikacji: 43

Zatwierdził: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
(2)
mgr Wojciech Szrajber

Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie" należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zm.). Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36.1 Ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www. kopernik.lodz.pl

Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10,12, faks 042 689 54 09

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest: **WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź**

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Tel: 042 689 59 10, 689 59 12
Fax: 042 689 54 09

Adres strony internetowej: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Adres e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa paneli nadłóżkowych gazowo – elektrycznych z podłączeniem do istniejących instalacji, uruchomieniem i wykonaniem niezbędnych pomiarów na Oddziale Nefrologii oraz Oddziale Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62,** wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanego w **załączniku nr 2a do SIWZ.** W treści **załącznika nr 2b** Zamawiający określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez zaoferowany przedmiot zamówienia.

   UWAGA!!! Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wyjścia instalacji gazów medycznych i elektrycznych w poszczególnych salach chorych. Odbyta wizja lokalna zostanie potwierdzona przez Dział Techniczny Zamawiającego. Kontakt Witold Stępień – *Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu* **tel. 609-390-171**

   Przedmiotowy zakup finansowany jest ze środków własnych Zamawiającego.

2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

3. Dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. **Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Oferta musi obejmować całość zamówienia.** Oferta dla swojej ważności musi być złożona **na wszystkie pozycje w pakiecie**.

5. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod kodem i pojęciem:

Kod CPV	Opis
24.11.15.00 – 0	gazy medyczne

6. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, zostały dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

7. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp).

8. Zaoferowany sprzęt musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

9. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

10. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił min. **24 miesiące**, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru technicznego przez osoby umocowane po stronie Zamawiającego do tej czynności.

Uwaga! Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XX SIWZ.

11. Wykonawca wyposaży urządzenie w **paszport techniczny**. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji.

12. Wykonawca do realizacji instalacji, uruchomienia i serwisowania będzie bazował na własnej organizacji serwisowej posiadającej potwierdzone przez producenta sprzętu uprawnienia do instalacji, uruchomienia i serwisowania przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie **60 dni** od dnia zawarcia umowy.

Uwaga! Termin wykonywania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XX SIWZ.

2. W zaoferowaną przez Wykonawcę cenę przedmiotu zamówienia wliczone winny być wszystkie, bez wyjątku, koszty związane zarówno z dostawą, instalacją jak i szkoleniem użytkowników (personel medyczny, pielęgniarki, obsługa techniczna), dostarczeniem wszystkich niezbędnych do prawidłowej pracy podzespołów i elementów, które gwarantują spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i funkcji.

3. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Dział Techniczny.**

4. **Miejsce realizacji dostawy:** WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej (IV piętro) oraz Oddziału Nefrologicznego (wysoki parter), Łódź, ul. Pabianicka 62.

5. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. **Termin płatności** wynosi **60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

V. INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A (umowa o pracę):

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o prace).

VI. INFORMACJA ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 29 UST. 4.

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘSCI ZAMÓWIENIA.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z wykazem zakresu zadań zlecanych podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawców). W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w w/w zakresie Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.

VIII. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A.

Nie dotyczy

IX. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

X. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA I ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń.

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 (przesłanki obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 (przesłanka fakultatywna) uPzp,

2. Spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 i ust. 5 ustawy.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) informacja czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

XII. DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5.

Zamawiający będzie wykluczał Wykonawcę z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 125911844);

XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia **należy przedłożyć wraz z ofertą**:

A\ aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania** – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

1) wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie.
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje.
3) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
4) oświadczenie winno być złożone w oryginale.
5) oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
6) zamawiający **nie wymaga** zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2.
7) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu **zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu**.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

B\ **FORMULARZ OFERTOWY** – załącznik nr 2 do SIWZ.

C\ **FORMULARZ CENOWY** – załącznik nr 2a do SIWZ.

D\ **WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE** – załącznik nr 2b do SIWZ.

E\ **Pełnomocnictwo do podpisania oferty.** Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego

zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. **Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.**

F\ **OŚWIADCZENIE O WYROBACH MEDYCZNYCH** – Załącznik nr 5 do SIWZ

2. Wykonawca w terminie **3 dni** **od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert** przekazuje Zamawiającemu:

A\ Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1) Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).
2) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
3) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski

4. Na podstawie art. 26 ust. 3, w związku z art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **nie krótszym niż 5 dni**, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

A\ **Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. – wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument/dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjny albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt A. niniejszego Rozdziału w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. A. ppkt 1) i 2).
6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. A. i w ust. 4 pkt. A. ppkt 1) które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne
7) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa dokumenty i/lub oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt A. i ust. 4 pkt A. ppkt 1) i 2).
8) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zdolności innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien złożyć dokumenty i/lub oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt A. i ust. 4 pkt A. ppkt 1) i 2) dotyczące tych podmiotów.

9) Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt A. ppkt 2) winno być złożone w oryginale.
10) Dokumenty i/lub oświadczenie, o których mowa w niniejszym Rozdziale złożone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

B) **Oryginalnych ulotek producenta, katalogów, kart danych technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia** (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w załączniku nr 2b do SIWZ.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy;
b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

Dokumenty należy złożyć zgodnie z §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez Wykonawcę, w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJACY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRDOKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

5. Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach j. w. upoważnieni są:
   - w sprawach merytorycznych p. Sławomir Rydz – Dział Techniczny – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 42 689 58 40
   - w sprawach formalnych p. Agnieszka Guzicka tel. 42 689 59 12 e-mail: **przetargi@kopernik.lodz.pl**

6. Zamawiający, dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
   1) formy pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
   lub
   2) faksu: **0 42 689 54-09**
   lub
   3) poczty elektronicznej : **e–mail: przetargi@kopernik.lodz.pl;**

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30 dni,** licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
3. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Znak sprawy – 205/ZP/16
Ilość stron _____
Nie otwierać przed dniem ..... 2017r.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą zostać dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie, pod warunkiem, że będą czytelne.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzielności gospodarczej) to do oferty należy załączyć oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia wymienione w pkt. 15 lit. b. niniejszego rozdziału, sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile Wykonawcy dotyczy ta sytuacja) muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zalecane jest przez Zamawiającego złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron.

16. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do której Wykonawca zastrzega, że nie może być udostępniona innym uczestnikom postępowania, muszą one być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty.
Zaleca się, aby dokumenty te były trwale spięte i **zostały umieszczone osobno** w nieprzeźroczystej kopercie na końcu oferty. Koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinna być opisana (spis dokumentów).
UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą Wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione, o czym Wykonawca zostanie poinformowany.

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. XVII.3 SIWZ i zaadresowanej na zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia **10.01.2017r. do godz. 10:00.**
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, Dział Zamówień Publicznych w dniu **10.01.2017r. do godz. 11:00.**
3. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiającego o wycofaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane nie będą otwierane i zostaną odesłane do wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulując cenę zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i opłaty, w tym w szczególności koszty opłat wystawienniczych, ubezpieczeń, kosztów transportu, itp.
2. **Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku**, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w **załączniku nr 2a do SIWZ.**
3. Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich.
4. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.
5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. NR 200,POZ. 1679, Z PÓŹN. ZM.)
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska
- powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
   - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
   - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 6.

OBOWIĄZEK WYKAZANIA, ŻE OFERTA NIE ZAWIERA RAŻĄCO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW

1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	*Kryterium*	*Ranga*
1.	*Cena*	*60%*
2.	*Termin wykonania zamówienia*	*30%*
3.	*Okres gwarancji*	*10%*

2. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

A) W kryterium **CENA (C)** zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 60\ \%$$

C – wartość punktowa ceny;
C_{MIN} – cena najniższa spośród wszystkich ofert;
C_B – cena badanej oferty.

B) Przy przyznawaniu punktów w kryterium **termin wykonania zamówienia (T)** Zamawiający będzie się posługiwał następującym systemem:

Za każdy dzień skrócenia maksymalnego terminu wykonywania zamówienia tj. 60 dni Wykonawca otrzyma jeden punkt cząstkowy w tym kryterium oceny. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 30 punktów.

C) Przy przyznawaniu punktów w kryterium **okres gwarancji (OG)** Zamawiający będzie posługiwał się następującym systemem:

24 miesiące – 0 pkt
30 miesięcy – 2,5 pkt
36 miesięcy – 5 pkt
42 miesiące – 7,5 pkt
48 miesięcy – 10 pkt

Liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium **okres gwarancji** wynosi **max 10 pkt,**

E) Ocena końcowa oferty:

$$O_K = C + T + OG$$

Gdzie:
OK – ocena końcowa oferty,
C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena
T – ilość punktów przyznanych w kryterium termin wykonania zamówienia
OG - ilość punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji

Ostateczną ocenę oferty będzie stanowiła suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:
a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCICH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.
4. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a najpóźniej w chwili jej zawarcia, wykonawca złoży:
   - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP
   - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON
   - umowę konsorcjum, jeżeli najkorzystniejsza ofertę złożyło konsorcjum
   - inne dokumenty wskazane w SIWZ
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zmówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu do złożenia dokumentów i dokona wyboru, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania. W razie konieczności niniejsza procedura zostanie powtórzona odnośnie kolejnych ofert w rankingu.
6. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów spełniających wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679 z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, **wraz z dostawą przedmiotu zamówienia** tj. <u>w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r.:</u>
   - Deklarację Zgodności Producenta – dla sprzętu medycznego dla medycznych wszystkich klas;
   - Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
   - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn;
   - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie wniosek o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 17.09.2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679)
   - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie) <u>lub</u>, w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium – powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w **załączniku nr 6 do SIWZ.**

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
   - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
   - określenia warunków udziału w postępowaniu
   - wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
   - odrzucenia oferty odwołującego
   - opisu przedmiotu zamówienia,
   - wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikaty lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią **przed upływem tego terminu**.
7. Odwołanie wnosi się w terminie **5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: **5 dni** od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
    1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
    2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. 2014r. poz. 101 ze zm.) – Kodeks postępowania cywilnego.

XXV. INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Nie dotyczy.

XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

XXVII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIX. INFORMACJE NA TEMAT AUCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

XXX. WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXXI. INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP uprawnienia w pierwszej kolejności do dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
   1) Kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
   2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
   3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o:
   a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację;
   b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 8 informacja zawierać będzie wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę zamawiający uznał za niewystarczające);
   c) wykonawcach. Których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
   d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika lub osobę przez niego upoważnioną i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:

L.P.	Oznaczenie załącznika	Nazwa załącznika
1	Załącznik nr 1	Formularz strony tytułowej
2	Załącznik nr 2	Formularz oferty
3	Załącznik nr 2a	Formularz cenowy
4	Załącznik nr 2b	Warunki bezwzględnie wymagane
5	Załącznik nr 3	Oświadczenie wykonawcy
6	Załącznik nr 4	Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
7	Załącznik nr 5	Oświadczenie o wyrobach medycznych
8	Załącznik nr 6	wzór umowy

Podpisy:

Gracka Agnieszka

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10,12, faks 042 689 54 09

Załącznik nr 1 do SIWZ

STRONA TYTUŁOWA OFERTY
Nr sprawy 205/ZP/16

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na **dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	Regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu: Imię i nazwisko: ..... nr telefonu:	Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania: Nr fax: .....
Kontakt internetowy (strona www., e-mail)	Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:	

..... dn.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10,12, faks 042 689 54 09

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 205/ZP/16

_____
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena brutto oferty – określona w treści załącznika nr 2a do SIWZ

2. Deklarujemy **60 dniowy** termin płatności.

3. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:
   - ☐ Tak _____ proszę podać jakim?(małym/średnim)
   - ☐ Nie

   Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

4. Deklarujemy termin wykonania zamówienia ..... dni (maksymalnie **60 dni)** od dnia zawarcia umowy.

   UWAGA! Za każdy dzień skrócenia terminu wykonywania zamówienia Wykonawca otrzyma jeden punk cząstkowy w tym kryterium oceny. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 30 punktów.

5. **Deklarujemy ..... miesięcy okresu gwarancji** (minimalnie **24 miesiące).**

   24 miesiące – 0 pkt
   30 miesięcy – 2,5 pkt
   36 miesięcy – 5 pkt
   42 miesiące – 7,5 pkt
   48 miesięcy – 10 pkt

6. Nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia*/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*.

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:
Nazwa/firma podwykonawcy:

7. Składamy niniejszą Ofertę w imieniu **własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia***. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.

8. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera*/zawiera*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

9. Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie*/ będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru którego dostawa /świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru
1		
2		

Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

10. Oświadczamy, iż oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia zostanie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego, oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest .....

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

13. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i 2 Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

** należy skreślić niewłaściwy wariant*

..... dn. .....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2a
Nr sprawy 205/ZP/16

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
92 - 513 Łódź

OFERTA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

Lp	Nazwa Odziału	Nazwa Asortymentu	jm	ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto w PLN	VAT w %	Wartość brutto w PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	Oddział Nefrologiczny - Wysoki Parter	Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy	szt.	8								
2		Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy	szt.	4								
3		Panel nadłóżkowy trzystanowiskowy	szt.	1								
4	Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej - IV piętro	Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy	szt.	1								
5		Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy	szt.	11								
6		Panel nadłóżkowy trzystanowiskowy	szt.	2								
7		Panel nadłózkowy jednostanowiskowy w zawieszeniu sufitowym	szt.	2								
8		Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy na sali o wzmożonym nadzorze medycznym	szt.	2								
9		Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy na sali o wzmożonym nadzorze medycznym	szt.	2								
					RAZEM:		X					

.....
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10, 59 12, faks 042 689 54 09

Załącznik nr 2B do SIWZ
Nr sprawy 205/ZP/16

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na **dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Opis panela nadłóżkowego w wersji standard na oddział NEFROLOGII - Wysoki parter

L.P.	Wymagane parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Producent / kraj	Podać	
2	Model / typ	Podać	
	Wymagania ogólne		
1	Dostawa, montaż mechaniczny, podłączenie gazowe i elektryczne wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, uruchomieniem, szkoleniem personelu, niezbędnymi protokołami, paszportami urządzenia, drukiem gwarancji i instrukcją obsługi. W zakresie dostawy podłączenia, pomiary teletechniczne i system przyzywowy	TAK	
2	Panel medyczny poziomy, zasilający, wyrób klasy IIb wykonany zgodnie z dyrektywą 93/42/CE oraz normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 11197, ISO 7396-1	TAK	
3	Panele nowe, nieużywane, nieregenerowane, rok produkcji 2016	TAK	
4	Urządzenie posiadające wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK	
5	Wszystkie parametry ilościowe dotyczą wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe	TAK	
	Wymagania mechaniczne		
1	Panel poziomy, sztywny w swojej konstrukcji, odporny na środki myjące i dezynfekujące.	TAK	
2	Korpus wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie.	TAK	
3	Panel łatwy do utrzymania w czystości, powierzchnie gładkie bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych, bez wystających elementów,	TAK	
4	kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez śrub, nakrętek etc. na froncie	TAK	
5	Panel wykonany w systemie modułowym, pozwalający na systemową rozbudowę - dołączanie dodatkowych modułów. Ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy nie dopuszcza się jednolitej konstrukcji bez możliwości indywidualnej aranżacji kanałów.	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

6	Panel musi składać się z 4 odseparowanych od siebie kanałów modułowych usytuowanych w poniższej kolejności od góry do dołu panela: - kanał oświetlenia ogólnego - kanał instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem - kanał instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów - kanał oświetlenia miejscowego i nocnego	TAK	
7	Po złożeniu odpowiedniej konfiguracji panel powinien stanowić jednorodną całość	TAK	
8	Dekle boczne wykonane z tworzyw sztucznych	TAK	
9	Front panelu pomalowany proszkowo wg kolorystyki palety RAL o kolorze ustalonym z Zamawiającym	TAK	
10	długość stanowiska 160cm	TAK	
11	**Uwaga!** W zależności od gabarytów pomieszczeń długość paneli może wymagać skrócenia, ostateczną długość należy zatwierdzić z zamawiającym po wykonaniu pomiarów na obiekcie	TAK	
12	wysokość panela 300 mm ± 5%	TAK	
13	głębokość panela 55 mm ± 5%	TAK	
14	Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się innych wymiarów	TAK	
15	Klosze opraw oświetleniowych mleczne, równomiernie rozpraszające światło, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin	TAK	
16	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela.	TAK	
17	Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz.	TAK	
	Gazy medyczne		
1	wszystkie punkty poboru gazów medycznych wykonane w standardzie DIN	TAK	
2	punkt poboru tlenu O2 x 1szt./stanowisko	TAK	
3	punkt poboru próżni VAC x 1szt./stanowisko	TAK	
4	punkt poboru powietrza AIR x 1szt./stanowisko	TAK	
	Oświetlenie		
1	**Oświetlenie ogólne:**	TAK	
2	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W	TAK	
3	min. 4 moduły LED o łącznej długości minimum 120cm/ stanowisko	TAK	
4	Ilość diod LED 190 szt. + / - 10% / stanowisko	TAK	
5	moduły ledowe rozłożone równomiernie na całej długości panela	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

6	strumień świetlny źródła światła minimum 10000 lm /stanowisko	TAK	
7	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80	TAK	
8	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K	TAK	
9	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie	TAK	
1	**Oświetlenie miejscowe:**	TAK	
2	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W	TAK	
3	pojedynczy moduł LED o długości 30cm (+/- 2cm) /stanowisko	TAK	
4	Ilość diod LED 45 szt. + / -10% / stanowisko	TAK	
5	możliwość regulacji wzdłużnej położenia źródła światła	TAK	
6	strumień świetlny źródła światła minimum 2500lm/stanowisko	TAK	
7	współczynnik oddawania barw Ra >= 80	TAK	
8	temperatura barwowa źródła światła 4000 K	TAK	
9	czujnik gaszący światło miejscowe po wykryciu braku ruchu pacjenta przez min. 15 min	TAK	
10	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego	TAK	
1	**Oświetlenie nocne:**	TAK	
2	źródło światła LED	TAK	
3	moc 3,5W + / - 5%	TAK	
4	strumień świetlny 300-400lm	TAK	
5	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego	TAK	
	Elektryka 230V		
1	dwa obwody zasilające na panel	TAK	
2	wszystkie gniazda elektryczne modułowe o wymiarach 45x45 z bolcem uziemiającym i przysłoną torów prądowych, zlicowane z frontem panela. Nie dopuszcza się gniazd wystających poza front panela	TAK	
3	kolorystyczne rozróżnienie obwodów za pomocą zastosowania gniazd o różnej kolorystyce	TAK	
4	dopuszczalna kolorystyka gniazd: białe, czerwone, pomarańczowe, zielone	TAK	
5	gniazda elektryczne białe podłączone do obwodu pierwszego 3szt./stanowisko	TAK	
6	gniazda elektryczne podłączone do obwodu drugiego 3szt./stanowisko	TAK	
7	gniazda ekwipotencjalne 2szt./stanowisko	TAK	
8	każdy moduł gniazdkowy wyposażony we wskaźnik napięcia	TAK	
	System przyzywowy		

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

1	Przygotowanie otworowania w kanale elektrycznym pod gniazdo systemu przyzywowego Schima	TAK	
2	Niezbędna elektronika sterująca odpowiednim oświetleniem kompatybilna ze sterowaniem z manipulatora systemu przyzywowego Schima	TAK	
	Teletechnika		
1	Gniazda RJ45 kat 5E - ilość 3szt/ stanowisko	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10, 59 12, faks 042 689 54 09

Opis panela nadłóżkowego w wersji standard na Oddział Chirurgii Naczyniowej - 4 piętro

L.P.	Wymagane parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Producent / kraj	Podać	
2	Model / typ	Podać	
	Wymagania ogólne		
1	Dostawa, montaż mechaniczny, podłączenie gazowe i elektryczne wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, uruchomieniem, szkoleniem personelu, niezbędnymi protokołami, paszportami urządzenia, drukiem gwarancji i instrukcją obsługi. W zakresie dostawy podłączenia, pomiary teletechniczne i system przyzywowy	TAK	
2	Panel medyczny poziomy, zasilający, wyrób klasy IIb wykonany zgodnie z dyrektywą 93/42/CE oraz normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 11197, ISO 7396-1	TAK	
3	Panele nowe, nieużywane, nieregenerowane, rok produkcji 2016	TAK	
4	Urządzenie posiadające wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK	
5	Wszystkie parametry ilościowe dotyczą wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe	TAK	
	Wzmagania mechaniczne		
1	Panel poziomy sztywny w swojej konstrukcji, odporny na środki myjące i dezynfekujące.	TAK	
2	Korpus wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie.	TAK	
3	Panel łatwy do utrzymania w czystości, powierzchnie gładkie bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych, bez wystających elementów,	TAK	
4	kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez śrub, nakrętek etc. na froncie	TAK	
5	Panel wykonany w systemie modułowym, pozwalający na systemową rozbudowę - dołączanie dodatkowych modułów. Ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy nie dopuszcza się jednolitej konstrukcji bez możliwości indywidualnej aranżacji kanałów.	TAK	
6	Panel musi składać się z 4 odseparowanych od siebie kanałów modułowych usytuowanych w poniższej kolejności od góry do dołu panela: - kanał oświetlenia ogólnego - kanał instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem - kanał instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów - kanał oświetlenia miejscowego i nocnego	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

7	Po złożeniu odpowiedniej konfiguracji panel powinien stanowić jednorodną całość	TAK	
8	Dekle boczne wykonane z tworzyw sztucznych	TAK	
9	Front panelu pomalowany proszkowo wg kolorystyki palety RAL o kolorze ustalonym z Zamawiającym	TAK	
10	długość stanowiska 160cm	TAK	
11	Uwaga! W zależności od gabarytów pomieszczeń długość paneli może wymagać skrócenia, ostateczną długość należy zatwierdzić z zamawiającym po wykonaniu pomiarów na obiekcie	TAK	
12	wysokość panela 310 mm ± 5%	TAK	
13	głębokość panela 55 mm ± 5%	TAK	
14	Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się innych wymiarów	TAK	
15	Panel ma zawierać dwie medyczne szyny sprzętowe DIN o wymiarach 25x10mm mocowane liniowo na całej długości panela z pominięciem obszaru, gdzie znajdują się punkty poboru gazów medycznych. Nie dopuszcza się punktowych łączeń szyn z panelem	TAK	
16	górna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem oświetlenia ogólnego a kanałem instalacji elektrycznej	TAK	
17	dolna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem instalacji gazów medycznych a kanałem oświetlenia miejscowego i nocnego	TAK	
18	rozstaw pomiędzy osiami szyn sprzętowych 200 mm ± 5%	TAK	
19	Klosze opraw oświetleniowych mleczne, równomiernie rozpraszające światło, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin	TAK	
20	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela.	TAK	
21	Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz.	TAK	
	Gazy medyczne		
1	wszystkie punkty poboru gazów medycznych wykonane w standardzie DIN	TAK	
2	punkt poboru tlenu O2 x 2szt./stanowisko	TAK	
3	punkt poboru próżni VAC x 1szt./stanowisko	TAK	
	Oświetlenie		
1	**Oświetlenie ogólne:**	TAK	
2	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W	TAK	
3	min. 4 moduły LED o łącznej długości minimum 120cm/stanowisko	TAK	
4	Ilość diod LED 190 szt. +/-10% / stanowisko	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

5	moduły ledowe rozłożone równomiernie na całej długości panela	TAK	
6	strumień świetlny źródła światła minimum 10000lm/stanowisko	TAK	
7	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80	TAK	
8	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K	TAK	
9	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie	TAK	
	Oświetlenie miejscowe:	TAK	
1	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W	TAK	
2	pojedynczy moduł LED o długości 30cm (+/- 2cm) /stanowisko	TAK	
3	Ilość diod LED 45 szt. +/-10% / stanowisko	TAK	
4	możliwość regulacji wzdłużnej położenia źródła światła	TAK	
5	strumień świetlny źródła światła minimum 2500lm/stanowisko	TAK	
6	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80	TAK	
7	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K	TAK	
8	czujnik gaszący światło miejscowe po wykryciu braku ruchu pacjenta przez min. 15 min	TAK	
9	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego	TAK	
	Oświetlenie nocne:	TAK	
1	źródło światła LED	TAK	
2	moc 3,5W +/- 5%	TAK	
3	strumień świetlny 300-400lm	TAK	
4	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie	TAK	
	Elektryka 230V		
1	dwa obwody zasilające na panel	TAK	
2	wszystkie gniazda elektryczne modułowe o wymiarach 45x45 z bolcem uziemiającym i przysłoną torów prądowych, zlicowane z frontem panela. Nie dopuszcza się gniazd wystających poza front panela	TAK	
3	kolorystyczne rozróżnienie obwodów za pomocą zastosowania gniazd o różnej kolorystyce	TAK	
4	dopuszczalna kolorystyka gniazd: białe, czerwone, pomarańczowe, zielone	TAK	
5	gniazda elektryczne białe podłączone do obwodu pierwszego 3szt./stanowisko	TAK	
6	gniazda elektryczne podłączone do obwodu drugiego 3szt./stanowisko	TAK	
7	gniazda ekwipotencjalne 2szt./stanowisko	TAK	
8	każdy moduł gniazdkowy wyposażony we wskaźnik napięcia	TAK	
	System przyzywowy		
1	przygotowanie otworowania w kanale elektrycznym pod	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

	gniazdo systemu przyzywowego Schima		
2	niezbędna elektronika sterująca odpowiednim oświetleniem kompatybilna ze sterowaniem z manipulatora systemu przyzywowego Schima	TAK	
	Teletechnika		
1	gniazda RJ45 kat 6E - ilość 1szt.	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10, 59 12, faks 042 689 54 09

Opis panela nadłóżkowego w wersji sufitowej na oddział Chirurgii Naczyniowej - 4 piętro

L.P.	Wymagane parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Producent / kraj	Podać	
2	Model / typ	Podać	
	Wymagania ogólne		
1	Dostawa, montaż mechaniczny, podłączenie gazowe i elektryczne wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, uruchomieniem, szkoleniem personelu, niezbędnymi protokołami, paszportami urządzenia, drukiem gwarancji i instrukcją obsługi. W zakresie dostawy podłączenia, pomiary teletechniczne i system przyzywowy	TAK	
2	Panel medyczny w zawieszeniu sufitowym, zasilający, wyrób klasy IIb wykonany zgodnie z dyrektywą 93/42/CE oraz normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 11197, ISO 7396-1	TAK	
3	Panele nowe, nieużywane, nieregenerowane, rok produkcji 2016	TAK	
4	Urządzenie posiadające wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK	
5	Wszystkie parametry ilościowe dotyczą wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe	TAK	
	Wymagania mechaniczne		
1	Panel w zawieszeniu sufitowym, sztywny w swojej konstrukcji, odporny na środki myjące i dezynfekujące.	TAK	
2	Korpus wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie.	TAK	
3	Panel łatwy do utrzymania w czystości, powierzchnie gładkie bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych, bez wystających elementów,	TAK	
4	kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez śrub, nakrętek etc. na froncie	TAK	
5	Panel wykonany w systemie modułowym, pozwalający na systemową rozbudowę - dołączanie dodatkowych modułów. Ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy nie dopuszcza się jednolitej konstrukcji bez możliwości indywidualnej aranżacji kanałów.	TAK	
6	Panel musi składać się z 4 odseparowanych od siebie kanałów modułowych usytuowanych w poniższej kolejności od góry do dołu panela: - kanał oświetlenia ogólnego - kanał instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem - kanał instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów - kanał oświetlenia miejscowego i nocnego	TAK	
7	Po złożeniu odpowiedniej konfiguracji panel powinien stanowić jednorodną całość	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

8	Dekle boczne wykonane z tworzyw sztucznych	TAK	
9	Front panelu pomalowany proszkowo wg kolorystyki palety RAL o kolorze ustalonym z Zamawiającym	TAK	
10	długość stanowiska 160cm	TAK	
11	Uwaga! W zależności od gabarytów pomieszczeń długość paneli może wymagać skrócenia, ostateczną długość należy zatwierdzić z zamawiającym po wykonaniu pomiarów na obiekcie	TAK	
12	wysokość panela 310 mm ± 5%	TAK	
13	głębokość panela 55 mm ± 5%	TAK	
14	Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się innych wymiarów	TAK	
15	Panel ma zawierać dwie medyczne szyny sprzętowe DIN o wymiarach 25x10mm mocowane liniowo na całej długości panela z pominięciem obszaru, gdzie znajdują się punkty poboru gazów medycznych. Nie dopiszcza się punktowych łączeń szyn z panelem	TAK	
16	górna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem oświetlenia ogólnego a kanałem instalacji elektrycznej	TAK	
17	dolna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem instalacji gazów medycznych a kanałem oświetlenia miejscowego i nocnego	TAK	
18	rozstaw pomiędzy osiami szyn sprzętowych 200 mm ± 5%	TAK	
19	Klosze opraw oświetleniowych mleczne, równomiernie rozpraszające światło, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin	TAK	
20	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela.	TAK	
21	Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz.	TAK	
	Gazy medyczne		
1	wszystkie punkty poboru gazów medycznych wykonane w standardzie DIN	TAK	
2	punkt poboru tlenu O2 x 2szt./stanowisko	TAK	
3	punkt poboru próżni VAC x 1szt./stanowisko	TAK	
	Oświetlenie		
1	**Oświetlenie ogólne:**	TAK	
2	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W	TAK	
3	min. 4 moduły LED o łącznej długości minimum 120cm/stanowisko	TAK	
4	Ilość diod LED 190 szt. +/-10% / stanowisko	TAK	
5	moduły ledowe rozłożone równomiernie na całej długości panela	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

6	strumień świetlny źródła światła minimum 10000lm/stanowisko	TAK	
7	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80	TAK	
8	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K	TAK	
9	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie	TAK	
1	**Oświetlenie miejscowe:**	TAK	
2	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W	TAK	
3	pojedynczy moduł LED o długości 30cm (+/- 2cm) /stanowisko	TAK	
4	Ilość diod LED 45 szt. +/-10% / stanowisko	TAK	
5	możliwość regulacji wzdłużnej położenia źródła światła	TAK	
6	strumień świetlny źródła światła minimum 2500lm/stanowisko	TAK	
7	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80	TAK	
8	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K	TAK	
9	czujnik gaszący światło miejscowe po wykryciu braku ruchu pacjenta przez min. 15 min	TAK	
10	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego	TAK	
1	**Oświetlenie nocne:**	TAK	
2	źródło światła LED	TAK	
3	moc 3,5W +/- 5%	TAK	
4	strumień świetlny 300-400lm	TAK	
5	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie	TAK	
	Elektryka 230V		
1	dwa obwody zasilające na panel	TAK	
2	wszystkie gniazda elektryczne modułowe o wymarach 45x45 z bolcem uziemiającym i przysłoną torów prądowych, zlicowane z frontem panela. Nie dopuszcza się gniazd wystających poza front panela	TAK	
3	kolorystyczne rozróżnienie obwodów za pomocą zastosowania gniazd o różnej kolorystyce	TAK	
4	dopuszczalna kolorystyka gniazd: białe, czerowone, pomarańczowe, zielone	TAK	
5	gniazda elektryczne białe podłączone do obwodu pierwszego 3szt./stanowisko	TAK	
6	gniazda elektryczne podłączone do obwodu drugiego 3szt./stanowisko	TAK	
7	gniazda ekwipotencjalne 2szt./stanowisko	TAK	
8	każdy moduł gniazdkowy wyposażony we wskaźnik napięcia	TAK	
	System przyzywowy		
1	przygotowanie otworowania w kanale elektrycznym pod gniazdo systemu przyzywowego Schima	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

2	niezbędna elektronika sterująca odpowiednim oświetleniem kompatybilna ze sterowaniem z manipulatora systemu przyzywowego Schima	TAK	
	Teletechnika		
1	gniazda RJ45 kat 6E - ilość 1szt./stanowisko	TAK	
2	gniazda RJ45 kat 6E dedykowane do kardiomonitorów- ilość 1szt./stanowisko	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10, 59 12, faks 042 689 54 09

Opis panela nadłóżkowego w wersji dla Wzmożonego Nadzoru na Oddział Chirurgii Naczyniowej - 4 piętro

L.P.	Wymagane parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Producent / kraj	Podać	
2	Model / typ	Podać	
	Wymagania ogólne		
1	Dostawa, montaż mechaniczny, podłączenie gazowe i elektryczne wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, uruchomieniem, szkoleniem personelu, niezbędnymi protokołami, paszportami urządzenia, drukiem gwarancji i instrukcją obsługi. W zakresie dostawy podłączenia, pomiary teletechniczne i system przyzywowy	TAK	
2	Panel medyczny poziomy, zasilający, wyrób klasy IIb wykonany zgodnie z dyrektywą 93/42/CE oraz normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 11197, ISO 7396-1.	TAK	
3	Panele nowe, nieużywane, nieregenerowane, rok produkcji 2016	TAK	
4	Urządzenie posiadające wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK	
5	Wszystkie parametry ilościowe dotyczą wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe	TAK	
	Wzmagania mechaniczne		
1	Panel poziomy sztywny w swojej konstrukcji, odporny na środki myjące i dezynfekujące.	TAK	
2	Korpus wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno anodowanych chemicznie.	TAK	
3	Panel łatwy do utrzymania w czystości, powierzchnie gładkie bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych, bez wystających elementów,	TAK	
4	kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez śrub, nakrętek etc. na froncie	TAK	
5	Panel wykonany w systemie modułowym, pozwalający na systemową rozbudowę - dołączanie dodatkowych modułów. Ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy nie dopuszcza się jednolitej konstrukcji bez możliwości indywidualnej aranżacji kanałów.	TAK	
6	Panel musi składać się z 4 odseparowanych od siebie kanałów modułowych usytuowanych w poniższej kolejności od góry do dołu panela: - kanał oświetlenia ogólnego - kanał instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem - kanał instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów - kanał oświetlenia miejscowego i nocnego	TAK	
7	Po złożeniu odpowiedniej konfiguracji panel powinien	TAK	

.....

Miejscowość / Data

.....

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

	stanowić jednorodną całość		
8	Dekle boczne wykonane z tworzyw sztucznych	TAK	
9	Front panelu pomalowany proszkowo wg kolorystyki palety RAL o kolorze ustalonym z Zamawiającym	TAK	
10	długość stanowiska 200cm	TAK	
11	Uwaga! W zależności od gabarytów pomieszczeń długość paneli może wymagać skrócenia, ostateczną długość należy zatwierdzić z zamawiającym po wykonaniu pomiarów na obiekcie	TAK	
12	wysokość panela 310 mm ± 5%	TAK	
13	głębokość panela 55 mm ± 5%	TAK	
14	Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się innych wymiarów	TAK	
15	Panel ma zawierać dwie medyczne szyny sprzętowe DIN o wymiarach 25x10mm mocowane liniowo na całej długości panela z pominięciem obszaru, gdzie znajdują się punkty poboru gazów medycznych. Nie dopiszcza się punktowych łączeń szyn z panelem	TAK	
16	górna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem oświetlenia ogólnego a kanałem instalacji elektrycznej	TAK	
17	dolna szyna medyczna musi znajdować się pomiędzy kanałem instalacji gazów medycznych a kanałem oświetlenia miejscowego i nocnego	TAK	
18	rozstaw pomiędzy osiami szyn sprzętowych 200 mm ± 5%	TAK	
19	Klosze opraw oświetleniowych mleczne, równomiernie rozpraszające światło, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin	TAK	
20	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela.	TAK	
21	Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz.	TAK	
	Gazy medyczne		
1	wszystkie punkty poboru gazów medycznych wykonane w standardzie **DIN**	TAK	
2	punkt poboru tlenu O2 x 2szt./stanowisko	TAK	
3	punkt poboru próżni VAC x 2szt./stanowisko	TAK	
4	punkt poboru powietrza AIR x 2szt./stanowisko	TAK	
	Oświetlenie		
1	**Oświetlenie ogólne:**	TAK	
2	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W	TAK	
3	min. 4 moduły LED o łącznej długości minimum 120cm/stanowisko	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

4	Ilość diod LED 190 szt. +/-10% / stanowisko	TAK	
5	moduły ledowe rozłożone równomiernie na całej długości panela	TAK	
6	strumień świetlny źródła światła minimum 10000lm /stanowisko	TAK	
7	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80	TAK	
8	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K	TAK	
9	sterowanie oświetlenia ogólnego z wyłącznika na ścianie	TAK	
	Oświetlenie miejscowe:	TAK	
1	energooszczędne moduły LED o sprawności źródła światła min. 140lm/W	TAK	
2	pojedynczy moduł LED o długości 30cm (+/- 2cm) /stanowisko	TAK	
3	Ilość diod LED 45 szt. +/-10% / stanowisko	TAK	
4	możliwość regulacji wzdłużnej położenia źródła światła	TAK	
5	strumień świetlny źródła światła minimum 2500lm/stanowisko	TAK	
6	Współczynnik oddawania barw Ra >= 80	TAK	
7	Temperatura barwowa źródła światła 4000 K	TAK	
8	czujnik gaszący światło miejscowe po wykryciu braku ruchu pacjenta przez min. 15 min	TAK	
9	niskonapięciowe sterowanie oświetlenia miejscowego z panela i z manipulatora systemu przyzywowego	TAK	
	Oświetlenie nocne:	TAK	
1	źródło światła LED	TAK	
2	moc 3,5W +/- 5%	TAK	
3	strumień świetlny 300-400lm	TAK	
4	sterowanie oświetlenia nocnego z wyłącznika na ścianie	TAK	
	Elektryka 230V		
1	dwa obwody zasilające na panel	TAK	
2	wszystkie gniazda elektryczne modułowe o wymarach 45x45 z bolcem uziemiającym i przysłoną torów prądowych, zlicowane z frontem panela. Nie dopuszcza się gniazd wystających poza front panela	TAK	
3	kolorystyczne rozróżnienie obwodów za pomocą zastosowania gniazd o różnej kolorystyce	TAK	
4	gniazda elektryczne pomarańczowe podłączone do obwodu pierwszego 5szt./stanowisko	TAK	
5	gniazda elektryczne zielone podłączone do obwodu drugiego 5szt./stanowisko	TAK	
6	gniazda ekwipotencjalne 4szt./stanowisko	TAK	
7	każdy moduł gniazdkowy wyposażony we wskaźnik napięcia	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10, 59 12, faks 042 689 54 09

	System przyzywowy		
1	przygotowanie otworowania w kanale elektrycznym pod gniazdo systemu przyzywowego Schima	TAK	
2	niezbędna elektronika sterująca odpowiednim oświetleniem kompatybilna ze sterowaniem z manipulatora systemu przyzywowego Schima	TAK	
	Teletechnika		
1	gniazda RJ45 kat 6E - ilość 2szt.	TAK	
2	gniazda RJ45 kat 6E dedykowane do kardiomonitorów- ilość 1szt.	TAK	
	Osprzęt		
1	koszyk pionowy montowany na szynę	TAK	
2	koszyk poziomy montowany na szynę	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10,12, faks 042 689 54 09

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 205/ZP/16

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawa aparatu do elektrokoagulacji z systemem do głębokiego zamykania naczyń i przystawką argonową dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

oświadczam(y), co następuje:

1. odnośnie warunków udziału w postępowaniu:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówienu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu[1]:
   - ☐ jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
     Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. nr):
     .....
   - ☐ znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.
     Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (...../ZP/.....) do którego została złożona:
     .....

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW[2]:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w..... *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której*

[1] *Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP*
[2] *Proszę wypełnić jeżeli dotyczy*

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..... w następującym zakresie: ..... *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*.

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....
(podpis)

2. odnośnie przesłanek wykluczenia z postępowania:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp..
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia[3]:

☐ jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. nr):
.....

☐ znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.
Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (...../ZP/.....) do którego została złożona:
.....

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..... ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....
(podpis)

[3] *Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA[4]:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam(y), że aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia[5]:

☐ jest dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. nr):
.....

☐ znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.
Jeżeli tak proszę podać nazwę i numer postępowania przetargowego (...../ZP/.....) do którego została złożona:
.....

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

.....
(podpis)

[4] *Proszę wypełnić jeżeli dotyczy*

[5] *Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP*

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10,12, faks 042 689 54 09

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 205/ZP/16

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WZÓR

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

l.p.	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):	Adres:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: **dostawa i instalacja paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego** oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca:

nie należy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

należy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

*niepotrzebne skreślić lub pominąć

....

Miejscowość / Data **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.

Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

W oświadczeniu Wykonawca winien wskazać czy w zakresie, na który została złożona oferta zachodzą powiązania z innym Wykonawcą (wskazanym w informacji z otwarcia ofert), które prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 59 10,12, faks 042 689 54 09

Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 205/ZP/16

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na **dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

1. Oświadczam, że cały oferowany przez firmę ..... **przedmiot zamówienia** jest dopuszczony do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679 z późn. zm) **oraz aktami wykonawczymi do ustawy**.

2. Zobowiązujemy się do przedłożenia powyższych dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w zakresie objętym umową **wraz z pierwszą dostawą sprzętu medycznego** oraz na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3. Zobowiązujemy się **bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez firmę ....., w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego** o jakiejkolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy ..... za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

..... dn. ..... 2016r.
Miejscowość / Data

.....

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 205/ZP/16

UMOWA NR 205/ZP/16

zawarta dnia ..... w Łodzi, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika , z siedzibą w Łodzi,
92-513 Łódź, ul. Pabianicka 62,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004955, REGON 000295403,
NIP 729-23-45-599,
reprezentowanym przez
.....
zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

firmą .....,
wpisaną do ..... pod numerem .....,
REGON ....., NIP .....
reprezentowaną przez:
.....
zwanym dalszej części umowy **Wykonawcą,**
o treści następującej:

§ 1

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę paneli nadłóżkowych gazowo – elektrycznych z podłączeniem do istniejących instalacji, uruchomieniem i wykonaniem niezbędnych pomiarów na Oddziale Nefrologii oraz Oddziale Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62** i złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zamówień publicznych, strony zawierają umowę następującej treści:

1. Zakres dostawy zrealizowany będzie w oparciu o treści zawarte w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia.
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest **W.S.S. im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62**
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dostawa paneli realizowana będzie w czynnym obiekcie.

§ 2

Datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień: .....

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi .....dni **(nie dłużej niż 60 dni)**od daty podpisania umowy.

§ 3

1. Całkowita wartość przedmiotu Umowy wynosi ..... **netto** (słownie: ..... złotych netto). Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek Vat i wynosić będzie ..... **brutto** (słownie: .....brutto)
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy po przyjęciu przez Zamawiającego prac określonych w § 1, pkt. 1.
   Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT obejmujące wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, pkt. 1, po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT.

5. Osobą merytorycznie odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest **Sławomir Rydz** Kierownik Działu Technicznego tel. 042 689 58 42, e-mail s.rydz@kopernik.lodz.pl , zaś ze strony Wykonawcy ..... .
6. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą sprzętu medycznego dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP sprzęt medyczny, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji opisanej w zdaniu poprzednim wraz z dostawą, Zamawiający może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy oraz uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku przyjmuje się, iż nastąpiło opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy zawinione przez Wykonawcę.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości na okres ..... miesięcy **(nie krótszy niż 24 miesiące)** od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, w razie wystąpienia usterki, awarii lub zgłoszenia wady niedostrzeżonej w trakcie odbioru (dalej: „usterka"), do jej usunięcia w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia. Termin może być wydłużony o czas niezbędny do sprowadzenia przez Wykonawcę części zamiennych.

§ 5

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
   a. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
   b. za zwłokę w usuwaniu wad przedmiotu umowy – wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w okresie gwarancyjnym.
   c. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 6

1. Przelew wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Przelew wierzytelności może nastąpić na zasadach wskazanych w art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112/2011 poz. 654 ze zmianami).
   W przypadkach zmian organizacyjno – prawnych dotyczących Wykonawcy, które zaistnieją w okresie związania umową, Wykonawca zobowiązany jest:
   a. Niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach,
   b. Złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego
2. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.

§ 7

1. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto w następujących sytuacjach:
   a. Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.
   b. Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, także w trybie zabezpieczenia.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 8

W kwestiach spornych wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Wykonawca realizujący na rzecz Zamawiającego dostawy zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.
2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy na terenie i w obiektach Wykonawcy (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).

§ 12

1. Strony zawierają Porozumienie w sprawie współpracy z Wykonawcą, którego pracownicy wykonują pracę na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienie koordynatora ds. BHP.
2. Warunki Porozumienia zawiera Załącznik stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

§ 13

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub mieniu spowodowane z przyczyn leżących po jego stronie w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§ 14

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować należytą staranność w wykonaniu przez niego dostaw objętych przedmiotem Umowy , z uwzględnieniem charakteru wykonywanych prac.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wymagań określonych w:
   a. instrukcjach eksploatacji, obsługi i konserwacji.
   b. obowiązujących normach i przepisach, w tym dotyczących ochrony środowiska.

§ 15

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2014.
2. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją niniejszej Umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w zakresie adekwatnym do przedmiotu Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

M.

5. Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych administrowanych przez Zamawiającego ani pacjentów Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:
1) Formularz asortymentowo – cenowy
2) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
3) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
4) Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wykonawca **Zamawiający**