

EZ.28.177.243.2017.MJŁódź, dn. 24.11.2017r
Nr sprawy: 177/ZP/17

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1579.) przekazujemy Państwu odpowiedzi oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1,

Dotyczy Pakietu nr 1,

W związku z opisem przedmiotu zamówienia wskazującym na konkretny produkt, żądamy modyfikacji SIWZ, z uwzględnieniem zasad opisu zawartych w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, zwłaszcza z rezygnacji z wymogów utrudniających uczciwą konkurencję.

Na konkretny produkt wskazuje wymóg koreczka z wewnętrzną częścią poniżej krawędzi koreczka, żądanie konkretnych średnic zewnętrznych rurek cewników w danych rozmiarach, podczas gdy norma przewiduje po kilka średnic dla danego G oraz wymiary w mm długości cewnika kaniul 18G i 20G.

Zgodnie bowiem z normą PN-EN ISO 10555-5 *Cewniki wewnętrznożylniowe – Jednorazowego użytku – Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igły*, dla poniższych rozmiarów podanych w G, dopuszczalne są następujące nominalne średnice zewnętrzne rurki cewnika w mm:

Nominalna średnica zewnętrzna rurki cewnika w mm	Rozmiar
0,8; 0,9	22
1,0; 1,1	20
1,2; 1,3	18
1,4; 1,5	17
1,6; 1,7; 1,8	16
1,9; 2,0; 2,1; 2,2	14

Dlatego nieuzasadnione i niezgodne z obowiązującym prawem jest żądanie np. tylko i wyłącznie kaniuli 16G 1.7, podczas gdy zgodnie z normą, średnica zewnętrzna rurki cewnika może wynosić zarówno 1.6 jak i 1.8 mm.

Wskazana norma nie wymaga konstrukcji koreczka jak w opisie, zatem zastrzeżenie, iż wewnętrzna część koreczka znajdować się ma poniżej jego krawędzi, jest nieuprawnionym i nieuzasadnionym ograniczeniem konkurencji. Zarówno kaniule z trzpieniami koreczków poniżej jak i powyżej ich krawędzi, spełniają identyczne funkcje użytkowe, natomiast ich budowa, przy funkcji wenflonu i procedurach medycznych, z jego użyciem, ma znaczenie zupełnie drugorzędne. Nie istnieją bowiem żadne medyczne przesłanki ani dowody kliniczne na rzekomą wyższość jednego bądź drugiego rozwiązania wewnętrznej struktury koreczka kaniuli a forsowanie koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi jako lepszych, stanowi tylko i wyłącznie czyn nieuczciwej konkurencji.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



W związku z powyższym żądamy:

dopuszczenia kaniul w rozmiarach 14G-22G o średnicach zewnętrznych rurek cewnika w zakresach normy, odstąpienia od wymogu dotyczącego budowy koreczka kaniuli jako pozostającego bez jakiegokolwiek wpływu na parametry, funkcje i medyczne walory wenflonu, dopuszczenia długości cewników kaniul 18 G i 20G 32 mm jako tożsamy; wymóg G 20 – 33 mm i G18 – 33 mm spełnia konkretny produkt; różnica 1 mm jest niezauważalna i nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność kaniuli.

Podtrzymanie dotychczasowych zapisów SIWZ spowoduje skierowanie wniosku w trybie art. 200 ust. 2 pkt 2) o nałożenie kary pieniężnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z jego potrzebami i spełnia przede wszystkim wymogi bezpieczeństwa chorego oraz funkcjonalność opisanego w SIWZ sprzętu.

Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż:

- a) w zakresie rozmiarów, wklucia dożylne stanowią zapotrzebowanie dla wszystkich oddziałów Zamawiającego m.in. oddziałów onkologii i oddziałów dziecięcych;
- b) w zakresie koreczka ze względów profilaktyki zakażeń. Wiele osób wykonujących kaniulację trzyma w dłoni koreczek zdjęty z portu głównego, co szczególnie w przypadku niewłaściwej higieny rąk, wadliwego stosowania rękawic oraz wystawiania trzpienia nad pierścieniem koreczka może zwiększyć ryzyko infekcji. Informacje te są ogólnodostępne w publikacjach w zakresie profilaktyki zakażeń.

Zamawiający uprzejmie informuje, iż art. 200 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1579.) nie dotyczy Zamawiającego.

II. Zamawiający poprawia udzielona odpowiedź w dniu 16.11.2017r

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie punktu 1.b/ § 6 o treści (cyt.):

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;

i nada mu proponowany zapis:

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto ?

UZASADNIENIE:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kara, jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego (wystąpienie tzw. „Siły wyższej”) naruszenie postanowień umowy, skutkujące odstąpieniem przez Zamawiającego od jej realizacji nie może obejmować tej części umowy, która wcześniej została już rzetelnie i należycie zrealizowana. Zapis w umowie w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej treści, będzie pozostawał w zgodzie z zapisami art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): *Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.*

Odpowiedź: Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w

województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

III. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

- termin składania ofert do dnia 27.11.2017r do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert w dniu 27.11.2017r o godz. 11:00.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (1)
mgr Włodzisław Szafraniec