

EZ.28.137.2018.BWCH

Łódź, dnia 07.12.2018r.
Nr sprawy: **137/ZP/18****Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną** Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania od Wykonawców oraz zmianę SIWZ.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu 1 Bieżnia rehabilitacyjna – 1 szt.

Ze względu na fakt, że opisana przez Zamawiającego bieżnia nie jest już produkowana i nie można jej zakupić, czy Zamawiający dopuści bieżnię do profesjonalnego użytku o poniższych parametrach:

Bieżnia jest wyposażona w szereg funkcjonalnych narzędzi, m.in. nowoczesny komputer z podświetlanym wyświetlaczem LCD, silnik o **maksymalnej mocy 4 KM**, możliwość regulacji **nachylenia pasa w 22 pozycjach**, oraz **masywne wzmocnienia wzdłuż powierzchni pasa**. Urządzenie posiada możliwość połączenia z tabletem lub iPad przez Bluetooth i aplikację FitShow. Podświetlany panel **LCD** bieżni wyświetla wiele użytecznych informacji, takich jak: prędkość, czas, dystans, tętno, oraz spalone kalorie. Spośród innych zalet warto wyróżnić spokojną i cichą pracę silnika, czujniki tętna w uchwytach, oraz maksymalną **prędkość 22 km/h**. Solidna konstrukcja z pasem bieżni o wymiarach **163 x 55 cm** i **nośnością 160 kg** zapewnia wysoką wytrzymałość nawet podczas najbardziej intensywnych ćwiczeń. **Bieżnia** jest wyposażona w układ dźwiękoszczelny oraz specjalny system zawieszenia **SAS** doskonale pochłaniający wstrząsy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, bieżnia została wyposażona w przycisk blokujący, który w razie konieczności, natychmiast zatrzymuje pracę urządzenia. Bieżnia posiada również funkcję pauzy, która umożliwia kontynuację przerwanej treningu bez konieczności ponownego ustawiania parametrów. W pamięci komputera zostały zapisane 24 gotowe programy, 3 programy użytkownika, 2 programy HRC oraz program manualny, który umożliwia samodzielne dostosowywanie treningu do naszych preferencji. Panel bieżni jest wzbogacony o uchwyt do urządzeń elektronicznych lub książek. Dzięki tym właściwościom, **bieżnia ta** stała się jednym z najpopularniejszych modeli użytkowanych zarówno w profesjonalnych siłowniach i klubach, jak i w domu.

Kluczowe właściwości:

- Maksymalnie wydajny, niezawodny silnik AC
- Możliwość połączenia z inteligentnymi urządzeniami za pośrednictwem aplikacji FitShow
- Łatwa, intuicyjna obsługa
- Funkcja pauzy
- Funkcja Matrix - wyścig na dystansie 400 m
- Masywna konstrukcja z trwałym wykończeniem
- Wzmocnienia z utwardzonego tworzywa sztucznego na całej powierzchni bieżni
- Boczne stopnie bezpieczeństwa z antypoślizgową powierzchnią
- Komputer wyświetla: czas, prędkość, odległość, tętno, spalone kalorie

Opis techniczny:

- Potężny silnik bieżni z elektroniczną regulacją nachylenia pasa
- Najbardziej wydajny i niezawodny silnik AC
- **Moc silnika:** 4 KM (moc stała) 7 KM (moc szczytowa)
- **Prędkość:** 1-22 km / h
- Duży przycisk alarmowy do natychmiastowego zatrzymania pasa w razie niebezpieczeństwa
- **Maksymalne nachylenie:** 0-18 %
- **Zawieszenie:** System wygłuszający SAS (Shock Absorbing System)
- Czujniki tętna w uchwytach (zakres 40-190)
- Przyciski do szybkiego wyboru prędkości i nachylenia uchwytów pasów
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- 24 predefiniowanych programów szkoleniowych
- 3 programy użytkownika
- 2 programy HRC (HRC)

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- **Funkcja Pauzy**
- **Możliwość łączenia z aplikacją FitShow**
- **Komputer wyświetla:** czas, prędkość, odległość, tętno, kalorie
- Wejście 3.5mm audio, głośniki
- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Solidna konstrukcja z trwałym wykończeniem
- Wzmocnienie wzdłuż powierzchni pasa
- Boczne stopnie ochronne z antypoślizgową powierzchnią
- **Wymiar pasa bieżni** 163 x 55 cm
- **Wymiary:** D215 x S86 x W150 cm
- **Maksymalne obciążenie:** 160 kg
- **Waga:** 190 kg
- Kategoria S (zgodnie z EN957), przeznaczony do użytku komercyjnego

Wyświetlane dane:

- Czas (Time)
- Spalone kalorie (kcal)
- Odległość (Distance)
- Liczba kroków na minutę (Steps)
- Tętno (Heart Rate)
- Średnia prędkość (Avg. Speed)
- Średnie tempo (Avg. Pace)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje poniżej zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2. Dotyczy Pakietu nr 1 – Bieżnia rehabilitacyjna

Czy Zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach:

Elektryczna bieżnia treningowa.

Wymiary urządzenia : 205 x 95 x 145 cm.

Wymiary pasa biegowego : 150 x 55 cm.

Waga urządzenia : 115 kg.

Maksymalna waga użytkownika: 160 kg.

Nachylenie: 0 -15% - regulowane elektronicznie.

Prędkość min.: 1 – 18 km/h – regulowana elektronicznie.

Programy: min. 6 programów standardowych, min. 2 programy użytkownika, min. 2 programy sterowane tętnem.

Wyświetlacz LCD: min. 7.5".

Moc ciągu silnika: 3.25 KM.

Zasilanie: 230 V, 50 Hz.

Pomiar pulsu: ręczny poprzez sensory dotykowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje poniżej zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- a) zmiana w zakresie załącznika nr 2A – Pakiet nr 1 – w załączeniu do niniejszego pisma
- b) Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy:
 - Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 13.12.2018r. do godziny 10.00
 - Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 13.12.2018r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Przemysław Biliński

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

