

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę insuflatora do regulacji przepływu CO₂ z wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę insuflatora do regulacji przepływu CO₂ z wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Dotyczy zestawienia parametrów (załącznik nr 2a do SIWZ), punkt 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 23 na następujący zapis: „Dopuszcza się trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których element / podzespół zostanie wymieniony na nowe”?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2) Dotyczy zestawienia parametrów (załącznik nr 2a do SIWZ), punkt 23: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 23 na następujący zapis: „Dopuszcza się pięć napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe”?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

3) Dotyczy zestawienia parametrów (załącznik nr 2a do SIWZ), punkt 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4) Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XX, pozycja 1 i 2 (Okres dostawy) oraz zestawienia parametrów (załącznik nr 2a do SIWZ), punkt 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby okres dostawy był liczony w dniach roboczych?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

5) Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XX, pozycja 1 i 2, podpunkt C (Warunki gwarancji i serwisu – czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa”) oraz zestawienia parametrów (załącznik nr 2a do SIWZ), punkt 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas reakcji był liczony w dniach roboczych?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

6) Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XXI, punkt 4: Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia dokumentów dotyczących nadania podmiotowi numeru NIP i REGON przed podpisaniem umowy, ponieważ Zamawiający jest w posiadaniu wyżej wymienionych dokumentów np. w postępowaniu nr: 200/ZP/17?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

7) Dotyczy zestawienia parametrów (załącznik nr 2a do SIWZ), punkt 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 30 na następujący zapis: „Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wynosi do 5 dni roboczych lub do 12 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczony od dnia zgłoszenia naprawy”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużone terminu naprawy, pod warunkiem spełnienia pkt. 25 warunków SIWZ tj. zapewnienia sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy.

8) Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 6 do SIWZ, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za dostarczenie sprzętu z wadami do 1% wartości brutto sprzętu dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

9) Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 6 do SIWZ, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad do 1% wartości brutto sprzętu dostarczonego z wadami za każdy dzień opóźnienia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

10) Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 6 do SIWZ, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt e): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za niedostarczenie dokumentów do 10% wartości brutto umowy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

11) Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 6 do SIWZ, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt f): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za nieprzeszkolenie pracowników w terminie do 1% wartości brutto umowy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

12) Dotyczy zestawienia parametrów (załącznik nr 2a do SIWZ), punkt 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy” na „W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły związane z naprawami gwarancyjnymi dostarczane będą w ramach zawartej umowy”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

13) Dotyczy zestawienia parametrów (załącznik nr 2a do SIWZ), punkt 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu punktu 24 na następujący zapis: „Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych. Zapis nie ma zastosowania w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego umożliwiającego kontynuację pracy”?

ODPOWIEDŹ:


Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1

Załącznik nr 2a –zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń - w załączeniu do niniejszego pisma.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SPECJALISTA

mgr Jacek Bojanowski

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (1)
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
tel. 42 689 50 10, fax 42 689 50 11

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Przemysław Biliński

Załącznik nr 2a do SIWZ
Nr sprawy 134/ZP/18
zmiana z dnia 12.12.2018 r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę insuflatora do regulacji przepływu CO₂ z wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Dostawa insuflatora do regulacji przepływu CO₂ z wyposażeniem – 1 szt.

LP.	Opis minimalnych parametrów technicznych	Parametry i wartości (wymagane)	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis
1.	Insuflator do insuflacji CO ₂ w celu wytworzenia i utrzymania odmy w dolnym lub górnym odcinku układu pokarmowego na potrzeby endoskopowych zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych	TAK	
2.	Zasilanie insuflatora ze źródła CO ₂ o ciśnieniu min. 350 kPa	TAK	
3.	Ciśnienie podawania gazu CO ₂ max. 45kPa	TAK	
4.	3-stopniowa regulacja czasu podawania gazu	TAK	
5.	3-stopniowa regulacja czasu podawania gazu	TAK	
6.	Przełącznik wyboru źródła zasilania gazu butla/centralna instalacja gazowa	TAK	
7.	Diodowy wskaźnik słupkowy ciśnienia podawanego gazu CO ₂	TAK	
8.	Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wartości minimalnej ciśnienia podawanego gazu CO ₂	TAK	

9.	Przycisk na panelu uruchamiający/zatrzymujący podawanie gazu CO2	TAK	
10.	Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym Klasa I	TAK	
11.	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF	TAK	
12.	Dren do insuflacji wysokiego przepływu, długość min.100 cm 1 szt.	TAK	
13.	Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 100 cm- 1 szt.	TAK	
14.	Kompaktowe wymiary umożliwiające umieszczenie na wózku endoskopowym	TAK	
15.	Zasilanie elektryczne 100 - 240 V, 50/60Hz	TAK	
16.	Zgodność z endoskopami Olympus serii Evis Extra I, II, III oraz Evis Lucera	TAK	
17.	Okres dostawy od dnia zawarcia umowy	od 22 dni - do max 42 dni - 0 pkt 15-21 dni - 5 pkt do 14 dni - 10 pkt	
18.	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego	TAK	
19	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 miesiące	24 - 35 miesięcy - 0 pkt 36 - 47 miesięcy - 10 pkt powyżej 48 miesięcy - 20 pkt	
20.	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie	TAK	

21.	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy.	TAK	
22.	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych	TAK	
23.	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe	TAK	
24.	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych	TAK	
25.	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewni sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.	TAK	
26.	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)	TAK	
27.	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny (podać podmiot świadczący serwis, jego adres, nr telefonu na który należy zgłosić awarie i osobę do której należy zgłaszać awarię)	Do 24 godzin – 10 pkt. od 25 do 48 godzin – 5 pkt. od 49 do 72 godziny – 0 pkt.	

28.	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych	TAK	
29.	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta	TAK	
30.	Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wynosi do 5 dni roboczych lub do 12 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczony od dnia zgłoszenia naprawy	TAK	
31.	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekazuje a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego	TAK	
32.	Lokalizacja gwarancyjnego i pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon na który należy zgłaszać awarię, osobę do której należy zgłaszać awarię)	TAK/PODAĆ	
33.	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewnianym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze: 7 osób spośród personelu Zamawiającego po 1 godzinie każda z osób. Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.	TAK	