

EZ.28.7.445.2020.AK

Numer sprawy: EZ.28.7.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej **214 000 euro na dostawę materiałów do elektrochirurgii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania i zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów do elektrochirurgii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**- PAKIET NR 6****1. Dotyczy punktu 2**

- Czy zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami, średnica trzpienia 4mm, z kablem przyłączeniowym dł.4.5m, wtyk 1PIN, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE

2. Dotyczy punktu 3

- Czy zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami, średnica trzpienia 2,4mm, z kablem przyłączeniowym dł.4.5m, wtyk 1PIN, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE

3. Dotyczy punktu 4

- Czy zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami, średnica trzpienia 2,4mm, z kablem przyłączeniowym dł.4.5m, wtyk 3PIN, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE

4. Dotyczy punktu 5

- Czy zamawiający dopuści pincetę bipolarną prostą, końcówki ostre, dł.160mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE

5. Dotyczy punktu 6

- Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 90cm², wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

6. Dotyczy punktu 7

- Czy zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem że zaoferowany kabel z pkt 7 jest kompatybilny z elektrodą neutralną opisaną w pkt.6 pakietu nr 6 SIWZ i kompatybilny z diatermiami prod. ERBE.

7. Dotyczy punktu 8

- Czy zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

8. Dotyczy punktu 9

- Czy zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami, średnica trzpienia 2,4mm, z kablem przyłączeniowym dł.4.5m, wtyk 1PIN, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

- PAKIET NR 8

9. Dotyczy punktu 1

- Czy zamawiający dopuści pincetę bipolarną prostą pokrytą powłoką nieprzywierającą do tkanek, długość 180mm, tip 0,6mm, kompatybilną z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

10. Dotyczy punktu 2

- Czy zamawiający dopuści pincetę bipolarną zagiętą ,tip 0,5mm, dł 160mm, kompatybilną z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

11. Dotyczy punktu 3

- Czy zamawiający dopuści pincetę bipolarną bagnetową pokrytą powłoką nieprzywierającą do tkanek, długość 200mm, tip 1mm, kompatybilną z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

12. Dotyczy punktu 5

- Czy zamawiający dopuści pincetę bipolarną prostą ,końcówki 1mm, tępe, dł.220mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

- PAKIET NR 7

13. Dotyczy pozycji 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody nożowej prosta 3,4x24mm, śr. trzpienia 2,4mm,dł.45mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5szt?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy pozycji 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody kulkowej prostej śr. 2mm, śr. trzpienia 2,4mm,dł.40mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5szt?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. 3 op + 3szt. Proszę wycenić wartość 18 szt.

15. Dotyczy pozycji 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody kulkowej prostej śr. 4mm, śr trzpienia 2,4mm,dł.40mm , kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. 3 op + 3szt. Proszę wycenić wartość 18 szt.

16. Dotyczy pozycji 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody szpatułkowej prostej 3x24mm, śr trzpienia 4mm,dł.45mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. 4 op + 2szt. Proszę wycenić wartość 22 szt.

17. Dotyczy pozycji 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody szpatułkowej prostej 3x24mm, Śr. trzpienia 2,4mm,dł.45mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy pozycji 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody szpatułkowej prosta 2,3x19mm, śr. trzpienia 2,4mm,dł.45mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

19. Dotyczy pozycji 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektroda nożowej prosta 1,5x17mm, śr. trzpienia 2,4mm,dł.40mm , kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. 6op +3 szt. Proszę wycenić 33 szt.

20. Dotyczy pozycji 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody pętlowej drutowej ,prostej śr. 6mm,śr trzpienia 2,4mm,dł.40mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Dotyczy pozycji 12

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody pętlowej taśmowej , prostej śr. 12mm,śr trzpienia 2,4mm,dł.40mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

22. Dotyczy pozycji 13

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody pętlowej taśmowej, prostej śr. 16mm,śr trzpienia 2,4mm,dł.40mm , kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy pozycji 36

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody nożowej prostej 3,4x24mm, śr. trzpienia 2,4 mm, dł.45 mm. kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie SIWZ.

24. Dotyczy pozycji 46

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody igłowej prostej ,izolowanej 0,8x22mm,dł.40mm,śr trzpienia 2,4mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

25. Dotyczy pozycji 47

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektroda igłowej prostej 0,8x22mm,dł.40mm,śr trzpienia 2,4mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

26. Dotyczy pozycji 50

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody szpatułkowej ,prostej, 2,3x 19 mm,dł.45 mm, śr trzpienia, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE w opakowaniu po 5 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

27. Dotyczy pozycji 51

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania elektrody igłowej wkłuciowej zagiętej 25 stopni, dł. Igieł 10mm,dł.100mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ. Zamawiający rezygnuje z pozycji 51 w pakiecie 7.

28. Czy ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 Zamawiający dopuści elektroniczne składanie ofert w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

29. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

30. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru – w wysokości **0,5 %** wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia, chyba że nie ponosi winy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru,**

b) w razie opóźnienia w wymianie wadliwego towaru na nowy – **0,5%** wartości brutto **wadliwego** towaru, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru**

c) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 1 ust. 9 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **5%** wartości brutto **części** umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. W związku z zapisem § 11 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.
Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź:

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

wg danych na dzień 31.12.2019 roku

1. Aktywa trwałe	195 938 880,62 zł
2. Aktywa obrotowe	86 102 751,99 zł
3. Suma pasywów	282 041 632,61 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	341 201 162,48 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	98 943 607,21 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 637 544,80 zł

w tym:

- objęte spłatami ratalnymi 0,00 zł
- wymagalne 9 110 477,45 zł

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

wg danych na dzień 31.01.2020 roku

1. Aktywa trwałe	194 612 685,59 zł
2. Aktywa obrotowe	86 151 060,64 zł
3. Suma pasywów	280 763 746,23 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	358 431 363,53 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	123 805 319,04 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 891 008,50 zł
w tym:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
• wymagalne	19 789 595,81 zł

Zamawiający informuje, iż bilans jest do wglądu w siedzibie Szpitala.

32. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. Wnosimy o wykreślenie zapisu § 11 ust. 4.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PAKIET NR 7

34. Dotyczy Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej, owalnej, dzielonej o wymiarach 164x117mm i powierzchni aktywnej 107cm² z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

35. Dotyczy Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 148x90mm i powierzchni aktywnej 72cm²

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

36. Dotyczy Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie uchwytu monopolarnego jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 320 cm, z wymiennym nożykiem dł. 70 mm ,wtyk 2,38 mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał uchwytu – plastik o wysokiej odporności, bez zawartości lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

37. Dotyczy Poz. 6, 7

Prosimy o dopuszczenie uchwytu wielorazowego z kablem o długości 5 m

Prosimy o dopuszczenie gwarancji na 300 cykli sterylizacji

Prosimy o dopuszczenie gwarancji na 100 cykli sterylizacji

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

38. Dotyczy Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie elektrody z częścią roboczą w rozmiarze 26x3,2 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

39. Dotyczy Poz. 9, 22, 23

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 20 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

40. Dotyczy Poz. 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27,28

Prosimy o wydzielenie pozycji 15-17, 20, 21, 24-28 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- PAKIET NR 3

41. Dotyczy Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 18 lub 20 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- PAKIET NR 6

42. Dotyczy Poz. 1, 2, 3, 4 i 9

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

43. Dotyczy Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm² i powierzchni przewodzącej 110 cm² systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem

Lub

Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej, owalnej, dzielonej o wymiarach 164x117mm i powierzchni aktywnej 107cm²

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

44. Dotyczy Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- PAKIET NR 8

45. Dotyczy Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej prostej z powłoką nieprzywierającą do tkanek, tip 0,7mm, długość 180mm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

46. Dotyczy Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej, zagiętej, tip 0,5 lub 1,0 mm, długość 150 lub 180mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

47. Dotyczy Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej bagnetowej, zagiętej do góry bez powłoki nieprzywierającej tip 1,0mm, długość 200mm

Lub

Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej bagnetowej, prostej z powłoką nieprzywierającą tip 1,0 lub 1,5 mm, długość 200mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

48. Dotyczy Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej prostej, z końcówką 1,00 mm, długość 200 mm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

49. Dotyczy Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej prostej, z końcówką 1,00 mm, długość 220 mm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z diatermiami prod. ERBE.

50. Dotyczy Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

51. Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 z pakietu nr 1 i pozycję nr 1 z pakietu nr 2?

Wszystkie pęsety bipolarne zostały wycofane w marcu tego roku. Nastąpiły problemy z rejestracją produktów i zostały całkowicie wycofane z oferty do opracowania nowych dokumentów rejestracyjnych, co może potrwać rok.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ. Zamawiający rezygnuje z poz.nr 1 pakietu nr 1 i poz. 1 pakietu nr 2

52. Dotyczy Pakietu 7 pozycji 51

Czy zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania elektrody igłowej wkłuciowej zagiętej 25 stopni, dł. igieł 10mm, dł. 100mm, kompatybilne z diatermiami prod. ERBE z powodu wycofania produktu z oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ. Zamawiający rezygnuje z pozycji 51 w pakiecie 7.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1

Załącznik nr 2a do SIWZ-w załączeniu

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 30.03.2020r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 30.03.2020 r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Wielo specjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr inż. Andrzej Kasprzyk

dr. inż. Andrzej Kasprzyk