

EZ.28.113. 44 .2021.MJ

Łódź, dnia 11.01.2021r
Numer sprawy: EZ.28.113.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę Materiałów Eksploatacyjnych do aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

W trakcie postępowania wpłynęły następujące pytania:

dotyczy Pakiet nr 2

Prosimy o wydzielenie poz 2. tj. czujnik do defibrylatora lifepack filter line set z końcówką do rurki intubacyjnej. Umożliwi to złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 1, 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji dotyczącej aparatury z jaką będą współpracowały zaoferowane przez Wykonawcę mankiety.

Odpowiedź: z kardiomonitorami

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietów do mierzenia ciśnienia w rozmiarach 20.5 - 28 cm lub 27 – 35 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu do mierzenia ciśnienia w rozmiarze 34 - 43 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu do mierzenia ciśnienia w rozmiarze niemowlęcym tj. 6 - 11 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu do mierzenia ciśnienia w rozmiarze dziecięcym tj. 10 - 15 cm.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji dotyczącej konektora NIBP jaki powinien zaoferować Wykonawca do monitora Nihon Kohden:

a)		b)	
----	---	----	---

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wersję a i b

Dotyczy Zadania nr 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji dotyczącej modeli respiratorów Hamilton z jakimi powinien być kompatybilny zaoferowany przez Wykonawcę czujnik przepływu.

Odpowiedź: Hamilton G-5

Dotyczy Zadania nr 5

W celu poprawnego dobrania czujnika przepływu prosimy Zamawiającego o podanie jego numeru katalogowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 1 odnośnie podanej ilości traktuje sztukę jako pojedynczą elektrodę czy parę (tego typu produkty pakowane są po 2 sztuki elektrod w opakowanie jednostkowe) ?

Odpowiedź: Zamawiający traktuje sztukę jako parę elektrod.

W związku z ogłoszeniem postępowania EZ.28.113.2020 zwracam się z następującym zapytaniem dotyczącym pakietu 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora

Odpowiedź: tak

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia nie ulegają zmianie.

Manikowski

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
 Centrum Onkologii i Traumatologii
 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
 SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
 e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
 NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

