

EZ.28.113. 82 .2021.MJ

Łódź, dnia 15.01.2021r
Numer sprawy: EZ.28.113.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę Materiałów Eksploatacyjnych do aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedź na pytanie i zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

1. W trakcie postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Pakiet nr 5 – Czujniki przepływu do respiratorów Hamilton Medical.


Czy Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania czujników, certyfikowanych i testowanych przez producenta respiratorów? Co zapewni prawidłowe pomiary jak i również bezpieczeństwo wentylacji mechanicznej pacjenta.

Odpowiedź: Tak


2. Zamawiający zmienia załącznik nr 2a do SIWZ w zakresie pakietu nr 5 i wymaga zgodnie ze zmianą. Zmieniony załącznik w załączeniu do niniejszego pisma.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mjr inż. Andrzej Kasprzyk



ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/ Opis	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość a netto PLN	VAT	Wartość szacunkowa brutto PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu med.
1	1	Mankiet do mierzenia ciśnienia NIBP 1 żyłowy dwuwarstwowy rozmiar 22-42 cm lub 25-35 cm			szt.	100								
	2	Mankiet do mierzenia ciśnienia NIBP 1 żyłowy dwuwarstwowy rozmiar 33-47cm			szt.	50								
	3	mankiet 1 żyłowy niemowlęcy dwuwarstwowy kolorowy			szt.	30								
	4	mankiet 1 żyłowy dziecięcy dwuwarstwowy kolorowy			szt.	30								
	5	konektor NIBP do monitora Nihon Kohden			szt.	100								
1 Suma						1 Suma			x					
2	1	elektrody EDGE system ze złączem QUIK COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG KABEL O DŁUGOŚCI 60 cm			szt.	600								
	2	czujnik do defibrylatora life pack filter line set z końcówką do rurki intubacyjnej			szt.	400								
2 Suma						2 Suma			x					
3	1	przepływomierz tlenu z wytkiem DIN przepływ 15 l			szt.	50								
	2	przepływomierz tlenu z wytkiem AGA przepływ 15 l			szt.	50								
	3	regulator ssania z wejściem AGA do 100 kPa			szt.	50								
	4	pojemnik wielorazowy 2 l do wkładów jednorazowych			szt.	30								
	5	regulator próżni z wejściem DIN 100 kPa			szt.	30								
3 Suma						3 Suma			x					
4	1	trenażer oddechowy (urządzenie do ćwiczeń oddechowych typu Triflo)			szt.	300								
5	1	Czujnik przepływu spiroquant do respiratora Hamilton. Czujniki, certyfikowane i testowane przez producenta respiratorów			szt.	600								