

EZ.28.123. 179 2021.AGŁódź, dnia 03.02.2021 r.
Nr sprawy: EZ.28.123.2020**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na **dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.

I. W TOKU POSTĘPOWANIA ZOSTAŁY ZADANE NASTĘPUJĄCE PYTANIA DO TREŚCI SIWZ.**Pytanie nr 1**

W związku z brakiem określenia warunków udziału w postępowaniu w Rozdziale XI SIWZ, prosimy o dopuszczenie do udziału w niniejszym przetargu Wykonawców niezależnych od producenta, którzy **zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP** – mogą zaoferować lampę RTG (oraz inne części zamienne) **równoważną** do oryginalnej i kompatybilną z tomografem komputerowym Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba.

Zwracamy uwagę, iż zapis §1 ust. 4 wzoru umowy:

„Wykonawca oświadcza, że dostarczone części będą fabrycznie nowe oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych, pochodzące z oficjalnego kanału sprzedaży producenta tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C na Europę, oraz że posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. Zamawiający, w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do pochodzenia lampy, zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jej pochodzenia bezpośrednio u producenta”

stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz wskazuje na możliwość wykonania zamówienia **tylko przez jeden podmiot** tj. Toshiba Medical Systems Corporation. Oferty innych wykonawców, którzy mogliby zakupić np. lampę RTG u producenta aparatu z oczywistych względów będą niekonkurencyjne.

Wykonawca niezależny od producenta **może zaoferować lampę RTG równoważną do lampy oryginalnej, kompatybilną z tomografem komputerowym Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba**, posiadającą dokumenty wymagane w Rozdziale XXI pkt. 5 SIWZ, w tym certyfikat zgodności CE oraz wymaganą przez Zamawiającego 12-to miesięczną gwarancję - **za dużo mniejszą wartość.**

Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §1 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:

Zmieniona treść §1 ust. 4 wzoru umowy:

Wykonawca oświadcza, że dostarczone części będą fabrycznie nowe oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych, dopuszczone do stosowania w tomografie komputerowym Aquilion CXL TSX-101A/S.C przez producenta wyżej wymienionego tomografu oraz że posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. Zamawiający, w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do pochodzenia lampy, zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jej pochodzenia bezpośrednio u producenta.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie nr 2**SIWZ – wzór umowy - §1 ust. 5**

W związku z faktem, że przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a nie zamówienia z wolnej ręki, zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §1 ust. 5 wzoru umowy, tj.:

„Czynności serwisowe instalacji części (w tym wykonanie kalibracji aparatu po wymianie lampy rtg oraz wykonanie testów specjalistycznych po zakończeniu naprawy), nie są przedmiotem niniejszej Umowy i zostaną wykonane przez autoryzowany serwis tomografu, w ramach umowy serwisowej nr 89/ZP/18 z dn. 19.12.2018 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym a firmą Toshiba Medical Systems Corporation”

Wykonawca działa na rynku zamówień publicznych od wielu lat i nie spotkał się z tym, aby zakupioną część od jednego Wykonawcy Zamawiający powierzał do instalacji innemu Wykonawcy, tym bardziej, że przedmiotowa lampa RTG do tomografu będzie objęta min. 12-miesięczną gwarancją. W razie jej awarii Zamawiający będzie miał problem z egzekwowaniem naprawy/wymiany gwarancyjnej, gdyż trudno będzie udowodnić gdzie tkwił błąd – w wadzie fabrycznej lampy RTG, czy też w czynnościach serwisowych innego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy §1 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 3

Z uwagi na wątpliwości związane z treścią SIWZ wyartykułowane w treści przekazanych przez nas pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego, w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień 15.01.2021 r., godz. 10:00.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o modyfikację SIWZ, poprzez dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ oraz w §4 ust. 1 istotnych postanowień umowy kosztu finansowania płatności ratalnej. W przypadku wyodrębnienia, finansowanie, jako odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT więc wyodrębiając koszt finansowania na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat. Prosimy o dostosowanie pod tym kątem zapisów w Części IV SIWZ pkt 4 SIWZ oraz § 5 ust. 2 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o ujednolicenie numeracji ustępów w treści §1 wzoru umowy. Treść ust. 3 została omyłkowo wprowadzona pośród treści ust. 2. Treść ust. 3 stanowi kontynuację treści ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji §1 wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku przeprowadzonej dostawy zostaną podpisane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następujące dokumenty:

1. Protokół dostawy – podpisywany po dokonaniu przez Wykonawcę dostawy, nie stanowiący potwierdzenia jakości i sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia;
2. Protokół odbioru – podpisywany po instalacji, uruchomieniu całego systemu przez autoryzowany serwis i wykonaniu testów specjalistycznych, potwierdzający prawidłowość wykonanej dostawy i stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8

Prosimy o modyfikację §1 ust 6 wzoru umowy i dodanie następującego zdania: „Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest podpisanie przez Strony protokołu dostawy, bez sprawdzenia jakościowego sprzętu”. Wykonawca nie może odpowiadać za czas trwania instalacji i sprawdzenia sprzętu, ponieważ te czynności będą wykonywane przez podmiotu trzeci, który jest związany umową z Zamawiającym a nie Wykonawcą.

Odpowiedź: Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest podpisanie przez Strony protokołu dostawy. Jeśli jednak podczas instalacji sprzętu zostaną ujawnione jego wady jakościowe uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru i powodujące konieczność wymiany całości lub części dostarczonego sprzętu czas dostawy liczony jest do momentu dostawy wymienionego sprzętu.

Pytanie nr 9

Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa i wskazanie w §5 ust. 2 wzoru umowy, że I rata będzie płatna do 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru. W treści §1 ust. 8 Zamawiający wskazuje, że potwierdzenie jakości przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru, nie raportu serwisowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 10

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia...”, o których mowa w Części XIII pkt 3 ppkt a) SIWZ. Czy należy przez to rozumieć, iż dokumenty muszą zostać przesłane w oryginale, czy Zamawiający dopuszcza formę kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza formę kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma wypełnić poz. 4 w „Zestawieniu warunków i parametrów wymaganych” (załącznik Nr 2B) w której należy podać rok produkcji lampy. Ponieważ lampa ma być wyprodukowana nie wcześniej niż pół roku przed instalacją, dopuszczalny rok produkcji lampy jest zależny od nieznanego nam w chwili obecnej terminu dostawy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wpisanie w pozycji 4 Załącznika 2B zapisu: 2020/2021 będzie prawidłowe i Zamawiający uzna taki zapis za prawidłowe potwierdzenie spełnienia warunku.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść poz. 4 w „Zestawieniu warunków i parametrów wymaganych” (załącznik Nr 2B) na: „Lampa wyprodukowana nie wcześniej niż pół roku przed dostawą”. Wykonawca ma potwierdzić, że lampa którą dostarczy spełni ten wymóg.

Pytanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów zawartych w §1 ust. 2 wzoru umowy, poprzez potwierdzenie, iż termin na dostawę liczony będzie w dni robocze licząc od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxy lub mailowej, z tym zastrzeżeniem, że fax lub mail w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dokonuje stosownej treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 13

Prosimy o skorygowanie zapisu zawartego w § 1 ust. 1 wzoru umowy, poprzez wykreślenie słów „udzielenie zamówienia publicznego”. Przedmiotem umowy jest dostawa, a nie udzielenie zamówienia publicznego. Udzielenie zamówienia publicznego oznacza i następuje w momencie podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Umowa zawierana w ramach trybów przewidzianych w Ustawie Pzp jest umową o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 14

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu § 5 ustęp 4 wzoru umowy na następujący: „Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu dostawy, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do wzoru umowy następujący zapis: „Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy do momentu podpisania protokołu odbioru. Zamawiający zapewni bezpieczne pomieszczenie do przechowywania dostarczonego sprzętu w okresie między jego dostawą a instalacją.”

Pytanie nr 16

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu wskazania w Formularzu ofertowym danych osoby, upoważnionej do zawarcia umowy ze strony Wykonawcy. Na etapie składania ofert Wykonawca nie może przewidzieć kto dokładnie z jego strony będzie podpisywał umowę, szczególnie w przypadku większej niż jedna ilości osób upoważnionych do reprezentacji. Wykonawca nie potrafi przewidzieć która z osób będzie danego dnia w dyspozycji, a która ze względu np. na urlop, chorobę czy delegację. Wskazanie konkretnej osoby, wyznaczonej do podpisania umowy będzie możliwe w momencie kiedy Wykonawca będzie znał termin jej podpisania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwanie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego? W razie braku zgody na zawarcie umowy zastawu na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru umowy zastawu rejestrowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia, do zawarcia której Zamawiający się zobowiązuje?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraził zgody na wystawienie weksla.

Pytanie nr 27

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru weksla oraz deklaracji wekslowej Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraził zgody na wystawienie weksla.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej):

„Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczoną wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 29

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia sytuację majątkową WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 30.11.2020 roku

1. Aktywa trwałe	206 864 163,60 zł
2. Aktywa obrotowe	98 196 471,99 zł
3. Suma pasywów	305 060 635,59 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	390 514 780,16 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	149 082 278,61 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 888 531,47 zł

w tym:

- objęte spłatami ratalnymi 0,00 zł
- wymagalne 34 020 954,77 zł

Pytanie nr 30

Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w pkt VII SIWZ poprzez dodanie na końcu zdania 2 zwrotu: „o ile są oni znani w dniu składania ofert”. Wykonawca może przewidywać powierzenie części zamówienia podwykonawcom, ale nie ma obowiązku zawierania umów podwykonawczych już na etapie przed złożeniem oferty, wybór podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami może nastąpić w późniejszym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 31

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §5 ust. 5 wzoru umowy poprzez wykreślenie następującej części zdania: „za faktury”. Pragniemy nadmienić, iż przy płatności ratalnej jest wystawiana jedna faktura VAT na cały przedmiot zamówienia na podstawie której są regulowane płatności zgodnie z harmonogramem płatności. Nie ma możliwości wystawiania pojedynczych faktur VAT na każdą ratę z osobna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby aktualizacja harmonogramu płatności wyłącznie w zakresie dat płatności po dostawie nie wymagała aneksu do umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Prosimy o modyfikację treści SIWZ pkt. IV ppkt 4 oraz treści projektu umowy §5 ust. 2 poprzez dookreślenie płatności pozostałych rat. Proponujemy zmianę zapisów o następującej treści: „Zapłata za wykonanie umowy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy **w 12 miesięcznych równych ratach**. Wykonawca wraz z fakturą jest zobowiązany dostarczyć harmonogram spłaty rat. Pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie **30 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, kolejne raty płatne będą do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie harmonogramu, który jest załącznikiem do faktury”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 34

Prosimy o modyfikację treści §5 ust. 8 i 9 wzoru umowy i usunięcie odniesień do „Dzierżawcy” i „Wydzierżawiającego”. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa sprzedaży, nie umowa dzierżawy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dostosowanie jego treści do obowiązujących przepisów prawa. Pragniemy nadmienić, iż Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, ma obowiązek złożyć oświadczenie, które winno odnosić się do

przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazywania w oświadczeniu listy podmiotów należących z nim do tej samej grupy kapitałowej tylko do oświadczenia czy w tym konkretnym postępowaniu została złożona oferta przez innego Wykonawcę/Wykonawców z którym należy do tej samej grupy kapitałowej. Z tego powodu wskazane oświadczenie składa się w ciągu 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o złożonych ofertach, kiedy wszyscy Wykonawcy startujący w postępowaniu są już znani, a nie jak było w poprzednim stanie prawnym wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający określił zapisy SIWZ w tym zakresie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Pytanie nr 36

W związku z zawartym w rozdziale XII pkt 3 ppkt a) SIWZ żądaniem aby ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia potwierdzały parametry bezwzględnie wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy Zamawiającego o zmianę powyższego zapisu i dopuszczenie przedłożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie parametrów nieuwzględnionych w folderach/opisach oferowanego produktu. Należy wskazać, że nie wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą być odzwierciedlone w katalogach czy opisach produktów.

Odpowiedź: Zamawiający dostosowuje zapisy SIWZ w następujący sposób.

Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

W przypadku gdyby któryś z parametrów nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/ dystrybutora producenta dotyczące spełniania tego parametru.

Pytanie nr 37

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez ubezpieczenie określone w rozdziale XIX. pkt. 1 SIWZ, Zamawiający rozumie ubezpieczenie na czas transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

Odpowiedź: Przez ubezpieczenia określone w rozdziale XIX. pkt. 1 SIWZ, Zamawiający rozumie wszystkie umowy ubezpieczeń zawarte przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy dostawy Sprzętu.

Pytanie nr 38

Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych proszę o:

- zmianę § 6 ust. 1a): poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5 % do 0,2%,
- zmianę §6 ust. 1b): poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający. Proponujemy dodanie zapisu do treści wzoru umowy paragrafu o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- c) zmiany sposobu/terminów płatności;
- d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- e) zmiany numeru konta bankowego;
- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- i) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);"

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w zakresie §5 ust. 7 lit. e) i f).

Pytanie nr 40

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Dostawcy przez Odbiorcę z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.

Pytanie nr 43

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.

Pytanie nr 44

W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy o wykreślenie §10 ust. 1 i 5 wzoru umowy i dodanie w ich miejsce postanowienia wskazanego poniżej:

§ —
Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona: Adres e-mail:

Wykonawca

Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:

Wykonawca:

Zamawiający:

§ —

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający: _____, Wykonawca: _____;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarcia niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.

Pytanie nr 45

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: <http://>*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary" (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

d) jak również – w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

§....

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

- a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;
- b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
- c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;
- d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
- e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej

części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Dotyczy SIWZ rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 4, zał. 6 UMOWA § 1 ust. 5:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w/w zapisach. Wyjaśniamy, iż Toshiba Medical Systems Corporation jest producentem tomografu komputerowego a umowa serwisowa nr 89/ZP/18 z dnia 12.12.2018 r. zawarta jest z firmą TMS Sp. z o. o., która jest autoryzowanym dystrybutorem tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

II. ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TREŚĆ SIWZ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

Zmiana nr 1.

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. Czynności serwisowe instalacji części (w tym wykonanie kalibracji aparatu po wymianie lampy rtg oraz wykonanie testów specjalistycznych po zakończeniu naprawy), nie są przedmiotem niniejszej Umowy i zostaną wykonane przez autoryzowany serwis tomografu, w ramach umowy serwisowej nr 89/ZP/18 z dn. 12.12.2018 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym a firmą TMS Sp. z o. o., która jest autoryzowanym dystrybutorem tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C.

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej **minimum 24 - miesięcznej gwarancji** na dostarczone części, licząc od daty podpisania protokołu odbioru

Uwaga! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XX SIWZ.

Zmiana nr 2.

Rozdział IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego max. 1 dzień roboczy, licząc od dnia złożenia zamówienia.

Uwaga! Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XX SIWZ.

Zmiana nr 3.

Rozdział VII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy o ile są oni znani w dniu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z wykazem zakresu zadań zleczanych podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawców). W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w w/w zakresie Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.

Zmiana nr 4.

Rozdział XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.

pkt 3 ppkt a)

Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

W przypadku gdyby któryś z parametrów nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/ dystrybutora producenta dotyczące spełniania tego parametru.

Zmiana nr 5.

Rozdział XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW

1. Zamawiający będzie ocenił, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	60 %
2.	Pochodzenie lampy i wymiennika ciepła z oficjalnego kanału sprzedaży producenta tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C na Europę	25 %
3.	Okres gwarancji	15 %

2. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

1. W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 60 \%$$

C – wartość punktowa ceny;

C_{MIN} – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

C_B – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „CENA” wynosi **max 60 pkt**,

2. W kryterium **POCHODZENIE LAMPY I WYMIENNIKA CIEPŁA (P)** zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

Pochodzenie lampy i wymiennika ciepła z oficjalnego kanału sprzedaży producenta tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C na Europę

TAK – 25,00 pkt

NIE – 0,00 pkt

Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „pochodzenie lampy i wymiennika ciepła” wynosi **max 25,00 pkt**,

3. W kryterium **okres gwarancji (OG)** zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

- Okres gwarancji: mniejszy od 36 miesięcy – 0,00 pkt.;
- Okres gwarancji: 36 miesięcy lub więcej – 15,00 pkt.;

Ocena okresu gwarancji na dostarczany towar będzie dokonywana na podstawie określonych dla niej wymagań podlegających ocenie opisanych powyżej. Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania punktów pośrednich.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „okres gwarancji” wynosi **max 15,00 pkt**,

4. Ocena końcowa oferty przedstawia się następująco:

$$O_K = C + P + OG$$

Gdzie:

OK – ocena końcowa oferty,

C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena,

P – ilość punktów przyznanych w kryterium pochodzenie lampy i wymiennika ciepła,

OG – ilość punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

Zmiana nr 6.

Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (zmiana w załączeniu do niniejszego pisma)

Zmiana nr 7.

Zamawiający zmienia załącznik nr 2b do SIWZ – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych (zmiana w załączeniu do niniejszego pisma)

Zmiana nr 8.

Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (zmiana w załączeniu do niniejszego pisma)

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w SIWZ.

Zmianie ulega:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 12.02.2021 r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 12.02.2021 r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr inż. Andrzej Kasprzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
CENTRUM ONKOLOGII
i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Agnieszka Łuczicka



(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na **dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena brutto oferty - określona w treści załącznika nr 2a do SIWZ
2. Deklarujemy terminy płatności zgodne z zapisami zawartymi we wzorze umowy /załącznik nr 6 do SIWZ/
3. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:

☐ Tak _____ proszę podać jakim?(małym/średnim)
☐ Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

4. **Deklarujemy: termin dostawy 1 dzień roboczy** licząc od dnia złożenia zamówienia, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia zamówienia faksem lub mailem.

5. **Deklarujemy / nie deklarujemy *** że dostarczymy lampę i wymiennik ciepła pochodzące z **oficjalnego kanału sprzedaży producenta tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C na Europę**

** Niepotrzebne skreślić. Uwaga: pochodzenie lampy i wymiennika ciepła z oficjalnego kanału sprzedaży producenta tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C na Europę stanowi kryterium oceny ofert.*

6. **Deklarujemy: *** _____ **miesięczny okres gwarancji*** (**min. 24 miesiące**) na dostarczany towar liczony od dnia dostawy.

** Należy uzupełnić okres gwarancji, w przypadku nie wpisania okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca dostarczy towar z **24 miesięcznym** okresem gwarancji. Uwaga: okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.*

7. Nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia****/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom****.

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:

Nazwa/firma podwykonawcy:

Będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia.

8. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera/zawiera****** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/ będzie****** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru którego dostawa /świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru
1		
2		

Uwaga: niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest
9. Zamówienia oraz reklamacje należy składać na numer faksu Wykonawcy: lub e-mail
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
11. Oświadczamy, że przedstawione w ofercie dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
12. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
13. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i 2 Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

***należy skreślić niewłaściwy wariant

..... dn. 2021 r.

Miejscowość / Data

.....
**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**



Załącznik nr 2B do SIWZ – zmiana z dnia 03.02.2021 r.
Nr sprawy EZ.28.123.2020

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na **dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

Uwaga:

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry wymagane	PARAMETRY OFEROWANE / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru
1.	Producent lampy rtg	TAK, podać	
2.	Nazwa-model/typ lampy rtg	TAK, podać	
3.	Kraj pochodzenia lampy rtg	TAK, podać	
4.	Lampa wyprodukowana nie wcześniej niż pół roku przed dostawą	TAK	
5.	Lampa rtg zgodna z tomografem komputerowym Aquilion CXL TSX-101A/S.C., nr seryjny SCA1262004 prod.Toshiba.	TAK	
6.	Lampa rtg fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana	TAK	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)



7.	Przewód wysokiego napięcia fabrycznie nowy, zgodny z w/w tomografem prod. Toshiba	TAK	
8.	Wymiennik ciepła fabrycznie nowy, zgodny z w/w tomografem prod. Toshiba	TAK	
9.	Lampa rtg. przewód wysokiego napięcia i wymiennik ciepła w pełni zgodne z oprogramowaniem i sterowaniem w/w systemu tomografu komputerowego	TAK	
WARUNKI GWARANCJI			
10.	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej min. 24 miesięcznej, odnawialnej gwarancji na dostarczone części, licząc od daty podpisania protokołu odbioru	TAK, podać Okres gwarancji: mniejszy od 36 miesięcy – 0,00 pkt.; Okres gwarancji: 36 miesięcy lub więcej – 15,00 pkt.;	

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

UMOWA NR EZ.28.123.2020
z dnia _____

zawarta przez:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON: 000295403, NIP: 729 - 23 - 45 - 599 z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
reprezentowane przez - **Andrzeja Kasprzyka- Dyrektora**
zwane dalej **Zamawiającym**

z

firma
z siedzibą w, kod pocztowy....., ulica.....,
wpisaną do rejestru
REGON, NIP.....
reprezentowaną przez.....,
zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne, w związku z art. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1986) na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o łącznej wartości netto: oraz brutto:.....zł (słownie:.....).

§1

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lampy RTG z osprzętem (kablem wysokiego napięcia i wymiennikiem ciepła), dalej zwanymi również: „części”, do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C. o numerze seryjnym SCA1262004, zwany dalej „urządzeniem”.
2. Powyższa dostawa będzie wykonana dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi po uszkodzeniu lampy RTG obecnie posiadanej przez Zamawiającego (prewencyjny zakup, możliwe przekroczenie gwarantowanej ilości skanów), z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówienia na dostawę przedmiotu umowy, tylko w przypadku uszkodzenia lampy RTG w okresie do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. Brak złożenia zamówienia na dostawę lampy RTG nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu utraconych korzyści, ani też nie rodzi jakichkolwiek negatywnych konsekwencji finansowych po stronie Zamawiającego. Zamawiający prześle zamówienie w formie pisemnej oraz za pośrednictwem faxu lub e-maila. Termin na dostawę liczony będzie w dni robocze licząc od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxy lub mailowej, z tym zastrzeżeniem, że fax lub mail w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone części będą fabrycznie nowe oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych, dopuszczone do stosowania w tomografie komputerowym Aquilion CXL TSX-101A/S.C przez producenta wyżej wymienionego tomografu oraz że posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. Zamawiający, w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do pochodzenia lampy, zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jej pochodzenia bezpośrednio u producenta.

4. Czynności serwisowe instalacji części (w tym wykonanie kalibracji aparatu po wymianie lampy rtg oraz wykonanie testów specjalistycznych po zakończeniu naprawy), nie są przedmiotem niniejszej Umowy i zostaną wykonane przez autoryzowany serwis tomografu, w ramach umowy serwisowej nr 89/ZP/18 z dn. 12.12.2018 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym a firmą TMS Sp. z o. o., która jest autoryzowanym dystrybutorem tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C.
5. Termin dostawy części do siedziby Zamawiającego – **1 dzień roboczy**, licząc od dnia złożenia zamówienia. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest podpisanie przez Strony protokołu dostawy. Jeśli jednak podczas instalacji sprzętu zostaną ujawnione jego wady jakościowe uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru i powodujące konieczność wymiany całości lub części dostarczonego sprzętu czas dostawy liczony jest do momentu dostawy wymienionego sprzętu.
6. Dostawa części potwierdzona zostanie protokołem dostawy, podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę. Protokół dostawy nie oznacza aprobaty jakościowej dostarczonych części (ocena jakości i sprawności będzie wykonana po instalacji, uruchomieniu całego systemu przez autoryzowany serwis i wykonaniu testów specjalistycznych).
7. Wykonanie Przedmiotu Umowy – dostawa części spełniających wymagania jakościowe Zamawiającego, określone w §1 ust. 5, udokumentowane zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę **po instalacji, uruchomieniu całego systemu przez autoryzowany serwis i wykonaniu testów specjalistycznych.**
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej (min. 24 miesiące) - miesięcznej gwarancji na dostarczone części, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
9. **Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy do momentu podpisania protokołu odbioru. Zamawiający zapewni bezpieczne pomieszczenie do przechowywania dostarczonego sprzętu w okresie między jego dostawą a instalacją.**

§2

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niespełniającego warunków zamówienia lub obciążonego wadą prawną lub fizyczną, a uchybienie stwierdzone zostanie przy odbiorze, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę niezgodności przedmiotu zamówienia z umową lub wady, postanowienia §3 stosuje się odpowiednio.

§3

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonych części, kompatybilności z urządzeniem. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową. Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstawy odstąpienia.

§4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację niniejszej umowy kwotę zł netto (słownie:), zł brutto (słownie:).
2. Kwota, wskazana w ustępie poprzedzającym, obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty pośrednie tj. w szczególności:
 - a) koszty transportu części do Zamawiającego,
 - b) koszt ubezpieczenia transportu części do Zamawiającego.
 - c) inne koszty związane z realizacją dostawy.

§5

1. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę, wskazaną w § 4 ust. 1, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru (po instalacji i bezusterkowym uruchomieniu urządzenia).
2. Faktura płatna będzie według harmonogramu w następujący sposób: płatność w równych, 12 miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata płatna do 30 dni od daty podpisania **protokołu odbioru** przez Zamawiającego i Wykonawcę o bezusterkowym uruchomieniu urządzenia.

3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta i dostarczenie faktury VAT korygujących powinny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. **Zamawiający oświadcza, że może realizować płatności za fakturę zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.**
6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> Numer PEPPOL: 7292345599.
7. Strony dopuszczają również w trakcie obowiązywania umowy zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
 - a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmiana ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian;
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione.
8. Zmiany wynagrodzenia z tytułu o którym mowa w ust. 6 lit. b-d, będą dokonywane wg następujących zasad:
 - a) **w przypadku zwiększenia ww. wynagrodzenia Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek,**
 - b) **w przypadku zmniejszenia ww. wynagrodzenia Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów zmniejszających wysokość wynagrodzenia minimalnego lub minimalnej stawki.**

Niezależnie od powyższego strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw częściowych.
9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto przedmiotu zamówienia przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze Stron.
10. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
 - a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
 - b) zmiany sposobu/terminów płatności
11. **Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.**

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
 - a) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy.
 - b) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 7

1. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Aparatury Medycznej Ewelina Wójcik tel. 42 689 53 94, e-mail: e.pietrzak@kopernik.lodz.pl/ lub osoba przez nią upoważniona.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest, tel....., e-mail:.....

§ 8

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
2. Każda ze stron zobowiązana jest:
 - a) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach organizacyjno- prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§ 9

1. Realizacja przedmiotu umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca realizujący na rzecz Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, dostawy i uruchomienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.

§ 10

1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu przepisu art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.
4. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja techniczna urządzenia .
2. Oferta cenowa Wykonawcy .
5. Klauzula Informacyjna.

Wykonawca:

Zamawiający: