

EZ.28.58. 1509.2021.AO

Łódź, dnia 26.10.2021r.
Numer sprawy: EZ.28.58.2021

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę odczynników do produkcji FDG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi*

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2, 6 oraz 286 ust. 1, 3, 5, 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

1. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ:

- Zamawiający zmienia treść formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Modyfikacja w załączeniu.
- Zamawiający zmienia następujące terminy:
 - Termin składania ofert określony w rozdziale XXIV pkt. 2 SWZ – na dzień **05.11.2021r.** do godziny 10:00
 - Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XXV pkt. 1 SWZ – na dzień **05.11.2021r.** o godzinie 11:00
 - Termin związania ofertą określony w rozdziale XXI pkt. 1 SWZ - na dzień **04.12.2021r.**

2. W toku postępowania zostało zadane następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację ile sztuk kaset Zamawiający oczekuje? Informujemy, iż jedna kaset jest przeznaczona na jedną syntezę FDG.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną zmianą treści załącznika nr 2 SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr inż. Andrzej Kasprzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SPECJALISTA
mgr Anna Siska Ornoch

OFERTA - FORMULARZ CENOWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę odczynników do produkcji FDG dla WWCOIT im. M. Kopernika w tożs, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

Numer pakietu	Ip.	Nazwa	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na produkt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	jm	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (kol.8 x kol. 7)	10	11 (kol.9 + VAT)	12	13
1	1	Zestaw chemiczny do produkcji FDG do modułu syntezy Explora - jednoprodukcyjny			szt.	175						
SUMA												

PARAMETRY BEZWZGLĘDNE WYMAGANE DLA JEDNOURUCHOMIENIOWEGO ZESTAWU DO PRODUKCJI FDG:

Skład zestawu do produkcji FDG:

- 1) woda do iniekcji – nie mniej niż 30 ml ± 1%;
- 2) acetonitryl bezwodny – nie mniej niż 30 ml ± 1%;
- 3) rozpuszczalnik do K2CO3 i K 2.2.2 – nie mniej niż 5 ml ± 0,2 ml;
- 4) mieszanina K2CO3 i K 2.2.2 – nie mniej niż 300 ul ± 10 ul%;
- 5) HCl 1N – nie mniej niż 8 ml ± 0,3 ml;
- 6) triflat mannozy – nie mniej niż 100 mg ± 2 mg;
- 7) Kolumna Sep-PAK Light QMA – 1 szt.;
- 8) kolumna czyszcząca FDG – 1 szt.
- 9) naczynie reakcyjne – 1 szt.
- 10) komplet kolców i zaworów (5 szt.) – 1 kpl.

11) Każdy z elementów zestawu musi być opakowany tak, aby możliwe było jego zamontowanie w module syntezy Explora FDG4 bez ingerencji w opakowanie bezpośrednio oraz w moduł syntezy. Do każdego z elementów musi być dołączone świadectwo jakości potwierdzające skład chemiczny oraz czystość mikrobiologiczną. Okres przydatności do użycia nie może być krótszy niż pół roku. Dostawca winien posiadać certyfikat GMP w zakresie produkcji i dostawy preparatów do API.