

EZ.28.2. 118 .2022.MJŁódź, dnia 19 .01.2022r .

Numer sprawy: EZ.28.2.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego RXL TSX-101A/UC o numerze seryjnym UCB12Z2055** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego **w trybie podstawowym** o wartości nie przekraczającej 215 000 euro

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2 i 6 art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

1. W toku postępowania wpłynęły następujące pytania:

1.Z uwagi na wątpliwości związane z treścią SWZ wyartykułowane w treści przekazanych przez nas pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego, w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień 21.01.2022 r., godz. 10:00.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia na 24.01.2022r do godz. 10:00

2. Prosimy o modyfikację SWZ, Rozdział VII, pkt 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Termin dostawy przedmiotu zamówienia max. 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia”. Zgodnie z treścią umowy dostawa lampy RTG, będzie zrealizowana dopiero po przesłaniu zamówienia przez Zamawiającego, a nie po podpisaniu umowy w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SWZ

3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację SWZ, poprzez dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w §4 ust. 1 istotnych postanowień umowy kosztu finansowania płatności ratalnej. W przypadku wyodrębnienia, finansowanie, jako odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT więc wyodrębniając koszt finansowania na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SWZ

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat. Prosimy o dostosowanie pod tym kątem zapisów w § 5 ust. 2 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę,

5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu związania Wykonawcy ofertą. W ogłoszeniu o Zamówieniu sekcji VIII, pkt 8.4 mowa o terminie 30 dni, natomiast w pkt XXI ppkt 1 SWZ termin związania

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



ofertą został określony jako data kalendarzowa i wyznaczony na dzień 15.02.2022 roku. Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu **określonego datą** w dokumentach postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany w ogłoszeniu

6. Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku przeprowadzonej dostawy zostaną podpisane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następujące dokumenty:

- a. Protokół dostawy – podpisywany po dokonaniu przez Wykonawcę dostawy, nie stanowiący potwierdzenia jakości i sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia;
- b. Protokół odbioru – podpisywany po instalacji, uruchomieniu całego systemu przez autoryzowany serwis i wykonaniu testów specjalistycznych, potwierdzający prawidłowość wykonanej dostawy i stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza

7. Prosimy o modyfikację §1 ust 6 wzoru umowy i dodanie następującego zdania: „Dla zachowania terminu określonego w § 1 ust. 5 umowy wystarczające jest podpisanie przez Strony protokołu dostawy, bez sprawdzenia jakościowego sprzętu”. Wykonawca nie może odpowiadać za czas trwania instalacji i sprawdzenia sprzętu, ponieważ te czynności będą wykonywane przez podmiotu trzeci, który jest związany umową z Zamawiającym a nie Wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SWZ

8. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o uzupełnienie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający poprzez dodanie do wzoru umowy następujących przesłanek zmiany umowy:

§...

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- c) zmiany sposobu/terminów płatności;
- d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- e) zmiany numeru konta bankowego;
- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- i) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SWZ

Prosimy o modyfikację treści projektu umowy §5 ust. 2 poprzez dookreślenie terminu i sposobu płatności rat. Proponujemy zmianę zapisów o następującej treści: „Zapłata za wykonanie umowy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w **11 miesięcznych równych ratach oraz 12 racie wyrównawczej**. Wykonawca wraz z fakturą jest zobowiązany dostarczyć harmonogram spłaty rat. Pierwsza rata wraz z kosztami finansowania zostanie zapłacona w terminie **60 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, kolejne raty płatne będą do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie harmonogramu, który jest załącznikiem do faktury”. W związku z powyższym prosimy również o dostosowanie treści Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pkt. 1 w powyższym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy: Zapłata za wykonanie umowy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w **11 miesięcznych równych ratach oraz 12 racie wyrównawczej**.

10. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma wypełnić poz. 4 w „Specyfikacja techniczna urządzenia” (załącznik Nr 2) w której należy podać rok produkcji lampy. Ponieważ lampa ma być wyprodukowana nie wcześniej niż pół roku przed instalacją, dopuszczalny rok produkcji lampy jest zależny od nieznanego nam w chwili obecnej terminu dostawy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wpisanie w pozycji 4 Załącznika 2 zapisu: 2021/2022 będzie prawidłowe i Zamawiający uzna taki zapis za prawidłowe potwierdzenie spełnienia warunku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

11. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów zawartych w §1 ust. 5 wzoru umowy, poprzez potwierdzenie, iż termin na dostawę liczony będzie w dni robocze licząc od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxy lub mailowej, z tym zastrzeżeniem, że fax lub mail w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź: TAK

12. Prosimy o skorygowanie zapisu zawartego w § 1 ust. 1 wzoru umowy, poprzez wykreślenie słów „udzielenie zamówienia publicznego”. Przedmiotem umowy jest dostawa, a nie udzielenie zamówienia publicznego. Udzielenie zamówienia publicznego oznacza i następuje w momencie podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ

13. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu § 5 ustęp 4 wzoru umowy na następujący: „Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



14. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do projektu umowy postanowienia, zgodnie z którym „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu dostawy, na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

15. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

16. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: TAK

17. Prosimy o odstąpienie od wymogu wskazania w Formularzu ofertowym, Załącznik nr 1 do SWZ pkt. 9 danych osoby, upoważnionej do zawarcia umowy ze strony Wykonawcy. Na etapie składania ofert Wykonawca nie może przewidzieć kto dokładnie z jego strony będzie podpisywał umowę, szczególnie w przypadku większej niż jedna ilości osób upoważnionych do reprezentacji. Wykonawca nie potrafi przewidzieć która z osób będzie danego dnia w dyspozycji, a która ze względu np. na urlop, chorobę czy delegację. Wskazanie konkretnej osoby, wyznaczonej do podpisania umowy będzie możliwe w momencie kiedy Wykonawca będzie znał termin jej podpisania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę

18. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

19. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego? W razie braku zgody na zawarcie umowy zastawu na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru umowy zastawu rejestrowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , wymaga zgodnie z SWZ

20. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



21. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązuje do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

22. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

23. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia, do zawarcia której Zamawiający się zobowiązuje?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

24. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

25. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

26. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru weksla oraz deklaracji wekslowej Zamawiającego.

Odpowiedź: nie

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej):

„Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczoną wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

28. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia sytuację majątkową na dzień 30.11.2021r:

• Aktywa trwałe	221 671 879,11 zł
• Aktywa obrotowe	102 782 681,06 zł
• Suma pasywów	324 454 560,17 zł
• Zobowiązania i rezerwy	464 449 887,15 zł
• a) zobowiązania krótkoterminowe	211 549 194,00 zł

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- - w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 119 044 526,32 zł
 - w tym:
- objęte spłatami ratalnymi 0,00 zł
- wymagalne 47 904 492,69zł

Pozostałe dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

29. Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w pkt XI SWZ poprzez dodanie na końcu zdania 2 zwrotu: „o ile są oni znani w dniu składania ofert”. Wykonawca może przewidywać powierzenie części zamówienia podwykonawcom, ale nie ma obowiązku zawierania umów podwykonawczych już na etapie przed złożeniem oferty, wybór podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami może nastąpić w późniejszym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

30. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §5 ust. 5 wzoru umowy poprzez wykreślenie następującej części zdania: „za faktury”. Pragniemy nadmienić, iż przy płatności ratalnej jest wystawiana jedna faktura VAT na cały przedmiot zamówienia na podstawie której są regulowane płatności zgodnie z harmonogramem płatności. Nie ma możliwości wystawiania pojedynczych faktur VAT na każdą ratę z osobna

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby aktualizacja harmonogramu płatności wyłącznie w zakresie dat płatności po dostawie nie wymagała aneksu do umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

32. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez ubezpieczenie określone w rozdziale XXVI. pkt. 1 SWZ, Zamawiający rozumie ubezpieczenie na czas transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

33. Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych proszę o:

- zmianę § 6 ust. 1 a) projektu umowy: poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5 % do 0,2%,
- zmianę §6 ust. 1 b) projektu umowy: poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

34. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ust. 4 istotnych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

35. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

36. W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

37. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

38. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



39. W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy o wykreślenie ustępu 1 oraz ustępu 5 z treści §11 wzoru umowy i wprowadzenie do niniejszego paragrafu postanowienia wskazanego poniżej:

§ ____

Zawiadomienia

1. **Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:**

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail

Strona:	Adres e-mail:
Wykonawca	
Zamawiający	

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

- 1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;
- 2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);
3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ ____

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

- 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;
- 2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej: 1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający : _____, Wykonawca: _____;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przestanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

40. W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe, prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej w § 11 ust. 5 umowy poprzez zastąpienie sformułowania „w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron” sformułowaniem „w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron”.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ. Zmieniony wzór w załączeniu

41. Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej związanej z numeracją załączników do wzoru umowy. Zgodnie ze wzorem umowy, specyfikacja techniczna urządzenia stanowi załącznik numer 1 do projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ. Zmieniony wzór w załączeniu

42. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do projektu umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

§....

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

- a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;
- b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
- c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

II. Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

a) VII. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia max. 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia

b) Załącznik nr 1,2 i 4 – zmienione w załączeniu

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr Andrzej Kasper


Janusz...

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Dane wykonawcy:

Nazwa:

Adres:

Telefon osoby do kontaktu:

Adres e-mail osoby do kontaktu:

Adres internetowy:

www.....

Pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. lider Konsorcjum)*

.....

Adres

Telefon

e-mail

Fax

**wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia*

Adres skrzynki

ePUAP:.....

NIP:

REGON:

Nr KRS/CEiDG:

oraz ścieżka dostępu do właściwego rejestru :

www.....

Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu): - nie dotyczy

Adres gwaranta lub poręczyciela, na który należy złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium (w przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądzu)- nie dotyczy

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego RXL TSX-101A/UC o numerze seryjnym UCB12Z2055** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego **w trybie podstawowym** o wartości nie przekraczającej 215 000 euro, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

I. CENA OFERTY

a) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto wskazaną w załączniku nr 2

II. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

1. Deklarujemy: **60 dniowy** termin płatności.

2. Deklarujemy: **czas realizacji dostawy w ciągu:**

- ☐ **1-3 dni . Należy wpisać ile dni.....**
☐ **4-5 dni. Należy wpisać ile dni.....**

W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium „Termin realizacji dostaw” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje dostawy w terminie do 5 dni, a oferta Wykonawcy w kryterium tym otrzyma 0 pkt.

3. Deklarujemy: **okres gwarancji**

- ☐ **- 12 miesięcy**
☐ **- 13-23 miesięcy. Należy wpisać ile miesięcy.....**
☐ **- równy lub powyżej 24 miesięcy. Należy wpisać ile miesięcy.....**

W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferuje okres gwarancji min. 12 m-cy, a oferta Wykonawcy w kryterium tym otrzyma 0 pkt.

Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej min. 12-miesięcznej, odnawialnej gwarancji na zainstalowane części (wraz z ponowną instalacją i uruchomieniem w przypadku zaistniałej potrzeby ponownej wymiany),licząc od daty podpisania protokołu odbioru

III. OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. zapoznałem(liśmy) się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmując(emy) warunki w niej zawarte;
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w SWZ.
4. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania.
5. składam(y) niniejszą ofertę **we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*** - oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia;
6. oferta nie **zawiera/zawiera*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie zastrzeżenia w/w informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do oferty. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach przesłanych do Zamawiającego, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
8. w celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie: tel. e-mail:.....
9. osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
10. **oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa *:**

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

(w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41)

<input type="checkbox"/> mikro	<input type="checkbox"/> małe	<input type="checkbox"/> średnie	<input type="checkbox"/> duże
"W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."	"W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."	"W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR."	

11. oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
**należy skreślić niewłaściwy wariant*

IV. POWSTANIE U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W VAT – dotyczy wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/ będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego	Wartość towaru bez kwoty podatku VAT	Stawka podatku VAT
1.			

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

**należy skreślić niewłaściwy wariant*

V. MECHANIZAM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – dotyczy wykonawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

VI. PODWYKONAWCY:

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

- a) Część zamówienia:
- b) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy udział % podwykonawcy w całości zamówienia wynosi: %
- c) Nazwa (firma) podwykonawcy:

**Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.*

VII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Upzp
Oświadczamy, że *roboty budowlane / dostawy / usługi** będące przedmiotem niniejszego postępowania wykonają poszczególni Wykonawcy w następującym podziale/zakresie:

Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie (nazwa wykonawcy)	Rodzaj usług wykonywanych przez wykonawcę
1. Wykonawca nr 1 /konsorcjant/.....	
2. Wykonawca nr 2 /konsorcjant/.....	
3.	

**należy skreślić niewłaściwy wariant*

VIII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – **DOTYCZY / NIE DOTYCZY***

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – niepotrzebne skreślić*

*Ofertę należy podpisać:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
/podpisem zaufanym/podpisem osobistym*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego RXL TSX-101A/UC o numerze seryjnym UC812Z2055** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w łodzi prowadzonego **w trybie podstawowym** o wartości nie przekraczającej 215 000 euro

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Krótko nazwa, opis	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	2	3	4.	5.	6 (poz. 3 x 5).	7	8 (poz. 6 + VAT)
1	Lampa RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion RXL TSX-101A/UC prod. Toshiba o numerze seryjnym UC812Z2055	1	szt.				

Oświadczamy, że: faktura płatna będzie **w 11 miesięcznych równych ratachzł; (słownie...) oraz 12 racie wyrównawczejzł. (słownie.....)** przy czym płatność pierwszej raty nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 60 dni, licząc od dnia jej otrzymania.

Specyfikacja techniczna urządzenia

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Producent lampy rtg	TAK, podać	
2.	Nazwa-model/typ lampy rtg	TAK, podać	
3.	Kraj pochodzenia lampy rtg	TAK, podać	
4.	Rok produkcji lampy (nie wcześniej niż pół roku przed instalacją)	TAK, podać	

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego RXL TSX-101A/UC o numerze seryjnym UCB12Z2055** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w łodzi prowadzonego **w trybie podstawowym** o wartości nie przekraczającej 215 000 euro

FORMULARZ CENOWY

5.	Lampa rtg zgodna z tomografem komputerowym Aquilion RXL TSX-101A/UC, nr seryjny UCB12Z2055 prod.Toshiba	TAK	
6.	Lampa rtg fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana	TAK	
7.	Przewód wysokiego napięcia fabrycznie nowy, zgodny z w/w tomografem prod. Toshiba	TAK	
8.	Wymiennik ciepła fabrycznie nowy, zgodny z w/w tomografem prod. Toshiba	TAK	
9.	Lampa rtg, przewód wysokiego napięcia i wymiennik ciepła w pełni zgodne z oprogramowaniem i sterowaniem w/w systemu tomografu komputerowego	TAK	

Ofertę należy podpisać:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
/podpisem zaufanym/podpisem osobistym

UMOWA NR EZ.28.2.2022

z dnia _____

zawarta przez:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowane przez **Andrzeja Kasprzyka – Dyrektora**

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą

z siedzibą w, kod pocztowy, ulica,

wpisaną do rejestru

REGON, NIP

reprezentowaną przez

zwaną dalej **Wykonawcą**

Wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 tj. z późn. zm.) na **dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion RXL TSX-101A/UC prod. Toshiba o numerze seryjnym UCB12Z2055 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi** o łącznej wartości netto: oraz brutto:zł (słownie:.....).

§1

1. **Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lampy RTG z osprzętem (kablem wysokiego napięcia i wymiennikiem ciepła), dalej zwanymi również: „części”, do tomografu komputerowego Aquilion RXL TSX-101A/UC o numerze seryjnym UCB12Z2055, zwany dalej „urządzeniem”.**
2. **WARUNKOWY CHARAKTER DOSTAWY:** Powyższa dostawa będzie wykonana dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi po uszkodzeniu lampy RTG obecnie posiadanej przez Zamawiającego (prewencyjny zakup, możliwe przekroczenie gwarantowanej ilości skanów), z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówienia na dostawę przedmiotu umowy, tylko w przypadku uszkodzenia lampy RTG w okresie do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. Brak złożenia zamówienia na dostawę lampy RTG nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu utraconych korzyści, ani też nie rodzi jakichkolwiek negatywnych konsekwencji finansowych po stronie Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone części będą fabrycznie nowe oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych, pochodzące z oficjalnego kanału sprzedaży producenta tomografu komputerowego Aquilion RXL TSX-101A/UC na Europę, oraz że posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. Zamawiający, w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do pochodzenia lampy, zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jej pochodzenia bezpośrednio u producenta.
4. Czynności serwisowe instalacji części (w tym wykonanie kalibracji aparatu po wymianie lampy rtg oraz wykonanie testów specjalistycznych po zakończeniu naprawy), nie są przedmiotem niniejszej Umowy i zostaną wykonane przez autoryzowany serwis tomografu, w ramach umowy serwisowej nr EZ.28.95.2019 z dn. 09.09.2019 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym a firmą TMS Sp. z o.o.
5. Termin dostawy części do siedziby Zamawiającego – dni roboczych (max. 5 dni), licząc od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający prześle zamówienie w formie pisemnej oraz za pośrednictwem faxu lub e-maila. Termin dostawy liczony będzie od dnia otrzymania zamówienia faxem lub e-mailem.
6. Dostawa części potwierdzona zostanie protokołem dostawy, podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę. Protokół dostawy nie oznacza aprobaty jakościowej dostarczonych części (ocena jakości i sprawności będzie wykonana po instalacji, uruchomieniu całego systemu przez autoryzowany serwis i wykonaniu testów specjalistycznych).
7. Wykonanie Przedmiotu Umowy – dostawa części spełniających wymagania jakościowe Zamawiającego, określone w §1 ust. 6, udokumentowane zostanie **protokołem odbioru**, podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę po instalacji i bezusterkowym uruchomieniu urządzenia.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej- miesięcy gwarancji (min 12 miesięcy) na dostarczone części, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

§2

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niespełniającego warunków zamówienia lub obciążonego wadą prawną lub fizyczną, a uchybienie stwierdzone zostanie przy odbiorze, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę niezgodności przedmiotu zamówienia z umową lub wady, postanowienia §3 stosuje się odpowiednio.

§3

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonych części, kompatybilności z urządzeniem. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową. Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstawy odstąpienia.

§4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę części do urządzenia kwotę **zł netto** (słownie:), **zł brutto** (słownie:).
2. Kwota, wskazana w ustępie poprzedzającym, obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty pośrednie tj. w szczególności:
 - a) koszty transportu części do Zamawiającego,
 - b) koszt ubezpieczenia transportu części do Zamawiającego.
 - c) inne koszty związane z realizacją dostawy.

§5

1. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę, wskazaną w § 4 ust. 1, na podstawie podpisanego przez strony **protokołu odbioru** (po instalacji i bezusterkowym uruchomieniu urządzenia), o którym mowa w § 1 ust. 7.
2. **Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 11 miesięcznych równych ratachzł; (słownie...) oraz 12 racie wyrównawczejzł. (słownie.....) Płatność pierwszej raty nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 60 dni, licząc od dnia jej otrzymania.**
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta i dostarczenie faktury VAT korygujących powinny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że może realizować płatności za **fakturę** z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> Numer PEPPOL: 7292345599.

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
 - a) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy, uruchomienia lub instalacji urządzenia,
 - b) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Maksymalna łączna wysokość nałożonych na Wykonawcę w ramach niniejszej umowy kar umownych nie może przekraczać **20%** wartości umowy brutto.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda, która została wyrządzona zamawiającemu, przewyższa wysokość w umowie kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

1. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Aparatury Medycznej Ewelina Wójcik /tel: 42 689 53 94, e-mail: e.pietrzak@kopernik.lodz.pl/ lub osoba przez nią upoważniona.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest,
tel....., e-mail:.....

§ 9

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
2. Każda ze stron zobowiązana jest:
 - a) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach organizacyjno- prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następę prawnego.

§10

1. Realizacja przedmiotu umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca realizujący na rzecz Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, dostawy i uruchomienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.

§11

1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu przepisu art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.
4. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. **Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.**

Wykonawca:

Zamawiający:

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja techniczna urządzenia.
2. Oferta cenowa Wykonawcy .
3. Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 do Umowy nr

Specyfikacja techniczna urządzenia

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Producent lampy rtg	TAK, podać	
2.	Nazwa-model/typ lampy rtg	TAK, podać	
3.	Kraj pochodzenia lampy rtg	TAK, podać	
4.	Rok produkcji lampy (nie wcześniej niż pół roku przed instalacją)	TAK, podać	
5.	Lampa rtg zgodna z tomografem komputerowym Aquilion RXL TSX-101A/UC, nr seryjny UCB12Z2055 prod.Toshiba	TAK	
6.	Lampa rtg fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana	TAK	
7.	Przewód wysokiego napięcia fabrycznie nowy, zgodny z w/w tomografem prod. Toshiba	TAK	
8.	Wymiennik ciepła fabrycznie nowy, zgodny z w/w tomografem prod. Toshiba	TAK	
9.	Lampa rtg, przewód wysokiego napięcia i wymiennik ciepła w pełni zgodne z oprogramowaniem i sterowaniem w/w systemu tomografu komputerowego	TAK	

Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej min. 12-miesięcznej, odnawialnej gwarancji na zainstalowane części (wraz z ponowną instalacją i uruchomieniem w przypadku zaistniałej potrzeby ponownej wymiany), licząc od daty podpisania protokołu odbioru

.....miesięcy

Załącznik nr 3 do Umowy nr

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi** (93-513) z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, tel.: **+48 42 689 50 00**, e-mail: **szpital@kopernik.lodz.pl**
2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres **iod@kopernik.lodz.pl**
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 pkt f) RODO w związku z realizacją umowy. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa podpisania lub wykonania umowy z podmiotem będącym stroną umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem) lub innym podmiotom, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i przysługuje prawo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
10. Państwa dane zostały podane przez podmiot będący stroną zawartej umowy.