

EZ.28.2. 83.2022.MJ

Łódź, dnia 14.01.2022r.
Numer sprawy: EZ.28.2.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego RXL TSX-101A/UC o numerze seryjnym UCB12Z2055** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego **w trybie podstawowym** o wartości nie przekraczającej 215 000 euro

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2 i 6 art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

1. W toku postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SWZ, zał. 1 Formularz Oferty pkt. II.3, zał. nr 2 do umowy pkt w nawiązaniu do zał. nr 4 Umowa § 1 ust. 8:

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisów na:

3. *Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej min. 12-miesięcznej, ~~odnawialnej~~ gwarancji na zainstalowane części (wraz z ponowną instalacją i uruchomieniem w przypadku zaistniałej potrzeby ponownej wymiany), licząc od daty podpisania protokołu odbioru"*

„Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej min. 12-miesięcznej, ~~odnawialnej~~ gwarancji na zainstalowane części (wraz z ponowną instalacją i uruchomieniem w przypadku zaistniałej potrzeby ponownej wymiany), licząc od daty podpisania protokołu odbioru"

Wyjaśniamy, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i nie podlega wymianie podczas gwarancji. Prosimy o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy spowodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygaśnaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. W związku z tym, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, prosimy o usunięcie zastrzeżenia „odnawialnej”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Dotyczy zapisów SWZ:

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, będzie wymagał dostarczenia części zamiennych pochodzących z **oficjalnego kanału dystrybucji producenta tomografu komputerowego na rynek Unii Europejskiej.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Dotyczy zapisów SWZ, zał. nr 4 Umowa § 6 ust. 1a), b):

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1.a),b):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- a) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy, uruchomienia lub instalacji urządzenia,
- b) 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pragniemy zauważyć, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SWZ


2. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

a) terminów:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XXIV pkt. 2 SWZ – na dzień 19.01.2022r. do godziny 10:00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XXV pkt. 1 SWZ – na dzień 19.01.2022r. o godzinie 11:00
- Termin związania ofertą określony w rozdziale XXI pkt. 1 SWZ - na dzień 17.02.2022r

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr inż. Andrzej Kasprzyk



ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
KIEROWNIK SEKCJI

mgr M. Bożenata Janikowska

